



Szp/ZP-392A/ 323 /2022/2023

Wrocław, dnia 24.04.2023 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa implantów ortopedycznych II*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści cement bioprzebudowywalny niskotemperaturowy, nietoksyczny oraz bezzapachowy w pełni resorbowalny, o składzie: 40% hydroksyapatytu, 60% siarczanu wapnia wraz z zestawem mieszalników i podajników, przeznaczony do wypełnienia ubytków kostnych. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 cement o powyższej specyfikacji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojciechowska