



Wałbrzych, dnia 03.03.2020r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-9/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: Fiksatory do siatek, czyściki do koagulacji, elementy do ultradźwiękowego aspiratora, dren Kher, worki laparoskopowe, dreny z filtrem, marker sterylny do skóry, kaniule do termolezji, rurki tracheotomijne, rurki intubacyjne, rurka ustno-gardłowa, linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów, zestaw do przetaczania krwi, czujnik SpO2, odczytniki do analizatora parametrów krytycznych, zestawy współpracujące z pompami objętościowymi, elektrody do koagulacji, sprzęt do fakoemulsyfikacji, szczotka do mycia rąk, proteza kości sklepienia czaszki”.- Zp/9/PN-9/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 17:

Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający wyłączy pozycję nr 2 w pakiecie 17 do osobnego pakietu?

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1:

Czy w ramach poprawy konkurencyjności w pozycji nr 1 w pakiecie 17 zamawiający dopuści jednorazową elektrodę igłową, sterylną do koagulacji o rozmiarze całkowitym 6,9 cm i o długości aktywnej 1,9 cm, opakowanie 5szt i tym samym zwiększy zamawiane ilości do 300 opakowań ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy rozmiar całkowity 7,2 cm a długość aktywna 2,8 cm.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 3:

Czy w ramach poprawy konkurencyjności w pozycji nr 3 w pakiecie 17 zamawiający dopuści jednorazową elektrodę igłową, sterylną do koagulacji o rozmiarze całkowitym 152 cm i o długości aktywnej 1,9 cm, opakowanie 5szt i tym samym zwiększy zamawiane ilości do 100 opakowań ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy rozmiar całkowity 16,51 cm długość aktywna 2,54 cm.