

Bielsko-Biała dn. 16.01.2024 r.

DZP.271.2.2024 - *17*

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu medycznego laboratoryjnego przeznaczonych do wykonywania badań w Laboratoriach Analitycznych Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.2.2024**

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

1. Dot. pakietu 15, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednej pojemności kapilar do gazometrii tj. 140 ul. wraz z kompatybilnymi zatyczkami w poz. 2?

**Odp. Zamawiający dopuści zaoferowanie jednej pojemności kapilar do gazometrii tj. 140 µl. wraz z kompatybilnymi zatyczkami w poz. 2.**

2. Dot. pakietu 15, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby kapilary wykonane były z tworzywa PET ?

**Odp. Zamawiający wymaga, aby kapilary wykonane były z tworzywa PET.**

3. Dot. pakietu 15, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby korki posiadały specjalny kształt uniemożliwiający odtoczenie się kapilary?

**Odp. Zamawiający wymaga, aby korki posiadały specjalny kształt uniemożliwiający odtoczenie się kapilary.**

4. Dot. pakietu nr 18

Prosimy o dopuszczenie strzykawki do gazometrii posiadającej zakończenie tłoka w kształcie stożka i spełniającej pozostałe wymagania SWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza strzykawki do gazometrii posiadającej zakończenie tłoka w kształcie stożka.**

5. Dot. pakietu nr 18

Prosimy o możliwość zaoferowania strzykawek do gazometrii o dwóch pojemnościach 1 ml i 2 ml do wyboru przez użytkownika w trakcie trwania umowy.

**Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek do gazometrii tylko i wyłącznie o pojemności 1 ml.**

6. Dot. pakietu nr 18

Czy zamawiający wymaga aby strzykawki do gazometrii posiadały filtr odpowietrzający?

**Odp. Zamawiający nie wymaga aby strzykawki do gazometrii posiadały filtr odpowietrzający.**

7. Dot. zapisów SWZ rozdz. IV pkt. 2 oraz zapisów umowy §4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu, iż zamówienia będą składane telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zamawiający zastrzega możliwość składania zamówień w formie telefonicznej, w przypadku awarii systemu informatycznego Szpitala, bądź w przypadku braku potwierdzenia realizacji zamówienia.**

8. Dot. zapisów Umowy §2 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie w pkt. 3 „W cenach jednostkowych (.....) w tym transport przy zamówieniach powyżej 200,00 zł netto (...)”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zamawiający dołoży wszelkiej staranności, aby składane zamówienia jednostkowe nie były o niższej wartości niż 200, 00 zł.**

9. Dot. zapisów SWZ rozdz. IV pkt. 3 i zapisów Umowy §4 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy i zapisów SWZ poprzez dopisanie: na swój koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto (...)”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Zamawiający dołoży wszelkiej staranności, aby składane zamówienia jednostkowe nie były o niższej wartości niż 200, 00 zł.**

10. Dot. zapisów Umowy §5 ust. 1 b)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów § 5ust. 1 b) w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu



skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Załącznika nr 3 do SWZ tj. projektu umowy.**

Z poważaniem

Z-ca Kierownika Laboratorium  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

*dr n. med. Izabela Gumółka*



