



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC  
WE WROCŁAWIU  
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: www.dcchp.pl

e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 1257/2021

Wrocław 20.09.2021 r.

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP 3810.48.2021.TP**

Przedmiotem zamówienia jest **zakup urządzeń medycznych z listy pakietów.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ.

1. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IV, punkt 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sprzętu, asortymenty, wyposażenia, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IV, punkt 8, załącznika nr 7 do SWZ oraz załącznika nr 2 do oferty (opis techniczny), pakiet 2 – punkt i 21: Czy w przypadku zaferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział IV, punkt 8 oraz załącznika nr 7 i w załączniku nr 2 do oferty (opis techniczny), pakiet 2 – punkt 14 i 21? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IV, punkt 8.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

**Odp: Zamawiający wymaga urządzeń z rokiem produkcji 2021.**

4. Dotyczy załącznika nr 2 do oferty (opis techniczny), pakiet 2 – punkt 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą sprzętu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Do oferty należy załączyć instrukcje tylko w wersji elektronicznej (fragment w języku polskim dotyczący zaferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza skan instrukcji), a w wersji papierowej oryginał wraz z dostawą urządzeń/ia.**

5. Dotyczy załącznika nr 2 do oferty (opis techniczny), pakiet 2 – punkt 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 6 miesięczną gwarancję na wymienione podzespoły?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Dotyczy załącznika nr 1 do oferty (formularz asortymentowo – cenowy), pakiet 2: Czy w przypadku zaferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację

formularza asortymentowo–cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy), paragraf 5, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin usunięcia awarii był liczony w dniach roboczych?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy), paragraf 5, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ustępu 2 na zapis następującej treści: „Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii - na 48 godziny w dni robocze, licząc od daty i godziny telefonicznego wezwania potwierdzonego faksem nr..... lub pocztą elektroniczną, przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjęcia zgłoszenia i przyjazdu kuriera po sprzęt. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może być wydłużony do 72 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym.”?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.**

9. Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy), paragraf 7, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin załatwienia reklamacji był liczony w dniach roboczych?

**Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.**

10. Dotyczy Pakietu nr 2 - Sprawa nr BZP.3810.48.2021.TP (załącznik nr 2 do oferty), OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wideobronchoskop – 1 szt., Punkt 10.: Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu dostarczenia wykazu min. 4 producentów środków do mycia i dezynfekcji? Olympus jako producent sprzętu endoskopowego nie ogranicza możliwości zastosowania środków do mycia i dezynfekcji różnych producentów, w tym producentowi myjni serii Innova E2 i E3, jeżeli producent danej myjni oraz danego środka przeznaczył go do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich.

**Odp: Zamawiający wykreśla pkt.10.**

W związku z odpowiedziami na pytania do SWZ termin składania ofert ulega zmianie:

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia 06.10.2021 r. do godziny 09:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2021 r. o godzinie 10:00.

Główna Księgowa  
Centrum  
*Maria Biegańska*