



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa odczynników do oznaczania białek specyficznych metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą analizatora ZNAK SPRAWY: ZP-23-222UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy: Załącznik nr 3A §4 ust. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary umownej za niedostarczony przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki z 2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy na 0,2% wartości netto za każdy dzień zwłoki niedostarczonego przedmiotu umowy. **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.**
2. Dotyczy: Załącznik nr 1 Czy Zamawiający wymaga wykonywania ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda w moczu, poza oznaczaniem ich w surowicy. Jeśli Zamawiający będzie oznaczał te testy w moczu Wykonawca musi zaoferować odrębne zestawy odczynnikowe z dodatkowymi diluentami dla moczu, poza tymi do surowicy, dlatego prosimy o podanie ilości oznaczeń/testów wolnych łańcuchów lambda i wolnych łańcuchów kappa jakie Zamawiający będzie wykonywał w moczu, i czy tym samym zmieni się liczba testów wolnych łańcuchów kappa i lambda wymieniona w pozycji 8 i 9 tabeli odczynniki Załącznik nr 1. **Odpowiedź: W pozycji 8 i 9 Zamawiający uwzględnił łączną ilość oznaczeń dla wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda w moczu i w surowicy. Zamawiający doprecyzowuje - ilość oznaczeń w moczu w pozycji 8 to 780 dla pozycji 9 to 780.**
3. Dotyczy: Załącznik nr 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę częstotliwości wykonywania kontroli i kalibracji dla badań rzadkich tym samym zmianę zapisu: kontrola i kalibracja co 2 tygodnie na jednym poziomie" na następujący zapis: „kontrola co 2 tygodnie na jednym poziomie, kalibracja zgodnie z zaleceniami Wykonawcy / Producenta” Stabilność kalibracji dla oferowanych parametrów jest długa, do kilku miesięcy, więc wykonywanie jej co 2 tygodnie byłoby nieekonomiczne. Wykonawca zaleca dla tych parametrów kalibrację nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącą częstotliwości wykonywania kontroli badań rzadkich co dwa tygodnie na zgodnie z zaleceniami Producenta.**
4. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie maksymalnego czasu na usunięcie awarii z 48 godzin na zapis: do maksymalnie 72 godzin w dni robocze. Wydłużenie czasu usunięcia awarii może czasami wystąpić w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych od dostawcy z zagranicy, czas naprawy może wydłużyć się wtedy ze względu na konieczny czas takiej dostawy. Wykonawca zgodnie z zapisem §1 ust. 4 zapewni kompleksowe wykonanie zleconych badań na koszt Wykonawcy w razie przedłużającej się naprawy. Jednocześnie prosimy o dodanie zapisu dni robocze, Zamawiający deklaruje pracę na analizatorze 5 dni w tygodniu w dni robocze.. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem zachowania reakcji serwisu w terminie do 24 godzin.**