



Wielunio, 17 kwietnia 2024 r.

**Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy postępowania pn. **Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem**, numer sprawy: **SPZOZ.ZP.2.24.242.6.2024**

Zamawiający SPZOZ w Wielunio informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego, 10 – prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i defibrylator nie stanowi przedmiotu zamówienia, a Zamawiający wymaga jedynie dostarczenia uchwytu kompatybilnego z defibrylatorem Lifepak 15.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że defibrylator nie stanowi przedmiotu zamówienia, należy dostarczyć wraz z ambulansem jedynie uchwyt kompatybilny z defibrylatorem Lifepak 15 posiadanym przez Zamawiającego.

Pytanie 2

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego, 11 – prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i respirator wraz z kompatybilnym do niego uchwytem nie stanowi przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dostarczy Wykonawcy urządzenie wraz z uchwytem po podpisaniu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że respirator wraz z uchwytem montażowym nie stanowi przedmiotu zamówienia, urządzenie dostarczy Zamawiający w celu dokonania0 montażu w ambulansie.

Spełniając wymóg art. 284 ust. 2 i ust. 6 treść pytań wraz z wyjaśnieniami udostępniamy na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Powyższe odpowiedzi Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Sporządził:

.....
(Na oryginale właściwy podpis:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych SPZOZ w Wielunio
Katarzyna Skubiś)

Zatwierdził:

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
(Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wielunio Anna Freus)