

Nr sprawy D25M/251/N/4-15rj/20

Gdynia, dnia 04.05.2020 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Sukcesywne dostawy asortymentu medycznego**”.

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz Dz. U. z 2020 poz. 288 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawiają odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 62 - Dotyczy zadania nr 1 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparotomii onkologicznej składającego się z:

- a) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min. 94 g/m² i o wymiarach 20 cm x 50 cm. łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m².
- b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min. 94 g/m² i o wymiarach 20 cm x 50 cm. łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m².
- c) 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min. 94 g/m² i o wymiarach 20 cm x 50 cm. łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m².
- d) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm
- e) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna
- f) 1 x osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 35 g/m² i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m² oraz o wymiarach w strefie chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H₂O
- g) 1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 64 cm x 190 cm. łączna gramatura - 83 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H₂O, odporność na rozerwanie w na sucho min. 120 kPa.

Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m², strefa krytyczna trójwarstwowa (PE/2xwiskoza) o gramaturze min. 94 g/m². łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm H₂O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 310/250 kPa. Wszystkie serwety cechują się I klasą palności – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Opakowanie zestawu posiadające dwie

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie nr 63 - Dotyczy zadania nr 1 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparotomii onkologicznej składającego się z:

- a) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min. 94 g/m² i o wymiarach 20 cm x 50 cm. łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m².
- b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min. 94 g/m² i o wymiarach 20 cm x 50 cm. łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m².
- c) 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min. 94 g/m² i o wymiarach 20 cm x 50 cm. łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m².
- d) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm
- e) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna
- f) 1 x osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 35 g/m² i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m² oraz o wymiarach w strefie chłonnej 64 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H₂O
- g) 1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 64 cm x 190 cm. łączna gramatura - 83 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 250cm H₂O, odporność na rozerwanie w na sucho min. 120 kPa.

Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 57,5 g/m², strefa krytyczna trójwarstwowa (PE/2xwiskoza) o gramaturze min. 94 g/m². łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 151,5 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm H₂O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 310/250 kPa. Wszystkie serwety cechują się I klasą palności – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Opakowanie zestawu posiadające dwie etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie nr 64 - Dotyczy zadania nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego ręcznika do osuszania rąk o wymiarach 30,5 x 34 cm pakowanego a ' 1 sztuka, z jednoczesnym przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie nr 65 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty bez konieczności dostarczenia próbki fartucha - jest to spowodowane aktualnym brakiem możliwości sprowadzenia próbki od producenta w Stanach Zjednoczonych A.P. z uwagi na brak możliwości transportowych.

Dodatkowo, proszę o podanie szczegółowej wymaganej ochronności fartucha z tyłu - czy ma to być 0.25 mmPb, czy też 0.35 mm Pb czy 0.50 mm Pb ? Standardem jest ochrona 0.50/0.25 mm Pb przód/tył.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Odp.: Zamawiający w związku z opisaną sytuacją - braku możliwości sprowadzenia próbki z zagranicy, odstępuje od wymogu dostarczenia partii próbnej w zakresie zadania 6,
Ochronna fartucha rtg 0.50/0,25 przód, tył, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1 i 2, Pytanie dot. Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy fartuchów do ok. 7 tygodni - taki termin wynika z umiejscowienia produkcji w Stanach Zjednoczonych A.P. i możliwości transportowych uniemożliwiających dostawę w ciągu 5 dni roboczych od daty zamówienia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę fartuchów ochronnych RTG w ciągu 7 tygodni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Pytanie nr 67 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1 i 2, Pytanie dot. Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy fartuchów do ok. 7 tygodni - taki termin wynika z umiejscowienia produkcji w Stanach Zjednoczonych A.P. i możliwości transportowych uniemożliwiających dostawę w ciągu 5 dni roboczych od daty zamówienia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę fartuchów ochronnych RTG w ciągu 7 tygodni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Pytanie nr 68 - Dotyczy zadania nr 4 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość potwierdzenia antyalergicznego włókniny dokumentem w formie oświadczenia wystawionym przez producenta na podstawie przeprowadzonych badań. Parametry zaofertowanych czepków zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza potwierdzenie antyalergicznego włókniny z której wykonany jest czepek operacyjny w postaci oświadczenia producenta z zastrzeżeniem dołączenia do oświadczenia raportu z przeprowadzonych badań, na które producent będzie powoływał się w wystawionym oświadczeniu.

Pytanie nr 69 - Dotyczy zadania nr 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofertowania jałowych ręczników celulozowych zgodnych z SIWZ, jednakże w rozmiarze 30 x 33cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza ręczniki do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu w rozmiarze 30 x 33 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 70 - Dotyczy zadania nr 2 poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaofertowania fartuchów o poniższym opisie:

„Jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace o gramaturze 68 g/m², zgodny z normą EN 13795, odporność na przenikanie cieczy min. 100 cm H₂O. Wzmocnienie z „oddychającego” laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni ¾ rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania. Oznaczenie rozmiaru w postaci metki. Zapakowany wewnętrznie w serwetę włókninową (60x60cm) wraz z 2. chłonnymi ręcznikami. Dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, nr serii i datę ważności na opakowaniu jednostkowym - kopercie typu folia/papier, na którym znajduje się kolorystyczny wskaźnik sterylności. Pakowane po 25 sztuk najpierw w worek foliowy, potem w karton. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001”

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71 - Dotyczy zadania nr 2 poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaofertowania fartuchów o poniższym opisie:

„Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m², wzmocniany wewnętrznie z przodu i na

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m².

Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001”.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72- Dotyczy zadania nr 5 poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ręczników w rozmiarze 30cm x 40cm o gramaturze min. 55g/m².

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozmiar ręczników do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu o rozmiarze 30 x40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73- Dotyczy zadania nr 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m² o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 43g/m² w. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy i troki w strefie krytycznej klejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-130, L-140, XL-150, XXL-165. Termin ważności 5 lat.

Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 220cmH₂O, mniej krytycznej min. 22cmH₂O. Wytrzymałość dla powierzchni krytycznych na wypychanie na mokro min. 186kPa, na sucho min. 146kPa-parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch operacyjny extra wzmocniony o podanych parametrach przy zachowaniu pozostałych parametrów, nie wymienionych w pytaniu.

Pytanie nr 74- Dotyczy zadania nr 2 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m². W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 36cm(M), min. 39cm(L), min. 41cm(XL), min. 42cm(XXL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnątrz w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115, L-125, XL-140, XXL-155. Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH₂O, mniej krytycznej min. 49cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owiniecie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2.

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch operacyjny wzmocniony (FOW) o podanych parametrach przy podtrzymaniu pozostałych parametrów, nie wymienionych w pytaniu.

Pytanie nr 75- Dotyczy zadania nr 5:

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednorazowy wysokochłonny ręcznik celulozowy do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu w rozm. 30x40 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozmiar ręczników do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu o rozmiarze 30 x40 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76 - Dotyczy umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt a), b), c) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby wykonawca ponosił odpowiedzialność tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 77- Dotyczy umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 78 -Dotyczy umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie zamienników o nie gorszych parametrach w razie braku dostępności asortymentu?

Odp.: Kwestię tę reguluje paragraf 7 ust. 2 lit. b) Projektu Umowy.

Pytanie nr 79 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości.

Ad. 1- Wziernik nosowy typ Killian- Struycken ze śrubą blokującą, dł. 150 mm długość ostrzy (trąbki) 55 mm. Wziernik posiada złącze nierozbieralne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 2- Wziernik nosowy typ Killian- Struycken ze śrubą blokującą, długość 150 mm, długość ostrzy (trąbki) 75 mm? Wziernik posiada złącze nierozbieralne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

Pytanie nr 81 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 3- Wziernik nosowy typ Hartmann długość 130 mm złącze nierozbieralne, dla dorosłych

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 4- Wziernik nosowy typ Hartmann długość 130 mm złącze nierozbieralne, dla dzieci

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 5- Szpatałka językowa (łopatka) o szerokości 20 x 25 mm oraz długości 175 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 7- Pinceta bagnetowa anatomiczna typ Lucae długość 145 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 8- Pinceta bagnetowa anatomiczna typ Jansen długość 165 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 9- Haczyk zakrzywiony pod kątem 90 stopni, tępy z kulką, dł. 150-155 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 10- Kleszczyki uszne typ Hartmann o długości roboczej 125mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 11- Kleszczyki nosowe typ Blakesley proste, rozmiar 3, dł. 110 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 – Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 12- Uchwyt do lusterka krtaniowego okrągłego długość 105 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90– Dotyczy zadania nr 19:

Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną, z zachowaniem odpowiednich ilości

Ad. 23- Haczyk uszny WAGENER, zakrzywiony pod kątem 90 stopni, zakończony kulką, rozmiar 1, długość. 155 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 - Dotyczy zadania nr 11:

Prosimy o dopuszczenie instrumentu używanego na oddziale:

Poz. 15 Kleszcze nosowe typu Blakesley - Wilde, bransze 90 st. do góry, rozmiar 3,5 x12 mm długość robocza 11 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 - Dotyczy zadania nr 11:

Prosimy o dopuszczenie instrumentu używanego na oddziale:

Poz.18 Jednorazowy frez shavera 40°, diamentowa kulka 5 mm, bez osłonki; śr. 4 mm, dł. 12 cm, opak. 5 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93 - Dotyczy zadania nr 11:

Prosimy o dopuszczenie instrumentu używanego na oddziale:

Poz.19 Jednorazowy frez shavera 15°, kulka 4 mm; śr. 4 mm, dł. 12 cm, opak. 5 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94- Dotyczy zadania nr 11:

Prosimy o dopuszczenie instrumentu używanego na oddziale:

Poz.20 Jednorazowy frez shavera 70°, diamentowa kulka 3,6 mm, bez osłonki; śr. 4 mm, dł. 12 cm, opak. 5 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 - Dotyczy zadania nr 11 i 19:

Czy ze względu na fakt iż produkty wykazane w pakiecie nr 11 oraz 19 nie są produktami ratującymi życie , dodatkowo ze względu na wymóg znakowania w pakiecie 11 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni roboczych?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 96 - Dotyczy zadania nr 1 poz.1:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odp.: Zamawiający dopuszcza próbkę niesterylną z czytelnym oznakowaniem „NIE STERYLNE”.

Pytanie nr 97 - Dotyczy zadania nr 1 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii onkologicznej o parametrach i składzie:

1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140cm (zamiast 80 x 145 cm) z warstwą chłonną o wymiarach 60cm x 140 cm (zamiast 65 x 85 cm), wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 80g/m² (zamiast 81g/m²), odporność na przenikanie cieczy 188cm H₂O (zamiast 150 cm H₂O),

1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 65cm x 190cm (zamiast 75 x 190 cm), wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 80g/m² (zamiast 73g/m²) odporna na przenikanie cieczy 140cm H₂O, Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho 130 kPa (zamiast 100kPa),

1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 180 x 180cm (zamiast 175 x 175 cm) z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 25 x 60cm (zamiast 20 x 55 cm) oraz organizatorami przewodów,

1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 240 x 150cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 60 x 25 cm (zamiast 55 x 20 cm) oraz organizatorami przewodów,

2x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 75 x 90cm (zamiast 75x75cm) z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 25 x 60 cm (zamiast 20 x 35cm), zintegrowana z organizatorami przewodów

1x Serweta o wymiarach 75 x 90 cm, wykonana laminat min. trójwarstwowy o gramatura 71 g/m²

1x Taśma lepna 10 x 50 cm (zamiast 9x49 cm) z włókniny typu Spunlace (zamiast włóknina dwuwarstwowa), łatwa w aplikacji, bez możliwości repozycji

4x Ściereczki do wycierania rąk 30 x 30 cm (zamiast 18 x 25 cm)

1 x pudełko magnetyczne tzw. ""licznik igieł"" 30 miejsc (zamiast 20 igieł i skalpele)

Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² (zamiast 59g/m²), dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 80g/m² (zamiast 50 g/m²), odporność na przenikanie cieczy 197 cmH₂O (zamiast 194cm H₂O), odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/172 kPa.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98 - Dotyczy zadania nr 2 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z owinięciem z włókniny?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 99 - Dotyczy zadania nr 2 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG do archiwizacji danych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuchy z 4 etykietami przylepnymi typu TAG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100 - Dotyczy zadania nr 2 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie płynów 66cmH₂O?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101 - Dotyczy zadania nr 5 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści sterylne ręcznik celulozowy o wymiarach 40 x 40cm pakowany a'1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 102- Dotyczy zadania nr 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw okulistyczny o parametrach i składzie:


Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami

przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N :

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm, która posiada usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm.



100x100cm
1szt./pc.



100x150cm
1szt./pc.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 103 - Dotyczy zadania nr 8 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik z taśmą lepną, w rozmiarze 35 x 75cm?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 104 - Dotyczy zadania nr 8 poz. 3:

Czy zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g i wytrzymałości na rozciąganie 56N (na mokro) i 50N (na sucho)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 105 - Dotyczy zadania nr 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x osłona na kamerę video 13x240cm z uprzednio naciętą końcówką, z taśmą, z kartonikiem , złożona teleskopowo w celu ułatwienia aplikacji.
- 4 x ręczniki chłonne 30x20cm z mikrościągą zabezpieczającą przed rozrywaniem
- 1 x serweta do laparoskopii 200/255x331 cm z przyklepnym otworem brzuszny 34x38cm, wypełniony folią 24x29cm, ze wzmocnieniem chłonnym 56,5x62cm, ze zintegrowanymi dwoma, dwukomorowymi torbami na narzędzia i czterema uchwytami na przewody typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego (na całej powierzchni) bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m² i wysokiej odporności przenikanie płynów > 170 cm H₂O, pojemność absorpcji >145 ml/m², o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$, I klasa palności.

Zestaw owinięty w serwetę na stolik narzędziowy oraz dodatkowo we włókninę SMS 112x112cm i sterylizację w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 106 - Dotyczy zadania nr 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

Sterylny zestaw do laparoskopii ze wzmocnieniem. Skład zestawu:

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem 60x80+/-5cm
- 1x osłona na kamerę video 13x240cm z perforowaną zwiężającą się końcówką, złożona teleskopowo, z taśmą lepną oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację
- 4 x ręczniki chłonne 30x20cm z mikrosięcią zabezpieczającą przed rozrywaniem
- 1 uchwyt na przewody typu rzep 2,5x23cm
- 1 serweta do laparoskopii 255x301cm z obłożeniem ramion stołu i zintegrowanymi osłonami na kończyny, z przyklepnym otworem brzuszny 30x35cm otoczonym wzmocnieniem chłonnym 56x70cm, ze zintegrowanymi dwukomorowymi torbami na narzędzia po obu stronach wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów >170 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa. Obszar krytyczny wzmocniony o gramaturze 110g/cm², odporny na penetracje płynów >200 cmH₂O i na rozerwanie na sucho i mokro min. 280 kPa. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym dwie etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 107 - Dotyczy zadania nr 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu zespolonym na całej powierzchni wzmocnienia , składana rewersowo
- 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przyklepcem o długości 84cm
- 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przyklepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
- 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przyklepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
- 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm
- 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosięcią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta , wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) laminatu 2-warstwowego o niskiej gramaturze max.58g/m² i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H₂O, odporności na rozerwanie na mokro/sucho >145 kPa), o niskim współczynniku pylenia (≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne bez zawartości wiskozy i celulozy. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzyklepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta (w tym min.2 etykiety dodatkowo z kodem EAN). Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 108 - Dotyczy zadania nr 1:

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zestawu pudełka magnetycznego tzw. „licznika igieł” pakowanego osobno.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pakowanie osobno pudełka magnetycznego tzw. licznik igieł” i dostarczanego do każdego zamówionego zestawu.

Pytanie nr 109 - Dotyczy zadania nr 2 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych fartuchów operacyjnych:

Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z folii polietylenowej i włókniny o gramaturze maks. 40 g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110 - Dotyczy zadania nr 2 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych fartuchów operacyjnych:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 111 - Dotyczy zadania nr 2 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych fartuchów:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony włókniną SMS w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia 73 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 60 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 4,6. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112 - Dotyczy zadania nr 2 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych fartuchów:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m², repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień) z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma rącznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości w co najmniej 2 miejscach.

Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,6

– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 170 cmH₂O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M-2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113 - Dotyczy zadania nr 4 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie czepek o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114 - Dotyczy zadania nr 4 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie czepek wiązanych z tyłu, wykonanego z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Opakowanie 100 szt. Kolor niebieski. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115 - Dotyczy zadania nr 5:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ręcznika do wysuszania rąk o wymiarach 40x40 cm oraz gramaturze minimalnej 54,9 g/m².

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116 - Dotyczy zadania nr 8 poz. 1:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy serwety okulistycznej z włókniny SMMMS 122x157 cm z otworem romboidalnym wypełnionym folią operacyjną 13x10cm, obustronna torba na płyny 48x28 cm 360°, sztywniki zintegrowane z torbami, dodatkowy sztywnik zintegrowany z serwetą, podwójny uchwyt na przewody, gramatura 43g/m², wytrzymałość na rozciąganie min. 36N.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 117 - Dotyczy zadania nr 8 poz.2:

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy osłon na podłokietniki o wymiarach 35x76 cm z przylepną opaską.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 118 - Dotyczy zadania nr 8 poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety przylepnej o gramaturze 58 g/m² oraz o wytrzymałości na rozciąganie min. 49N.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 119 - Dotyczy zadania nr 8 poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety nieprzylepnej o gramaturze 58 g/m² oraz o wytrzymałości na rozciąganie min. 49N.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 120 - Dotyczy zadania nr 8 poz.4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o średnicy 10 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 121 - Dotyczy zadania nr 8 poz.4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o średnicy 6x8cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122 - Dotyczy zadania nr 8 poz.4:

Prosimy o dopuszczenie nieprzylepnej serwety z otworem o średnicy 8cm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123 - Dotyczy terminu dostawy:

W związku z faktem, że odzież ochronna RTG jest produkowana na indywidualne zamówienie, zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika oraz panującą sytuacją epidemiczną, prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 5 tygodni od daty zamówienia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu do 7 tygodni.

Pytanie nr 124 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1, 2 SIWZ pkt. III ppkt. 4:

Prosimy o dopuszczenie produktów niebędących wyrobami medycznymi, a środkami ochrony osobistej, które nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych i które obowiązuje 23% stawka Vat.

Odp.: Zamawiający dopuszcza produkt nie będący wyrobem medycznym spełniający wymagania środka ochrony osobistej dla którego obowiązuje stawka Vat 23%.

Pytanie nr 125 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z lekkiej mieszanki ołowiu i antymonu.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 126 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie fartucha dwustronnego, jednoczęściowego, zapewniającego całkowitą ochronę przodu, pleców i boków, zapinanych na boku i na ramieniu na rzepy, wyposażonych w poduszki na ramionach oraz kieszonkę umieszczoną po prawej stronie klatki piersiowej.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 127 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1:

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

Prosimy o podanie jaką ochronność fartuchy mają mieć jaką z tyłu. Jeśli Zamawiający oczekuje różnych kombinacji ochronności, prosimy o wyspecyfikowanie ilości poszczególnych kombinacji, gdyż stopień ochronności fartucha wpływa na jego cenę.

Odp.: Zamawiający wymaga ochronny fartucha rtg: przód fartucha 0.50 mm Pb, tył fartucha -0,25 mm Pb.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 128 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie fartuchów w indywidualnych rozmiarach: S, M, L, XL, co pozwala na lepsze dopasowanie do użytkownika, jak również nie obciąża niepotrzebnie osób niższych lub drobniejszych. Jeśli Zamawiający dopuści fartuchy w poszczególnych rozmiarach, prosimy o wyspecyfikowanie ilości poszczególnych rozmiarów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuchy operacyjne o rozmiarach S, M, L, XL

Pytanie nr 129 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie uniwersalnych drewnianych wieszaków do każdego fartucha, które można powiesić w szafie lub na przystosowanej do tego poręczy.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 130 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie partii próbnej w dowolnym kolorze i w dowolnym rozmiarze.

Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuch w dowolnym kolorze. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 131 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 1:

Prosimy o podanie, czy fartuchy mają być wyposażone dodatkowo w odciążające pasy?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 2:

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 133 - Dotyczy zadania nr 6 poz. 2:

Prosimy o podanie, czy okulary mają być wyposażone w szkła korekcyjne? Jeśli tak, prosimy o podanie żądanych korekcji i ich ilości.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga wyposażenia okularów rtg w szkła korekcyjne.

Pytanie nr 134 - Dotyczy zadania nr 13 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6:

Prosimy o wydzielenie pozycji od 1 do 6 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Aktualnie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości technicznej wydzielenia pozycji do dodatkowych pakietów. Brak zaś zmiany ogłoszenia w tym zakresie skutkowałby nieważnością dokonanej czynności podziału na części i tym samym postępowanie obarczone byłoby wadą powodującą konieczność jego unieważnienia lub nieważność zawartej umowy.

Pytanie nr 135 - Dotyczy zadania nr 13 poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 20 cm z końcówką 2 mm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

Pytanie nr 136 - Dotyczy zadania nr 13 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 20 cm z końcówką 1 mm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 137 - Dotyczy zadania nr 13 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 20 cm z końcówką 1 mm, jeśli pęseta bagnetowa ma być zagięta w dół

Lub prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 22 cm z końcówką 1 mm, jeśli pęseta bagnetowa ma być zagięta w górę.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 138 - Dotyczy zadania nr 13 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 16,5 cm z końcówką 1 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139 - Dotyczy zadania nr 13 poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 11,5 cm z końcówką 0,5 mm.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 140 - Dotyczy zadania nr 1 poz. 1:

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawu do laparotomii onkologicznej:

1x Osłona na stół Mayo o wymiarach 79 cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach min. 6 5cm x 85 cm, wykonana z laminatu o gramaturze 56 g /m² oraz wzmocnieniu 35 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 150cm H₂O,

1x Serweta w na stół instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 75cm x 190cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 73g/m² odporna na przenikanie cieczy min, 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 100 kPa,

1x Serweta o wymiarach 75 x 90 cm, wykonana laminat min. trójwarstwowy o gramatura 73 g/m²

Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej laminat trójwarstwowy o gramaturze min. 71 g/m², dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze min. 50 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 194cm H₂O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro min. 195/186 kPa.

Ponadto całkowite wyeliminowanie braku zdolności do spalania przy tego typu produktach nie jest możliwe.

Prosimy o zastąpienie nie łatwopalne zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

Proponowany przez nas zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 141 - Dotyczy zadania nr 19 poz. 21:

Czy zamawiający w zadaniu 19 poz 21 dopuści Wziernik uszny Hartmann śr. 5,5 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 142 - Dotyczy zadania nr 19 poz. 23:

Czy zamawiający w zadaniu 19 poz 23 dopuści Haczyk zakrzywiony pod kątem 90 stopni tępy z kulką długość zagięcia 2,5 mm dł. 160 mm? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 124; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Agnieszka Ossowska


DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska