



Pleszewskie Centrum Medyczne  
w Pleszewie  
Sp. z o.o.



Szpital  
Akredytowany



Znak sprawy: Te 2300-29/2022

Pleszew, dn.18.10.2022r.

## Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla szpitala w Pleszewie

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie 1 – Dotyczy - Część nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości dla Rotawirusa >96,3% ( pozostałe parametry zgodne z opisem)?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 2 - Dotyczy – Część nr 15:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw RPR CARBON w opakowaniu 500 oznaczeń?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie 3 - Dotyczy – Część nr 29:**

Czy Zamawiający dopuści test, który w porównaniu do metody Biopsja/Histologia/RUT wykazuje następująco: czułość: >99.9%, swoistość: >99.9%?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 4 – Dotyczy – Pakiet 31:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie buforu rozcieńczającego barwnik Giemzy, o pH 7,2 lub 6,8, opakowanie maksymalne 1000 ml?

**Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

### **Pytanie 5 – Dotyczy – Część 6:**

Zestaw do identyfikacji biochemicznej enterokoków A. Czy Zamawiający dopuści PYR - odczynnik, opakowanie 18 ml. Łączna objętość odczynnika wystarcza do przeprowadzenia 800 identyfikacji enterokoków.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 6 – Dotyczy – Rozdz. IV pkt 9 oraz projektu umowy § 2 ust. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z terminem ważności minimum 4-6 miesięcy od daty dostawy?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7 – Dotyczy – Rozdz. IV pkt 13:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację?

Uzasadnienie: O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8 – Dotyczy – Załącznika nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o kolumnę z numerem katalogowym oferowanego produktu? Usprawni to proces realizacji zamówień.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 9 – Dotyczy – Pakietu 4:**

Czy w punkcie 9 Zamawiający dopuści 3 opakowania zbiorcze po 10 zestawów, każdy do pojedynczego oznaczenia, w sumie 30 zestawów w trzech opakowaniach?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10 – Dotyczy – Pakietu 13:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompletne zestawy do barwienia metodą Gramma, składające się z po 240 ml każdy. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe to czy może podać ilość takich zestawów, którą Wykonawca ma zaoferować?

**Odp.: Tak, 12 zestawów.**

**Pytanie 11 – Dotyczy – Pakietu 18:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów CARBA konfekcjonowanych po 10 sztuk w opakowaniu i zaoferowanie 2 takich opakowań?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 12 – Dotyczy – Pakietu 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie udostępnienie systemu API WEB – do odczytu testów API? Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe to czy wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej celem dopisania w/w pozycji oraz wyrazi zgodę na podpisanie dodatkowej Umowy użyczenia oprogramowania?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie systemu, rozszerzenie tabeli asortymentowej celem dopisania w/w pozycji oraz na podpisanie dodatkowej bezpłatnej umowy użyczenia oprogramowania.**

**Pytanie 13 – Dotyczy – Pakiet 31:**

Pytania do Umowy:

§3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Podstawą realizacji dostaw będą zamówienia składane pisemnie lub elektronicznie”?



Pleszewskie Centrum Medyczne  
w Pleszewie  
Sp. z o.o.



Szpital  
Akredytowany



Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie 14 – Dotyczy – §4 ust. 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Do każdej dostawy załączona będzie faktura (oryginał i kopia) lub inny dokument zawierający specyfikację towaru, wystawiona na Zamawiającego. Na fakturze, innym dokumencie zawierającym specyfikację towaru lub na dokumencie załączonym do faktury Wykonawca zamieści nr serii i datę ważności towaru. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: .....”?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 15 – Dotyczy – §5 ust. 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na załatwienie reklamacji do 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16 – Dotyczy – §8 ust. 2 pkt 1:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „nieterminowa 4-krotna realizacja dostaw,”?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17 – Dotyczy – §8 ust. 2 pkt 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„co najmniej dwukrotna rażąca zwłoka w realizacji dostawy rozumiana jako okres przekraczający 14 dni od dnia złożenia zamówienia,”?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18 – Dotyczy – §8 ust. 2 pkt 4:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„powtarzająca się uzasadniona reklamacja jakości przedmiotu Zamówienia, jeżeli Wykonawca nie wykonał wymiany towaru na wolny od wad w terminie wskazanym w § 5 ust. 2”?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19 – Dotyczy – Umowy:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**



Pleszewskie Centrum Medyczne  
w Pleszewie  
Sp. z o.o.



Szpital  
Akredytowany



**Pytanie 20 – Dotyczy – Projektu Umowy, Załącznik nr 3\_§ 2 ust. 2; SWZ\_ IV Opis przedmiotu zamówienia, pkt 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił **co najmniej 6 miesięcy**, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy o treść:

*„termin ważności odczynników hematologicznych wynosi min. 6 miesięcy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie [www.....pl](http://www.....pl)”.*

Nadmieniamy, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby

Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 21 – Dotyczy – Projektu Umowy, Załącznik nr 3\_§ 3 ust. 2:**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

*„Dostawy realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .....), emailem (na adres .....) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”*

**Odp.: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie 22 – Dotyczy – Projektu Umowy, Załącznik nr 3\_§4 ust. 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlową, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru.

Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z towarem elektronicznej faktury VAT na wskazany adres poczty elektronicznej?

Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez dodanie zapisu *„Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na następujący adres poczty elektronicznej.....”*.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**



Pleszewskie Centrum Medyczne  
w Pleszewie  
Sp. z o.o.



Szpital  
Akredytowany



**Pytanie 23 – Dotyczy – Projekt Umowy, Załącznik nr 3\_§ 10 ust. 5:**

Uprzejmie prosimy o dodanie:

*„Strony dopuszczają dokonanie zmian numerów katalogowych lub nazwy z zachowaniem cen jednostkowych bez konieczności wprowadzenia ww. zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. zmianie na adres e-mail: ..... Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.”*

**Odp.: Tak Zamawiający doda w/w zapis z zastrzeżeniem, że wprowadzenie nr katalogowych lub nazw nie wpłynie na pogorszenie dostarczanego asortymentu (asortyment będzie spełniał wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu).**

**Pytanie 24 – Dotyczy – SWZ, IV Opis przedmiotu zamówienia\_ pkt 22:**

Z uwagi na informacje od producenta oferowanych odczynników hematologicznych, iż dostępne będą one w sprzedaży do 08.2023 r. zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na uzupełnienie Umowy o zapis:

*„W związku z zakończeniem dostępności odczynników hematologicznych do analizatora KX-21N w 08.2023 r., ostatnie zamówienie na odczynniki Zamawiający złoży do Wykonawcy z końcem 06.2023 r. tak aby Wykonawca miał czas zabezpieczyć Zamawiającego w odpowiednią ilość odczynników, która zapewni pracę analizatora do końca czasu trwania Umowy.”*

**Odp.: Dotyczy pkt 20 (odczynniki do analizatora SYSMEX KX21). Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 25 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie deklaracji ostatecznego użytkownika dla substancji SVHC dot. testu z poz. 19?

Uzasadnienie: Działając w zgodzie z rozporządzeniem REACH oraz naszą polityką wewnętrzną podpisanie deklaracji klienta gwarantuje, że ryzyko związane ze stosowaniem substancji wzbudzających szczególnie duże obawy jest odpowiednio kontrolowane, a kryteria bezpiecznego postępowania istotne dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska są spełnione. Wzór deklaracji został załączony.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Wyżej wymieniona deklaracja została podpisana dnia 21.10.2021r. przez Zamawiającego i jest ważna na okres 3 lat od daty złożenia oświadczenia.**

**Pytanie 26 –** Czy Zamawiający w pakiecie 27 dopuści testy immunochromatograficzne do wykrywania karbapenemaz typu KPC, VIM, NDM, OXA-48, IMP ?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 27 –** Czy w pakiecie 19 pozycji 1 i 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu pakowanego po 22 szt. w opakowaniu zbiorczym:

Uzasadnienie: Wykonawca zgodnie z przeliczeniem zaproponuje Zamawiającemu 5 op., co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego, z zachowaniem pozostałych parametrów.

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 28 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury VAT?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 29 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej?

**Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**



Pleszewskie Centrum Medyczne  
w Pleszewie  
Sp. z o.o.



Szpital  
Akredytowany



**Pytanie 30** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Dostawca ma prawo zmiany ceny w przypadku ponad 5-procentowego wzrostu kursu EUR/PLN, liczonego jako odchylenie procentowe bieżącego średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN do średniego kursu NBP pary walutowej EUR/PLN z dnia złożenia oferty. Zmiana ceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga pod rygorem nieważności zawarcia pisemnego aneksu. Rozliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie rozliczone poprzez wystawienie faktury korygującej.”

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31 – Dotyczy – Część nr 7**

Czy Zamawiający dopuści test o parametrach: dla Rotawirusów czułość: 97,3%, specyficzność: 97,1%; dla Adenowirusów czułość: 95,2% specyficzność: 97,7%?

**Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 32 – Dotyczy – Część nr 7**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach zbiorczych 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuści.**

Treść niniejszego pisma staje się częścią specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są ją uwzględnić w swoich ofertach.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

*Błażej Górczyński*

Sporządziła:  
Aleksandra Prażucha