



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www. szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 29.07.2021 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

Nr postępowania: ZP/8/21

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 tj. ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dotyczy Pakietu Nr 94:

1) Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane po 50 sztuk?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

2) Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje tylko 250 SZTUK golarek?

TAK, ZASZŁA OMYŁKA PISARSKA, ZAMAWIAJĄCY MIAŁ NA MYŚLI 250 OPAKOWAŃ (40 SZT. W OPAKOWANIU)

2. Dotyczy Pakietu Nr 67:

1) Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 67 układ przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego wyposażony były w aparat kroplowy posiadający w zbiorniku wyrównawczym zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się układu pomiarowego i przedostawaniu się bąbelków powietrza do dalszej części zestawu eliminując tym samym powstanie zniekształceń fali ciśnienia na monitorze oraz ewentualne zagrożenie związane z powstaniem zatorowości powietrznej?

ZGODNIE Z SWZ

2) Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 67 Zamawiający wymaga układów przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilnych z posiadanym okablowaniem do kardiomonitorów Emtel oraz monitorów hemodynamicznych Lidco Rapid?

Emtel, Rapid, Lidco, BeneView T5,T8

3. **Dotyczy Pakietu Nr 110 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w rozmiarach M/L i XL/XXL?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

4. **Dotyczy Pakietu Nr 45** - Czy w pakiecie 45 Zamawiający dopuści: Cewniki poliuretanowe z silikonowymi ramionami 13,5Fr o długościach 13.5cm-16cm – 19,5cm-24cm?

ZGODNIE Z SWZ

5. **Dotyczy Pakietu nr 109, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowej laminowanej folią? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

6. **Dotyczy Pakietu nr 111, poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga ubranie wykonane z włókniny o gramaturze min. 35 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

7. **Dotyczy Pakietu nr 65, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

ZGODNIE Z SWZ

8. **Dotyczy Pakietu nr 65, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS ze wzmocnieniami z laminatu w przedniej części i na rękawach? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

ZGODNIE Z SWZ

9. **Dotyczy Pakietu nr 65, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M, L, XL, XXL? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

ZGODNIE Z SWZ

10. **Dotyczy Pakietu nr 65, poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga fartuch w rozmiarach M, L, XL, XXL?
Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
ZGODNIE Z SWZ.
11. **Dotyczy SWZ rozdział 4 pozycja 6 oraz załącznik nr 7 projektu umowy § 2 pozycja 11** - Prosimy Zamawiającego o zmianę wygórowanych wymagań dotyczących terminu ważności przedmiotu zamówienia wynoszącego 24 miesiące, niespotykanych w żadnych innych postępowaniach publicznych (najczęściej spotyka się wymóg minimum 12 miesięcy ważności). Już sam fakt, że wyroby medyczne produkowane są najczęściej z 24 miesięcznym terminem ważności od momentu opuszczenia wytwórni (nie licząc całego procesu logistycznego związanego ze sprowadzeniem produktu do magazynu dystrybutora) sprawia, że powyższy wymóg jest niemożliwy do zaakceptowania. Ponadto niektóre pozycje wchodzące w skład pakietu nr 84 są produktami leczniczymi, które z natury swojej mają krótszy termin ważności. Jednocześnie sam Zamawiający wymaga stosunkowo krótkiego terminu dostawy zapewne w związku z utrzymywaniem niskiego stanu magazynu własnego. Dlatego wnosimy o zmianę stanowiska i wprowadzenie standardowego wymogu minimum 12 miesięcy ważności od momentu dostawy do magazynu Zamawiającego w stosunku do produktów wchodzących w skład pakietu nr 84.
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA 12-MIESIĘCZNY TERMIN WAŻNOŚCI W ODNIESIENIU DO PAKIETU NR 84.
Rozdział 4 SWZ ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Oferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać odpowiednie okresy ważności: min. 24 m-ce (sprzęt sterylny, za wyjątkiem Pakietu Nr 84) i 12 m-cy (sprzęt niesterylny) od dnia dostawy.”
§ 2 ust. 11 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar z terminem ważności nie krótszym niż: 24 m-ce (sprzęt sterylny, za wyjątkiem Pakietu Nr 84) i 12 m-cy (sprzęt niesterylny) od dnia dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności”.
12. **Dotyczy Pakietu nr 45 pozycja 1** - Opisane przez Zamawiającego w tej pozycji cewniki silikonowe do terapii nerkozastępczej w OAIT produkowane są standardowo w długościach 15 cm, 20 cm i 24 cm oraz średnicach 11,5Fi13,5 F. Czy wobec tego Zamawiający będzie wymagał zaoferowania cewników w powyższych rozmiarach z zachowaniem pozostałych parametrów?
TAK
13. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW W UŁOŻENIU GINEKOLOGICZNYM - Czy Zamawiający dopuści obłożenia operacyjne o następującym składzie:
- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190cm, laminowana jednostronnie grubą, niebieską folią PE,
 - 1 x Serweta ginekologiczna 290 x 315cm z zintegrowanymi nogawicami, otworem krocowym przylepnym, zbiornikiem do przechwytywania płynów wyposażonym w zawór odprowadzający,
 - 1 x Serweta pod pośladki 75 x 90cm.
 - 1 x Taśma samoprzylepna 10 x 50cm
 - 2 x Ręcznik chłonny (celuloza) 40 x 40cm?
- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.**
14. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - OBŁOŻENIA UNIWERSALNE - Czy Zamawiający dopuści obłożenia operacyjne o następującym składzie:
- 1 x Serweta na stół instrumentalny 140 x 190 cm
 - 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm
 - 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm
 - 1 x Serweta przylepna 170 x 180cm
 - 2 x Serweta przylepna 75 x 90cm
 - 4 x Ręcznik chłonny z celulozy
 - 4 x Taśma przylepna OP o wymiarze 10 x 25cm?
- ZGODNIE Z SWZ.**
15. **Dotyczy Pakietu Nr 65** - FARTUCHY CHIRURGICZNE STERYLNE - Czy Zamawiający dopuści Fartuch wykonany z włókniny typu SMS sterylny i wzmocniony?
ZGODNIE Z SWZ.
16. **Dotyczy Pakietu nr 60 w poz. 2** - Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”),

wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR2017/745.”

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

17. **Dotyczy Pakietu nr 78** - Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 78 pozycja 1 Zestaw do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający: 2 igły wprowadzające: z koszulka i bez, Strzykawkę, Skalpel, Prowadnice, Zakrzywiony rozszerzacz, Cewnik(rurkę) do wentylacji-radiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr wewn 4mm dł 4,2cm lub wewn 6mm, dl 7,5cm, Taśmę tracheotomijną.

ZGODNIE Z SWZ.

18. **Dotyczy Pakietu Nr 93 pozycja nr 1** - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 93 pozycja nr 1 myjki z następującym opisem: Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,5 cm, gramatura nie mniejsza niż 120 g/m² wykonana z włókna poliestrowego. Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym pH 5,5, aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary i dużą zawartość żelu. Zarejestrowana jako kosmetyk.

ZGODNIE Z SWZ.

19. **Dotyczy Pakietu nr 86, pozycja 1,2** - Prosimy o dopuszczenie wkładów, których wymiana nie wymaga odłączenia drenu od źródła próżni a jedynie z pokrywy wkładu.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

20. **Dotyczy Pakietu nr 86, pozycja 1,2** - Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

21. **Dotyczy Pakietu nr 86, pozycja 1, 2** - Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów (zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczane badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

22. **Dotyczy Pakietu nr 84** - Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania niższych wartości ofert, czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 84:

poz. nr 1 - Wodorowęglowy dializat bezwapniowy i utworzy z niej osobny pakiet lub wyrazi zgodę na składanie ofert częściowych?

W obecnym stanie faktycznym opis wskazuje na jednego wykonawcę, zwłaszcza numery katalogowe, które Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry wymagane, a co za tym idzie oferta delegowana jest tylko i wyłącznie dla jednego beneficjenta, który spełnia wszystkie wymagania czyli Spółka Fresenius Medical Care S.A.

Podział przedmiotu Zamówienia pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius Medical Care Polska S.A. oraz na zaoferowanie wyrobu medycznego (w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate) używanego od lat do dnia dzisiejszego przez wiele oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w ośrodkach klinicznych, szpitalach specjalistycznych oraz w stacjach dializ na terenie całego kraju (np. SCCS w Zabrze, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

W przypadku zaniechania dokonania czynności wydzielenia poz. 1 wnosimy o uzasadnienie merytoryczne.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

23. **Dotyczy Projektu umowy** - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 12 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji” na „...dni roboczych od dnia uznania danej reklamacji”.

ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY WZORU UMOWY.

24. **Dotyczy Projektu umowy** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. a), b):

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- 1) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru;**
- 2) za dostarczenie towaru z wadami **0,5%** wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.**

ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY WZORU UMOWY.

25. **Dotyczy Projektu umowy** - W związku z zapisem §12 ust.2 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2020 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.

Zamawiający informuje, że stan majątkowy Szpitala na koniec czerwca 2021 r. uległ zwiększeniu. Wartość środków trwałych na koniec czerwca 2021r. to 45 500 424,13 zł. Aktywa obrotowe na koniec czerwca 2021r. wyniosły 23 105 427,18 zł. Ponadto w roku 2021 Spółka poprawiła znacząco wyniki i na koniec I półrocza 2021 roku osiągnęła zysk w wysokości 6 040 455,20 zł. Zamawiający załącza rachunek zysków i strat oraz bilans za rok 2020.

26. **Dotyczy Projektu umowy** - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ I DODAJE DO § 3 PROJEKTU UMOWY KOLEJNY UST. 8:

„8. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: nzozkss@szpital.kutno.pl, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy:”

27. **Dotyczy Pakietu Nr 17** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m² i następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 30 cm
- Pozostałe parametry bez zmian

ZGODNIE Z SWZ.

28. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) z dodatkowym padem chłonnym o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, 250/280 x 280 cm
- z otworem (9 x 12 cm)
- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu	50 x 50 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

ZGODNIE Z SWZ.

29. **Dotyczy Pakietu Nr 19** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów stawu kolanowego wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy	100 x 150 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm)	300 x 200 cm
1 osłona na kończynę	35 x 55 cm
3 taśmy samoprzylepne	10 x 50 cm
1 osłona na kamerę	13 x 250 cm

ZGODNIE Z SWZ.

30. **Dotyczy Pakietu Nr 20** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii ginekologicznej wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) z dodatkowym padem chłonnym o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 taśma przylepna	10 x 50 cm
1 serweta przylepna	90 x 75 cm
1 serweta brzuszno-kroczoza z padami chłonnymi (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm)	230 x 250/280 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

ZGODNIE Z SWZ.

31. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) z dodatkowym padem chłonnym o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	200 x 175 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym	75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

ZGODNIE Z SWZ

32. **Dotyczy Pakietu Nr 25** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia poporodowego, w którym serwety wykonane są z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 120 x 75 cm (opakowanie zestawu)
1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm
1 x Nożyczki chirurgiczne proste 14,5 cm ostro tępe
1 x Pęseta chirurgiczna prosta 14 cm
1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 14 cm
1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm
20 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek
5 x tupper z gazy 24x24 cm 20 nitek
1 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

ZGODNIE Z SWZ

33. **Dotyczy Pakietu Nr 26**

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stół Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kable w rozmiarze 13 x 250 cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

34. **Dotyczy Pakietu Nr 27**

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy przylepnej w rozmiarze 10 x 50 cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do ssaka i diametrii w rozmiarze 43 x 38 cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

35. **Dotyczy Pakietu Nr 28**

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ściereczek w rozmiarze 30 x 33 cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 240 cm lub 175 x 200 cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZMIAR 175 x 200 cm.

36. **Dotyczy Pakietu Nr 51** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania: zestawu do operacji biodra wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m² z dodatkowymi padami chłonnymi o łącznej gramaturze min. 110 g/m², w tym serweta główna posiada pad chłonny z wiskozy o łącznej gramaturze min. 130 g/m², o wytrzymałości na wypychanie na sucho/ mokro w części krytycznej min. 220 kPa, chłonności min. 285% i następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 x serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm
4 x ręczniki celulozowe	33 x 30 cm
2 x taśma przylepna	10 x 50 cm
1 x serweta główna extra wzmocniona, z U przylepne 10 x 95 cm	245 x 280 cm
1 x serweta wzmocniona przylepna z warstwą przylepną 100 cm	300 x 170 cm
1 x serweta nieprzylepna	90 x 75 cm
1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona złożona	190 x 150 cm
1 x osłona na kończynę	35 x 120 cm

Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem nierepozycjonowalnym

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

lub

zestawu do operacji biodra wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen- polietylen) o min. gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym z wiskozy w serwecie głównej o łącznej gramaturze min. 130 g/m², o wytrzymałości na wypychanie na sucho/ mokro w części krytycznej min. 220 kPa, chłonności min. 285% i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna	170 x 300 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna extra wzmocniona typu „U” (pad)	260 x 200 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U”	150 x 220 cm
1 serweta nieprzylepna	150 x 100 cm
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem nierepozycjonowalnym

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM, ŻE SPEŁNIA NORMĘ 13795.

37. **Dotyczy Pakietu Nr 65, poz. nr 1-2** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS, w rozmiarze M, L, XL, XXL, zapinanego przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora w dowolnym miejscu na wysokości barków?

ZGODNIE Z SWZ.

38. **Dotyczy Pakietu Nr 66**

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x 75 cm?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

39. **Dotyczy Pakietu Nr 68** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm

1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)

1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

1 x woda sterylna w ampułce 20 ml

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

40. **Dotyczy Pakietu Nr 73**

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłuc centralnych o następującym składzie:

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

4 x tampony (tupfery) z gazy bawełnianej wielkości śliwki

1 x kleszczyki plastikowe

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny

1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana)

1 x ostrze – skalpel 6,5 cm (zapakowane)

1 x igłotrzymacz 13 cm

1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

ZGODNIE Z SWZ.

Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia o następującym składzie:

1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm

1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml

1 x igła 18G x 1 1/2

1 x igła 22G x 1 1/4

6 x tupfer z gazy wielkości śliwki

1 x opatrunek włókninowy przylepny 7,2 x 5 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

ZGODNIE Z SWZ.

41. **Dotyczy Pakietu Nr 83** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do mycia pola operacyjnego o następującym składzie:

6 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
ZGODNIE Z SWZ.

lub

6 x tampony włókninowe (tupfer)

1 x kleszczyki plastikowe, 24 cm

1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml

Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

ZGODNIE Z SWZ.

42. **Dotyczy Pakietu Nr 108, poz. 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepków męskich posiadających z tyłu gumkę w miejsce troków?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

43. **Dotyczy Pakietu Nr 41** - Czy Zamawiający w Pakiecie 41 w pozycji 1 dopuści cewniki w rozmiarach 16, 20, 24, 28, 32 spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

ZGODNIE Z SWZ.

44. **Dotyczy Pakietu Nr 41** - Czy Zamawiający w Pakiecie 41 w pozycji 1 oczekuje cewników z trokarem z ostrym końcem z gładkimi nietraumatyzującymi otworami eliptycznymi, nie zawierających lateksu, o długości 25 cm dla rozmiaru 16CH i 40cm dla pozostałych rozmiarów, z zachowaniem pozostałych wymagań z SIWZ ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

45. **Dotyczy Pakietu Nr 45 poz. 1** - Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 45 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 13 Fr i długościach: 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

ZGODNIE Z SWZ.

46. **Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 5** - Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 5 z pakietu 38 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

47. **Dotyczy Pakietu Nr 33** - Czy Zamawiający w pakiecie 33 dopuści:

1) Poz. 1 worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, dostosowująca się do kształtów ciała, docięcie 10-55 mm, z filtrem, przezroczysty lub neutralny szary z okienkiem, z nieprzepuszczalnego delikatnego materiału

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

2) Poz. 1 worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, zamykany na rzep, podwójna płytka hydrokoloidowa zapobiegająca podrażnieniom, docięcie 10-76 mm, z filtrem, przezroczysty lub cielisty z okienkiem

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- 3) Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stominjne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

- 4) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o aprobatę faktury w formacie pdf wysyłanej na podany przez Zamawiającego adres mailowy. Z towarem, który dostarczany jest z Magazynu na Węgrzech, dostarczamy dokument WZ, natomiast fakturę przesyłamy z biura z Warszawy. Jesteśmy w stanie dostarczyć ją w wersji papierowej – w ciągu 2 dni od zamówienia, także zbiega się to z czasem dostawy lub mailem.

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ, ZGODNIE Z ODPOWIEDZIĄ NA PYTANIE NR 26.

48. **Dotyczy Pakietu Nr 53** - Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji: Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą in-out oraz out-in

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma:
 - Długość – 420 mm
 - Szerokość – 13 mm
 - Grubość – 0,51 mm
 - Gramatura – 90 g/m²
 - Rozmiar porów – 500-1000
 - Rozmiar włókna (średnica) – 0,14 mm
3. Taśma o brzegach ciętych laserowo oraz dodatkowo w powłoce ochronnej – minimalizujące tarcie i uszkodzenia tkanki w trakcie implantacji
4. System 2 jednorazowych igieł, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną.
5. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia
6. Dołączona prowadnica ze wskaźnikiem położenia (tzw. „motylek”) w celu ochrony cewki moczowej
7. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, metodą out-in oraz in-out.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

49. **Dotyczy Pakietu Nr 67**- Układ przetworników:

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i poz.2 przetworników o długości 180+30cm lub 130+30cm lub 120+30 z połączeniem wodoszczelnym bezpinowym?

ZGODNIE Z SWZ.

- 2) Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz.1 i poz.2?


Connectors available



KOŃCÓWKA JAK PRZY APARACIE TELEFONICZNYM

- 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 i poz.2 przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.



50. **Dotyczy Pakietu nr 95 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody w kształcie „10-płatkowego kwiatka” o średnicy 25,7 mm, ponieważ rozmiar elektrody 24 mm podany w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na elektrodę H124SG prod. COVIDIEN.
ZGODNIE Z SWZ.
51. **Dotyczy Pakietu nr 95 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłe o średnicy 30 mm, ponieważ rozmiar elektrody 24 mm podany w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na elektrodę H124SG prod. COVIDIEN
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ELEKTRODY O ŚREDNICY 30 mm, POZOSTAŁE PARAMETRY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SWZ.
52. **Dotyczy Pakietu nr 95 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 55 x 40 mm, ponieważ rozmiar elektrody 48x34 mm podany w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na elektrodę H91SSG nr kat. 31.1917.21 prod. COVIDIEN.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ELEKTRODY O ROZMIARZE 55X40 mm, POZOSTAŁE PARAMETRY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SWZ.
53. **Dotyczy Pakietu nr 95 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 50 x 35 mm, ponieważ rozmiar elektrody 48x34 mm podany w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na elektrodę H91SSG nr kat. 31.1917.21 prod. COVIDIEN.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
54. **Dotyczy Pakietu nr 95 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 57 x 34 mm, ponieważ rozmiar elektrody 48x34 mm podany w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na elektrodę H91SSG nr kat. 31.1917.21 prod. COVIDIEN.
ZGODNIE Z SWZ.
55. **Dotyczy Pakietu nr 95 poz. 2** - Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody w pozycji nr 2 mają posiadać podłużny otwór służący do przełożenia kabla ekg bez przecięcia boków elektrody? Przecięcie jest stosowane w elektrodach do badań wysiłkowych i holterowskich, dodatkowo otwór bez przecięcia boków elektrody zapobiega rozerwaniu się elektrody podczas aplikacji i użytkowania.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
56. **Dotyczy Pakietu nr 95 poz. 1, 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny elektrod w opakowaniach – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
57. **Dotyczy Pakietu nr 95 poz. 1, 2** - Jeżeli zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto w zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku.
ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCIŁ WYCENĘ W OPAKOWANIACH 50 SZT.
58. **Dotyczy Pakietu nr 107 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu ASCARD o rozmiarze 112 mm x 25 m, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 1120 szt. (rolek). Papier o rozmiarze 112 mm x 25 m jest stosowany w aparatach Ascard firmy Aspel.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

59. **Dotyczy Pakiet nr 107 poz. 5** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu KTG Corometrics 4305 BAO o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 313 bloczków.
ZGODNIE Z SWZ.
60. **Dotyczy Projektu umowy – par. 2 ust. 8** - Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia kompletu aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu i użytkowania wraz z podpisaną umową zamiast z pierwszą dostawą.
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.
61. **Dotyczy Projektu umowy – par. 4 ust. 1 pkt. 5)** - Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.
ZAMAWIAJACY MODYFIKUJE ZAPIS § 4 ust. 1 pkt 5):
„5. w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego o czas określony, nie dłuższy niż kolejne 6 miesięcy”.
62. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści przyrząd zawierający medyczny PVC bez uchwytu na dren i igły w opakowaniu typu folia?
ZGODNIE Z SWZ.
63. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści worek do osłony płynu dołączony nie pakowany razem?
ZGODNIE Z SWZ.
64. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści wycenę strzykawki z rozszerzeniem skali do 2,5ml?
ZGODNIE Z SWZ.
65. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 6 dopuści wycenę za op. 100szt. z przeliczeniem ilości?
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.
66. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1-4 dopuści wycenę z mlecznym tłokiem i czarną, kontrastującą skalą?
ZGODNIE Z SWZ.
67. **Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści wycenę kaniuli z 6 paskami RTG, w rozmiarach odpowiednio:
0,9x25mm; 1,1x32mm i 1,1x25mm; 1,3x45mm i 1,3x32mm; 1,5x45mm; 1,7x45mm; 2,1x45mm?
Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
ZGODNIE Z SWZ.
68. **Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 3 i 4** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 3 i 4 dopuści wycenę za op. 100szt. z przeliczeniem ilości?
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.
69. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1 i 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1 i 2 dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP?
ZGODNIE Z SWZ.
70. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści aparat do szybkiego przygotowania kroplówki gwarantującego bezpieczną infuzję o następujących parametrach:
- przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, samozamykającym się,
 - elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu,
 - precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu,
 - filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu i zbędną utratą leku podczas jego wypełniania,
 - filtr hydrofilny w komorze kropelkowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki,
 - zawór zabezpieczający przed cofaniem się krwi do drenu, sterylny.
- ZGODNIE Z SWZ.**

71. **Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2 dopuści kranik z wyłącznie optycznym identyfikatorem pozycji?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE POZOSTAŁE PARAMETRY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SWZ
72. **Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 34 poz. 1 dopuści wycenę za op. 100szt. z przeliczeniem ilości?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
73. **Dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 55 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu o opisie:
„Sterylny aparat do wielokrotnego pobierania leków z fiolek typu Spike; wolny od PCV i lateksu; z filtrem antybakteryjnym powietrza o wielkości 0,1µm, ze standardowym kolcem, z kapturkiem zamykającym końcówkę luer lock; x 1szt.”?
ZGODNIE Z SWZ.
74. **Dotyczy Pakietu Nr 75 poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 75 poz. 1 dopuści siatkę wykonaną z włókien polipropylenowych z powłoką tytanową, monofilamentowa, o porowatości 72%, grubości nici 0,15 w rozmiarze 20x15cm?
ZGODNIE Z SWZ.
75. **Dotyczy Pakietu Nr 93** - Czy Zamawiający w Pakiecie 93 wyrazi zgodę na wycenę myjki w kształcie rękawicy, bez palców, wykonanej z włókniny o gramaturze 100 g/m², w rozmiarze 15x23cm, nasączona łagodnym płynem kosmetycznym do mycia?
ZGODNIE Z SWZ.
76. **Dotyczy Pakietu Nr 45** - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 45 dopuści cewniki do terapii nerkozastępczej, wykonane z termoczułego poliuretanu, o długościach: 15 cm -20 cm -25 cm?
ZGODNIE Z SWZ.
77. **Dotyczy Pakietu nr 4**
1) **Pyt. 1** –Czy Zamawiający w pakiecie numer 4 poz. 1 dopuści: Kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym, materiał cewnika PUR. Kaniula z zabezpieczeniem przed przypadkowymi zakłuciami. Zabezpieczenie pasywne. Membrana z filtrem hydrofobowym 3paski kontrastujące w RTG. Oznaczenie kolorami średnicy i długości kaniul. Rozmiar 18G dostępny w dwóch długościach oznaczony tym samym kolorem. Na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę, rozmiarach długość i średnica oraz przepływ 0.9 mm długość 25mm 1.0mm długość 32mm 1.3 mm długość 32mm, 45 mm. 1.5 mm długość 45mm 1.75 mm długość 45mm 2.0mm długość 45mm?
ZGODNIE Z SWZ.
- 2) **Pyt. 2** –Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 3 i 4 do oddzielnego pakietu?
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.
78. **Dotyczy Pakietu Nr 116** - Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 116 wymaga, aby oferowany test ureazowy był wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
79. **Dotyczy Pakietu Nr 53** - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 53: taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, białą, propylenową, monofilamentową, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie (brak osłonki w środku na odcinku min. 2cm), jednorodną, niewchłaniającą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 976 µm, max. 2314 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), na środku taśmy znajdują się oznaczenia ułatwiające jej pozycjonowanie podczas zabiegu chirurgicznego, końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez wypustki środkowej
oraz
1 komplet igieł wielorazowego użytku, spiralnych, prawa + lewa, ze stali chirurgicznej z metalową rękojeścią?
Uzasadnienie.
Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
80. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści przyrządy w całości pozbawione ftalanów z komorą kroplową wykonaną z PCV?
ZGODNIE Z SWZ.

81. **Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządów z workiem pakowanych osobno. Worek o wymiarach 200mm x 300mm. Bezpośrednio na przyrządzie brak nazwy Producenta. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.
ZGODNIE Z SWZ.
82. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1-4** - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali, t.j.:
2 do 2,2ml
5 do 5,5ml
10 do 11ml
20 do 22ml?
ZGODNIE Z SWZ.
83. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1-4** - Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości opakowań w zależności od ilości sztuk w opakowaniu?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
84. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą?
ZGODNIE Z SWZ.
85. **Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kaniule z 6 paskami kontrastującymi w RTG?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
86. **Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniuli w rozmiarze: 0,9mm x 25mm; 1,1mm x 32mm; 1,3mm x 45mm; 1,5mm x 45mm; 1,7mm x 45mm; 2,0mm x 45mm ?
ZGODNIE Z SWZ.
87. **Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP) ?
ZGODNIE Z SWZ.
88. **Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 27cm spełniający pozostałe wymagania swz?
ZGODNIE Z SWZ.
89. **Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 7** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników w rozmiarze 8 do 22 (co 2) o gładkim, przezroczystym drenie bez zmrożenia?
ZGODNIE Z SWZ.
90. **Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści sondę o długości 105cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
91. **Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści silikonową sondę Sengstakena-Blakemore'a bez manometru, jak dotychczas stosowana?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
92. **Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
93. **Dotyczy Pakietu Nr 16** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 fartuch chirurgiczny SMS 128cm.
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm.
4 ręcznik 30x40cm.
3 fartuchy chirurgiczne wzmacniane SMS 157cm.
1 serweta na stolik Mayo 80x145cm.
1 osłona ortopedyczna 35x120 cm z włókninową taśmą samoprzylepną?
1 kieszka na narzędzia 40x40cm jednokomorowa.
2 taśma samoprzylepna 9x50cm.
1 dren do ssaka CH24, 300 cm
1 końcówka do odsysania ortopedyczna z filtrem.
1 elektroda czynna monopolarna do elektrokoagulacji typu Erbe z końcówką nożową dł kabla 3,2m.
1 butla Redona 400ml
1 pudełko magnetyczne do liczenia igieł.
2 strzykawki 100 ml .
2 igły iniekcyjne 1,2 mm
1 czyścik do elektrody 5x5cm.
1 miska 250ml.
10 tupferów gazowych do mycia pola operacyjnego
1 korcang .
20 kompresy gazowe z nitką RTG, 16 warstwowe 10x10cm.
10 serwet gazowych białych z nitką RTG 4-warstwowe 45x45cm.

1 opatrunek do ran 10x25cm.

1 opatrunek do ran 10x8cm

1 serweta chirurgiczna 150x180cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U”, rozmiar wycięcia 20 x 100 cm, ze wzmocnieniem w strefie krytycznej

1 samoprzylepna serweta 150 x 240 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM, ŻE ZGODNY Z NORMĄ 13795.

94. **Dotyczy Pakietu Nr 17** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², Odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 680%
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

ZGODNIE Z SWZ.

95. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²:
- 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
 - 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

ZGODNIE Z SWZ.

96. **Dotyczy Pakietu Nr 19** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
- 1 x serweta o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

ZGODNIE Z SWZ.

97. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

ZGODNIE Z SWZ.

98. **Dotyczy Pakietu Nr 22** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa: górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
99. **Dotyczy Pakietu Nr 25** - Czy zamawiający dopuści osłony na kończynę 70 x 120 cm, reszta zgodnie z wymaganiami?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
100. **Dotyczy Pakietu Nr 26, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kable w rozmiarze 16x250cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
101. **Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 170x300cm z taśmą lepnią o długości 80cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
102. **Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm z taśmą lepnią o długości 80cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
103. **Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu by igły posiadały dwa typy ścięcia ostrza, w przypadku pozostawienia wymogu prosimy o merytoryczne uzasadnienie wymogu?
Pragniemy dodać, iż przedmiotem zamówienia są igły iniekcyjne, a igieł o krótkim ścięciu nie stosuje się do iniekcji, tylko do np. pobierania leku z fiołki.
ZGODNIE Z SWZ
104. **Dotyczy Pakietu Nr 41, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści cewnik Thorax z mandrynem, pakowany w podwójne opakowanie typu folia-papier z plastikowym zabezpieczeniem ostrza trokara, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
105. **Dotyczy Pakietu Nr 43, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer CH 21 o średnicach 3,9/7,0mm oraz drenem o długości 4,0m?
ZGODNIE Z SWZ.
106. **Dotyczy Pakietu Nr 43, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer CH 20 o średnicach 4,45/6,67mm?
ZGODNIE Z SWZ.
107. **Dotyczy Pakietu Nr 43, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 24 o długości 2,1m?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
108. **Dotyczy Pakietu Nr 43, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści dren z końcówkami: lejek – łącznik schodkowy (męski) z kontrolą siły ssania (typu Kapkon)?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
109. **Dotyczy Pakietu Nr 49, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści worek w opakowaniu foliowym spełniający pozostałe wymagania swz?
ZGODNIE Z SWZ
110. **Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu w postaci przyrządu do pobierania leków wraz z portem bezigłowym zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu?
ZGODNIE Z SWZ
111. **Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki zabezpieczającej?
ZGODNIE Z SWZ
112. **Dotyczy Pakietu Nr 61, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarach 15Gx55mm/95mm i 15Gx30mm/70mm?
ZGODNIE Z SWZ
113. **Dotyczy Pakietu Nr 65, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?
ZGODNIE Z SWZ

114. Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm z otworem o średnicy 10cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
115. Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
116. Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
117. Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na dłuższym boku?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
118. Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści serwetę włókninową, nieprzylepną 45 x 60 cm z otworem?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE POZOSTAŁE PARAMETRY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SWZ.
119. Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści żel poślizgowy w strzykawce 6 ml?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
120. Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści wodę w ampułce 10 ml?
ZGODNIE Z SWZ.
121. Dotyczy Pakietu Nr 73, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści pojemnik trójkomorowy zamiast miseczki dwukomorowej?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POJEMNIK TRÓJKOMOROWY, ALE POZOSTAŁE PARAMETRY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SWZ.
122. Dotyczy Pakietu Nr 73, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści serwetę 75 x 90 cm z otworem o śr. 7 cm, bez foliowego drenu wokół otworu?
ZGODNIE Z SWZ.
123. Dotyczy Pakietu Nr 76, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren o długości ramion: 450mmx 180mm w opakowaniu podwójnym - opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne perforowana folia ?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
124. Dotyczy Pakietu Nr 77 - Czy zamawiający dopuści serwetę z włókniny Spunlace?
ZGODNIE Z SWZ
125. Dotyczy Pakietu Nr 82, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?
ZGODNIE Z SWZ
126. Dotyczy Pakietu Nr 82, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?
ZGODNIE Z SWZ
127. Dotyczy Pakietu Nr 83 - Czy zamawiający dopuści tufery z nitką RTG?
ZGODNIE Z SWZ
128. Dotyczy Pakietu Nr 94, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści golarki z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej chromem, pakowane zbiorczo po 50szt. ?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
129. Dotyczy Pakietu Nr 100, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1500ml, z drenem z atraumatycznym otworem końcowym oraz jednym otworem bocznym?
ZGODNIE Z SWZ.
130. Dotyczy Pakietu Nr 100, poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli gotowy zestaw do lewatywy z mydłem w płynie, serwetką i rękawicą foliową?
ZAMAWIAJĄCY MA NA MYŚLI TYLKO APARAT DO LEWATYWY.

131. Dotyczy Pakietu Nr 101, poz. 1 – 2 - Czy Zamawiający dopuści nieprzezroczyste opaski z przezroczystym okienkiem na kartonik z danymi pacjenta?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
132. Dotyczy Pakietu Nr 108, poz. 1-2- Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. =100szt z przeczeniem zamawianej ilości?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
133. Dotyczy Pakietu Nr 109, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x210cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
134. Dotyczy Pakietu Nr 109, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną?
ZGODNIE Z SWZ.
135. Dotyczy Pakietu Nr 109, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z podfoliowanej włókniny polipropylenowej?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
136. Dotyczy Pakietu Nr 110, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszulę pakowaną a'10szt?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
137. Dotyczy Pakietu Nr 110, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
138. Dotyczy Pakietu Nr 118 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny za opakowanie a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 1112 opakowania?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
139. Dotyczy Pakietu Nr 114, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści pojnik 250ml?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
140. Dotyczy Pakietu Nr 127, poz. 1b - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o długości 80cm?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
141. Dotyczy Pakietu Nr 129, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1600ml badanej wg normy EN ISO 11948-1?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
142. Dotyczy Pakietu Nr 129, poz. 1 - Czy w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładu umożliwiającego trwałe zatrzymanie bakterii MRSA oraz E.coli w chłonnym rdzeniu, co ma zostać potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ALE POZOSTAŁE PARAMETRY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SWZ
143. Dotyczy Pakietu Nr 129, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonanego z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; pakowanego po 10 szt.?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
144. Dotyczy Pakietu Nr 64:
1) Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 64 poz. 1 – protez naczyniowych prostych, a w szczególności podanie wymaganej długość protez o średnicach 6-10 H.
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PROTEZ O DŁUGOŚCI 45-50 cm
2) Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 64 poz. 2 – protez naczyniowych rozwidlonych, a w szczególności podanie wymaganej długość protez o średnicach 6-20 H.
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PROTEZ O DŁUGOŚCI 45-50 cm
145. Dotyczy Pakietu Nr 12 pozycja 1-7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 1-7 cewników i masek w wersji mikrobiologicznie czystej. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
146. Dotyczy Pakietu Nr 46 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do higieny jamy ustnej składającego się ze szczoteczki, saszetki z 0,12% roztworem chlorheksydy 12ml, żelu do mycia zębów, szpatułki i kieliszka. Szczoteczka z wbudowanym złączem do linii odsysającej oraz portem kciukowym umożliwiającym regulację siły odsysania. Cała szczoteczka wykonana z jednego odlewu, co eliminuje ryzyko wypadania włosa. Mała główka pozwalająca na stosowanie szczoteczki zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, oraz długa, smukła szyjka umożliwiająca dotarcie do wszystkich obszarów jamy ustnej. Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany w folię.
ZGODNIE Z SWZ.

147. **Dotyczy Pakietu 67, poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

ZGODNIE Z SWZ.

148. **Dotyczy Pakietu 67, poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, podwójna, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościennne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

ZGODNIE Z SWZ.

149. **Dotyczy wzoru umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisów §7 ust.1.1 i 1.2 do 0,2%?

ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY WZORU UMOWY.


150. **Dotyczy Pakietu nr 121** – Elektrody do defibrylacji- Czy zamawiający dopuści produkt równoważny o tych samych parametrach technicznych produkowany na terenie Wspólnoty Europejskiej rekomendowany do stosowania w aparatach Lifepak jako wysokiej jakości zamiennik?

ZGODNIE Z SWZ.

151. **Dotyczy Pakietu Nr 125** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,4 oraz 6 do oddzielnego pakietu?

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

152. **Dotyczy Pakietu Nr 17** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego



- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 83g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;
- 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (szybownik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

ZGODNIE Z SWZ.

153. **Dotyczy Pakietu Nr 116** - Czy Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

154. **Dotyczy Pakietu Nr 116** - Czy Zamawiający wymaga testu mokrego?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

155. **Dotyczy Pakietu nr 21** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego o składzie:


- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 4 ręczniki 30 x 40
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny
- 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny
- 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny
- 30x60cm, taśma lepna 6 x 100cm,
- Pozostałe zgodnie z SIWZ.

ZGODNIE Z SWZ.

156. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy Zamawiający dopuści poniższy zestaw:



- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Osłona Mayo ze wzmocnieniem
- Naniesione oznaczenie kierunku rozkładania
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 62g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 2 ręczniki do rąk 30 x 40 cm
- 1 serweta 100 x 100cm
- 1 samoprzylepny uchwyt typu Velcro 2,5 x 15 cm
- 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm oraz zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów.

ZGODNIE Z SWZ.

157. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a'2 szt. z przeliczeniem tj.30 000 opakowań a'2 szt.

ZGODNIE Z SWZ.

158. **Dotyczy Pakietu Nr nr 28 poz. 2,3,4** - Prosimy o dopuszczenie serwety z materiału dwuwarstwowego (laminat)?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, POD WARUNKIEM, ŻE ZGODNA Z NORMĄ 13795.

159. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie serwety r rozmiarze 150x200 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

160. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 4** - Prosimy o dopuszczenie serwety r rozmiarze 150x200 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

ROZMIAR ZGODNY Z OPISEM ZAMAWIAJĄCEGO

161. **Dotyczy Pakietu Nr 32** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 200 sztuk- tj. 500 opakowań?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

162. **Dotyczy Pakietu Nr 56, 57** - Czy Zamawiający dopuści siatka chirurgiczna polipropylenowa jest implantem przeznaczonym do różnego rodzaju wad powięzi. Siatka zapewnia korzystne wrastanie oraz zwiększa wytrzymałość ścian. Makroporowata otwarta struktura porów sprzyja maksymalnej integracji tkanek – wielkość porów 1 x 1,25 mm Cienka konstrukcja ściany z mniejszą ilością materiału sprzyja redukcji bliznowacenia tkanek minimalizując dyskomfort pacjenta – gramatura 50 g/m². Grubość pojedynczego włókna – 0,10 mm, grubość siatki – 0,41 mm.

Silny i wytrzymały polipropylen utrzymuje jednolity poziom naprężeń, redukując problemy związane ze zniekształceniami oczek siatki. Przezroczysta otwarta struktura porów ułatwia szybkie wnikanie i wizualizację podstawowych struktur tkankowych.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

163. **Dotyczy Pakietu Nr 65 poz. 1, 2** - Czy Zamawiający dopuści rozmiary M, L, XL, XXL?

ZGODNIE Z SWZ.

164. **Dotyczy Pakietu Nr 66** - Prosimy o dopuszczenie serwet z materiału dwuwarstwowego (laminat)?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, POD WARUNKIEM, ŻE ZGODNA Z NORMĄ 13795.

165. **Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wym. 75x90cm z otworem 8cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

166. **Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wym. 45x75cm z otworem 5x6cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

167. **Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą na dłuższym boku?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

168. **Dotyczy Pakietu Nr 77** - Prosimy o dopuszczenie zestawu dla noworodka o poniższym składzie:

- 1 podkład wysokochłonny 60 x 60cm
- 1 serweta (owinięcie zestawu) 60 x 60cm
- 2 serwety poliestrowe bawełnopodobne (kocyki) 80 x 80cm
- 1 kocyk bawełniany, kolorowy 75 x 160cm
- 1 bawełniana czapeczka dla noworodka

ZGODNIE Z SWZ.

169. **Dotyczy Pakietu Nr 93** - Czy Zamawiający dopuści Myjka w formie rękawicy o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Rozmiar i wyprofilowany kształt powoduje łatwe użycie w różnych sytuacjach: w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom.

Produkt wykonany z dwóch warstw włókien: molton 70g pokryte folią PE 25g nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz spunlance 40g pokryte folią PE 25g (bez mydła).?

ZGODNIE Z SWZ.

170. **Dotyczy Pakietu Nr 110** - Czy Zamawiający dopuści piżamę z włókniny SMMS?

ZGODNIE Z SWZ.

171. **Dotyczy Pakietu Nr 110** - Czy Zamawiający dopuści Piżamę ze spodniami wiązanymi na troki?

ZGODNIE Z SWZ.

172. **Dotyczy Pakietu Nr 111** - Czy zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowy z włókniny SMMS?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

173. **Dotyczy Pakietu Nr 97 poz. 1,2** - Czy Zamawiający dopuści typ IIR?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

174. **Dotyczy Pakietu Nr 109 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210x80?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

175. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4** - Czy zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90x80cm?

W PAKIECIE NR 9 SĄ OSTRZA CHIRURGICZNE

176. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5** - Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej laminowanej folią?

W PAKIECIE NR 9 SĄ OSTRZA CHIRURGICZNE

177. **Dotyczy Pakietu Nr 17** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o następującej charakterystyce?

Zestaw spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej 150kPa - strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia. Materiał podstawowy serwety głównej składający się z 2 warstw (folia PE oraz warstwa chłonna) o łącznej gramaturze 56g/m².

- chłonność min. 570 % wg. PN-EN ISO 9073-6

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75 N, rozciąganie na mokro min. 80 N wg PN-EN 29073-3

- wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa, wypychanie na mokro min. 150 kPa. wg PN-EN ISO 13938-1

- czystość mikrobiologiczna max 29 cfu/dm² wg. PN-EN ISO 11737-1

- odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH₂O wg. PN-EN 20811

- pylenie max. 1,3 log₁₀ wg PN-EN ISO 9073-10.

Skład zestawu:

- Serweta główna z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 320x180cm z otworem 35x32cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem, serweta z workiem,

- serweta włókninowa 40g 80x60cm 2 szt,

- serweta włókninowa 40g 10x20cm 2 szt,

- pokrowiec na stół Mayo 145x80cm,

- serweta na stół instrumentarium 190x150cm,

- podkład chłonny 90x60cm.

ZGODNIE Z SWZ.

178. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym o następującej charakterystyce?

Skład:

- serweta główna z laminatu trzywarstwowego w rozmiarze 245x180cm z otworem 15x10, z przylepcem i zintegrowanymi nogawicami,

- serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 90x75cm,

- pokrowiec na stół Mayo 145x80cm,

- serweta na stół instrumentarium 190x150cm,

- taśma medyczna 50x9cm 2 szt,

- serwetki włókninowe 40x20 4szt.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM, ŻE ZGODNA Z NORMĄ 13795

179. **Dotyczy Pakietu Nr 19** - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z osłoną na kończynę o następującym składzie :

Serweta do obłożenia kończyny rozmiar 320 x 240cm z otworem elastycznym 6cm - 1 szt.

Pokrowiec na nogę 75 x 37cm – 1 szt.

Serwety do nakrycia stołu instrumentarium – 3 szt.

Pokrowiec na stół Mayo – 1 szt.

ręcznikami włókninowymi – 2 szt.

taśmy samoprzylepne – 3 szt.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POD WARUNKIEM, ŻE ZGODNA Z NORMĄ 13795

180. **Dotyczy Pakietu Nr 20** - Czy można zaoferować zestaw laparoskopii ginekologicznej wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56g/m², odporności na penetrację płynów 250cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie 150 Kpa

Skład zestawu:

· pokrowiec na stół Mayo 145x80cm – 1 szt

· kompres włókninowy 40g 4warstwy 10x20cm – 2 szt.

· taśma medyczna 9x50cm przylepna – 1 szt.

· serweta 56 g/m² 90x75cm – 1szt.

· serweta na stół instrumentarium 190x150cm – 1szt.

· serweta dwuwarstwowa podfoliowana 56g/m² 265x180cm 2 otwory przylepne ze zintegrowanymi nogawicami – 1szt.

ZGODNIE Z SWZ.

181. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującej charakterystyce?

Skład:

- Serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 240x150cm z przylepcem i padem chłonnym,

- Serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 200x170cm z przylepcem i padem chłonnym,
- Serweta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 90x75cm z przylepcem i padem chłonnym 2szt,
- pokrowiec na stół Mayo 145x80cm,
- serweta na stół instrumentarium 190x150cm,
- serwetki włókninowe 40x20 2 szt,
- taśma medyczna 50x9cm.

ZGODNIE Z SWZ.

182. **Dotyczy Pakietu Nr 22** - Czy Zamawiający dopuści aby serweta pod pośladki była pakowania osobno?

PYTANIE NIE DOTYCZY PAKIETU NR 22. W TYM PAKIECIE SĄ OSŁONY NA RAMIĘ C.

183. **Dotyczy Pakietu Nr 25** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zestaw posiadał pokrowce na nogi o gramaturze min. 35 g/m² i serwetę włókninową w rozmiarze 180x90cm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

184. **Dotyczy Pakietu Nr 28:**

Poz. 1 - Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 240x180cm z przylepcem o długości 180cm na krótszym boku?

ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 200 x 150cm z przylepcem o długości 75cm na krótszym boku?

ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę sterylną wielowarstwową o rozmiarze 240cm x 150cm z przylepcem o długości 60cm na dłuższym boku?

ZGODNIE Z SWZ.

185. **Dotyczy Pakietu Nr 56** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o wielkości porów min. 0,5mm²?

ZGODNIE Z SWZ.

186. **Dotyczy Pakietu Nr 57** - Czy Zamawiający wymaga, aby siatka miała posiada niebieskie linie orientujące co pozwala na lepszą widoczność w polu operacyjnym, łatwiejszą identyfikację kierunku wzdłużnego i poprzecznego siatki?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

187. **Dotyczy Pakietu Nr 57** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o wielkości porów min. 3,3 mm²?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

188. **Dotyczy Pakietu Nr 65** - Czy zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS, SMMS, SMMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS czy SMMMS. Włóknina SMS, SMMS czy SMMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

ZGODNIE Z SWZ.

189. **Dotyczy Pakietu Nr 66:**

Poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 90 x 75cm z otworem z przylepcem 8cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45 x 45cm z otworem z przylepcem 8cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 75 x 45cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

190. **Dotyczy Pakietu Nr 68** - Czy można zaferować zestaw do cewnikowania pakowany opakowanie typu twarde blister które może posłużyć jako opakowanie na odpadki o następującym składzie? Obecnie dostarczany jest do Państwa o takiej charakterystyce.

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
Serweta z laminatu FB O5 i rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1
Rękawice nitrylowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Pean plastikowy	13 cm	1
Pojemnik plastikowy	125 ml	1
Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

191. **Dotyczy Pakietu Nr 75** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie siatek o rozmiarze porów ok 1mm, gramaturze 35 g/m² i wytrzymałości na rozerwanie $\geq 4,5$ N/cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

192. **Dotyczy Pakietu Nr 77** - Czy Zamawiający wymaga zaferowania zestawu gdzie podkład chłonny ma chłonność min 1400g?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

193. **Dotyczy Pakietu Nr 89:**

Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 100mm x 50mm x 100m - Czy można zaferować rękaw 100mm x 40mm x 100m?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 250mm x 65mm x 100m - Czy można zaferować rękaw 250mm x 60mm x 100m?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 300mm x 65mm x 100m - Czy można zaferować rękaw 300mm x 60mm x 100m?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

194. **Dotyczy Pakietu Nr 111** - Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne spodnie + bluza pakowane razem, pozostałe parametry zgodnie z swz?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

195. **Dotyczy Pakietu Nr 111** - Czy Zamawiający wymaga zaferowania ubrań chirurgicznych o gramaturze min. 45 g/m²?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

196. **Dotyczy Pakietu Nr 123** - Czy Zamawiający wymaga zaferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

TAK

197. **Dotyczy Pakietu Nr 123** - Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały podwójny wskaźnik wilgotności?

ZGODNIE Z SWZ.

198. **Dotyczy projektu umowy** - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy słowa kara umowna została obniżona do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru?

ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY.

199. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku braku w ofercie lub załączenie niekompletnych przedmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 107.2. ustawy pzp.
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UZUPEŁNIENIE ZGODNIE Z ART. 107 UST. 2 USTAWY PZP (CO POTWIERDZAJĄ ZAPISY ROZDZIAŁU 8 UST. 2 SWZ).
200. **Dotyczy Pakietu nr 17** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej?
1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 360⁰ 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia PE + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m², odporności na przenikanie płynów 165cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie 168kPa
Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019
ZGODNIE Z SWZ.
201. **Dotyczy pakietu Nr 18** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo min. 78 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm ze zintegrowaną kieszenią na płyny 35 x 52 cm z portem, otwór przylepny 9 x 12 cm
1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami
1 przylepiec typu velcro 2,5 x 30 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia PE + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m², odporności na przenikanie płynów 165cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie 168kPa
Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019
ZGODNIE Z SWZ.
202. **Dotyczy Pakietu Nr 19** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?
2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm
1 serweta 150 x 190 cm
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Serweta główna wykonana z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia PE + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m², łączna gramatura 140g/m², odporności na przenikanie płynów 167cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 290/314kPa
Zestaw spełnia wymagania normy EN 13795-1:2019
ZGODNIE Z SWZ.
203. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego w składzie 4 sztuki ręczników do rąk, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
204. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek o wymiarach 30,5 x 34cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
205. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150x240cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
ZGODNIE Z SWZ.
206. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150x240cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

207. **Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o wymiarach 150x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

208. **Dotyczy Pakietu Nr 65 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanych fartuchów?

Fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS sterylnej. Zapinany na rzep na szyi i wiązany na troki w pasie na troki. Zewnętrzne troki połączone kartonikiem umożliwiającym wiązanie na „czysto”. Rękaw z miękkim, elastycznym mankietem min. 6cm. Rozmiar M, L, XL, XXL widoczny na opakowaniu zewnętrznym.

ZGODNIE Z SWZ.

209. **Dotyczy Pakietu nr 65 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanych fartuchów?

Fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS + wzmocnienia z laminatu w przedniej części i na rękawach, sterylnej. Zapinany na rzep na szyi i wiązany na troki w pasie na troki. Zewnętrzne troki połączone kartonikiem umożliwiającym wiązanie na „czysto”. Rękaw z miękkim, elastycznym mankietem min. 6cm. Rozmiar M, L, XL, XXL widoczny na opakowaniu zewnętrznym.

ZGODNIE Z SWZ.

210. **Dotyczy Pakietu nr 66 poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety chirurgicznej jednorazowej, sterylnej o wymiarach 75x90cm z otworem o wymiarach 6x8cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m², spełniającej wymagania EN 1397-1:2019, pakowanej w opakowanie papier-folia?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

211. **Dotyczy Pakietu Nr 66 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety chirurgicznej jednorazowej, sterylnej o wymiarach 50x60cm z otworem o wymiarach 6x8cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m², spełniającej wymagania EN 1397-1:2019, pakowanej w opakowanie papier-folia?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

212. **Dotyczy Pakietu Nr 66 poz. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety chirurgicznej jednorazowej, sterylnej o wymiarach 50x60cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m², spełniającej wymagania EN 1397-1:2019, pakowanej w opakowanie papier-folia?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

213. **Dotyczy Pakietu nr 66 poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety chirurgicznej jednorazowej, sterylnej o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną na dłuższym boku, wykonanej z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP o gramaturze 75g/m², spełniającej wymagania EN 1397-1:2019, pakowanej w opakowanie papier-folia?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

214. **Dotyczy Pakietu Nr 90** - Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna do elektrokoagulacji, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, bezłateksowa, niekierowana o powierzchni czynnej 103cm², o powierzchni całkowitej 168cm², z warstwą przewodzącego żeluz w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

215. **Dotyczy Pakietu Nr 91** - Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna do elektrokoagulacji dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, bezłateksowa, niekierowana o powierzchni czynnej 103cm², o powierzchni całkowitej 168cm², z warstwą przewodzącego żeluz w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym ?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

216. **Dotyczy zapisów SIWZ** - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

217. **Dotyczy Pakietu Nr 87** - Prosimy o wyjaśnienie, czy nie wystąpiła omyłka w tytule w/w pakietu i wymóg obowiązywania normy PN/EN ISO 11607, gdyż norma ta dotyczy „Opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych” a pakiet dotyczy testów chemicznych i biologicznych?
ZAMAWIAJĄCY OMYŁKOWO UMIEŚCIŁ TEN NR NORMY – WINNO BYĆ 11138.
218. **Dotyczy Pakietu Nr 89, poz. 2**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa zamiast 100x50x100-100x40x100?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa zamiast 250x65x100-200x60x100?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa zamiast 300x65x100-300x60x100?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
219. **Dotyczy Pakietu Nr 89** - Prosimy o doprecyzowanie ilości wymaganych dostarczonych testów zgrzewu.
110-120 SZT.
220. **Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1-9** - Czy Zamawiający dopuści cewniki, maski i dreny mikrobiologicznie czyste?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
221. **Dotyczy Pakietu Nr 81, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji łyżki wykonane z poliwęglanu?
ZGODNIE Z SWZ.
222. **Dotyczy Pakietu Nr 72** - Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 72 pozycje 1, 4,5, 6 do oddzielnego zadania, dopuszczając jednocześnie:
- w pozycji 1 sondy o długości 125 cm?
- w pozycji 4 zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, PEG wykonany z miękkiego, elastycznego silikonu o długości ok 80 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych (w tym zawierający jod), dobrze tolerowany przez organizm, nie alergizujący, zakończenie od strony żołądka zapewniające dobre uszczelnienie gastrostomii, pewne jej mocowanie zapobiegające przypadkowemu wysunięciu gastrostomii, a jednocześnie umożliwiające celowe usunięcie gastrostomii metodą trakcji, bez wykonania endoskopii, dwudrożny port implementowany do dystalnego końca cewnika, średnica gastrostomii: 14F, 20F i 24F do wyboru przez Zamawiającego, sprzęt bezpośrednio dostosowany do połączenia typu ENFit jako wymagane zabezpieczenie przed przypadkowym podłączeniem żywienia dojelitowego do systemu dożylnego typu Luer, sterylne, pakowane pojedynczo.
W skład zestawu wchodzi tacka z akcesoriami: prowadnik do przeciągania cewnika ok 175 cm, pętla do przeciągania zestawu, igła typu trokar, skalpel, nasadki do karmienia, serweta do obłożenia pola zabiegowego, gaziki bez otworu.
- w pozycji 5 zgłębnik z balonem i zewnętrzną płytką mocującą?
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.
223. **Dotyczy Pakietu Nr 16** - Czy można zaferować zestaw, w którym serwety główne wykonane są z laminatu 2-warstwowego z dodatkową warstwą chłonną? Zamawiający przez ostatnie dwa lata pracował na tym zestawie i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
224. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy można zaferować zestaw o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm
1 serweta samoprzylepna z folii PE 50cm x 50cm
2 ręczniki do rąk
1 serweta ginekologiczna 175/260cm x 210cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 10cm x 15cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, wykonana z laminatu 2-warstwowego.
Materiał spełnia wymagania PN EN 13795.
ZGODNIE Z SWZ.
225. **Dotyczy Pakietu Nr 18** - Czy można zaferować zestaw o następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm
1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm
1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego.

Materiał spełnia wymagania PN EN 13795.

ZGODNIE Z SWZ.

226. **Dotyczy Pakietu Nr 19** - Czy można zaoferować zestaw do zabiegów stawu kolanowego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm

2 ręczniki do rąk

1 taśma samoprzylepna włókninowa

1 taśma foliowa samoprzylepna

1 serweta na stolik Mayo

1 serweta operacyjna 150cm x 150cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego

1 osłona ortopedyczna na kończynę z folii PE 33cm x 55cm

1 serweta na kończynę 200cm x 300cm z otworem samouszczelniającym 7cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej.

Materiał spełnia wymagania PN EN 13795.

ZGODNIE Z SWZ.

227. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego zawierającego 4 ręczniki celulozowe. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

228. **Dotyczy Pakietu Nr 22** - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do osłony przetwornika obrazu, 3-częściowy: 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach 65cm x 75cm oraz 1 x osłona na ramię "C" o wymiarach 30cm x 195cm. Pokrowce wykonane z mocnej przezroczystej folii polietylenowej, osłony na przetwornik obrazu ściągnięte elastyczną gumką. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Zamawiający od dwóch lat zamawia ten zestaw i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

229. **Dotyczy Pakietu Nr 23** - Czy można zaoferować zestaw do porodu o gramaturze 48g/m² o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1 ręcznik 30 cm x 20 cm

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE.

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 85 cm x 92 cm typu kieszeń w kształcie różka z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę. Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen+polietylen). Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe.

Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zamawiający przez ostatnie dwa lata pracował na tym zestawie i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

230. **Dotyczy Pakietu Nr 23** - Czy można zaoferować zestaw do porodu o gramaturze 48g/m² o następującym składzie i rozmiarach:

1 serweta 2-warstwowa 100cm x 150cm (owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10cm x 10cm

1 ręcznik

1 serweta 2-warstwowa 75cm x 90cm

1 serweta dla noworodka 90cm x 90cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90cm x 92cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE.

Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen+polietylen).

Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo-foliowe. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

231. **Dotyczy Pakietu Nr 26, poz. 2** - Czy zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 13 cm x 250 cm. Na opakowaniu brak etykiet samoprzylepnych. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

232. **Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 1** - Czy można zaoferować ściereczki pakowane a' 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZGODNIE Z SWZ.

233. **Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 2** - Czy można zaoferować serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150cm x 240cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZGODNIE Z SWZ.

234. **Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 3** - Czy można zaoferować serwetę samoprzylepną w rozmiarze 150cm x 180cm z paskiem lepny o długości 80cm na dłuższym boku? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

235. **Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 4** - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 150cm x 180cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

236. **Dotyczy Pakietu Nr 44, poz. 1** - Czy można zaoferować osłonę o wymiarach 50 x 110 cm?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

237. **Dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne górną o wymiarach 50 cm?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

238. **Dotyczy Pakietu Nr 51** - Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro jest wyższa niż wymaga Zamawiający, a spływ cieczy wynosi 45%. Na opakowaniu zewnętrznym min, 2 etykiety. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.

239. **Dotyczy Pakietu Nr 65, poz. 1, 2** - Czy można zaoferować fartuchy wykonane z włókniny SMMS w rozmiarach M-L, XL, XXL posiadające mankiety o długości min. 6cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA FARTUCHY WYKONANE Z WŁÓKNINY SMMS W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ROZMIARU XXXL.

240. **Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 1** - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem 8cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

241. **Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 2** - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45cm x 75cm z otworem 6cm?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

242. **Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 3** - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45cm x 75cm?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

243. **Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 4** - Czy można zaoferować serwetę z paskiem lepny o długości 76cm na dłuższym boku?

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

244. **Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 12** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

ZAMAWIAJACY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY.

245. **Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

ZAMAWIAJACY MODYFIKUJE ZAPIS § 3 ust. 7 PROJEKTU UMOWY

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego

jakimkolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia”.

246. **Dotyczy warunków umowy § 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności)
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.
247. **Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 k.c.. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY.
248. **Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?
ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY.
249. **Dotyczy pakietu nr 125, poz. 2** - Z uwagi na wycofanie z produkcji wielorazowych zestawów do zakładania protez dróg żółciowych, czy Zamawiający dopuści zestawy do zakładania protez dróg żółciowych, jednorazowego użytku?
ZGODNIE Z SWZ.
250. **Dotyczy pakietu nr 125, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści sfinkterotomy dwukanałowe z funkcjonalnością zbliżoną do trzykanałowych (możliwość podania kontrastu podczas pracy z przewodnikiem)? Zamawiający korzystał z takiego rozwiązania w ostatnich kilku latach
ZGODNIE Z SWZ
251. **Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena z balonami wykonanymi z lateksu, o długości całkowitej 105 cm?
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA.
252. **Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przewodnicy oraz manometru?
ZGODNIE Z SWZ.
253. **Dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45°, z 2 otworami ssącymi oraz gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowaniu?
ZGODNIE Z SWZ.
254. **Dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 1** - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od parametru „potwierdzenie badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP”. Istnieje wiele dostępnych badań i publikacji potwierdzających, że chlorheksydyna zawarta w płynie do płukania jamy ustnej wpływa na zmniejszenie ryzyka pojawienia się VAP u pacjenta. Sam proces wykonania prawidłowej toalety jamy ustnej u pacjenta podłączonego do respiratora znacząco przyczynia się do redukcji VAP. Każdy zatem zestaw przeznaczony do toalety jamy ustnej posiadający w zestawie płyn z 0,12% roztworem diglikonianu chlorheksydyny jest skuteczny w redukcji VAP. Wymóg badań klinicznych na konkretny zaoferowany zestaw znacząco ogranicza możliwość złożenia oferty przez mniejsze firmy, gdyż wykonanie badań klinicznych na jeden konkretny produkt wiąże się z wysokim nakładem finansowym.
ZGODNIE Z SWZ.
255. **Dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga zestawu do toalety jamy ustnej zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIa, ze względu na fakt, iż wyrób ten jest podłączany do urządzenia ssącego o klasie IIa?
ZGODNIE Z SWZ.
256. **Dotyczy Pakietu Nr 48, poz.** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 20-25ml, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
257. **Dotyczy Pakietu Nr 48, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści dreny do zamkniętych systemów do odsysania o średnicy drenów 24Ch-25Ch?
ZGODNIE Z SWZ.
258. **Dotyczy Pakietu Nr 48, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary:

Rozmiar	Długość cewnika	Przeznaczenie
10Fr 3,3mm	600mm	intubacja
12Fr 4,0mm	600mm	intubacja
14Fr 4,7mm	600mm	intubacja
16Fr 5,3mm	600mm	intubacja
10Fr 3,3mm	300mm	tracheostomia
12Fr 4,0mm	300mm	tracheostomia
14Fr 4,7mm	300mm	tracheostomia
16Fr 5,3mm	300mm	tracheostomia

ZGODNIE Z SWZ.

259. **Dotyczy Pakietu Nr 48, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?

ZGODNIE Z SWZ.



260. **Dotyczy Pakietu Nr 81, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu wykonaną z ABS, spełniającą pozostałe parametry bez zmian?

ZGODNIE Z SWZ.

261. **Dotyczy Pakietu Nr 81, poz. 1, 2** - Czy Zamawiający dopuści rękojeść innego producenta, kompatybilną z oferowaną łyżką?

ZGODNIE Z SWZ.

262. **Dotyczy Pakietu Nr 82, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

ZGODNIE Z SWZ.

263. **Dotyczy Pakietu Nr 82, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, przezroczysty wyłącznie z jednej strony, skalowany co 100 ml, w tym numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym, biologicznie czysty, 1 opakowanie zawiera 10 sztuk worków?

ZGODNIE Z SWZ.

264. **Dotyczy Pakietu Nr 93, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści myję w formie rękawicy o gramaturze 100 g/m² w części przedniej nasączonej środkiem myjącym, oraz 70 g/m² w części tylnej bez środka myjącego, wykonana w całości z poliestru, o grubości ok. 0,4 mm, spełniająca pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

ZGODNIE Z SWZ.

265. **Dotyczy Pakietu Nr 93, poz. 1** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt”?

ZGODNIE Z SWZ.

266. **Dotyczy Pakietu Nr 119, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści kołnierz wykonany z plastiku (strona zewnętrzna) i pianki poliuretanowej (strona wewnętrzna - strona pacjenta)?

ZGODNIE Z SWZ.

267. **Dotyczy Pakietu Nr 121, poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga wyceny za sztukę czy za komplet elektrod, tj. 2 sztuki?

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WYCENY ZA 1 SZT.

268. **Dotyczy Pakietu Nr 124, poz. 1** - Czy Zamawiający doprecyzuje jakiej maski wymaga – jednorazowej czy wielorazowej?

JEDNORAZOWEJ

269. **Dotyczy Pakietu Nr 124, poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga wyceny za sztukę czy za opakowanie? Jeśli za opakowanie, jaka ilość ma się znajdować w opakowaniu?

ZA SZTUKĘ

270. **Dotyczy Pakietu Nr 8:**

Poz. 4

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał cewnik foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania

próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną

ZGODNIE Z SWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał dren dwuświatłowy pozwalający na pełne odpowietrzenie co zapobiega zastojowi moczu w drenie i zapewnia swobodny odpływ moczu do worka zbiorczego –zmniejsza to ryzyko zakażeń oraz sprawia, iż pomiar jest dokładniejszy ?

ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 5

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu pakowanego w folię

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby worek posiadał przezroczyste okienko podglądu w łączniku do cewnika foleya służące do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania próbek moczu?

ZGODNIE Z SWZ.

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy port do pobierania próbek powinien być obły, bez ostrych krawędzi i rowków?

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA POWYŻSZEGO.

271. **Dotyczy Pakietu Nr 9 -** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga ostrza w rozm. 11 dostępnego również w wersji 11P, do każdorazowego wyboru przez Zamawiającego?

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA.

272. **Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1 i 2:**

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy łącznik cewnika powinien być uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby cewnik do podawania tlenu nie zawierał w swoim składzie lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA),

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA WYŻEJ OPISANY CEWNIK.

273. **Dotyczy Pakietu Nr 13:**

Poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; znaczniki w postaci pasków na przodzie a nie na bokach rurki, widocznych w trakcie intubacji, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół.

ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 3

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0, znaczniki w postaci pasków na części obwodu rurki.

ZGODNIE Z SWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rurki zbrojone mają posiadać znacznik rtg na całej długości rurki od łącznika od łącznika 15 mm do końca rurki pod mankietem uszczelniającym ?

ZGODNIE Z SWZ.

Poz.4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjnego i antywirusowego mechanicznego do dróg oddechowych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz portem kapno, sterylny, wydajność nawilżania wynosi min.32mg H₂O/l przy VT 500 ml. Całkowita ilość wody utraconej przez wymiennik przy 500 ml w mg/l nie większa niż 6 mg H₂O/l –potwierdzone przez producenta. Sterylny pakowany pojedynczo folia papier.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Poz. 5

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antywirusowo-bakteryjnego, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci (powierzchnia wymiennika min.1100 cm²) przestrzeń martwa 51 ml, waga 28 g, dla pacjentów powyżej 20 kg, z portem do kapno sterylny pakowany folia papier pojedynczo.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

274. Dotyczy Pakietu Nr 43:

Poz. 1

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego jednorazowego zestawu do odsysania z pola operacyjnego z końcówką typu Yankauer bez kulki o średnicy wewnętrznej 5 mm, z 4 otworami odbarczającymi, bez kontroli ssania. Końcówka w komplecie z drenem o dł. 3m. Podwójne opakowanie: torba PE i zgrzewana torba papierowo-foliowa.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

Poz. 2

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o dł. 210 cm i CH24 z 2 uniwersalnymi łącznikami żeńskimi oraz osobnym łącznikiem męskim, reszta zgodna z SIWZ.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

275. Dotyczy Pakietu Nr 43 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga aby jednorazowa końcówka do odsysania posiadała graficzną instrukcję obsługi w opakowaniu

ZAMAWIAJACY NIE WYMAGA.

276. Dotyczy Pakietu Nr 59 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, z silikonu, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 5) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg. W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

277. Dotyczy Pakietu Nr 81 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek typu Macintosh w rozmiarach 2/3/4 spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

278. Dotyczy Pakietu Nr 17 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie

-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190cm wzmocnienie z folii PE z warstwą chłonną (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm ze wzmocnieniem

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszny wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m², wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min.115 g/m² klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

279. Dotyczy Pakietu Nr 18 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie

Sterylny zestaw ginekologiczny. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej

1 x serweta na stolik Mayo 80 x142 cm,

1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladowej min. 18x89cm

1 x ręcznik chłonny 34x36cm z mikrościecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem 10x12cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu oraz dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.

ZGODNIE Z SWZ.

280. Dotyczy Pakietu Nr 19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie

Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu:

2 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50µ z wzmocnieniem 75x190 +/-2cm

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm składana rewersowo
1 x osłona na kończynę 38x73+/-2 cm 2-warstwowa
1 x taśma przylepna 9 x 50 cm
2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiesią zabezpieczającą przed rozerwaniem
1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem Ø 6 cm wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.

ZGODNIE Z SWZ.

281. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm/ rzep typu Velcro 2 x11 cm*
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

ZGODNIE Z SWZ.

282. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE PRODUKTU ZGODNEGO Z NORMĄ 13795.

283. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE PRODUKTU ZGODNEGO Z NORMĄ 13795.

284. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany zestaw zawierał serwety wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE PRODUKTU ZGODNEGO Z NORMĄ 13795.

285. **Dotyczy Pakietu Nr 26, poz.2** - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na kable w rozmiarze 13x240 cm.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

286. **Dotyczy Pakietu Nr 52, poz.1** - Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga pudełka do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy z dodatkową taśmą lepłą z symbolem BIOHAZARD dla zapewnienia zabezpieczenia pudełka po użyciu przed przypadkowym otwarciem?

ZGODNIE Z SWZ.

287. **Dotyczy Pakietu Nr 52, poz.1** - Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje, aby pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy będzie zawierało 3 półokrągłe zawiasy z możliwością rozdzielenia pudełka w celu wykorzystania w różnych miejscach Sali operacyjnej i ponownego jego złożenia i zamknięcia po użyciu?

ZAMAWIAJĄCY OKREŚLIŁ WYMAGANIA W SWZ.

288. **Dotyczy Pakietu Nr 52, poz.1** - Czy Zamawiający oczekują, aby połówki urządzenia mogły być rozdzielane w celu użycia ich w różnych miejscach w obrębie sali operacyjnej?

ZAMAWIAJĄCY OKREŚLIŁ WYMAGANIA W SWZ.

289. **Dotyczy Pakietu Nr 52, poz.1** - Prosimy o wyjaśnienie czy pudełko do liczenia igieł powinno posiadać przyrząd do zdejmowania ostrzy pozwalający na bezpieczne usunięcie ostrza skalpela ?

ZAMAWIAJĄCY OKREŚLIŁ WYMAGANIA W SWZ.

290. **Dotyczy Pakietu Nr 52, poz.3** - Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje taśmy lepnej do mocowania

TAK

291. **Dotyczy Pakietu Nr 65** - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha typu SMS.

ZGODNIE Z SWZ.

292. **Dotyczy Pakietu Nr 65, poz. 1** - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH₂O, wytrzymałość na

wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

ZGODNIE Z SWZ

293. **Dotyczy Pakietu Nr 65, poz.2** - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barielowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

ZGODNIE Z SWZ

294. **Dotyczy Pakietu Nr 68** - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu w składzie:
2 x ampułko-strzykawka 10ml z wodą sterylną opakowanie peel pouch 1 x ampułko-strzykawka 10ml z żelęm poślizgowym opakowanie peel pouch 1x sztywny blister 16x25 cm, który zawiera: 5 x kompresów z włókninowych 4W 7,5 x 7,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm niebieskie 1 x serweta chłonna 75 x 90 cm z bilaminatu, niebieska 1 x serweta chłonna 75 x 90 cm, z przylepnym otworem Ø6cm z bilaminatu, niebieska

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

295. **Dotyczy Pakietu Nr 68** - Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o poniższym składzie:
1x serweta 75x90cm z bilaminatu
1x serweta chłonna 75 x 90 cm, z przylepnym otworem Ø6cm z bilaminatu, niebieska
1x strzykawka 20 ml
1x ampułka z wodą destylowaną 20 ml
1x żel poślizgowy 5 g
1x kleszczyki plastikowe typu Kocher
5x kompres z włókniny 7,5x7,5 cm

ZGODNIE Z SWZ.

296. **Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1** - Czy Zamawiający w zad. 8, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Cewnik Foley z balonikiem 3 ml. długości 29 cm. Latex pokryty zewnętrznie silikonem, dwudrożny, lateksowa zastawka, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu, sterylny, o rozmiarach: 8, 10 Ch?

ZGODNIE Z SWZ.

297. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2** - Czy Zamawiający w zad. 8, poz. 2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Cewnik Foley z balonikiem 5 – 10 ml (dla 14-14 Ch) i 5 - 15 ml (dla 16-30 Ch), długości 40 cm. Latex pokryty obustronnie silikonem, dwudrożny, lateksowa zastawka, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu, sterylny, o rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22?

ZGODNIE Z SWZ.

298. **Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 3** - Czy Zamawiający w zad. 8, poz.3, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Cewnik Foley z balonikiem 5 – 15 ml, długości 40 cm. Latex pokryty obustronnie silikonem, dwudrożny, lateksowa zastawka, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu, sterylny rozm., 24?

ZGODNIE Z SWZ.

299. **Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 6** - Czy Zamawiający w zad. 8, poz.6, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Cewnik Nelaton dł.40 cm. wykonany z medycznego PCV, przezroczysty, z lejkiem, o rozmiarach: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Rozmiar kodowany kolorem?

ZGODNIE Z SWZ.

300. **Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 7** - Czy Zamawiający w zad. 8, poz. 7, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Cewnik Tiemann, sterylny o rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, przezroczysty, z lejkiem. Rozmiar kodowany kolorem?
ZGODNIE Z SWZ.
301. **Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 10 i 11** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zad. 8 poz. 10 i 11? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej jakościowo oraz cenowo oferty?
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.
302. **Dotyczy Pakietu Nr 42** - Czy Zamawiający w zad. 42, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Zestaw do drenażu klatki piersiowej Pluer-evac, posiadający komorę zbior. 2,5 l. ze skalą pediatryczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, od 200 do 2500 co 5 ml wydzieloną komorą zastawki podwodnej, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H₂O za pomocą mechanicznego pokrętki; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną (dzięki zastosowaniu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym); port bezigłowy do komory zastawki podwodnej, drugi port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; komorami zawierającymi barwnik umożliwiające łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwwskażeniowym; wyposażony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzezroczystymi z samouszczelniającymi się drenami z antyzłamaniowym zabezpieczeniem z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; sterylny pakowany w folię i w podwójny papier?
ZGODNIE Z SWZ.
303. **Dotyczy Pakietu Nr 55** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 55 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiołki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni (3µm), filtr cząsteczkowy 5µm, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?
ZGODNIE Z SWZ.
304. **Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 4** - Wnosimy o dopuszczenie igły iniekcyjnej w rozmiarze 1,8, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowana igła nieznacznie różni się od wymaganej, jest wystarczająca do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej oraz jest powszechnie stosowana w zakładach opieki zdrowotnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
305. **Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1** – Wnosimy o dopuszczenie przyrządu do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem cząsteczkowym 5µm, z zaworem zabezpieczającym lek przed wyciekaniem pełniącym funkcję zastawki i zatyczki zatrzaskowej, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany przyrząd jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej i jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.
ZGODNIE Z SWZ - ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PRZYRZĄDU Z FILTREM ANTYBAKTERYJNYM, A NIE Z FILTREM CZĄSTECZKOWYM.

306. **Dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 1** – Wnosimy o dopuszczenie przyrządu do pobierania i wstrzykiwania leków bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem, z samozamykającą się zatyczką po dołączeniu strzykawki, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany przyrząd jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej i jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego

ZGODNIE Z SWZ – ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PRZYRZĄDU Z ZASTAWKĄ, KTÓRA MA ZABEZPIECZAĆ PRZED WYCIEKANIEM

307. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1, 2** - Proszę o dopuszczenie: Przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
ZGODNIE Z SWZ.

308. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1, 2, 3** - Proszę o dopuszczenie przyrządu z nazwa importera bezpośrednio na przyrządzie, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym.
ZGODNIE Z SWZ.

309. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3** - Proszę o dopuszczenie przyrządu z workiem osobno dołączonym do przyrządu. Worek w kolorze żółtym, rozmiar worka: 21 cm x 30 cm.
ZGODNIE Z SWZ.

310. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4** - Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości w f. cenowym.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

311. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6** - Czy Zamawiający dopuści możliwość podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w f. cenowym?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

312. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1, 2** - Bardzo proszę o dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z wymienionymi pompami strzykawkowymi, **posiadających pojedynczą skalę pomiarową.**
ZGODNIE Z SWZ.

313. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1** - Proszę o dopuszczenie kaniul:

- Cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP)
- Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące)
- Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego)
- Zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku
- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, hamujący wypływ krwi
- Koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej krawędzi
- Elastyczne skrzydełka z dziurkami do przysycia kaniuli zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę
- Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
	20 G	1,1 x 25	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	23 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	17 ml/min

ZGODNIE Z SWZ.

314. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1** - Proszę o odstąpienie od wymogu:
 „Skuteczność filtra w odpowietrzniku minimum 99,99999% dla bakterii i 99,999 dla wirusów . Test wykonany zgodnie z procedurą 36954C i ASTM2100 i ASTM2101 w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC17025. Skuteczność i test z badania potwierdzony odpowiednim dokumentem.”
 Ostąpienie od wymogu pozwoli Państwu uzyskać konkurencyjną w stosunku do przyrządów B Brauna, ofertę pod względem jakości i ceny.
ZGODNIE Z SWZ.
315. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1** - Proszę o dopuszczenie przyrządu o skuteczności filtracji do 96%.
 Pozostałe parametry przyrządu zgodne z SWZ.
ZGODNIE Z SWZ.
316. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1-2** - Czy Zamawiający wymaga kraników przystosowanych do podawania lipidów i chemioterapeutyków?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
317. **Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści igły wyłącznie krótkościęte?
ZGODNIE Z SWZ.
318. **Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści igły wyłącznie długościęte?
ZGODNIE Z SWZ.
319. **Dotyczy Pakietu Nr 38, poz. 4** - Proszę o dopuszczenie igły 2,0 zamiast 2,1.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
320. **Dotyczy Pakietu Nr 47** - Czy Zamawiający dopuszcza cewniki bez powierzchni zmrożonej (satynowej)?
ZGODNIE Z SWZ.
321. **Dotyczy Pakietu Nr 50** - Czy Zamawiający dopuści rurki bez rozmiaru 0.0 Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
ZGODNIE Z SWZ.
322. **Dotyczy Pakietu Nr 65, poz. 1, 2** - Proszę o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS.
 Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
ZGODNIE Z SWZ.
323. **Dotyczy Pakietu Nr 97, poz. 1** - Czy Zamawiający w poz. 1 ma na myśli maskę wiązaną na gumkę?
 Proszę o dopuszczenie w tej poz. Maski na gumkę, gdyż maska na troki jest także w poz. 2.
ZGODNIE Z SWZ.
324. **Dotyczy Pakietu Nr 97, poz. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu i utworzy odrębny pakiet, pozwoli to Państwu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo i jakościowo ofert przetargowych.
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.
325. **Dotyczy Pakietu Nr 108, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści czepki wiązane, męskie bez paska wchłaniającego pot.
ZGODNIE Z SWZ.
326. **Dotyczy Pakietu Nr 111** - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny SMMS?
ZGODNIE Z SWZ.
327. **Dotyczy Pakietu Nr 81 poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji łyżki metalowe?
ZGODNIE Z SWZ.
328. **Dotyczy Pakietu Nr 81** - Czy Zamawiający dopuści oznaczenie CE, symbolu „jednorazowego użycia”, typu łyżki i rozmiaru w inny, widocznym dla użytkownika miejscu na łyżce?
ZGODNIE Z SWZ.
329. **Dotyczy Pakietu Nr 81 poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści użyczenie wielorazowej rękojeści wykonanej ze stali nierdzewnej z oświetleniem ksenonowym, w rozmiarze M?
ZGODNIE Z SWZ.
330. **Dotyczy Pakietu Nr 16** - Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści zestaw do zabiegów stawu biodrowego o parametrach: ?
Ilość Opis
- 1 Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona
 - 1 Opatrunek chłonny Mepore 9x10cm
 - 1 Obłożenie chirurgiczne 200x290cm, samoprzylepne wycięcie U 7x102cm, wzmocnione
 - 1 Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 3.5m F/F
 - 4 Ręcznik chłonny 18x25cm
 - 1 Czyścik do elektrody 5x5cm

- 1 Mepore Pro 9x25cm 5x20cm
- 2 Strzykawka 100ml z końcówką do cewnika
- 1 Kleszczyki blokowane plastikowe 14cm, niebieskie
- 2 Igła 18G 40mm różowa
- 1 BNS Fartuch chirurgiczny PR SP L
- 20 Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) 5 szt.
- 1 Osłona na stolik Mayo 79x145cm
- 1 Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną
- 4 Taśma lepna 9x49cm
- 1 Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm
- 1 Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm, sterownik nożny (Erbe)
- 1 Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona
- 1 Osłona na kończynę typu stockinet 32x120cm
- 1 Butelka do drenażu 400ml T125cm PVC LL
- 1 Zestaw do odsysania ortopedyczny (3 aspiracje, filtr)
- 1 Pojemnik na igły magnetyczny (10szt) żółty
- 10 Tupfer 20x20cm 20 nitok RTG
- 10 Kompres gazowy laparotomijny 40x40cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, biały) 5 szt
- 3 Fartuch chirurgiczny wzmocniony light XLL

ZGODNIE Z SWZ.

331. **Dotyczy Pakietu Nr 21** - Czy Zamawiający w Pakiecie 21 dopuści uniwersalny zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych o parametrach: ?

Ilość Opis

- 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
- 4 ręcznik chłonny 18x25cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x49cm
- 2 serwety chirurgiczne dwuwarstwowe z taśmą samoprzylepną 90x75cm
- 1 serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną 175x175cm
- 1 serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z taśmą samoprzylepną 240x150cm
- 1 serweta na stolik (owinięcie zestawu) 140x190cm, warstwa chłonna 65x190cm

ZGODNIE Z SWZ.

332. **Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie 28 poz. 2 dopuści serwetę o wymiarach 300x175cm?

ZGODNIE Z SWZ.

333. **Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 3** - Czy Zamawiający w Pakiecie 28 poz. 3 dopuści serwetę o wymiarach 240x150cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA TEN WYMIAR SERWETY ALE POZOSTAŁE PARAMETRY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SWZ.

334. **Dotyczy Pakietu Nr 28, poz. 4** - Czy Zamawiający w Pakiecie 28 poz. 4 dopuści serwetę o wymiarach 150x240cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA TEN WYMIAR SERWETY ALE POZOSTAŁE PARAMETRY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SWZ

335. **Dotyczy Pakietu Nr 65, poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie 65 poz. 1 dopuści fartuch o rozmiarach L, L-L, XL i XL-L?

ZGODNIE Z SWZ.

336. **Dotyczy Pakietu Nr 65, poz. 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie 65 poz. 2 dopuści fartuch o rozmiarach L, L-L, XL i XL-L?

ZGODNIE Z SWZ.

337. **Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 1** - Czy Zamawiający w Pakiecie 66 poz. 1 dopuści serwetę o wymiarach 75x90cm z otworem 7cm?

ZGODNIE Z SWZ.

338. **Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 2** - Czy Zamawiający w Pakiecie 66 poz. 2 dopuści serwetę o wymiarach 50x60cm z otworem 6-8cm?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA TEN WYMIAR ALE POZOSTAŁE PARAMETRY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SWZ.

339. **Dotyczy Pakietu Nr 66, poz. 3** - Czy Zamawiający w Pakiecie 66 poz. 3 dopuści serwetę o wymiarach 45x75cm?
ZGODNIE Z SWZ.
340. **Dotyczy Pakietu Nr 32** - Czy Zamawiający dopuszcza nakłuwacze igłowe o głębokości nakłucia 1,8mm w ilości 100 000 szt?
ZGODNIE Z SWZ.
341. **Dotyczy Pakietu Nr 32** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości pracy Zamawiający wymaga, aby nakłuwacze spełniały następujące kryteria: kształt ergonomiczny (litera T) ułatwiający prace osobom lewo i praworęcznym antypoślizgowy aktywator nakłucia umieszczony centrycznie zapobiegający przypadkowej aktywacji, pełne cofnięcie igły, wyraźny wskaźnik zużycia produktu poprzez zastosowanie przezroczystej obudowy, dwustopniowy system zabezpieczeń, igła silikonowana, z symetrycznymi szlifami?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
342. **Dotyczy Pakietu Nr 32** - Czy w celu weryfikacji w/w parametrów jakościowych Zamawiający wymaga dostarczenia do procedury przetargowej pełnego opakowania handlowego produktu z umieszczonym numerem katalogowym, producentem i data ważności?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
343. **Dotyczy Formularza cenowego** - Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych za 1 sztukę wyrobu z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem KIO - sygn.. akt UZP/ZO/0-2546/06), dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych.
W takim przypadku cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną, gdyż nie można zakupić jednej sztuki np.: końcówki do pipet.
ZGODNIE Z SWZ.
344. **Dotyczy umowy par. 2 ust. 5 i 6** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów następujący sposób:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar na własny koszt i ryzyko [...] przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY PROJEKTU UMOWY.
345. **Dotyczy Pakietu Nr 12** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania produktów czystych mikrobiologicznie, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
346. **Dotyczy Pakietu Nr 59** - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową renomowanej firmy, jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci mocno uwypuklonej kopuły chroniącej przed możliwością wklinowania nagłośni, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijającym się podczas zakładania maski, blokującym ponadto górny zwieracz przetyku oraz z luźnym, niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 5) i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg.
ZGODNIE Z SWZ.
347. **Dotyczy Pakietu Nr 59** - Czy Zamawiający oczekuje maski w pełni bezpiecznej w środowisku MRI co oznacza, że maska krtaniowa ma być pozbawiona wszelkich metalowych elementów, dzięki czemu nie będzie stwarzać dodatkowego ryzyka dla pacjenta podczas badania MRI jak i nie będzie wpływać na jakość obrazowania?
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
348. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 1 strzykawkę dwuczęściowej luer ze skalą nominalną (bez rozszerzenia) 2 ml z mlecznym tłokiem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ZGODNIE Z SWZ.
349. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 2 strzykawkę dwuczęściowej luer ze skalą nominalną (bez rozszerzenia) 5 ml z mlecznym tłokiem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ZGODNIE Z SWZ.

350. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 3** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 3 strzykawki dwuczęściowej luer ze skalą nominalną (bez rozszerzenia) 10 ml z mlecznym tłokiem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ZGODNIE Z SWZ.
351. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 4** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 4 strzykawki dwuczęściowej luer ze skalą nominalną (bez rozszerzenia) 20 ml z mlecznym tłokiem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ZGODNIE Z SWZ.
352. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 5 strzykawki trzyczęściowej cewnikowej 100ml (z końcówką cewnikową), pojedynczo skalowanej, wyposażonej w adapter Luer, opakowanie 25 szt.
ZGODNIE Z SWZ.
353. **Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 6** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz.6 strzykawki tuberkulinowej z igłą 0,45 x 10 mm.
ZGODNIE Z SWZ.
354. **Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 1 strzykawki do pomp infuzyjnych luer-lock - 50/60ml z pojedynczą skalą.
ZGODNIE Z SWZ.
355. **Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 2 strzykawki do pomp infuzyjnych luer-lock - 50/60ml do podawania leków światłoczułych /bursztynową z pojedynczą skalą.
ZGODNIE Z SWZ.
356. **Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 1 alternatywnej kaniuli bezpiecznej z samodomykającym się korkiem portu do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik z poliuretanu, wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wklucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach z sytemem kapilar zapobiegających zakłuciu się oraz zachłapaniu krwią w pełni zamykającej ostrze i światło igły. Rozmiar 0,9mm - 22G dł. 25 mm; 1,1mm - 20G dł. 32 mm; 1,3mm - 18G dł. 32 i 45 mm; 1,5mm - 17G dł. 45 mm; 1,8mm – 16 G dł. 45 mm
ZGODNIE Z SWZ.
357. **Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 4** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 4 koreczka Combi wykonanego z polipropylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.
358. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 6 poz. 1 alternatywnego zestawu infuzyjnego o następujących cechach: **zestaw z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji**. Precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji. Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet. Elastyczna komora kroplowa długość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, filtr 15 mikronów w dnie komory. (oznaczenie na opakowaniu), wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny. Długość drenu 175 cm, całkowita długość zestawu 185cm. Objętość wypełnienia drenu 18 ml. Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microns typu priming cap. Sterylny - EO, na opakowaniu jednostkowym instrukcja obsługi, data ważności – 3 lata od daty prod.
ZGODNIE Z SWZ.
359. **Dotyczy Pakietu Nr 34** - Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,2 x 40 mm.
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA TEN ROZMIAR IGŁY ALE POZOSTAŁE PARAMETRY MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z SWZ.

Podpisał:
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno w dniu 29.07.2021r.