



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 05.09.2024r.

Znak: ZP.26.1.33.2024.3

Informacja o modyfikacji SWZ w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach”

Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn „Dostawa wyposażenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp modyfikują treść SWZ.

Pytanie nr 1: W związku z opublikowaniem rzutów zwracamy się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi:

Dotyczy pomieszczenia 0.06

Proszę o doprecyzowanie zabudowy w pomieszczeniu. Na rzucie Zamawiający wskazuje zabudowę przyścienną, z tabeli asortymentowej zabudowa składa się z blaty DK1 i szafek meblowych, podblatowych stojących, niska, otwarta na komputer (Ce02) wymiary 44x45x70 cm w sumie 3 sztuk.

1. Czy Zamawiający wymaga wsparcia pod blat tak jak punkt 13 w technologii do stołów : „na stelażu metalowym malowanym proszkowo, profil nogi o przekroju 50x50 mm. Blat wsparty na ramie metalowej malowanej proszkowo po całym obwodzie.
2. Czy przeszklenia w pom. 0.06 są po stronie firmy budowlanej?
3. Czy Zamawiający wymaga w tym pomieszczeniu płyty trudnopalnej?

Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający wymaga wsparcia pod blat zgodnie z punktem 13 technologii do stołów: „na stelażu metalowym malowanym proszkowo, profil nogi o przekroju 50x50 mm. Blat wsparty na ramie metalowej malowanej proszkowo po całym obwodzie.

Zamawiający w związku z powyższym modyfikuje Załącznik nr z do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Pakiet nr 2. Zmodyfikowany załącznik stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji .

Ad 2. Przeszklenia w pom 0.06 są po stronie firmy budowlanej.

Ad 3. Zamawiający wymaga w pomieszczeniu wyposażenia z płyty trudnopalnej.

Pytanie nr 2: Pomieszczenie 0.11 – Czy Zamawiający wymaga zgodnie z technologią medyczną w tym pomieszczeniu biurek o konstrukcji stelaża aluminiowego pod blatami DK1?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga biurek o konstrukcji stelaża aluminiowego pod blatami Dk1

Pytanie nr 3: Pomieszczenie 015 Posterunek pielęgniarski

Zamawiający w projekcie przewidział zabudowę przy ścianie w pomieszczeniu o konstrukcji stelaża aluminiowego – natomiast obok ładę opisał jako blat mineralny wsparty na 5 szt. szafek Cm1bn - szafka stojąca podblatowa „40” na

komputer - linia medyczna (Cm1bn) wymiary 40x57x71 cm.

Czy Zamawiający wymaga wsparcia pod blatem mineralnym w postaci konstrukcji stelaża aluminiowego spójnego z technologią zabudowy przyściennej.

Czy Zamawiający wymaga wsparcia dla tak długiego blatu stabilnego – konstrukcja wypełniona płytą laminowaną z profilem konstrukcyjnym wzmocnionym po obwodzie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wsparcia pod blatem mineralnym w postaci konstrukcji stelaża aluminiowego spójnego z technologią zabudowy przyściennej.

Zamawiający wymaga wsparcia dla całego blatu w postaci konstrukcji wypełnionej płytą laminowaną z profilem konstrukcyjnym wzmocnionym po obwodzie.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wymaga oświetlenie LED w ladzie w posterunku pielęgniarek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oświetlenia LED w ladzie na posterunku pielęgniarek

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wymaga 5 szt szafek na komputer w zabudowie lady dwustanowiskowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 szt szafek na komputer.

Zamawiający w związku z powyższym modyfikuje Załącznik nr z do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Pakiet nr 2. Zmodyfikowany załącznik stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji .

Pytanie nr 6: Czy w zabudowie przyściennej o konstrukcji medycznej Zamawiający wymaga wliczenia 2 sztuk zlewów/ umywalek? Jeżeli tak to z jakiego materiału – zlew mineralny czy ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zlewy / umywalki w pomieszczeniu 015 dostarcza Wykonawca prac budowlanych.

Pytanie nr 7: Czy podłączenia wod-kan. są po stronie oferenta czy firmy budowlanej – jeśli zlewy będą powierzone oferentowi (zlewy dostarczone od Zamawiającego) do zainstalowania w blacie?

Odpowiedź: Podłączenia wod-kan. są po stronie wykonawcy robót budowlanych.

Pytanie nr 8: Pomieszczenie 0.23 – Czy Zamawiający wymaga zabudowy długości 2,4 metra blatu DK1 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zabudowy blatu Dk1 długości ok 1,8 m z uwagi na istniejącą lodówkę wolnostojącą wysoką w ciągu zabudowy

Pytanie nr 9: Czy zlew jest po stronie oferenta? Jeśli tak z jakiego materiału ma być wykonany np. stal nierdzewna?

Odpowiedź: Zlew ma być dostarczony przez wykonawcę robót budowlanych.

Pytanie nr 10: Czy w zabudowie lodówka jest po stronie oferenta czy Zamawiającego?

Odpowiedź: Dostarczenie lodówki jest po stronie Zamawiającego.

Zamawiający w związku z powyższym modyfikuje Załącznik nr z do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Pakiet nr 2. Zmodyfikowany załącznik stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji .

Pytanie nr 11: Stół ED 11 ma być wykonany zgodnie z opisem w tabeli asortymentowej czy zgodnie z głównym opisem technologii na stelażu metalowym?

Odpowiedź: Stół ED 11 ma być wykonany zgodnie z głównym opisem technologii na stelażu metalowym.

Zamawiający w związku z powyższym modyfikuje Załącznik nr z do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Pakiet nr 2. Zmodyfikowany załącznik stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji .

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wymaga aby Certyfikaty ISO jak poniżej były wydane przez jednostkę

akredytowaną polską lub międzynarodową?

1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniami zgodności działań producenta z normami jakościowymi, tj. certyfikat ISO 9001 lub równoważny, w zakresie minimum produkcji przedmiotu zamówienia

2. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi, tj. certyfikat ISO 13485 lub równoważny, w zakresie minimum produkcji przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby certyfikat ISO był wydany przez jednostkę akredytowaną polską lub międzynarodową.

Pytanie nr 13: W pakiecie 8 zamówienia jest informacja, że komputer stacjonarny ma zawierać 16GB Pamięci RAM i jeden slot wolny na kolejne rozszerzenia. Czy dopuszczalne jest użycie dwóch kości pamięci każda po 8GB. Sumarycznie było by 16 GB ale oba sloty były by zajęte.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww rozwiązanie.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 16.09.2024r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **16.09.2024r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14.12.2024r.

**Dyrektor
ZZOZ w Wadowicach**

Barbara Bulanowska

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

1 x a/a

MEBLE MEDYCZNE, MEBLE Z PŁYTY MEBLOWEJ

Wymagania dotyczące mebli z płyty meblowej

4. Korpusy mebli, plecy szaf oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1.
5. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).
6. W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi.
7. Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego.
8. Szuflady na prowadnicach łożyskowych, z pełnym wysuwem, z cichym systemem samodomykania.
9. Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem, oklejone z 4 stron.
10. Zawiasy z cichym domykiem
11. W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe, w ciągach szuflad – zamki centralne, nie dotyczy szafek zlewozmywakowych i umywalkowych.
12. Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu.
13. Meble medyczne należy wykonać na nóżkach umożliwiających mycie i dezynfekcję podłóg.
14. Meble oparte na nóżkach metalowych o wysokości min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 20 mm.
15. W przypadku zastosowania szkła we frontach należy szkło umieścić w ramie aluminiowej, szkło zastosowane musi być bezpieczne lub hartowane.
16. Korpusy wszystkich mebli muszą być składane za pomocą połączeń mimośrodowych w przypadku uszkodzenia elementu mebla umożliwiającego łatwą wymianę. Nie dopuszcza się mebli z widocznymi zewnętrznymi połączeniami typu konfirmat.
17. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia.
18. Blaty w zabudowach meblowych o grubości min 38 mm postforming pokryte HPL.
19. Blaty biurek, stołów i stolików wykonane z płyty wiórowej o grubości m.in. 25 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1.
20. Stoły, stoliki na stelażu metalowym malowanym proszkowo, profil nogi o przekroju 50x50 mm. Blat wsparty na ramie metalowej malowanej proszkowo po całym obwodzie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEBLI MEDYCZNYCH

1. Konstrukcja: korpus wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych, zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiającą wykonanie zabudowy „pod wymiar”. Zewnętrzna (widoczna) część profilu gładka bez żadnych załamań.
2. Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie.
3. Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach nie mniejszy niż 25x25 mm.
4. W profilach typu ćwierćwałek boki min. 25 mm.
5. Wszystkie krawędzie pionowe przednie stelaży mebli, mają być wykonane z profilu typu ćwierćwałek (nie dotyczy mebli dwu lub trzy sekcyjnych w tym przypadku jedynie zewnętrzne krawędzie mebla wykonane z profilu typu ćwierćwałek)
6. Wszystkie profile aluminiowe szafek zabudów dolnych, szaf, regałów, biurek, kontenerów muszą być połączone złączkami z tworzywa ABS z rdzeniem metalowym (nie dopuszcza się łączenia profili bez złąček).
7. Wszystkie profile aluminiowe szafek wiszących muszą być połączone złączkami z tworzywa ABS (nie dopuszcza się łączenia profili bez złąček).

8. Mebel musi posiadać własne wieńce (dolny i górny) pełne z profili aluminiowych połączonych złączkami.
9. Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z obustronnie laminowanej płyty meblowej o gr. 18 mm. kolor uzgodniony z Zamawiającym,
10. Fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej gr. 18 mm oklejone obrzeżem ABS lub PCV o gr 2 mm..
11. Półki mebli wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr. 18 mm. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV o gr. 0,5 - 1 mm.
12. Widoczne zewnętrzne części korpusu szafek nie mogą mieć widocznych elementów łączeniowych (zachowanie jednolitej nienaruszonej płaszczyzny laminatu)
13. Tylne ścianki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm
14. Widoczne tylne ścianki szafek z płyty korpusowej bez widocznych elementów łączeniowych.
15. Wszystkie szafki dolne oraz szafy wysokie stojące na nóżkach systemowych konstrukcyjnie połączonych z szafką o wysokości 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm.
16. Szafki górne wyposażone w systemy zawieszek regulowanych w dwóch płaszczyznach .
17. Szafki górne z frontami otwieranymi na zawiasach .
18. W przypadku zastosowania szkła we frontach należy zabezpieczyć ramą aluminiową, szkło musi być bezpieczne lub hartowane.
19. Zawiasy puszkowe wyposażone w zintegrowane elementy amortyzujące gwarantujące ciche domykanie
20. Prowadnice szuflad łożyskowane ze zintegrowanymi bokami metalowymi zapewniające pełne wysuw oraz dociąg i ciche domykanie (typu tandembox firmy BLUM lub równoważny). Wytrzymałość dynamiczna min 30 kg
21. Uchwyty ze stali nierdzewnej o średnicy 8 mm, C- kształtne o min rozstawie 128 mm.
22. Błat mineralno-akrylowy o głębokości 600 mm o grubości min 30 mm z podbudową.
23. Podpory blatów i nogi metalowe chromowane o średnicy 60 mm. Możliwość regulacji wysokości.
24. Kółka do szafek mobilnych przystosowane do miękkiego podłoża.
25. Wszystkie szafki zamykane na klucz.

Wykaz wymagań, atestów i norm oraz innych dokumentów stwierdzających jakość mebli wymaganych w postępowaniu na dostawę i montaż mebli:

1. Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych.
2. Odporność na środki myjąco-dezynfekujące przeznaczone do mebli medycznych.
3. Meble pływające:
 - a) Biurka i stoły robocze muszą posiadać atesty PN-EN 527-1:2011; PN-EN 527-2+A1:2019; PN EN 1730:2013 lub równoważne.
 - b) Szafy, regały aktowe, kontenery pod blatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006; PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006.
 - c) Szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017; PN-EN 16122:2012 lub równoważne.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający wymaga od Dostawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniami zgodności działań producenta z normami jakościowymi, tj. certyfikat ISO 9001 lub równoważny, w zakresie minimum produkcji przedmiotu zamówienia
2. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi, tj. certyfikat ISO 13485 lub równoważny, w zakresie minimum produkcji przedmiotu zamówienia

Lp.	OPIS / PARAMETR WYMAGANY	Ilość (szt)
1	Szafka meblowa, podblatowa, stojąca, niska z 4 szufladami (Ce01) wymiary 55x45x70 cm	5
2	Szafka meblowa, podblatowa stojąca, niska, otwarta na komputer (Ce02) wymiary 44x45x70 cm	5
3	Blat laminowany z płyty wiórowej (Dk1) szerokość blatu 60 cm	15,8 mb
4	Szafka meblowa wisząca "80" podwójne drzwi (Cc2g) wymiary 80x30x60 cm	2
5	Biurko biurowe, dwuszafkowe, narożne, (Ea13) wymiary 160x120x74 cm	1
6	Szafka meblowa wisząca "60" pojedyncze drzwi (Cc2d) wymiary 60x30x60 cm	3
7	Noga pod blat stalowa, chromowana powłoka, regulowana (Dh01) wysokość 60-107 cm - 06	0
8	Szafka stojąca „40” - linia medyczna, konstrukcja: korpus z profili aluminiowych, wypełnionych płytą meblową, ruchoma półka, pojedyncze drzwi, zamek, 2 klucze, nóżki z profili aluminiowych z możliwością regulacji wysokości, blat laminowany (Cm1a) wymiary 40x60x81 cm	1
9	Szafka stojąca podblatowa „40” na komputer - linia medyczna (Cm1bn) wymiary 40x57x71 cm	5
10	Szafka stojąca „60” do zabudowy umywalki, zlewu, lodówki - linia medyczna (Cm1z1) wymiary 60x60x81 cm	2
11	Szafka wisząca, przeszklona „40” - linia medyczna, konstrukcja: korpus z profili aluminiowych, wypełnionych płytą meblową, ruchoma półka, pojedyncze drzwi, zamek, 2 klucze (Cm2a) wymiary 40x30x60 cm	1
12	Szafka wisząca, „60” - linia medyczna konstrukcja: korpus z profili aluminiowych, wypełnionych płytą meblową, ruchoma półka, pojedyncze drzwi, zamek, 2 klucze (Cm2b) wymiary 60x30x60 cm	13
13	Blat mineralno-akrylowy szer. 60 (Dk4) szer. 60 cm	8,6
14	Szafka meblowa stojąca "60", pojedyncze drzwi (Cc1d) wymiary 60x60x81 cm	1
15	Szafka meblowa stojąca "60" 4 szuflady (Cc1e) wymiary 60x60x81cm	1
16	Szafka meblowa stojąca "60" do zabudowy umywalki, zlewu, lodówki (Cc1x) wymiary 60x60x81 cm	2
17	Stół prostokątny z płyty meblowej zabezpieczony obrzeżem PCV, 4 nogi chromowane o średnicy 6 cm dł. 140cm (Ed11) wymiary 140x80x74 cm	1
18	Regał biurowy, otwarty szer. 60 cm (Ce07) 60x40x180 cm	1
19	Biurko biurowe, dwuszafkowe (Ea12) wymiary 150x60x74 cm	2
20	Stolik prostokątny, niski (Edo4) wymiary 120x60x60 cm	4
21	Biurko biurowe, dwuszafkowe, z płyty meblowej z szafką na komputer, szafką z drzwiami zamykanymi na klucz i wysuwaną półką na klawiaturę (Ea08) wymiary 140x60x74 cm	1
22	Szafa biurowa, 2-drzwiowa, zamykana, z regulowanymi półkami wykonanymi z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie laminowanej, obrzeża wykończone okleiną PCV (Ce13) wymiary 90x40x180 cm	1
23	Szafka stojąca „60” - linia medyczna, konstrukcja: korpus z profili aluminiowych, wypełnionych płytą meblową, ruchoma półka, pojedyncze drzwi, zamek, 2 klucze, nóżki z profili aluminiowych z możliwością regulacji wysokości, blat laminowany (Cm1c) wymiary 60x60x81cm	5
24	Szafka stojąca podblatowa „40” - linia medyczna konstrukcja: korpus z profili aluminiowych, wypełnionych płytą meblową, ruchoma półka, pojedyncze drzwi, zamek, 2 klucze, nóżki z profili aluminiowych z możliwością regulacji wysokości, (Cm1cn) wymiary 40x57x71 cm	1
25	Szafka stojąca, niska z 4 szufladami zamykanymi na klucz, „40” - linia medyczna (Cm1dn) korpus z profili aluminiowych, wypełnionych płytą meblową. (Cm1dn) wymiary 40x57x71 cm	2