

EZP/673/20

Wrocław, 13.08.2020r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akceleratora liniowego wieloenergetycznego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu; postępowanie znak: ZP/PN/35/20/LZE/AW.

W związku z wpływaniem pytań do SIWZ w przetargu nr ZP/PN/35/20/LZE/AW, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm. *zwaną dalej* ustawą) Prawo zamówień publicznych odpowiada:

Pytanie 1: SIWZ:

znak postępowania w zw. z §1 załącznika nr 3 do SIWZ – Zamawiający proszony jest o usunięcie omyłki w znaku postępowania i jednoznaczne podanie numeru/oznaczenia postępowania w całej dokumentacji postępowania;

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę i zmienia w sygnaturze postępowania skrót LAM na LZE zarówno w Ogłoszeniu jak i w SIWZ. Prawidłowy znak postępowania to: **ZP/PN/35/20/LZE/AW**. Jednocześnie Zamawiający usuwa z SIWZ poz. 3.2.3, która została wpisana omyłkowo.

Pytanie 2: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§1 w zw. ze stroną tytułową SIWZ - Zamawiający proszony jest o usunięcie omyłki w znaku postępowania i jednoznaczne podanie numeru postępowania w całej treści Umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę i zmienia w sygnaturze postępowania skrót LAM na LZE zarówno w Ogłoszeniu jak i w SIWZ. Prawidłowy znak postępowania to: **ZP/PN/35/20/LZE/AW**. Jednocześnie Zamawiający usuwa z SIWZ poz. 3.2.3, która została wpisana omyłkowo.

Pytanie 3: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§4 ust. 9 - Zamawiający proszony jest wyjaśnienie czy wykonanie modyfikacji instalacji elektrycznej będzie wymagało zezwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 pkt 19 lit. a) Prawa budowlanego?

Odpowiedź:

Wykonanie modyfikacji instalacji elektrycznej w obrębie docelowej pracowni zaoferowanego akceleratora (sterownia 0/16, bunkier 0/14, pom.techn. 0/12), niezbędnej do jego instalacji, nie będzie wymagało pozwolenia na budowę

Pytanie 4: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§6 ust. 1 pkt 1.4 - Zamawiający, mając na uwadze, że termin wykonania Fazy IV zależy od terminy przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego bunkra, w którym obecnie zainstalowany jest akcelerator Clinac 2100CD nr ser. 3328, proszony jest o dodanie §6 ust. 1 pkt 1.4 zdania drugiego w brzmieniu: „Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 1.3 niniejszego ustępu Wykonawcy nie zostanie przekazany Wykonawcy bunkier, w którym obecnie zainstalowany jest akcelerator Clinac 2100CD nr ser. 3328 termin wykonania Fazy IV ulega odpowiedniemu przesunięciu”,

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje do par. 6, ust1, p. 1.4 tekst „Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 1.3 niniejszego ustępu Wykonawcy nie zostanie przekazany bunkier, w którym obecnie zainstalowany jest akcelerator Clinac 2100CD nr ser. 3328 termin wykonania Fazy IV ulega odpowiedniemu przesunięciu”,

Pytanie 5: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§6 ust. 1 pkt 1.6 lit. b) - Zamawiający, mając na uwadze, że termin wykonania Fazy VI w części dot. szkoleń zależy m. in od terminy przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego bunkra, w którym obecnie zainstalowany jest akcelerator Clinac 2100CD nr ser. 3328, proszony jest o dodanie §6 ust. 1 pkt 1.6 lit. b) zdania drugiego w brzmieniu: „Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 1.3 niniejszego ustępu Wykonawcy nie zostanie przekazany Wykonawcy bunkier, w którym obecnie zainstalowany jest akcelerator Clinac 2100CD nr ser. 3328 termin wykonania szkoleń ulega odpowiedniemu przesunięciu.”

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje do par. 6, ust1, p.1.6.b) tekst „Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 1.3 niniejszego ustępu Wykonawcy nie zostanie przekazany Wykonawcy bunkier, w którym obecnie zainstalowany jest akcelerator Clinac 2100CD nr ser. 3328 termin wykonania Fazy IV ulega odpowiedniemu przesunięciu”.

Pytanie 6: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§7 ust. 1 w zw. z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ Arkusz cenowy – Zamawiający proszony jest o wskazanie, w której pozycji Załącznika nr 7 do SIWZ należy ująć wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu usługi magazynowania Sprzętu,

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia treść w załączniku "Arkusz cenowy" dodając w poz. 4 „magazynowanie” (przechowanie) akceleratora.

Pytanie 7: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§7 ust. 3 lit. a) – Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że faktura częściowa, o której mowa w §7 ust. 3 lit. a) Umowy dotyczyć będzie wynagrodzenia w wysokości wskazanej w poz. 1 załącznika nr 7 do SIWZ Arkusz cenowy,

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 8: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§7 ust. 3 lit. b) – Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że faktura częściowa, o której mowa w §7 ust. 3 lit. b) Umowy dotyczyć będzie wynagrodzenia w wysokości wskazanej w poz. 2 załącznika nr 7 do SIWZ Arkusz cenowy,

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§7 ust. 3 lit. c) - Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że faktura częściowa, o której mowa w §7 ust. 3 lit. c) Umowy dotyczyć będzie wynagrodzenia w wysokości wskazanej w poz. 3 załącznika nr 7 do SIWZ Arkusz cenowy,

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§7 ust. 3 lit. d) – Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że faktura częściowa, o której mowa w §7 ust. 3 lit. d) Umowy dotyczyć będzie wynagrodzenia w wysokości wskazanej w poz. 4 załącznika nr 7 do SIWZ Arkusz cenowy,

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§7 ust. 5 – Zamawiający proszony jest o wykreślenia ust. 5 mając na uwadze, że do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla ust. 5 w §7.

Pytanie 12: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§11 – Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że §11 ust. 1- 4 Umowy dotyczy obowiązków, które Wykonawca musi wypełnić wyłącznie w stosunku do podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powoływał w celu wykonania wykazania spełnienia warunków, a tym samym §11 ust. 1-4 nie dotyczy wszystkich podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania,

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§11 – Zamawiający w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej, proszony jest o wykreślenie w całości §11 ust. 1-4 Umowy mając na uwadze przedmiot zamówienia, którym jest dostawa. Regulacja zawarte w §11 ust. 1-4 Umowy właściwe są dla zamówień publicznych na roboty budowlane. Zgodnie z art. 143b i nast. ustawy Prawo budowlane w stosunku do zamówień na roboty budowlane na wykonawcę nałożone są obowiązki m. in co do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą, uzyskania akceptacji Zamawiającego treści tego projektu, przedkładania zawartej umowy z podwykonawcą i wykonania tożsamej procedury w przypadku zmian tej umowy. Zaznaczenia wymaga, że nawet w przypadku zamówień na roboty budowlane (zgodnie z art. 143b ust.8 umowy) ustawodawca zwolnił z powyższych obowiązków umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości poniżej 50 000 zł.

W tym miejscu zaznaczenia wymaga, że Wykonawca realizując umowy dostawy, zleca czynności pomocnicze takie jak transport wraz z rozmieszczeniem w miejscu instalacji, wynajem dźwigu, magazynowanie, itp. podmiotom trzecim profesjonalnie zajmującym się świadczeniem tego typu usług, z którymi stale współpracuje, a zlecenie tych czynności następuje poprzez wymianę oświadczeń – złożenia zlecenia i jego przyjęcie przez zleceniobiorcę (np. transport, wynajem dźwigu) lub posiada stałą umowę (np. magazynowanie). Konieczność zmiany zasad współpracy przy jednostkowej dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tj opracowanie projektu umowy, akceptacji Zamawiającego dla jej treści – może znacząco wydłużyć termin realizacji zamówienia, a w niektórych przypadkach (tam, gdzie zasady współpracy zostały uzgodnione przez korporację np. transport) wykonanie obowiązków nałożonych w §11 ust. 1-4 Umowy może być niemożliwe;

Odpowiedź:

Nie dotyczy, odp. na poprzednie pytanie jest twierdząca.

Pytanie 14: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§14 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż w ramach czynności podpisywania raportów serwisowych o której mowa w ust. 17 §14, Zamawiający dopuszcza wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe sign lub innych podobnych rozwiązań.

Prosimy o dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Strony zgodnie oświadczają, iż w ramach czynności podpisywania raportów serwisowych o której mowa w ust. 17, niniejszego paragrafu, dopuszczają wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe sign lub innych podobnych rozwiązań. Strony oświadczają, iż każdy raport serwisowy podpisany z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, będzie dla nich prawnie wiążący.”;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza wykorzystanie podpisu elektronicznego AdobeSign lub innych podobnych rozwiązań. Zamawiający uzupełnia treść par. 14 ust. 17 o tekst proponowany przez Wykonawcę.

Pytanie 15: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§14 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„W przypadku zakończenia Usługi poprzez użycie SmartConnect Zamawiający upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania Raportu Serwisowego zgodnie z ust. 17 niniejszego paragrafu i uznania jako terminu zakończenia Usługi, daty i godziny wskazanej w Raporcie Serwisowym.”

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia treść par. 14 ust. 17 kolejnym zdaniem o treści proponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie 16: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§14 ust. 7 lit. I) – Zamawiający proszony jest o zmianę treści zdania ostatniego w lit. I) w ten sposób, że otrzyma ono brzmienie: „Czas pomiarów **nie jest** zaliczany do czasu niesprawności”. Pomiaru wykonywane są przez Zamawiającego, Wykonawca nie ma żadnego wpływu na rozpoczęcie ich wykonywania, czas ich trwania, moment ich zakończenia. Wskazać należy, że z niesprawnością Sprzętu powiązane są kary umowne o których mowa w §15 ust. 1 pkt 1.5 oraz pkt. 1.6 Umowy oraz obowiązek wydłużenia gwarancji, o którym mowa w §14 ust. 13 Umowy. Kara umowna zgodnie z art. 483 kc stanowi rodzaj gwarancji spełnienia świadczenia przez dłużnika; Wykonawca nie może więc być zobowiązany do zapłaty kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad, jeżeli zobowiązaniem do wykonania pomiarów jest Zamawiający, odpowiednio dotyczy to również wliczenia okresu wykonywania pomiarów przez Zamawiającego do czasu przestoju sprzętu lub wydłużenia okresu gwarancji, kiedy to okres wykonywania pomiarów zależy wyłącznie od Zamawiającego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Rozpoczęcie pomiarów jest w tym punkcie ściśle określone jako "w dniu zakończenia naprawy lub w dniu następnym". Zakres a tym samym czas pomiarów zależy od rodzaju awarii i oczywiste jest, że do momentu zakończenia pomiarów z wynikiem pozytywnym akcelerator nie może być używany do napromieniania pacjentów.

Pytanie 17: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§14 ust. 10 w zw. z §20 ust. 3 – Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 10 w związku z definicją dni terapeutycznych zawartą w §20 ust. 3 Umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zdanie pierwsze w par. 14 ust. 10 następująco: "Za dni terapeutyczne uważa się dni opisane w par. 20, ust. 3 umowy" i wnosi uzupełnienie do umowy.

Pytanie 18: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§15 ust. 1 pkt 1.2 – Zamawiający proszony jest o dodanie po treści: „*opóźnienie w wykonaniu dostawy akceleratora względem terminu określonego w § 6 ust. 1.1.*” treści w brzmieniu: „*z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*”; kara umowna winna zostać zastrzeżona na okoliczność nieterminowego wykonania dostawy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 19: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§15 ust. 1 1.4 - Zamawiający proszony jest o dodanie po treści: „*opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie realizacji Fazy II-V umowy względem terminów określonych w § 6 ust. 1.2, 1.3., 1.4. i 1.5.*” treści w brzmieniu: „*z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*”; kara umowna winna zostać zastrzeżona na okoliczność nieterminowego wykonania fazy II-IV na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wskazanych słów i wnosi odpowiednie uzupełnienia do umowy.

Pytanie 20: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§15 ust. 1 pkt 1.5 - Zamawiający proszony jest o dodanie po treści: „*opóźnienie w usunięciu wad Przedmiotu dostawy– (tj. akceleratora z wyposażeniem), jego naprawie i przywróceniu pełnej sprawności w okresie gwarancji i rękojmi względem terminów określonych w § 14 ust. 7, pp. g), h), i) oraz § 14 ust. 8 p. g)*” treści w brzmieniu: „*z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*” ; kara umowna winna zostać zastrzeżona na okoliczność nieterminowego usunięcia wad na skutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wskazanych słów i wnosi odpowiednie uzupełnienia do umowy.

Pytanie 21: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§15 ust. 1 pkt 1.6 - Zamawiający proszony jest o dodanie po treści: „*niezapewnienie przez Wykonawcę 95% sprawności i dyspozycyjności Sprzętu, o której mowa w § 14 ust. 9. Umowy*” treści w brzmieniu: „*z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*”; kara umowna winna zostać zastrzeżona na okoliczność niezapewnienia sprawności i dyspozycyjności Sprzętu na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wskazanych słów i wnosi odpowiednie uzupełnienia do umowy.

Pytanie 22: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§15 ust. 1 pkt 1.7 - Zamawiający proszony jest o dodanie po treści: „*niewykonanie przeglądu okresowego, o którym mowa w § 14 ust. 14. Umowy w terminie ustalonym przez Strony*” treści w brzmieniu: „*z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy*”; kara umowna winna zostać zastrzeżona na okoliczność nieterminowego wykonania przeglądu na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wskazanych słów i wnosi odpowiednie uzupełnienia do umowy.

Pytanie 23: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§15 ust. 1 pkt 1.9-1.11 – Zamawiający proszony jest o odpowiednią modyfikację treści pkt 1.9 – 1.11 w zależności od wyjaśnienia udzielonego do §11 Umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieniał zapisów w par. 11 wobec tego wniosek Wykonawcy zostaje pominięty.

Pytanie 24: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§15 - mając na względzie, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w czasie rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej COVID-19 co ma wpływ na możliwość realizacji zamówienia w terminie z uwagi m. in. na mogące ponownie wystąpić trudności w transporcie międzynarodowym, nieobecności pracowników wykonawcy lub podwykonawcy, ponowne ograniczenia w produkcji lub ograniczenia w dostępie do miejsce wykonania przedmiotu zamówienia - Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że nie będzie występował w stosunku do Wykonawcy z roszczeniami z tytułu niewykonania lub opóźnienia wykonania Umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 i dodanie po ust. 4 niniejszego paragrafu ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zamawiający nie będzie występował w stosunku do Wykonawcy z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z niewykonaniem lub opóźnieniem wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie Umowy lub opóźnienie wykonania Umowy będzie miało związek z COVID-19.”;

Odpowiedź:

Zamawiający dopisał par. 20 umowy – siła wyższa, który dot. również Covid-19

Pytanie 25: Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy (dalej: Umowa):

§17 ust. 1 - mając na względzie, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w czasie rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej COVID-19 co ma wpływ na możliwość realizacji zamówienia w terminie z uwagi m. in. na mogące ponownie wystąpić trudności w transporcie międzynarodowym, nieobecności pracowników wykonawcy lub podwykonawcy, ponowne ograniczenia w produkcji lub ograniczenia w dostępie do miejsce wykonania przedmiotu zamówienia – Zamawiający proszony jest o dodanie po pkt 1.6 pkt 1.6a w brzmieniu:

„1.6a wydłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli wystąpią okoliczności związane z COVID-19 mające wpływ na wykonanie umowy.”;

Odpowiedź:

Zamawiający dopisał par. 20 umowy – siła wyższa, który dot. również Covid-19

Pytanie 26: SIWZ, pkt 6, ppkt 6.1, tabela ppkt 7.1.3

Czy – w przypadku zaoferowania akceleratora identycznego z akceleratorem już posiadany i wykorzystywanym przez Zamawiającego - Zamawiający zaakceptuje materiały, o których mowa w pkt 7.1.3, bez zaznaczonych wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych podlegających weryfikacji i ocenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27: SIWZ, pkt 6, ppkt 6.1, tabela ppkt 7.3 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3, Uwagi dla Wykonawcy, pkt A

Czy w odniesieniu do dokumentacji technicznej wymaganej w ppkt 7.1.3 Zamawiający zaakceptuje firmowe materiały informacyjne w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza że zaakceptuje firmowe materiały informacyjne w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

Pytanie 28: Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3, tabela, poz. 3.1.4

Czy Zamawiający zgodzi się na rozbić tego parametru na 2 osobne w sposób następujący:

3.1.4.a	Niskie moce dawek dla wymaganej wiązki fotonów X 6 MV FF, dla pełnego zakresu pól: o wartościach: 5, 10, 15, 20, 40, 60 i 80 MU/min	TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt	
3.1.4.b	Niskie moce dawek dla wymaganej wiązki fotonów X 18 MV FF, dla pełnego zakresu pól: o wartościach: 20, 40, 60 i 80 MU/min	TAK/NIE Tak=1 pkt Nie= 0 pkt	

Odpowiedź:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
tel.: 71 36-89-601, 71 36-89-602;
faks: 71 36-89-219
NIP: 899-22-28-100, Regon: 000290096, KRS: 0000087868



Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisu w OPZ w poz. 3.1.4

Pytanie 29: Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 1, tabela, poz. 1.11.1 oraz poz. 1.11.2

Czy - w celu umożliwienia zaoferowania akceleratora VitalBeam, bliźniaczego do już posiadanego i wykorzystywanego w Legnicy - Zamawiający zaakceptuje ofertę na akcelerator nie posiadający tych funkcjonalności, a tym samym wykreśli poz. 1.11.1 i 1.11.2 z tabeli parametrów wymaganych?


Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść w OPZ w poz. 1.11.1, 1.11.2 oraz 3.11 wykreślając zapisy z poz. 1.11.1, 1.11.2 (wymagane) i przenosząc je do poz. 3.11.1 i 3.11.2. (oceniane).

W związku z powyższymi odpowiedziami, zmianie ulega **termin składania i otwarcia ofert na dzień**

31.08.2020r. godz.12:00/12:15. Zmodyfikowane ogłoszenie oraz SIWZ, załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3 – Wzór umowy oraz załącznik nr 7 - Arkusz asortymentowo-cenowy będą dostępne są na Platformie Zakupowej.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Grzegorz Stryjeński