



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00
NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 28 -04-2020 r.

W.Sz.Z: TZ-280-44/20

dotyczy: postępowania na dostawę nadajników telemetrycznych, echokardiografów.

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1, dot. Załącznika 2/1a

Zamawiający wymaga urządzeń z datą produkcji w ostatnim kwartale 2019 r. Ze względu na relatywnie krótki czas dostawy i montażu, i ze względu na lokalizację fabryki, która znajduje się na terenie USA oraz ze względu na warunki pandemiczne zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie urządzeń fabrycznie nowych z pełną gwarancją ale z rokiem produkcji w okresie IV kwartału 2017.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z datą produkcji nie wcześniej niż IV kwartału 2017

Pytanie Nr 2, dot. Załącznika 2/1a, poz. 9

Pytanie do p. 9 w/w załącznika W warunkach pandemii i wynikających stąd niewiadomych co do czasu produkcji a przede wszystkim czasu dostawy zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie wydłużonego do 16 tygodni czasu dostawy akumulatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 90 dni.

Pytanie Nr 3 dot. Załącznika 2/1a, poz. 11

Pytanie do p.11 w/w załącznika. Będąca w posiadaniu użytkownika ładowarka jest w stanie obsłużyć dodatkową ilość akumulatorów. Zatem jeśli mimo Zamawiający podtrzyma wymóg dostarczenia dodatkowej ładowarki zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 16 tygodni zgodnie z uzasadnieniem w punkcie 2.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z dodatkowej ładowarki. W związku z tym, Zamawiający zamieści aktualny załącznik Nr 2/1a na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun

Pytanie Nr 4 dot. Załącznika 2/1a, poz. 12

Pytanie do punktu 12 w/w załącznika. Zamawiający posiada już urządzenie synchronizujące sieć. Nie zachodzi potrzeba jego ponownego zakupu.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z synchronizatora sieci. W związku z tym, Zamawiający zamieści aktualny załącznik Nr 2/1a na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/wszcz_torun

Pytanie Nr 5

Zadanie nr 1

V. Termin wykonywania zamówienia zapisów siwz oraz wzoru umowy.

Mając na uwadze najlepiej pojęty interes Zamawiającego, jak i potencjalnych wykonawców zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do minimum 60 dni, a preferowane to 90 dni.

Proponowany termin wynika z ostrożności z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Równocześnie Oferent dołoży wszelkich starań aby dostawa została zrealizowana w możliwie jak najkrótszym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 90 dni.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Pytanie Nr 6 dot. wzoru umowy § 6

Prosimy Zamawiającego o zgodę na dodanie zapisu w umowie:

Siła wyższa


Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji postanowień Umowy lub też za ich niedotrzymanie, jeśli wynika to z jakiegokolwiek zdarzenia lub okoliczności których zaistnienia nie można było uniknąć i do których zalicza się: wypadki, działanie sił natury, zamieszki cywilne, działania wojenne, epidemie, eksplozje, pożary, powodzie, powstania, strajki, strajki okupacyjne lub innego typu sytuacje związane z zamieszkami w zakładach pracy lub brakiem miejsc pracy, klęski żywiołowe, rozruchy, niedostępność lub brak materiałów, sprzętu lub środków transportu, wojna (wypowiedziana lub nie), akty prawne i decyzje organów władz publicznych (siła wyższa). Strona pozostająca w zwłocze niezwłocznie powiadamia drugą stronę o stwierdzonym działaniu siły wyższej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione działania zmierzające do wyeliminowania lub usunięcia skutków takiego zdarzenia lub okoliczności. Po ustaniu wpływu danego zdarzenia lub okoliczności, strona ta, niezwłocznie, ponownie przystępuje do wypełniania swoich obowiązków wynikających z Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje wzór umowy poprzez dodanie § 6A i nadaje mu brzmienie:

1. „ Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
 - 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
 - 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 - 3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374)
 - 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
 - 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
3. Zamawiający przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte wykonanie umowy.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:
 - 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 - 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw,
 - 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Z poważaniem


Dział Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Anna Wutrych-Kraieniska

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Pełna nazwa urządzenia: **Nadajnik telemetryczny do zestawu centrali monitorującej -4 szt.**
2. Typ/model (podać):
3. Producent (podać):
4. Rok produkcji: nie wcześniej niż ostatni kwartał **2017**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	Parametry oceniane - punktacja
Nadajnik telemetryczny (4 szt.)				
1.	Nadajnik telemetryczny kompatybilny z systemem intensywnego nadzoru IntelliVue firmy Philips posiadany przez Zamawiającego	TAK		
	Dotykowy ekran kolorowy min. 2,7"	TAK podać		
3.	Wyświetlane krzywe oraz odczyty numeryczne oznaczone kolorami	TAK		
4.	Pogłębiona analiza arytmii	TAK/NIE		TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt.
5.	Monitorowanie krzywej EKG	TAK		
6.	Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe trzy baterie AA lub akumulator litowo-jonowy	TAK Podać		
7.	Oporny na przypadkowe zanurzenie w wodzie	TAK/NIE podać		TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt.
Aksesoria do każdego nadajnika telemetrycznego				
8.	5-cio odprowadzeniowy kabel EKG	TAK		
9.	Akumulator litowo-jonowy - 2 szt.	TAK		
10.	Torebki jednorazowe na nadajnik telemetryczny - 50 szt.	TAK/NIE		TAK -10 pkt. NIE – 0 pkt.

Pozostałe wymagania				
11.	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK		
12.	Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego w cenie oferty.	TAK		
13.	Okres gwarancji – min. 24 miesiące.	TAK podać		
14.	Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres 5 lat.	TAK		
15.	Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji.	TAK podać		
16.	Przeгляд techniczny w okresie trwania gwarancji na koszt własny Wykonawcy.	TAK		
17.	Czas reakcji – przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 48 godz. w dni robocze i 72 godz. w dni wolne i święta.	TAK podać		
18.	Urządzenie zastępcze w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni – o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.	TAK		
19.	Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy	Podać		

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego i jest fabrycznie nowy.

.....
data

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy