



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bronchofiberoskopu oraz sprzedaż niesprawnego bronchofiberoskopu typ: 11301BN1

1.	Bronchofiberoskop optyczny intubacyjny wyposażony w okular umożliwiający podłączenie standardowej głowicy kamery endoskopowej. Okular wyposażony w pokrętkę do regulacji ostrości
2.	Zintegrowane w części proksymalnej bronchofiberoskopu gniazdo do osadzenia wymiennych zaworów ssących umożliwiających podłączenie przewodu ssącego i odsysanie poprzez kanał roboczy fiberoskopu
3.	Możliwość założenie zaworu ssącego w min. 2 pozycjach w celu optymalnego podłączenia drenu ssącego do króćca zaworu ssącego
4.	Zawory ssące dostępne w wersji jednorazowej oraz wielorazowej (nadającej się do sterylizacji)
5.	Łącznik światłowodu umożliwiający bezpośrednie przykręcenie baterijnego źródła światła
6.	Niezależne wejście do kanału roboczego do wprowadzania instrumentów mechanicznych lub cewników wyposażone w przyłącze LUER i gumową zatyczkę
7.	Maksymalne wygięcie końcówki dystalnej min.: - do góry: 140° - do dołu: 140° regulowane przy pomocy dźwigni znajdującej się w części proksymalnej fiberoskopu
8.	Długość robocza fiberoskopu 65 cm - 70 cm
9.	Kąt pola widzenia 110° - 120°
10.	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej nie większa niż 5,3 mm
11.	Średnica kanału roboczego min.: 2,2 mm
12.	Fiberoskop w pełni zanurzalny w płynie myjąco - dezynfekującym
13.	Możliwość sterylizacji w EtO, Sterrad
14.	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2024

UWAGA!!!

Zamawiający odsprzedaje bronchofiberoskop typ: 11301BN1 o numerze seryjnym: 2243667 rok prod. 2021

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.