



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 571/09/2020

Chrzanów, 28.09.2020 r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na "Dostawa pomp infuzyjnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie" - przetarg nr 81/2020.

### Pakiet Pompa infuzyjna strzykawkową 28 sztuk

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości oraz konkurencyjne cenowo pompy infuzyjne:

**Pkt. 4**

Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,3 kg.

**Odp. Tak dopuszczamy.**

**Pkt. 6**

Pompa posiada akumulator litowo-jonowy oraz wyposażona w kabel zasilający 100-240 V AC, 50-60 Hz

**Odp. Tak dopuszczamy.**

**Pkt. 9**

Pełne mocowanie strzykawkowej możliwie (ze względów bezpieczeństwa) wyłączonej pompy – system obsługiwany całkowicie manualnie

**Odp. Zgodnie z siwz.**

**Pkt. 17**

Dokładność mechanizmu pompy +/- 2%

**Odp. Tak dopuszczamy.**

**Pkt. 21**

Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – Ciśnienie okluzji 9 poziomów 75 mmHg – 900 mmHg, automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.

**Odp. Tak dopuszczamy.**



**Pkt. 22**

Brak funkcji wypełnienia linii: 3 tryby obowiązkowy, nieobowiązkowy i zalecany.

**Odp. Zgodnie z siwz.**

**Pkt. 24**

Zróznicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 3 ml/h



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

KVO natężenie przepływu < 1ml/h (0,1 ml/h fabryczne domyślne natężenie przepływu);  
natężenie przepływu: <10 ml/h natężenie przepływu w trybie KVO 1ml/h  
natężenie przepływu: >=10ml/h , natężenie przepływu w trybie KVO 3ml/h  
**Odp. Tak dopuszczamy.**

## Pkt.25

Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin bez możliwości automatycznego wznowienia infuzji ze względu na bezpieczeństwo pacjenta

**Odp. Tak dopuszczamy.**

## Pkt.36

Brak alarmu rozłączenia linii – spadku ciśnienia w przypadku pompy strzykawkowej

**Odp. Zgodnie z siwz.**

## Pkt.45

Możliwość komunikacji przez porty IRDA,USB

**Odp. Zgodnie z siwz.**



Sporządziła:

Dział Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
Szpital Powiatowy w Chrzanowie  
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16  
tel. 32 624 70 34 ; 32 624 70 39  
fax. 32 623 70 72

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpital Powiatowy w Chrzanowie

*mgr Artur Wranowski*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892