

Tarnów, dnia 24.04.2020r.

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK. <sup>1413</sup> /20

**Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU** dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1 Zakres 6 poz. 1 i 2**

Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych z kluczem do rozłączania układu i elastycznym łącznikiem w zestawie, 72H; blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki przesuwanej liniowo; przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym naciśnięciem, wyraźny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika; sam cewnik miękki i zaokrąglony na końcu, z otworem centralnym i z dwoma otworami naprzemianległymi, łącznik podwójnie obrotowy z wmontowanym portem medycznym do podawania leków w aerozolu, bezzwrotny port do płukania cewnika; rozmiary cewnika 10,12,14,16, 18 o długości 360 mm do rurek tracheostomijnych i 540mm do rurek intubacyjnych?

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie 2 Zakres 28.**

Czy zamawiający wymaga rurek ustno gardłowych wykonanych z medycznego PVC bez lateksu, bez ftalanów, pakowanych pojedynczo?

**Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.**

**Pytanie 3 Zakres 63 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną PCV, Długą, silikonowaną, zbrojoną z mankietem niskociśnieniowym, ruchomą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, o przedłużonej długości minimum 155 mm we wszystkich rozmiarach, wstępnie uformowana, wygięta łukowato, z delikatnym zaokrąglonym zakończeniem rurki, o zwiększonej elastyczności, w zestawie 2 tasiemki do mocowania oraz cewnik ułatwiający wprowadzenie rurki, sterylna?

**Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ**

**Pytanie 4 Zakres 63 poz. 4.**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie korzystnej cenowo oferty.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 5 Zakres 63 poz. 6**

Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną do rozmiaru 10,00 przy parametrach średnica zewn. rurki O.D 14,3mm; średnica wewn. kaniuli I.D.10,00mm; długość L 84mm?

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie 6 Zakres 90 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni lub dwóch pierścieni? Rurka cieniująca na całej długości. Produkt sterylny, pakowany folia-papier.

**Odp. Tak dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ**

**Pytanie 7 Zakres 90 poz. 2.**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego pakiet. Pozwoli to na złożenie korzystnej cenowo oferty.

**Odp. Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian**

**Pytanie 8 Zakres 97 poz. 1**

Czy zamawiający wymaga jednorazowej sterylnej prowadnicy Bougie wykonanej z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewniającą odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała, dostarczana w sztywnym futerale celem utrzymania i zachowania prawidłowego kształtu?

**Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.**

**Pytanie 9 Zakres 97 poz. 2**

Czy zamawiający wymaga jednorazowej sterylnej prowadnicy do trudnej intubacji dla dzieci, z prostym miękkim końcem, elastyczna ze znacznikami głębokości usytuowanymi w odległości 10,20,30 cm odkońca prowadnicy?

**Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.**

**Pytanie 10 Zakres 97 poz. 3 i 4**

Czy zamawiający wymaga prowadnic do rurek intubacyjnych o długościach: 230, 340, 370 i 600mm?

**Odp. Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

Z-CA DYREKTORA  
DS. LECZNICTWA  
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza  
SP ZOZ w Tarnowie

lek. med. Piotr Skrobisz