

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Katowice, dnia 09.11.2021r.

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NR DZP.381.082.2021.DWN

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w ramach procedury określonej przez Zamawiającego na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp (zamówienie z dziedziny nauki), nr DZP.381.082.2021.DWN, p.n.: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego – spektrometr ramanowskiego z mikroskopem”

Powołując się na ust. 2 Instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, zgodnie z którym, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści ogłoszenia lub zmiany innych dokumentów stanowiących załączniki do ogłoszenia, a stosowną informację o zmianie, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej (platformie), na której zamieszczono ogłoszenie. Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 9 w wyjaśnieniach nr 5 udzielonych dnia 09.11.2021r.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza spektrometr ramanowski zintegrowany z mikroskopem konfokalnym o wymiarach 550 x 610 x 800 mm i wadze ok. 70-80 kg?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza spektrometr o wymienionych wymiarach i wadze **do 80 kg**, o ile spektrometr wyposażony jest w obudowę zapewniającą zaciemnienie komory pomiarowej.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący komisji przetargowej:

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej:

