

Zgierz, dn. 25.03.2020 r.

Nr referencyjny: PN/V/2020

ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

Dotyczy postępowania pn.: **Sukcesywna sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na zadania.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z otrzymanymi zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – udziela poniżej odpowiedzi.

Pytanie 1:

Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowane oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w tym postępowaniu (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacyjny takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 32

Zwracamy się z prośbą do Zamawianego z jakiego typu generatorem mają być kompatybilne maseczki w pozycji nr 1 oraz 2.

Odpowiedź:

Zgodnie ze SIWZ z generatorem n CPAP.

Pytanie 3:

Dotyczy zadania nr 62

Czy Zamawiający wymaga aby opaski do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych były w rozmiarze 125 mm x 25 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozmiary opasek.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania nr 62

Czy Zamawiający wymaga aby opaski były wykonane z pianki NeoFoam, miękkiej i przyjaznej dla skóry noworodka i dla dziecka o niskiej masie urodzeniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie opaski.

Pytanie nr 5**Dotyczy zadania nr 62**

Czy Zamawiający wymaga aby opaski były produktem uniwersalny zarówno do stosowania na rączkę lub nóżkę pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie opaski.

Pytanie 6:**dot. pakietu nr 35 poz. 1 i 2**

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i standardu pracy Zamawiający wymaga aby nakłuwacze spełniały następujące kryteria:

- posiadały ergonomiczny kształt (T) łatwy w trzymaniu zarówno dla prawo i lewo ręcznych;
- antypoślizgowy aktywator uruchomienia, umiejscowiony centralnie co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu nakłuwacza;
- pełne cofnięcie igły, co zapobiega przypadkowemu zakłuciu przez personel medyczny;
- posiadały przezroczystą obudowę jako wizualną kontrolę użycia produktu;
- posiadały dwustopniowy system zabezpieczający poprzez zastosowanie dwóch metalowych sprężyn, co zapewnia właściwą ilość krwi;
- posiadały silikonową igłę ustawioną centrycznie z symetrycznymi szlifami dzięki czemu uzyskujemy mniejszą odczuwalność bólu;

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie nakłuwacze.

Pytanie 7:**dot. pakietu nr 35**

Czy Zamawiający w celu weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia oprócz materiałów informacyjnych, folderów czy katalogów dołączonych do oferty Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie próbek nakłuwaczy?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ nie wymaga próbek.

Pytanie 8:**dot. zapisów SWZ pkt. 10.1.b)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium - termin dostawy, gdzie minimalny termin wynosi 1 dzień roboczy a maksymalny 5 dni roboczych na zapis: „minimalny termin dostawy 2 dni robocze , maksymalny 5 dni roboczych”. Oczekiwanie realizacji zamówienia w ciągu 1 dnia, nie uwzględnia odległości kilometrowej z odległych miast i tym samym wpływa negatywnie na równe traktowanie oferentów (zgodnie z rozdz. 2 art. 7.1 Ustawy Pzp), preferując wykonawców z bliskiej okolicy. Dodatkowo, procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia. Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 9:**dot. zapisów umowy par. 2 ust. 5**

Prosimy o modyfikację i dopisanie: „Dostawy (.....) na koszt Wykonawcy przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto”. Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 10:**dot. zapisów umowy §5**

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów §5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 11:**Dotyczy Zadania 22 poz. 2-3**

Czy Zamawiający wymaga rękojści jedno czy wielorazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rękojści wielorazowego użytku.

Pytanie 12**zadanie 60, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, cewnik do karmienia, o długości całkowitej 50 cm i skalowany co 1 cm do 40 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia?

Nieznaczna różnica w długości cewnika nie ma żadnego wpływu na jakość, skuteczność i bezpieczeństwo przeprowadzanych procedur medycznych.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Nadto dopuszczenie ww. cewnika pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewnik o długości 50 cm.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź:


Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 14:

Zadanie nr 47

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przedłużacza typu „Y” do podawania kontrastu automatyczną strzykawką dwutłokową z zaworami bezigłowymi o dł. 12cm wg. załączonego rysunku nr 1.

Zgoda na naszą prośbę pozwoli na przystąpienie do zadania nr 47 szerszemu gronu oferentów ubiegających się o zamówienie publiczne, a Zamawiającemu uzyskania najbardziej korzystnej cenowo oferty.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie przedłużacze.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Agnieszka Jóźwik
podpis na oryginale

.....

Otrzymują:

1. a/a PN/V/2020

Publikacja:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgierz