

Grodzisk Wielkopolski, dnia 15.01.2024 r.

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Grodzisku Wielkopolskim  
ul. Mossego 17

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2301.04.2023**

## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pakiet 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 1, poz. 16

Czy zamawiający wydzieli poz.16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 49,63-65

Czy zamawiający wydzieli poz.49 ,63-65 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 51-55,75,81,84,85,87-92,140

Czy zamawiający wydzieli poz. 51-55,75,81,84,85,87-92,140 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Czy zamawiający dopuści dren o długości min. 200 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 53-54

Czy zamawiający dopuści pojemność nebulizatora min. 6 ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 63

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 9,5 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 64

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Czy zamawiający dopuści IS bez skrzydełek dociskowych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 85

Czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe bez instrukcji użycia bezpośrednio nadrukowanej na opakowaniu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 2, poz. 140

Czy zamawiający dopuści datę ważności – przydatności do użycia minie niż 5 lat, jeżeli zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, wykonawca rozumie, że Zamawiający nie widzi potrzeby dłuższego magazynowania zamówionych towarów. Należy wskazać, iż dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu, w związku z tym prosimy o dopuszczenie produktów z krótszym terminem przydatności niż 5 lat. W przypadku nie dopuszczenia przez zamawiającego krótszego terminu przydatności prosimy o wyjaśnienie z jakiej zatem przyczyny wyznacza wymóg takiego akurat okresu ważności zamówionych towarów?

**Odpowiedź: podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zamawiający**

Pakiet 19, poz. 8,14-16,

Czy zamawiający wydzieli poz. 8,14-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 19, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 19, poz. 14-16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 23, poz. 1

- Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m<sup>2</sup>?
- Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?
- Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
- Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:
  - o Mankiet 5 cm
  - o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
  - o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
  - o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 23, poz. 2

Czy zamawiający dopuści koszule o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 23, poz. 3

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 13, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści prześcieradło dwuwarstwowe celulozowe?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 13, poz. 1  
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 39 cm x 50 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

Czy dopuści perforację co 38 cm lub 34 cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza perforację co 38 cm lub 34 cm.**

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt = 1 rolkę?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt = 1 rolkę**

Pakiet 13, poz. 2  
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza o odpowiednim przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza o odpowiednim przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza o odpowiednim przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

Czy dopuści perforację co 38 cm lub 34 cm?

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza perforację co 38 cm lub 34 cm.**

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza o odpowiednim przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt = 1 rolkę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt = 1 rolkę**

Pakiet 13, poz. 3

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt = 1 rolkę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt = 1 rolkę**

Czy zamawiający wymaga medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 cm, z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii.**