



Wałbrzych, dnia 19.12.2019r.

DZPZ-530-Zp/69/PN-67/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa: Wiskoelastyki, soczewki i narzędzia, implant p/jaskrowy, dzierżawa biometru, nóż do wikretomii i płyn irygacyjny, zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej, elektroda zewnętrzna do czasowej stymulacji serca, obłożenia jałowe, fartuchy chirurgiczne i ubrania operacyjne” – Zp/69/PN-67/19

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Obłożenie do operacji okulistycznych o minimalnym składzie: Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- a) 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

- b) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33 g/m², wykonaną z włókniny typu SMS?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne dostępne w kolorze niebieskim, zielonym i fioletowym?


Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2



Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne w którym bluza posiada prosty, cięty rękaw, spodnie również są proste, cięte, lamówka w kolorze bluzy?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu SMS?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach:
M-124 cm, L-128 cm, XL-138 cm, XXL-157 cm. ?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 . Dotyczy Pakietu 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym, o długości 110 cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 . Dotyczy Pakietu 9, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania operacyjnego w kolorze niebieskim i zielonym, z włókniny SMS, krótki rękaw cięty, przy szyi wykończenie typu V obszyte lamówką w tym samym kolorze, spodnie długie cięte, z tyłu z gumką a z przodu z zamocowanymi tasemkami?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 . Dotyczy Pakietu 9, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie osobnego pakietu, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 . Dotyczy Pakietu 9, poz. 4:


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o długości odpowiednio dla rozmiaru M-115, L-125 cm, XL – 140 cm, XXL – 155 cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 . Dotyczy Pakietu 9, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o długości odpowiednio dla rozmiaru M-130, L-140 cm, XL – 150 cm, XXL – 165 cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 15 . Dotyczy projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp: Zamawiający informuje , że w projekcie umowy nigdzie nie ma zapisu „dni robocze”.

2. Czy Zamawiający zgadza się w § 5 ust. 2 wzoru umowy odstąpić od wymogu podania nr pakietu na fakturze?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody .

3. Czy Zamawiający zgadza się w § 9 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody gdyż jest to oczywiste.

Pytanie 16, dot. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 2, poz. 7:

Zwracam się o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga jałowy roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego zawierający 0,1 mg karbacholu/ml x 12 fiolek po 1,5 ml w opakowaniu?

Odp: Zamawiający wymaga jałowy roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego zawierający 0,1 mg karbacholu/ml x 12 fiolek po 1,5 ml w opakowaniu.

Pytanie 17, dot. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 2, poz. 7:

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga 20 sztuk czy 20 opakowań po 12 sztuk?

Odp: Zamawiający wymaga 20 opakowań po 12 sztuk.

Pytanie 18, dot. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 2, poz. 8:

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga 10 sztuk, czy 10 opakowań po 6 sztuk?

Odp: Zamawiający wymaga 10 opakowań po 6 sztuk.

Pytanie 19, dot. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 2, poz. 10:

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga utworzenia depozytu dla pozycji nr 10?

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, uprzejmie proszę o określenie wielkości i zakresu depozytu lub potwierdzenie, że wielkość i zakres depozytu zostanie ustalona przez Strony po podpisaniu Umowy.

Odp: Zamawiający wymaga utworzenia depozytu dla pozycji nr 10.


Wielkość i zakres depozytu zostanie ustalona przez Strony po podpisaniu Umowy.

Pytanie 20, dot. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 2, poz. 10:

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie soczewki bez osobno dostarczonego kartridża, ze względu na to, że soczewka załadowana jest w jednorazowy system implantacyjny?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21, dot. Formularza Asortymentowo - Cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2, poz. 9 - wymagania dotyczące biometru optycznego:



W związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje, jakiego biometru wymaga, zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści biometr optyczny **używany** o poniżej wymienionych parametrach:


Lp.	Parametr
1	Producent, nazwa, nr katalogowy
2	Kraj produkcji
3	Urządzenie używane
4	Biometr optyczny, okulistyczny, z automatycznym precyzyjnym naprowadzaniem oraz z automatycznym śledzeniem oka pacjenta
5	Montowany na stoliku z elektryczną regulacją wysokości, z oparciem na głowę pacjenta i zasłonkami dla prawego i lewego oka
6	Pachymetria – pomiar grubości rogówki
7	Pomiar głębokości komory przedniej od tylnej ściany rogówki do przedniej torebki soczewki AD.
8	Pomiar grubości soczewki naturalnej
9	Pomiar długości gałki ocznej
10	Pomiar keratometrii w zakresie promieni krzywizny rogówki 5-10,5 mm
11	Pomiar odległości „white to white”
12	Pomiar szerokości źrenicy
13	Pomiar przesunięcia osi optycznej względem środka źrenicy
14	Pomiar grubości siatkówki w osi widzenia
15	Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatyczne w jednym teście
16	Moduł programowy do obliczania mocy wszczepianych soczewek IOL. Wbudowane formuły: Olsen, Barret, Haigis, Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T, SRK II
17	Komputer PC zewnętrzny z systemem operacyjnym Windows
18	Oprogramowanie i wydruki w języku polskim. Zapamiętanie danych pomiarowych i wyliczonych soczewek. Wykonanie i przechowanie zdjęcia oka.
19	Drukarka laserowa
20	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy z kosztem napraw, wymiany podzespołów i okresowymi przeglądami serwisowymi
21	Czas przystąpienia do naprawy do 72 godzin w dni robocze
22	Czas wykonania naprawy do 5 dni roboczych

Odp: Zamawiający dopuści.

Pytanie 22, dot. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 2, poz. 9 (kwota dzierżawy biometru optycznego):

Czy Zamawiający może potwierdzić, że jednostką miary jest 1 miesiąc i w kolumnie „cena netto/ brutto” Wykonawca powinien dokonać wyceny dzierżawy za 1 miesiąc, natomiast w kolumnie „wartość netto/ wartość brutto” Wykonawca powinien dokonać wyceny za 12 miesięcy?

Odp: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 23, dot. zapisów SIWZ pkt. XII:

Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający ze względu na to, że oferta jest składana elektronicznie odstąpi od obowiązku numerowania wszystkich kolejnych stron oferty?

Bardzo proszę o wyrażenie zgody na powyższe.

Odp: Zamawiający odstępuje od obowiązku numerowania wszystkich kolejnych stron.

Pytanie 24, dot. zapisów SIWZ – Załącznik nr 1 formularz asortymentowo – cenowy i projektu umowy w § 3 (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie pakietu nr 2:


Zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę, ze względu na wymóg utworzenia depozytu u Zamawiającego dla wybranych pozycji, **na dodanie w § 3 projektu umowy zapisów** zgodnie z poniższą propozycją, regulujących obrót soczewek w depozycie:

„1. **W terminie 7 dni roboczych od momentu podpisania umowy**, Zamawiający wymaga w zakresie Pakietu nr 2 utworzenia depozytu soczewek wg poniższej specyfikacji:

Model soczewki	Moc soczewki	Ilość sztuk
SN60AT	20,0	6
SN60AT	6,0	4

- Osobą odpowiedzialną za depozyt soczewek po stronie Zamawiającego jest:, po stronie Wykonawcy jest:
- Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.
- Uzupełnienie depozytu będzie następowało w terminie do 3 dni roboczych, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie Raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na podstawie Raportu zużytych soczewek wystawiona zostanie Faktura VAT.
- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
- W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie używał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
- Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą.
- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”?

Odp: Zamawiający informuje, że § 3 projektu umowy po zmianie brzmi (nowy załącznik 3d do SIWZ dotyczący pakietów nr 1,2,4,5):



1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem, e-mailem lub telefonicznie.

2. W terminie 7 dni roboczych od momentu podpisania umowy, Zamawiający wymaga w zakresie Pakietu nr 1,2,4,5 utworzenia depozytu soczewek dla wybranych pozycji wg poniższej specyfikacji:

Model soczewki	Moc soczewki	Ilość sztuk

3. Osobą odpowiedzialną za depozyt soczewek po stronie Zamawiającego jest:, po stronie Wykonawcy jest:

- Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.
- Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania zużytych implantów do **godzin** od momentu wszczęcia soczewek.
- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
- W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
- Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jego datą.
- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

Treść Załącznika nr 3b do SIWZ pozostaje bez zmian, dotyczy tylko pakietów nr 3,7,8,9


Pytanie 25 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że termin przekazania w dzierżawę aparatu (biometr optyczny) nastąpi w terminie ustalonym przez obie strony przed podpisaniem umowy?

Odp: Zamawiający potwierdza. Dotyczy pakietów nr 2 i nr 4

Pytanie 26 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Zwracam się z prośbą, czy Zamawiający wprowadzi w projekcie umowy zapis dotyczący przekazania w dzierżawę przez Wykonawcę, na czas trwania umowy, biometru optycznego?



Odp: Zamawiający wprowadzi w umowie zapis dotyczący przekazania w dzierżawę przez Wykonawcę, na czas trwania umowy, biometru optycznego . Dotyczy pakietów nr 2 i nr 4

Pytanie 27 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 2 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia o **maksymalnie 20% w stosunku do całkowitej wartości umowy**, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tytułu zmniejszenia zamówień o **nie więcej niż 20%.**”

Uzasadnienie:

Zdaniem Wykonawcy, zastrzeżenie przyznające Zamawiającemu niekontrolowaną dowolność w kształtowaniu ilości zamówienia stawia go w zbyt dużej niepewności co do finalnego zakresu umowy, który uda mu się zrealizować, co przedkłada się na utrudnienie skalkulowania ceny ofertowej i jej atrakcyjności. Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji zamówienia na poziomie 80% wartości umowy umożliwi Wykonawcy lepsze, bardziej racjonalne ekonomicznie i również korzystniejsze dla Zamawiającego skalkulowanie ceny ofertowej. Wykonawca powinien mieć zagwarantowane roszczenie o realizację umowy w przynajmniej 80%;

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 28 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 4 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

- a) dla zamówień bieżących – do dni **roboczych**, liczony od momentu przyjęcia zamówienia,
- b) dla zamówień na cito - do 48 godzin **roboczych**”

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji niezależnie od dnia i godziny złożenia zamówienia;

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 29 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 4 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:


„W przypadku nie zrealizowania zamówienia z **wyłącznej winy Wykonawcy** w terminie o którym mowa w ust. 3 lit. a i lit. b, Wykonawca pokryje koszty transportu oraz różnicę w cenie związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.”

Uzasadnienie:

- Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny, gdy brak dostawy w terminie wynika z okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Wykonawca, nie powinien on bowiem ponosić negatywnych konsekwencji zdarzeń, za które nie ponosi od odpowiedzialności;

- W przypadku zakupu zastępczego, Wykonawca może zagwarantować pokrycie kosztów transportu od innego dostawcy oraz różnicę w cenie towarów. Wykonawca nie wie, co kryje się pod pojęciem „kosztów administracyjnych”, w jakiej wysokości mogą one być ani czy okażą się zasadne;

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.



Pytanie 30 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie § 4 ust. 5 projektu umowy?

Uzasadnienie:

Z uwagi na postulat równowagi stron, Wykonawca nie znajduje podstaw do żądania kary umownej przez Zamawiającego po dokonaniu zakupu interwencyjnego i zwrócenia przez Wykonawcę różnicy kosztów.

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 31 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 4 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego towaru i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni **roboczych** od chwili:

- a) zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego – **w przypadku reklamacji ilościowych,**
- b) **dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów - w przypadku reklamacji jakościowej.**”

Uzasadnienie:

- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanego towaru, zasadnym jest więc, żeby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia wyrobów do Wykonawcy. Dostarczenie wyrobów powinno być obowiązkiem Zamawiającego;

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 32 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w terminie **30 dni** od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

Uzasadnienie:

Wykonawca wnosi o 30 dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 33 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca ma prawo naliczenia **odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118)**”

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118) określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których stroną jest m.in. przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie postanowienia umownego.

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 34 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:



Czy Zamawiający zgodzi się dodać w § 6 ust. 7 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu:

„Zmiana stawki VAT następuje automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy.”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania i wartość umowy. Podatek od towarów i usług jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem. Z uwagi na to, że strony nie mają żadnego wpływu na wymiar tego podatku, nowa stawka powinna być stosowana automatycznie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody gdyż jest to oczywiste.

Pytanie 35 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 8 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1) 0,5 % wartości **netto** niewykonanej dostawy- za każdy dzień **zwłoki** w dostawie bieżącej towaru, **ale nie więcej niż 10% tej wartości,**

2) 10 % wartości netto od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości **netto** niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.”

Uzasadnienie:

- Proszę o obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie lub rozpatrywaniu reklamacji do 0,5%. Kara w wysokości 1% dziennie jest prawie 40 razy wyższa niż odsetki za opóźnienie w płatności przysługujące Wykonawcy. Tak duża dysproporcja kłóci się z zasadą równości stron;

- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto,

a nie brutto wynagrodzenia. Jak już wskazano, to kwota netto określa wartość zobowiązania Wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca;

- Brak przyjęcia górnego limitu kar umownych powoduje, że mogą one urastać do poziomu znacznie przekraczającego wartość poniesionej szkody. Należy pamiętać, że kara umowna jest substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy, byłoby to bowiem niesprawiedliwe;

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.


Pytanie 36 dot. zapisów projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ) w zakresie Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu:

„W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę z **przyczyn od niego zależnych**, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia, **po uprzednim trzykrotnym wezwaniu Wykonawcę do należytego wykonania umowy**, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym”

Uzasadnienie:

Umowa na czas oznaczony zawarta na podstawie zamówienia publicznego powinna być co do zasady zawarta na wskazany okres, a jej rozwiązanie powinno być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach. Biorąc pod uwagę okres obowiązywania umowy, zasadnym jest, aby rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym nastąpiło po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do działania zgodnie z umową. Wykonawca wnosi o trzykrotne wezwanie.



Niedopełnienie obowiązków umownych może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec Wykonawcy.

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie 37 dot. pakietu nr 4 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści metylocelulozę 2.0%, której lepkość wynosi 4900 mPa.s, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: Zamawiający dopuści.

Pytanie 38 dot. pakietu nr 4 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści wiskoelastyk 1,5% hialuronianu sodu, którego pH wynosi 6.8-7.6, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: Zamawiający dopuści.

Pytanie 39 dot. zał. 3b - projektu umowy §8 pkt 1.a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 0,5 % wartości niewykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40 dot. zał. 3b - projektu umowy §8 pkt 1.b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41 dot. zał. 3b - projektu umowy §8 pkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42 dot. zał. 3c - projektu umowy §3 pkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 w następującym brzemieniu: „5. W przypadku awarii biometru optycznego lub drukarki Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od daty zgłoszenia awarii w dni robocze. 6. Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 5 dni roboczych liczony od momentu podjęcia naprawy. 7. W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 5 dni roboczych Wykonawca gwarantuje dostarczenie aparatu zastępczego na czas naprawy, o parametrach nie gorszych niż aparat, który uległ awarii.”

Odp: Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie 43 dot. zał. 3c - projektu umowy §6 pkt 1.a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w §4 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie urządzenia?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44 dot. zał. 3c - projektu umowy §6 pkt 1.b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w §4 ust 1 umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45 dot. zał. 3c - projektu umowy §6 pkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w §4 ust 1 umowy – w



przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego bądź przez Wykonawcę z winy Zamawiającego?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46 dot. pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści soczewkę:

- akrylową hydrofobową, jednoczęściową, hapteny w kształcie litery C, posiadającą filtr blokujący promieniowanie ultrafioletowe (UV) oraz filtr światła niebieskiego, końcówki haptenu z PMMA - oba materiały chemicznie zintegrowane w jedną całość
- średnica części optycznej 6,00 mm,
- średnica całkowita 12,50 mm,
- angulacja 5°
- poziom uwodnienia soczewki <0,3%,
- stała A 118,4
- index refrakcji 1,522
- soczewka dwuwypukła z ostrą krawędzią na części optycznej
- dioptraż +6,0D do +30,0D z krokiem co 0,5D
- soczewka załadowana w jednorazowy system implantacyjny (preloaded) wszczepiana przez cięcie mniejsze niż 2,4 mm, końcówka tipa 1,82mm

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 47 dot. pakiet nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści soczewkę:


- Materiał: akryl hydrofobowy o stopniu uwodnienia <0,7 %
- filtr UV, filtr światła niebieskiego
- konstrukcja: jednoczęściowa, 2 pełne teksturowane haptyki C-loop
- średnica całkowita: 13,0 mm
- średnica części optycznej 6,0 mm
- właściwości -asferyczna, aberracja skorygowana -0,18 mikrona,
- przednia część optyki asferyczna ze specjalnym profilem - skorygowany profil optyki, mający na celu zminimalizowanie oddziaływania aberracji optycznej wyższego rzędu, jaką jest koma, wpływającej negatywnie na jakość obrazu podczas każdorazowej decentracji układu,
- teksturowana i pocieniana krawędź optyki redukująca odbłaski na krawędzi- brak efektu dysfotopsii
- zabezpieczenia przed PCO: dwuwypukła konstrukcja z ostrą krawędzią na części optycznej,
- zjawisko adhezji na tylnej powierzchni optyki, zapobiegające migracji komórek epitelialnych.
- zakres sferyczny od +6,0 do +30,0D (co 0,5D)
- index refrakcji 1,548
- angulacja 0°
- stała A 118,9
- implantacja: soczewka fabrycznie zapakowana do cardriga oraz injectora typu Preloaded o średnicy tipa 1,7 mm

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 48 dot. pakiet nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści soczewkę:

- dyfrakcyjną, hydrofilną o stopniu uwodnienia 26%, filtr UV oraz filtr światła niebieskiego,
- średnica całkowita 12,50 mm



- średnica optyczna 6,0mm
 - współczynnik refrakcji 1,46
 - cięcie < 2,5
 - implantacj - inje
- ctor jednorazowy z cardrijem 2.2

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 49 dot. pakiet nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,8% o masie cząsteczkowej 1,2-2,0mln D, lepkości 100 000 mPas, osmolarności 270-400 mOsm/kg, ampułkostrzykawka 1ml?

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 50 dot. pakiet 1 pozycja 3

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności a tym samym możliwość uzyskania lepszych (niższych), wartości ofert, czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 3:

"Wiskoelastyk kohezyjny, 1,8% kwas hialuronowy, fermentacja bakteryjna, masa cząsteczkowa 1,2-2MDa, lepkość 80 000 mPas, ampułkostrzykawka o pojemności 1,1 ml"

Odp: Zamawiający dopuści.