	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Elbląg, dnia 05.07.2019r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania nr ZP/14/2019 na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły pytania od Wykonawców o poniższej treści:

### Pytanie nr 1

Pakiet 20:

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w poz. 4 strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Nie

### Pytanie nr 2

Pakiet 20:

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w poz. 7 strzykawki z mlecznym tłokiem?

Odpowiedź: Nie

### Pytanie nr 3

Pakiet 20:

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w poz. 4 strzykawkę bursztynową z tłumieniem fali światła widzialnego w zakresie 400-600 nm?

Odpowiedź: Nie

### Pytanie nr 4

Pakiet 20:

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wyłączy z pakietu 20 poz.12

Odpowiedź: Nie

### Pytanie nr 5

Pakiet 6 pozycje 1,2,3,4,6,7,8,9,10,22

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 6 wydzieli pozycje: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,22 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Nie

### Pytanie nr 6

Pakiet 6 pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik SpO<sub>2</sub>, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Zamawiający nie może podawać numerów katalogowych

### Pytanie nr 7

Pakiet 6 pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik SpO<sub>2</sub>, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Zamawiający nie może podawać numerów katalogowych

### Pytanie nr 8

Pakiet 6 pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać kabel SpO<sub>2</sub>, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Zamawiający nie może podawać numerów katalogowych

### Pytanie nr 9


Pakiet 6 pozycja 7

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla dzieci, obwód ramienia 14-21 cm ?

Odpowiedź: Nie

### Pytanie nr 10

Pakiet 6 pozycja 8

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/14/2019</p>
	<p align="center">Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku</p>	

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 21-28 cm ?

Odpowiedź: Nie

**Pytanie nr 11**

Pakiet 6 pozycja 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 25-35 cm ?

Odpowiedź: Nie

**Pytanie nr 12**

Pakiet 6 pozycja 10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych, obwód ramienia 33-47 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Wykonawca ma prawo dołączyć do oferty ww. oświadczenie

**Pytanie nr 14**

Pakiet 68 pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika SpO2.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie może podawać numerów katalogowych

**Pytanie nr 15**

Pakiet 17 Pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie portów naczyniowych niskoprofilowych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności, port naczyniowy polisulfonowy, średnica wewnętrzna cewnika 1,05mm, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 16**

Pakiet 17 Pozycja 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie zestawu do wszczepiania portów o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności, rozmiar 9F, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 17**

Pakiet 16 Pozycja 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie portów naczyniowych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności, o wysokości 13,5mm, średnica podstawy 26,8mm, z cewnikiem poliuretanowym o długości 660mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,7 mm, średnica wewnętrzna 1,5mm

**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 18**

Pakiet 16 Pozycja 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie portów naczyniowych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności, o wysokości 13,5mm, średnica podstawy 26,8mm, z cewnikiem poliuretanowym o długości 660mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,7 mm, średnica wewnętrzna 1,5mm


**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 19**

Pakiet 90 Pozycja 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie igły ze szlifem Hubera o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności, w rozmiar identycznych podanych przez Zamawiającego o długościach 12,7mm, 19mm, 25mm, 38mm, charakteryzującym się one także prostą intuicyjną jednoetapową aktywacją zabezpieczenia linii jedną ręką.

**Odpowiedź:** SIWZ

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

#### Pytanie nr 20

Pakiet 90 Pozycja 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie igły ze szlifem Hubera o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności, w rozmiarach identycznych podanych przez Zamawiającego o długościach 12,7mm, 19mm, 25mm, 38mm, charakteryzującym się one także prostą intuicyjną jednoetapową aktywacją zabezpieczenia linii jedną ręką, Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym, zamiast odpinanych skrzydełek wygodny uchwyt

**Odpowiedź:** SIWZ

#### Pytanie nr 21

Pakiet 90 Pozycja 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie portów naczyniowych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności wysokość 10,8mm, ciężar 9,5g, z odłączalnym cewnikiem poliuretanowym 6,6Fr(1.0mmx2.2mm)/55cm. W skład zestawu wchodzi port tytanowy o średnicy 24mm, i objętości wypełnienia 0,4ml, membrana o średnicy 10,2mm, producent Angiodynamics, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź:** SIWZ

#### Pytanie nr 22

Pakiet 90 Pozycja 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o umożliwienie udziału w postępowaniu poprzez wyrażenie zgody na dopuszczenie portów naczyniowych o niewielkich różnicach technicznych lecz o takiej samej funkcjonalności wysokość 10,2mm, ciężar 6,8g, z odłączalnym cewnikiem poliuretanowym 6,6Fr(1.0mmx2.2mm)/55cm. W skład zestawu wchodzi port tytanowy o średnicy 17,3mm, i objętości wypełnienia 0,3ml, membrana o średnicy 10,2mm, producent Angiodynamics, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź:** SIWZ

#### Pytanie nr 23

Pakiet 24 Pozycja 3

Czy Zamawiający w pakiecie 24 w pozycji 3 dopuści rurki intubacyjne z mankietem, zbrojone w rozmiarach 5,0 – 9,0, co 0,5 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** SIWZ

#### Pytanie nr 24

Pakiet 24 Pozycje 3 i 6

Czy Zamawiający w pakiecie 24 w pozycjach 3 i 6, w związku z tym, że rurki intubacyjne z mankietem typu Soft-Seal występują od rozmiaru 5,0 mm, dopuści rurki ze standardowym mankietem dla rozmiarów od 3,0 do 4,5?

**Odpowiedź:** SIWZ

#### Pytanie nr 25

Pakiet 24 Pozycja 5

Czy Zamawiający w pakiecie 24 w pozycji 5 dopuści rurkę intubacyjną o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonaną z mieszaniny silikonu i PCW, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**SIWZ

#### Pytanie nr 26

Pakiet 24 Pozycja 18

Czy Zamawiający w pakiecie 24 w pozycji 18 dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną bez przewodnicy, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy

#### Pytanie nr 27

Pakiet 24


Czy Zamawiający w pakiecie 24 zgodzi się na wydzielenie pozycji 18 do odrębnego pakietu? Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty jakościowo i cenowo korzystnej na pozostałe pozycje pakietu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydzieliła z pakietu nr 24 pozycję nr 18 do odrębnego pakietu nr 24a

#### Pytanie nr 28

Pakiet 24 Pozycja 21

Czy Zamawiający w pakiecie 24 w pozycji 21 dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z komorą na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do objętości 2000 ml, z samouszczelniającym się portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu, oraz z bezłateksowym drenem łączącym (dren bez metalowej sprężyny, zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję); spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 29**

Pakiet nr 19 Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zgłębnika PUR CH 12 wykonanego z poliuretanu, z oznaczeniem głębokości z przewodnicą? Zgłębnik jest dostępny w rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/130, 12/110 cm

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 30**

Pakiet nr 19 Pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Flocare® zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym, do długotrwałego podawania pokarmu w rozmiarach CH 14, 18, 20?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 31**

Pakiet 74 Pozycja 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zgłębnika nosowo-żołądkowego do sztucznego karmienia PUR, widocznego w RTG, z przewodnicą i obciążnikiem na końcu zgłębnika, z poliuretanu? Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną przewodnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 32**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 11 z pakietu 20 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie faworyzuje konkretnych dostawców, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 33**

Pakiet 39, pozycja 1,2,3,4

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania: system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki).

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króćciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króćciec w stronę pacjenta. Zawór zamykający ssanie montowany na drenie do próżni. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady wykonane z polietylenu. Wymiana wkładu wymaga odłączenia drenu próżni tylko z pokrywy wkładu, bez odłączania drenu od źródła ssania. Wkłady oraz kanistry ( pojemniki ) występują o pojemności 1000 ml oraz 2000 ml. Pojemniki wyposażone są w uchwyt do mocowania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.


Zgoda Zamawiającego umożliwi zaferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 34**

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

**Odpowiedź:** Wykonawca ma prawo dołączyć do oferty ww. oświadczenie

**Pytanie nr 35**

Dotyczy projektu umowy § 3 ust 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy tak, by bieg terminu wymiany wadliwego towaru na towar bez wad liczony był od momentu uznania zasadności/pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

**Pytanie nr 36**

Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Dostawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 4 dni od daty uznania reklamacji za zasadną, o której mowa w § 3 ust.5 ze skutkami określonymi w § 7 ust. 3.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

**Pytanie nr 37**

Dotyczy projektu umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

**Pytanie nr 38**

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

**Pytanie nr 39**

Pakiet nr 89 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zestawu do iniekcji wewnątrzgałkowej o poniższym składzie:

1x kocher

1x Spekulum Kratz Barraquer Angled Temporal -pełne blaszki

1x Sclerar marker plastikowy

2x patyczki 15cm

2x miska Gallipot 60 ml

5x kompres 10x10cm

1x serweta okulistyczna SMS 50x60cm, otwór 10x10cm, z folia z nacięciem 8cm

1x serweta do owinięcia 60x60

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 40**

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego w rozmiarach 16G/90mm i 18G/90mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 41**

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego z igłą Tuohy bez opcji zdejmowalnych skrzydełek?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 42**

Pakiet nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia Pencil Point z prowadnicą w rozmiarze 25G/120mm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 43**


Pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki Luer-Lock o pojemności 3ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 44**

Pakiet nr 20, pozycja 4,

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/14/2019</p>
	<p align="center">Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku</p>	

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową, bez czterostronnych podcięć w tłoczysku, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 45**

Pakiet nr 20, pozycja 7d

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 20ml w opakowaniach a'70szt. z przeliczeniem na 1429opakowań?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 46**

Pakiet nr 20, pozycja 12

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 47**

Pakiet nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne na gąbce z żelazem stałym w rozmiarze 55mm x 41mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 48**

Pakiet nr 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym, bez podłużnego otworu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 49**

Pakiet nr 29, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe 30mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 50**

Pakiet nr 29, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści pas 10x150mm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 51**

Pakiet nr 29, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści elektrody 31,3x22mm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 52**

Pakiet nr 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody do holtera prostokątne na gąbce z żelazem stałym w rozmiarze 55mm x 41mm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 53**

Pakiet nr 57, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny w opakowaniach 200ml z przeliczeniem na 45 opakowań?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 54**

Pakiet nr 62, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny o pojemności 1000ml posiadający kartonowy uchwyt dostosowujący się do twarzy oraz zastawkę bezwrotną, uniemożliwiającą wydostanie się treści oraz zapachu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 55**


Pakiet nr 74, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylne zaciskacze do pępownicy o długości 52mm ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 56**

Pakiet nr 74, pozycja 6

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/14/2019</p>
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu u noworodków zróżnicowane dla dziewczynek i dla chłopców ?

**Odpowiedź:** Dopuszczany

**Pytanie nr 57**

Pakiet nr 74, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści butelki do odsysania o pojemności 200ml?

**Odpowiedź:** Dopuszczany

**Pytanie nr 58**

Pakiet nr 74, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'90szt. z przeliczeniem na 1778 opakowania? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź:** Dopuszczany

**Pytanie nr 59**

Pakiet nr 74, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści skalowane cewniki do karmienia niemowląt o długości 50cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:** Dopuszczany

**Pytanie nr 60**

Pakiet nr 74, pozycje 18

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o długości 2m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Dopuszczany

**Pytanie nr 61**

Pakiet nr 74, pozycje 19

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos dla dzieci o długości 2m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:** Dopuszczany

**Pytanie nr 62**

Pakiet nr 74, pozycje 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 21 z zadania 74 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 63**

Pakiet nr 74, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:** Dopuszczany

**Pytanie nr 64**

Pakiet nr 74, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe bez przewodnicy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 65**

Pakiet nr 74, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką Yankauer CH23 z drenem 210cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczany

**Pytanie nr 66**


Pakiet nr 74, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści cewniki z trokarem bez kodowania kolorystycznego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 67**

Pakiet nr 74, pozycja 28, 31

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 68**

Pakiet nr 80, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kubki op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 69**

Pakiet nr 80, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 70**

Pakiet nr 80, pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie nazwy producenta lub numeru katalogowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie ma możliwości podania nazwy producenta lub numeru katalogowego

**Pytanie nr 71**

Dotyczy części nr 21

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 igłę naczyniową o szlifie łożeczkowym, w rozmiarze 20G x 16mm wyposażoną w miękką poduszkę od strony kontaktu ze skórą pacjenta wykonaną z nienasiąkliwej pianki medycznej ograniczającej rozwój bakterii oraz dren wykonany z TOTM PVC nie zawierającego DEHP zakończony gwintowanym łącznikiem Luer-lock pasującym do wszystkich standardowych akcesoriów?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 72**

**Pakiet nr 32, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania wielorazową elektrodę kulkową o dł. 52 mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 73**

**Pakiet nr 32, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania uchwyt elektrod jednorazowego użytku o dł. 155 mm z dwoma przyciskami, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 74**

**Pakiet nr 32, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania wielorazową elektrodę nożową wymiary noża 25 x 3,5mm, dł. 57 mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 75**

**Pakiet nr 32, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania kabel bipolarny do pęset o dł. 5 m?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 76**

**Pakiet nr 32, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania szczypce bipolarne proste o dł. 195 mm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy


**Pytanie nr 77**

**Pakiet nr 33, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelowe z systemem rozprzodającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm<sup>2</sup>, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, pakowane po 50szt?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ



	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

**Pytanie nr 78**

**Pakiet nr 33, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody z trzonkiem 2,4mm, wąski, 2 przyciski, długość 155 mm, kabel 5m, wtyczka 1-bolcowa, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 79**

**Pakiet nr 33, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody z trzonkiem 2,4mm, wąski, 2 przyciski, długość 155 mm, kabel 5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 80**

**Pakiet nr 33, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do elektrod naturalnych o dł. 5 m, wtyczka 1-bolcowa 6,3mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 81**

**Pakiet nr 33, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel do elektrod naturalnych o dł. 5 m, wtyczka płaska z bolcem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 82**

**Pakiet nr 33, poz. 6 i 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę nożową o dł. 57mm, wymiary 25 mm x 3,5 mm, trzonek 2,4mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 83**

**Pakiet nr 33, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrod jednorazowego użytku o dł. 155 mm z dwoma przyciskami, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 84**

**Pakiet nr 34, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania czyścik elektrod jednorazowego użytku o wymiarach 5cm x 5 cm, opakowanie 100 szt.?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 85**

**Pakiet nr 34, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę nożową, prosta o dł. 150 mm, wymiary 2,3 mm x 0,5 mm x 18 mm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 86**

**Pakiet nr 34, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przedłużkę elektrody o dł. 180 mm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 87**

**Pakiet nr 34, poz. 4**

Prosimy o wydzielenie poz. 4 do oddzielnego pakietu ponieważ nie jest to narzędzie elektrochirurgiczne.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 88**


**Pakiet nr 35, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt elektrody z trzonkiem 2,4mm, wąski, 2 przyciski, długość 155 mm, kabel 5m, wtyk 3-pin, przeznaczony do 100 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 89**

**Pakiet nr 35, poz. 2**

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę igła prosta, 22 mm x 0,7mm, uchwyt 2,4mm, przeznaczoną do 300 cykli sterylizacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 90**

**Pakiet nr 35, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm<sup>2</sup>, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 91**

**Pakiet nr 35, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, dzielone po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 37 cm<sup>2</sup>, wymiary 181x76mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 92**

**Pakiet nr 86**

Zamawiający dopuści produkt w 100 % równoważny tj.: Pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injektorem jednorazowym. Wykonany z polipropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia ? W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 93**

**Pakiet 63**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie okularków o poniższych parametrach;  
 OKULARKI OCHRONNE do fototerapii noworodków 1 op. = min. 20 szt.; w trzech rozmiarach: zwykle - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczk, mocowane wokół głowy posiadające **dwa niezależne punkty regulacji**, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 94**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 73 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)“.

Szczególnie trudne stanie się wycenienie szkiełek nakrywkowych czy końcówek, jeśli Zamawiający zgodzi się na podanie cen do 3-4 miejsc po przecinku, to również zaoszczędzi środki finansowe, gdyż będzie można zaferować niższą cenę.

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 95**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu nr 2 wzoru umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto“?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 96**

Dlaczego Zamawiający nie zawarł w projekcie umowy w §6 ust. 1 zapisu wynikającego z art. 142 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publiczny, skoro umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy?

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

W art. 142 ust. 5 Ustawy jest mowa o tym, że jeśli umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać „postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
  - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.

Czy Zamawiający ma świadomość, że przepis art. 142 ust. 5 Ustawy jest bezwzględnie obowiązujący i fakt nie umieszczenia w umowie postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy powoduje, iż wykonawca nie może z tego zapisu skorzystać?

**Odpowiedź:** Zamawiający dodaje w par. 6 w ust. 1 projektu umowy, pkt. 5) o treści „zmian wynikających z zapisów art. 142 ust. 5 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp.”

Pełna treść zmienionego par. 6 ust. 1 projektu umowy brzmi:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany cen określonych w załącznikach w § 1, ust.1 niniejszej umowy w przypadku:

- 1) zmian cen urzędowych, wprowadzonych przez Ministra ds. Zdrowia,
- 2) zmiany stawki podatku VAT o zmienioną stawkę,
- 3) zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego,
- 4) obniżenia cen poprzez faktury korygujące wystawiane przez Wykonawcę,
- 5) zmian wynikających z zapisów art. 142 ust. 5 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp.

#### **Pytanie nr 97**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie w paragrafie 7 ust. 1 i 2 wysokości kary umownej do wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego Zamówienia/niedokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad (...) za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy

za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanej w terminie dostawy jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 98**

Dot. zad. 73 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga płyty do oznaczania grup krwi i serologii z tworzywa przezroczystego czy białego?

**Odpowiedź:** Z tworzywa przezroczystego

#### **Pytanie nr 99**

Dot. zad. 73 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga płyty do oznaczania grup krwi i serologii z rowkiem usztywniającym?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy

#### **Pytanie nr 100**

7.Dot. zad. 73 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typ Cristall o poj. 0,1-10ul?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ


#### **Pytanie nr 101**

Dot. zad. 73 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawk do gazometrii o pojemności 2 ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 102**

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/14/2019</p>
	<p align="center">Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku</p>	

Dot. Zad. 73 poz. 15 Czy Zamawiający wymaga bagietek cienkich o średnicy 4mm?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy

**Pytanie nr 103**

Dot. zad. 73 poz. 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pojemników o wymiarach 66x77mm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 104**

Dot. zad. 73 poz. 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek szklanych wykonanych ze szkła boro krzemowego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 105**

Dot. zad. 73 poz. 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie woreczków transportowych sterylnych o wymiarach 30x19cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 106**

Pakiet 66 poz 2.- Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na: Worek laparoskopowy o pojemności 1000 ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 107**

Pakiet 6 - Akcesoria anestetyczne

Poz. 1-4, 6-10

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 108**

Pakiet 6 Poz. 1,2

Prosimy o podanie w jakiej technologii mają pracować czujniki

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 0,9m

**Odpowiedź:** NELCOR. Dopuszczamy

**Pytanie nr 109**

Pakiet 6 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 2,5 lub 3 m

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 110**

Pakiet 6 Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 10-19 cm

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 111**

Pakiet 6 Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 18-26 cm

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 112**

Pakiet 6 Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm


**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 113**

Pakiet 6 Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a></p>	<p>Nr sprawy:  ZP/14/2019</p>
	<p align="center">Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku</p>	

**Pytanie nr 114**

Pakiet 6 Poz. 22

Prosimy o wydzielenie pozycji 22 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 115**

Pakiet 31 - Materiały eksploatacyjne do generatora VAPR - 3, kompatybilne z tym generatorem

Prosimy o dopuszczenie elektrod j.u współpracujących z rękojeścią wielorazową, w przypadku bezpłatnego udostępnienia rękojeści na czas trwania umowy (prosimy o określenie liczby szt. rękojeści)

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 116**

Pakiet 32 - Elektrody, uchwyty elektrochirurgiczne, przewody bipolarne

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody w rozmiarze 2,5 x 20 mm

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 117**

Pakiet 32 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5 m

Prosimy o dopuszczenie gwarancji na 50 cykli sterylizacji

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 118**

Pakiet 32 Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5 m

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

**Pytanie nr 119**

Pakiet 32 Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie szczypiec o długości 20 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

**Pytanie nr 120**

Pakiet 33 Poz. 2-8 - Elektrody, uchwyty elektrochirurgiczne, przewody bipolarne

Prosimy o wydzielenie pozycji 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 121**

Pakiet 33 Poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie długości kabla 5m

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

**Pytanie nr 122**

Pakiet 33 Poz. 4 i 5

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m oraz dopuszczenie gwarancji na 50 cykli sterylizacji

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów

**Pytanie nr 123**

Pakiet 33 Poz. 6 i 7

Prosimy o dopuszczenie elektrod w rozmiarze 2,5 x 20 mm

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 124**

Pakiet 35 Poz.1 – 2 - Elektrody elektrochirurgiczne

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.


**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 125**

Pakiet 68 - Czujnik saturacji

Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

**Pytanie nr 126**

Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 3 pakietu 19 i zaferowanie zestawów CH 18 i CH 20.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 127**

Pakiet 69

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 9 Pakietu 69.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 128**

Pakiet 96

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaferowanie pompki 30 ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 129**

Pakiet 16 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wszczepialny sterylny port naczyniowy z zestawem wprowadzającym. Komora wykonana z tytanu. wysokość portu 9,9 mm. Otwory do przyszyca portu -otwarte .Z odłączanym cewnikiem poliuretanowym ChronoFlex 6F. Możliwość podania infuzji 5ml/sek. Wypustki na silikonowym septum umożliwiają palpacyjną identyfikację portu. Port z zestawem wprowadzającym: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tunelizator, igła Hubera do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem.

**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 130**

Pakiet 16 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wszczepialny sterylny port naczyniowy z zestawem wprowadzającym. Komora wykonana z tytanu. wysokość portu 9,9 mm. Otwory do przyszyca portu wypełnione silikonem .Z odłączanym cewnikiem poliuretanowym ChronoFlex 6F. Możliwość podania infuzji 5ml/sek. Wypustki na silikonowym septum umożliwiają palpacyjną identyfikację portu. Port z zestawem wprowadzającym: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tunelizator, igła Hubera do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem.

**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 131**

Pakiet 16 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wszczepialny sterylny port naczyniowy z zestawem wprowadzającym. Komora wykonana z radionieprzeziernego tytanu. wysokość portu 12,5 mm. Otwory do przyszyca portu wypełnione silikonem. Z wyposażonym w zawór cewnikiem Groshong 8F. Możliwość podania infuzji 5ml/sek. Wypustki na silikonowym septum umożliwiają palpacyjną identyfikację portu. Port z zestawem wprowadzającym: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tunelizator, igła Hubera do przekłuwania zestawu, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem

**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 132**

Pakiet 21 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 20Gx19mm, o przepływie 5ml/s?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 133**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „...od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji Zamawiającego”.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawi zapis bez zmian


**Pytanie nr 134**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 3 pkt. 1 projektu umowy i dopuści prawo Dostawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawi zapis bez zmian

**Pytanie nr 135**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2:

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź sprzecznej z umową odmowy dostaw w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego.

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w § 4 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawi zapis bez zmian

**Pytanie nr 136**

Pakiet 23 Poz. 4 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kraników trójdrożnych z „...wyraźnym wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty...” analogicznie jak w pozycjach 5, 6, 7? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 137**

Pakiet 23 Poz. 8

Z uwagi na fakt, że jedyny producent „Rozgałęzień infuzyjnych 3 - drożnych z końcówkami Luer- Loack , barwne oznaczenie linii , wskaźnik stanu zaworów FloSwitch - z przewodem 25 cm jednorazowego użytku” zaprzestał produkcji, w związku z tym prosimy o dopuszczenie ramp 3 - drożnych z końcówkami Luer-Lok odporne na lipidy oraz antyseptyki z barwnym oznaczeniem linii posiadające dren o długości 150cm odporny na urazy mechaniczne oraz posiadające chemiczną inercję?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 138**

Pakiet 23 Poz. 9

Z uwagi na fakt, że jedyny producent „Rozgałęzień infuzyjnych 5 - drożnych z końcówkami Luer- Lok, barwne oznaczenie linii , wskaźnik stanu zaworów FloSwitch - z przewodem 25 cm jednorazowego użytku” zaprzestał produkcji, w związku z tym prosimy o dopuszczenie ramp 5 drożnych z końcówkami Luer-Lok odporne na lipidy oraz antyseptyki z barwnym oznaczeniem linii posiadające dren o długości 150cm odporny na urazy mechaniczne oraz posiadające chemiczną inercję?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 139**

Dotyczy pakietu nr 18 - Linie do podaży diet

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 18 produktów opisanych w punkcie nr 5 i 6 do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela z pakietu nr 18 pozycje nr 5 i 6 do odrębnego pakietu nr 139a

**Pytanie nr 140**

Pakiet 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt Extra-Spike Plus zielony?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 141**

Pakiet 16 poz. 2

Czy związku z zakończeniem produkcji wymaganego wyrobu zamawiający dopuści AMBIX INTRAPORT T, PUR, 1,3 x 2,4 mm?

**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 142**

Pakiet 18 poz. 2

Czy zamawiający pozwoli na zaoferowanie zestawu do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka przez pompę Applix Smart o długości 190 cm z komorą kroplową, zamykanym kranikiem do podaży leków, zakończony portem do zgłębników typu Enfit, wolny od lateksu i DEPH?


**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy

**Pytanie nr 143**

Pakiet 19 poz 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu do podawania diet metodą grawitacyjną z pustym workiem o objętości 1500ml, komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem do zgłębników typu Enfit wolny od lateksu i DEPH?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

**Pytanie nr 144**

Pakiet 19 poz 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zgłębnika poliuretanowego w wersji dożołądkowej i dojelitowej, z prowadnicą umożliwiającą łatwe założenie ze znacznikiem RTG i podziałką 120 cm, zakończony oliwką i dwoma otworami bocznymi, wolny od lateksu i DEPH, końcówka Enfit rozmiar 10CH,12CH?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 145**

pakiet 19 poz 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu do długotrwałego żywienia metodą endoskopową, wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG, wolny od lateksu i DEPH, rozmiary 15CH i 20CH?

**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 146**

pakiet 19 poz 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu do żywienia długotrwałego dożołądkowego, zakładany metodą "push" jako wymiennik istniejącego zgłębnika, wykonany z silikonu ze znacznikiem RTG, portem do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową, wolny od lateksu i DEPH, rozmiar 15CH?

**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 147**

Pakiet nr 79

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższych parametrach:

Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m<sup>2</sup>—odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811) na całej powierzchni 25 cm H<sub>2</sub>O. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1) na sucho 317 kPa; odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho wzdłużnie: 130 N. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy 2cm x 10cm [+/-1cm], mankiety o długości min. 7 cm, wykonane z poliestru. Fartuch zapakowany wewnętrznie w serwetę Spunbond (60x60cm) wraz z 2. chłonnymi ręcznikami. Oznaczenie rozmiaru w postaci metki. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 2 cm): 120 cm- M, 130 cm- L, 140- XL, 150 cm- XXL; szerokość fartucha (+/- 2cm): 150 cm- M, 150 cm- L, 160- XL, 170 cm- XXL. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Na opakowaniu jednostkowym dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nazwę dostawcy, nr serii i datę ważności

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 148**

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XIII, punkt 2 (kryterium – termin dostawy): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 149**

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia częściowego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 150**

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 151**

Dotyczy załącznika nr 1.92 do SIWZ (formularz cenowy), pakiet nr 92: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu usznego wentylacyjnego silikonowego, typ T-tube, 1,14 mm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 152**

pakiet 7 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ


**Pytanie nr 153**

pakiet 58 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści pojemność nebulizatora 6 ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ



	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

**Pytanie nr 154**

pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowy płyn czyszczący zawierający roztwór 1.5% nadtlenu wodoru w rozdzielalnej torebce?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 155**

pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowy płyn czyszczący zawierający roztwór 0,12% chlorheksydy w rozdzielalnej torebce?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 156**

pakiet 64

Czy Zamawiający dopuści preparat nawilżający na bazie wodnej z aloesem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 157**

pakiet 80 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający włókninowy 220x110?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 158**

Pakiet 79, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści następujące fartuchy:

Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m<sup>2</sup>– odporność na przenikanie cieczy ( wg EN ISO 20811 ) na całej powierzchni min 25,2 cm H<sub>2</sub>O. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho 146kPa; odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho wzdużenie: 148N. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 2x13cm i 2x5cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z papieru krepowanego z ręczniczkami z włókniny kompresowej min. 2 ręczniki wysokochłonne o wymiarach 20 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość i szerokość:

Rozmiar	M	L	XL	XXL
długość	130 cm	140 cm	150 cm	165 cm
szerokość - dół fartucha (w rozłożeniu)	150 cm	150 cm	160 cm	160 cm

Sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 159**

Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź:** Nie


**Pytanie nr 160**

Zważywszy na treść § 1 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

**Odpowiedź:** Umowy dotychczas realizowane, wykorzystywane były na poziomie 80-100%

**Pytanie nr 161**

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a></p>	<p align="right">Nr sprawy:  <b>ZP/14/2019</b></p>
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 162**

Pakiet 74 poz. 1 czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o dł. 100 cm z RTG i prowadnicą?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 163**

Pakiet 74 poz. 2 czy zamawiający dopuści zaciskacz sterylny?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 164**

Pakiet 74 poz. 4-5 czy zamawiający wymaga przedłużacze do pomp bez ftalanów?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy

**Pytanie nr 165**

Pakiet 74 poz. 6 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 166**

Pakiet 74 poz. 7 czy zamawiający dopuści pojemnik o poj. 200 ml?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 167**

Pakiet 74 poz. 9 10 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 168**

Pakiet 74 poz. 13 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 75 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 169**

Pakiet 74 poz. 15 czy zamawiający dopuści cewnik bez kontrastu RTG?

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie nr 170**

Pakiet 74 poz. 18-19 czy zamawiający dopuści uniwersalny cewnik do podawania tlenu typu wąsy o dł. 200 cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 171**

Pakiet 74 poz. 22 czy zamawiający dopuści ostrza wymienne ze s tali węglowej z numerem rozmiaru wygrawerowanym na ostrzu w rozm. 10,10a,11,12,15,18,20,21,22,23,24?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 172**

Pakiet 74 poz. 23 czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozm. 8,10,12,14,16,18?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 173**

Pakiet 74 poz. 29 czy zamawiający dopuści zestaw z drenem 210 cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 174**

Pakiet 74 poz. 34 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 175**


Pakiet 74 poz. 37 czy zamawiający dopuści dreny do rozm. 30?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 176**

Pakiet 74 poz. 41 czy zamawiający dopuści butelkę redon poj. 250 ml?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a></p>	<p>Nr sprawy:  ZP/14/2019</p>
	<p align="center">Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku</p>	

**Pytanie nr 177**

Pakiet 20 poz. 4 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 178**

Pakiet 20 poz. 4 czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 179**

Pakiet 20 poz. 4 czy zamawiający dopuści strzykawki kompatybilne i wpisane do menu pomp Ascor?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 180**

Pakiet 20 poz. 5,6 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 5,6 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 181**

Pakiet 20 poz. 13-15 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 13-15 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 182**

Pakiet 20 poz. 13-14 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 183**

Pakiet 27 Poz. 8 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 8 i 11 do osobnego pakietu- worki i wieszaki są używane wspólnie jako zestaw ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 184**

Pakiet 30 czy zamawiający dopuści elektrody EKG w rozmiarze 42x56 mm, z żelazem stałym, pianką PE, do badań Holtera EKG?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 185**

PAKIET 42 poz. 1-2 Prosimy o doprecyzowanie jakiej średnicy ustniki oczekuje zamawiający?

**Odpowiedź:** SIWZ

**Pytanie nr 186**

Pakiet 57 poz. 1 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 187**

Pakiet 57 poz. 2 czy zamawiający dopuści szczoteczki jałowe typu wachlarzyk?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 188**

Pakiet 57 poz. 2-3 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 189**

Pakiet 57 poz. 3 czy zamawiający dopuści szczoteczki typ prosty?

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 190**

Pakiet 57 poz. 8 czy zamawiający dopuści pałeczki do wymazów 22 cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ


**Pytanie nr 191**

Pakiet 57 poz. 7 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 144 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 192**

Pakiet 58 poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 200 cm- o przekroju standardowym i nebulizatorem o pojemności 6 ml, typ prosty, wykonaną z nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana,

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

opakowanie PE (z instrukcją użytkowania), sterylne, rozmiary S-XL, rozmiar XS dla niemowląt, rozmiar S-M dla dzieci oraz rozmiar LXL dla dorosłych. ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 193**

Pakiet 60 poz. 1-3 czy zamawiający ze względu na użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej produktu/producenta dopuści produkty równoważne?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 194**

Pakiet 60 poz. 2 czy zamawiający ma na myśli pokrywę do basenu głębokiego z poz. 1?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 195**

Pakiet 60 poz. 3 czy zamawiający dopuści pochłaniacz płynów do basenów/ kaczek w saszetkach 6 g, w opakowaniu zbiorczym 100 szt?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 196**

Pakiet 60 poz. 3 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 197**

Pakiet 62 Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 198**

Pakiet 63 czy zamawiający dopuści okulary w trzech rozmiarach odpowiadającym rozmiarom głowy noworodków: poniżej 28 cm, 28-34 cm, powyżej 34 cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 199**

Pakiet nr 15 poz. 1

Czy w związku z wycofaniem z produkcji kaniuli noworodkowej, pediatrycznej wykonanej z PTFE Zamawiający wymaga kaniuli dożylniej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych wykonanej z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiająca kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).

W następujących rozmiarach do wyboru przez zamawiającego:

24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min

26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min

Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 200**

pakiet nr 15 Poz. 5 i 6

Czy zamawiający wymaga aby strzykawki napełnione jałowym roztworem soli fizjologicznej były zgodne z zasadą 13 dyrektywy Rady (Wspólnot Europejskich) 93/42/EWG z dn. 14.06.1993 r dotyczącej wyrobów medycznych, która mówi: "Wszystkie wyroby zawierające jako integralną część substancję, która, użyta oddzielnie, może być uznana za produkt leczniczy w rozumieniu art. 1 dyrektywy 65/65/EWG i która to substancja zdolna jest do oddziaływania na organizm ludzki działając w sposób pomocniczy względem takich wyrobów medycznych, znajdującą się w klasie III"?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 201**


pakiet nr 15 poz.5 i 6

Czy zamawiający wymaga aby strzykawki były sterylizowane parowo?

**Odpowiedź:** Wymagamy

**Pytanie nr 202**

pakiet nr 15 Poz. 7

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający wymaga aby koreczki pochodziły od tego samego producenta co kaniule?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 203**

Czy Zamawiający wymaga do produktów w pak. 15 oświadczenia potwierdzającego, że przedmiot zamówienia zamieszczony w ofercie posiada właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175), odpowiednie w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego, oraz zobowiązanie do przedstawienia tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 204**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 205**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

**Odpowiedź:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:30 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano

**Pytanie nr 206**

PAKIET NR 32 POZ.3

Czy Zamawiający dopuści Wielorazowa elektrodę nożowa ze stali nierdzewnej, o długości całkowitej 65mm, trzonek śr. 2,4mm, o wymiarach noża 2,5mmx20mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 207**

PAKIET NR 32 POZ.5

Czy Zamawiający dopuści Kabel bipolarny do pęset, o długości 5 m, wtyczka od strony instrumentu 2 bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 29mm, przeznaczenie do min.300 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza długość kabel o długości 5m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 208**

PAKIET NR 32 POZ.7

Prosimy o doprecyzowanie czy przewód wielorazowego użytku ma być do narzędzi laparaskopowych z wtykiem o śr.4mm kompatybilnych z generatorem typu Valleylab - wtyk 3-pinowy ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 209**

PAKIET NR 32 POZ.8

Czy Zamawiający dopuści Kabel bipolarny do pęset, o długości 5m, wtyczka od strony instrumentu 2 bolce płaskie, od strony aparatu żeńska śr.4mm (Erbe) ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 210**

PAKIET NR 32 POZ.9

Czy Zamawiający dopuści Szczypce bipolarne, proste, o długości 195mm, końcówka 8mmx1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 211**


PAKIET NR 35 POZ.1

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 212**

PAKIET NR 35 POZ.2

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający dopuści Elektroda igłowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø2,4mm, dł. igły 20mm, Ø igły 0,7mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 213**

PAKIET NR 35 POZ.3

Czy zamawiający dopuści Elektrode neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia aktywnej 103cm<sup>2</sup>, wymiary 164x117mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 214**

PAKIET NR 35 POZ.4

Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, powierzchni aktywnej 31cm<sup>2</sup>, wymiary 160x74mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg, ?

Prosimy o doprecyzowanie jaki ma być wtyk kabla do diatermii elektrochirurgicznej czy wtyk typu Jack (Emed, Erbe) czy wtyczka płaska z centralnym bolcem Valleylab) ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ, do Valleylab

**Pytanie nr 215**

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antibakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 216**

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 38 g, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 217**

Pakiet nr 1 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H<sub>2</sub>O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 218**

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, skuteczności nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O przy Vt=250 ml, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżej 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 219**


Pakiet nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer Lock, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 220**

Pakiet nr 1 poz. 7

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z samodomykającym się portem do dosysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H<sub>2</sub>O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 221**

Pakiet nr 1 poz. 1-7

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, gdyż w obecnej konstrukcji obecny opis w SIWZ umożliwia złożenie tylko jednej oferty (co ma swoje potwierdzenie w opisie przedmiotu zamówienia) i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych poprzez ograniczenie potencjalnych oferentów do jednego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 222**

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwody składające się z rur rozciągliwych, wykonanych z PP, rozciągalnych do 180, dodatkowej rury do worka rozciągalnej do 90 cm, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 223**

Pakiet nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwody składające się z trzech rur rozciągliwych, wykonanych z PP, rozciągalnych do 150, spełniający pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 224**

Pakiet nr 58 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m, z wężykiem o długości 16 cm, przeznaczony dla pacjentów powyżej 2 roku życia ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 225**

Pakiet nr 58 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aeroterapii zawierający: maskę aerzolową dla dzieci i dorosłych (rozmiary S, M, L, XL), nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, podawania leku o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, złącze nebulizatora o średnicy F22, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 2.1 m?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 226**

Pakiet nr 68

Czy Zamawiający dopuści czujniki z kablem o długości ok. 90 cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 227**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.


Odpowiedź: Umowy dotychczas realizowane, wykorzystywane były na poziomie 80-100%

**Pytanie nr 228**

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b> tel. 55 230–41–97 , fax. 55 230–41–50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 229**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 230**

W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

**Odpowiedź:** W chwili obecnej, Zamawiający nie jest w stanie podać adresu e-mail.

**Pytanie nr 231**

Pakiet 78, Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 15 ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 232**

Pakiet nr 78, Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 520 ml.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 233**

Pakiet nr 78, Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1200 ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 234**

Pakiet nr 78, Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3400 ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 235**

Pakiet nr 78, Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600 ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 236**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 11 z pakietu 20 ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 237**

Pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 układu dla dorosłych, a w pozycji 2 dla dzieci (15mm) układu rozciągliwego do 2m z workiem 2L w pozycji 1 i 1l w pozycji 2, dodatkowa rura worka rozciągliwa do 150 cm, kolanko z portem luer lock, Yek bez portów, mikrobiologicznie czysty, Materiał: PE (polietylen). Produkt oryginalnie zapakowany, z etykietą zawierającą wszystkie niezbędne oznaczenia stosowane w Unii Europejskiej: Numer katalogowy, Oznaczenie CE, dane o rodzaju obwodu, termin przydatności do użycia: min. 1 rok od daty dostawy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 238**


Pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie układu rozciągliwego do 200cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 239**



	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

#### Pakiet 63

Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający wymaga okularków wykonanych z opatentowanego materiału, z dodatkową ochroną na oczy ale przepuszczającego promienie lecznicze, wykonane z jednej części materiału, z uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Okularki przeznaczone do stosowania u skrajnych wcześniaków i noworodków z wrażliwą i delikatną skórą. Umożliwiające skuteczne umiejscowienie oraz całkowite bezbolesne odklejanie. Dostępne rozmiary: 30-38 cm, 24-33 cm, 20-28 cm.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

#### Pytanie nr 240

Pakiet 1 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania filtra o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$  ,  $\geq$  p/wirusowej 99,9999 % , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 99,764\%$ , walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 96 ml, opory przepływu 2,5 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (1,1 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżaniu 34 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H<sub>2</sub>O przy VT 500 ml

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 241

Pakiet 1 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr mechaniczny ma posiadać medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe posiadające objętość oddechową Vt 300-1500 ml, waga 49 g, ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem , kształt filtra prostokątny?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 242

Pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania filtra mechanicznego o 100% skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej w środowisku wilgotnym i płynach, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Staphylococcus aureus, Hepatitis C i HIV, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml, oporach przepływu 3,6 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, medium filtracyjne waga 26 g, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24 godzin.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 243

Pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr mechaniczny ma posiadać medium filtracyjne z włókien ceramicznych, hydrofobowe, harmonijkowe?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 244

Pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ma być sterylizowany radiacyjnie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 245

Pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,9999\%$  ,  $\geq$  p/wirusowej 99,999 % , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 99,512\%$ , walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 42 ml, opory przepływu 2,7 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min (1,2 cm H<sub>2</sub>O przy 30 l/min), filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 16 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 17 mg H<sub>2</sub>O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, objętość oddechowa Vt 150-1200 ml, waga 24 g, ze złączem prostym, sterylne, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, prostokątny.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ


#### Pytanie nr 246

Pakiet 1 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,99 % , z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=500 ml, utrata wilgotności 4,5 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=500 ml , , przestrzeń martwa 77 ml, opory przepływu 1,0 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 300-1000 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 247

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pakiet 1 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o Wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga filtra elektrostatycznego z medium filtracyjnie hydrofobowym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 248**

Pakiet 1 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=250 ml, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, złącza pacjent/maszyna 15 M/22 M- 15M/22F

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 249**

Pakiet 1 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr elektrostatyczny ma posiadać medium filtracyjne hydrofobowe, port kapno i zatyczkę na uwięzi tak jak dotychczas z powodzeniem stosowany u Państwa w Placówce?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 250**

Pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego, o skuteczności przeciwbakteryjnej  $\geq 99,999\%$  , p/wirusowej  $\geq 99,99\%$  , skuteczność filtracji względem NaCl  $\geq 96,263\%$  z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H<sub>2</sub>O przy VT=500 ml, utrata wilgotności 6 mg H<sub>2</sub>O / l przy VT 75 ml, przestrzeń martwa ok. 29 ml, opory przepływu 1,4 cm H<sub>2</sub>O przy 10 l/min (3,0 cm H<sub>2</sub>O przy 15 l/min), objętość oddechowa Vt 75-300 ml, waga 21 g,

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 251**

Pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zmawiający wymaga filtra elektrostatycznego posiadające medium filtracyjne hydrofobowe, złącze proste, sterylne z portem kapno z zakręcanym korkiem luer lock?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 252**

Pakiet 1 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-1000 ml, waga 16 g, filtr biologicznie czysty,

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 253**

Pakiet 1 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zmawiający wymaga filtra elektrostatycznego posiadające medium filtracyjne hydrofobowe, złącze proste, z portem kapno z zatyczką na uwięzi?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 254**

Pakiet 1 Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty. Złącze do pacjenta 15F.


**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 255**

Pakiet 1 Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z celulozy, okrągły, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania zabezpieczonym zatyczką na uwięzi, skuteczność nawilżania 28,5 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, utrata wilgotności 11 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 1,8 cm H<sub>2</sub>O przy przepływie 60 l/min, waga 8,5 g, sterylne

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

	<p style="text-align: center;"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg</b>  tel. 55 230–41–97 , fax. 55 230–41–50  e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/14/2019</p>
	<p style="text-align: center;">Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku</p>	

**Pytanie nr 256**

Pakiet 1 Poz. 8 i 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w zastosowaniu sterylnej wody do nawilżania tlenu stosowanej dotychczas z powodzeniem w Państwa Placówce w jednorazowym pojemniku 500 ml, z adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni u jednego pacjenta (potwierdzone oświadczeniem producenta).

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 257**

Pakiet 1 Poz. 8 i 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby dostarczany tlen przepływał przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzeniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. ?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy

**Pytanie nr 258**

Pakiet 1 Poz. 8 i 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy port pojemnika ze sterylną wodą łączący się z reduktorem poprzez adapter ma posiadać odłamywaną zatyczkę co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 259**

Pakiet 1 Poz. 8 i 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą o dwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzeniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 260**

Pakiet 1 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos dla niemowląt, jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, bardzo miękkie wypustki donosowe eliminujące podrażnienia śluzówki zwiększają komfort pacjenta, część donosowa zakrzywiona, rozpraszająca tlen równomiernie, dren o przekroju antyzagięciowym, łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik standardowy, mocowanie z tyłu głowy. Produkt pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii, kod kreskowy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 261**

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga uniwersalnego adapteru do dróg oddechowych stosowanego z powodzeniem w Państwa Placówce z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego ?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy

**Pytanie nr 262**

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy stosowany adapter ma posiadać potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania adapteru przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 263**

Pakiet 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego, dwururowego, karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, posiadający kolanko z portem kapno, z dodatkową rurą rozciągliwą od 0,5 m do 1,5m, bezłateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ


**Pytanie nr 264**

Pakiet 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga układu oddechowego nie zawierającego ftalanów, czas użycia do 7 dni, zawierający opakowanie foliowe ?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy

**Pytanie nr 265**

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pakiet 4 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego , pediatrycznego rozciągliwego karbowanego, do aparatu do znieczulania, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe w zakresie od 0,6 m do dł. 1,8 m, wykonane z polipropylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezłateksowy worek 0,5L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty,

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 266

Pakiet 4 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga czasu użycia układu oddechowego do 7 dni, zawierający opakowanie foliowe , bez ftalanów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 267

Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga układu oddechowego nie zawierającego ftalanów, czasu użycia do 7 dni, zawierający opakowanie foliowe ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 268

Pakiet 7 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy celem ułatwienia mocowania kaniuli dotętnicznej i możliwości podglądu Zamawiający wymaga kaniuli dotętnicznej dotychczas stosowanej z powodzeniem w Państwie Placówce w rozmiarze 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przysycia do skóry pacjenta, sterylnej, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, z dedykowanym specjalnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m<sup>2</sup>/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 269

Pakiet 15 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli obwodowej bezpiecznej bez dodatkowego portu iniekcyjnego, wykonanej z poliuretanu( bez badań klinicznych) z otworem przy ostrzu igły pozwalającym na szybkie stwierdzenie wejścia do naczynia w czasie kaniulacji z mechanizmem bezpieczeństwa, kaniula posiadająca skrzydełka umożliwiające mocowanie kaniuli, wymiary 24G 0,7 x 19 mm, przepływ 16 mm, pakowane w Tyvek.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 270

Pakiet 15 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli bezpiecznej bez portu bocznego, wykonanej z poliuretanu (badania laboratoryjne) wyposażona w automatyczny metalowy zatrząsk w technologii pasywnej zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwięzający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4. Minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania. Rozmiary 24, przepływ 22 ml/min, opakowanie typu blister.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ


#### Pytanie nr 271

Pakiet 15 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania strzykawki o pojemności 10 ml (całkowita pojemność cylindra 10 ml) do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu ( izotoniczny roztwór Na Cl 0,9%), do stosowania w polu operacyjnym. Strzykawka gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, niewywołującej odczucia smaku lub zapachu u pacjenta poddanego przepłukiwaniu, pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdierania. Strzykawka posiada Ø cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Posiada długi korek zamykający o długości min. 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks).. Tłok po użyciu wciskany do wnętrza strzykawki, co zapobiega wytwarzaniu ciśnienia ujemnego podczas przepłukiwania. Klasa IIb. Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. Okres ważności 24 m-ce.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 272

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

**Pakiet 15 Poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania strzykawki o pojemności 3 ml (całkowita pojemność cylindra 5 ml) oraz 5 ml (całkowita pojemność cylindra 5 ml) do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu ( izotoniczny roztwór Na Cl 0,9%), do stosowania w polu operacyjnym. Strzykawka gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, niewywołującej odczucia smaku lub zapachu u pacjenta poddawanego przepłukiwaniu, pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania. Strzykawka posiada  $\varnothing$  cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Posiada długi korek zamykający o długości min. 12mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Tłok po użyciu wciskany do wnętrza strzykawki, co zapobiega wytwarzaniu ciśnienia ujemnego podczas przepłukiwania. Klasa IIb. Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. Okres ważności 24 m-ce.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 273**

Pakiet 15 poz. 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawka do przepłukiwania z roztworem 0,9% NaCl ma posiadać Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze.?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 274**

Pakiet 15 poz. 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają być gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 275**

Pakiet 15 poz. 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają być pakowane zgodnie z normą 11607-1?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 276**

Pakiet 15 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu).

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 277**

Pakiet 15 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Przepływ 165ml/min. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml , o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 278**


Pakiet 15 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje łącznika dostępu żylnego z pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 279**

Pakiet 15 poz. 10

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Sterylizacja radiacyjna.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 280**

Pakiet 23 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy celem ułatwienia mocowania kaniuli dotętniczej i możliwości podglądu Zamawiający oczekuje kaniuli dotętniczej dotychczas stosowanej z powodzeniem w Państwie Placówce w rozmiarze 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przysycia do skóry pacjenta, sterylnej, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, z dedykowanym specjalnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU MVTR – min. 1500g/m<sup>2</sup>/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 281**

Pakiet 23 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają być wykonane z poliamidu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 282**

Pakiet 23 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają być wyposażone w łącznik rotacyjny umożliwiający obrót kranika o 360 stopni przed i po podłączeniu do wkłucia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 283**

Pakiet 23 Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej, wykonanej z polisulfonu, z przedłużaczem 25cm, bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obrania łączonych elementów. Jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 284**

Pakiet 23 Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej, wykonanej z polisulfonu, bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obrania łączonych elementów. Jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 285**

Pakiet 23 Poz. 8 i 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rampy mają być wykonane z polisulfonu?


**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### **Pytanie nr 286**

Pakiet 27 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania w składzie:

- 5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm
- 1 Kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
- 1 Strzykawka 20 ml, L/S
- 1 Woda sterylna w ampułce 20 ml
- 1 Żel poślizgowy 5 g
- 1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm
- 1 Serweta 75 x 90 cm
- Taca dwukomorowa, rozmiar średni

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a></p>	<p>Nr sprawy:  ZP/14/2019</p>
	<p align="center">Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku</p>	

1 para rękawic chirurgicznych (pakowana osobno)

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 287**

Pakiet 27 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley w rozmiarach: Ch 6 – balon 3ml, Ch 8 i Ch 10 balon 3- 5ml, Ch 12-24 balon 5-10ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 288**

Pakiet 27 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 289**

Pakiet 27 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 290**

Pakiet 27 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 291**

Pakiet 27 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników 100% silikon z końcówką tiemann Ch 8, 10 o długości ok. 31 cm, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego. Rozmiary 12-24Ch – o długości ok. 40 cm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 292**

Pakiet 27 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki tiemann mają odznaczać się czasem stosowania min 90 dni, z informacją fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 293**

Pakiet 27 poz. 9 (pierwsza)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika tj. posiadać zastawkę w łączniku do cewnika foley'a?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 294**

Pakiet 27 poz. 9 (pierwsza)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z instrukcją obsługi worka nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym produktu, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 295**

Pakiet 27 poz. 9 (pierwsza)


Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje worka/zestawu z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 296**

Pakiet 27 poz. 9 (pierwsza)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy miał na myśli: Zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, sterylnej. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min.

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 297**

Pakiet 27 poz. 9 (druga)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z igłowym portem do pobierania próbek, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 298**

Pakiet 56

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w rozmiarach: Trokar 9, 12, 15 CH oraz odpowiednio dla cewnika: 8, 11, 14CH.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 299**

Pakiet 56

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw ma być wyposażony w 2L worek na mocz?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 300**

Pakiet 58 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna rednica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21  $\mu\text{m}$  (+/- 0,07  $\mu\text{m}$ ), frakcja respirabilna (cząsteczki <5  $\mu\text{m}$ ) - 79,7% (+/- 1,7%),

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 301**

Pakiet 58 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy parametry mają być potwierdzone w badaniach producenta?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 302**

Pakiet 58 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy tempo nebulizacji, szybkość opróżniania zbiornika przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: ma wynosić 7,36 min. (+/- 0,26 min.)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 303**

Pakiet 58 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym ma być kodowana kolorystycznie barwą dyfuzora ze sztywnym złączem drenu dedykowane do nebulizatora?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 304**


Pakiet 64

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkaaplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 305**



	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Pakiet 64

Czy Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej ma być potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 306

Pakiet 64

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestaw zawierający szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania - będącą inwazyjnym wyrobem medycznym stosowanym przez otwory ciała, niebędącą chirurgicznym inwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinien być zarejestrowany w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyrób edyczny klasy IIa?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 307

Pakiet 65 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łatwych i bezpiecznych w montażu ostrzy uniwersalnych kompatybilnych z wysokiej klasy strzygarkami Medline z nieruchomą głowicą. W przypadku dopuszczenia oferowanych ostrzy oferujemy wymianę obecnie używanych strzygarek na fabrycznie nowe modele strzygarek Medline. Równocześnie prosimy Zamawiającego o określenie niezbędnej ilości strzygarek- tzn. ilości strzygarek obecnie używanych w szpitalu.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

#### Pytanie nr 308

Pakiet 65 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łatwych i bezpiecznych w montażu ostrzy specjalistycznych (gruby włos, krocze) kompatybilnych z wysokiej klasy strzygarkami Medline z nieruchomą głowicą. W przypadku dopuszczenia oferowanych ostrzy oferujemy wymianę obecnie używanych strzygarek na fabrycznie nowe modele strzygarek Medline. Równocześnie prosimy Zamawiającego o określenie niezbędnej ilości strzygarek- tzn. ilości strzygarek obecnie używanych w szpitalu.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

#### Pytanie nr 309

Pakiet 65

Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta Zamawiający wymaga aby ostrza jednorazowe posiadały konstrukcję, w której ostrze ruchome- tnące było oddalone od skóry pacjenta i znajdowało się na górze względem ostrza nieruchomego?

**Odpowiedź:** Wymagamy

#### Pytanie nr 310

Pakiet 79

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowofoliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Rozmiary S/M (115cm), L (120 cm), XL(130 cm), XLL(150 cm).

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

#### Pytanie nr 311

Pakiet 77

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typu JJ Ch 4,8, 6Ch, 7Ch oraz 8CH.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

#### Pytanie nr 312

Pakiet 77


Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik urologiczny typu JJ, wykonany z poliuretanu (PUR), przeznaczony implantacji na okres do 12 miesięcy, dostępny w rozmiarach: 4,8 FR - 12 cm; 4,8 FR - 18 cm; 6 FR - 26 cm; 7 FR - 26 cm; 8 FR - 28 cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

#### Pytanie nr 313

Pakiet 15 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

	<p align="center"><b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b>  <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b>  tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50  e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/14/2019</p>
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 314**

Pakiet 15 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego o przepływie 312 ml/min posiadającego podzielną sylikonową membranę osadzona w plastikowym konektorze.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 315**

PAKIET 20 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga strzykawki 100 ml cewnikowej z podwójną skalą pomiarowa z dodatkowym łącznikiem Luer.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 316**

PAKIET 20 poz. 7 d

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 317**

PAKIET 20 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w rozmiarze 2/3 ml, 5/6 ml, 10/12 ml, 20/24 ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 318**

PAKIET 20 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 319**

PAKIET 20 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o informacje czy oczekuje igły Veressa 120 mm jednorazowego czy wielorazowego użytku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga igły jednorazowego użytku

**Pytanie nr 320**

PAKIET 36 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do infuzji w opakowaniu typu folia. ? Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż folia-papier. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 321**

Pakiet 36 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga opakowania jednostkowego w kolorze niebieskim tak jak oznacza się infuzję.

**Odpowiedź:** Nie wymagamy

**Pytanie nr 322**

PAKIET 36 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji przyrządu do przetaczania krwi z zaciskaczem rolkowym z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej po użyciu zestawu w celu bezpieczeństwa pracy personelu medycznego.

**Odpowiedź:** Nie wymagamy

**Pytanie nr 323**

PAKIET 83 poz. 1, poz.2

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z wtopioną igłą

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 324**


PAKIET 83 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawek do insuliny z igłą w rozmiarze 0,33 x 13. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie 325**

Pakiet 32, poz. 2

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy zamawiający dopuści Uchwyty elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie 326**

Pakiet 32, poz. 6

Czy zamawiający dopuści Przewód wielorazowego użytku, kompaktobilny z pensetą bipolarną o długości 4,5 m wtyk do aparatu typu EMED Es 350?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie 327**

Pakiet 32, poz. 9

Czy zamawiający dopuści Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka 8mmx1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie 328**

Pakiet 33, poz. 8

Czy zamawiający dopuści Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 329**

Pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik epiduralny posiadał miękką końcówkę ułatwiającą wprowadzenie do przestrzeni zewnątrzoponowej i zabezpieczającą przed przebicciem opony twardej?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy

**Pytanie nr 330**

Pakiet 8, poz. 4

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły, o dł. 120 mm zamiast 115 mm.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 331**

Pakiet 13, poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 4F, o średnicy kanałów 20Ga/21Ga.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 332**

Pakiet 13, poz. 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości 15 cm zamiast 16 cm.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie nr 333**

Pakiet 13, poz. 4

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości 15 cm zamiast 16 cm.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie nr 334**

Pakiet 13, poz. 1,2,3,4

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów z cewnikiem posiadającym na delcie oznaczenie średnicy i długości, z kodowanymi kolorami zaciskami na poszczególnych kanałach do regulacji przepływu, z transparentnymi łącznikami luer-lock, posiadającymi oznaczenia do identyfikacji kanałów oraz informacje o średnicy kanałów oraz średnicy przewodnika.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 335**


Pakiet 56

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii o średnicach cewnika 9F, 12F, 14F.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 336**

Pakiet 69

	<b>Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu</b> <b>ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg</b> tel. 55 230-41-97 , fax. 55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/">http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</a>	Nr sprawy: ZP/14/2019
	Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku	

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o wyodrębnienie z pakietu 69 - Akcesoria do laparoskopu, kompatybilne z aparatem firmy KARL STORZ pozycji nr 1 Jednorazowa ,pleciona, syntetyczna, wchłaniałna podwiązka z systemem wprowadzającym 2-0 3 m opak. 6 szt. 40 opakowań?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 337**

Pakiet 69

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 69 - Akcesoria do laparoskopu, kompatybilne z aparatem firmy KARL STORZ pozycji nr 9 Klipsy polimerowe ML do klipsownicy TELEFLEX a 6 szt. 100 opakowań?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 338**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy z 4 dni na 14 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

**Pytanie nr 339**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar z tytułu nieterminowych dostaw z 1% od niezrealizowanej części zamówienia na 0.2%?

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

**Pytanie nr 340**

Pakiet 79 (Sterylny fartuch chirurgiczny)

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m<sup>2</sup>—odporność na przenikanie cieczy (wg EN ISO 20811)

na całej powierzchni min 22 cm H<sub>2</sub>O. Odporność na wypychanie (wg EN ISO 13938-1)

na sucho 234 kPa; odporność na rozciąganie (wg EN ISO 29073-3) na sucho wzdłużnie: 42 N. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy

2,5 x 13 cm i 2,5 x 5 cm, mankiety o długości 7 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch jest zgodny

z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość M – 121 cm, LL – 131 cm, XLL – 145 cm, XXL-L – 148 cm, XXL-XL – 161 cm.

Sterylizacja radiacyjna.

Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz identyfikator producenta.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 341**

Pakiet 58 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator wkręcany, wykonany z delikatnego medycznego PVC, złącznikiem T, . Możliwość pracy nebulizatora w pozycji siedzącej i leżącej. Pojemność nebulizatora 8 ml, wielkość rozpylanych cząsteczek 2-3 urn. Z drenem o przekroju gwiazdkowym dł. 200 cm ze standardowym złączem. Możliwość stosowania u dzieci (powyżej 2 r.ż.) i dorosłych. Mikrobiologicznie czysty i pakowany indywidualnie. Produkt pozbawiony ftalanów.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy

**Pytanie nr 342**

Pakiet nr 58 poz. 1 i 2

Czy zamawiający wymaga, aby nebulizatory i maski tlenowe z nebulizatorem były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy

**DYREKTOR**  
**SZPITALA MIEJSKIEGO**  
 św. Jana Pawła II w Elblągu  
*lek. Mirosław Gorbaczewski*

