



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Nr Certyfikatu 14180
ISO 9001, ISO 14001
OHSAS 18001

Szczecin, dnia 25.04.2019 r.

Znak sprawy Nr RPOZP 8/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do badań wraz z dzierżawą automatycznego, zintegrowanego systemu do oceny właściwości fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

Załącznik nr 1 do siwz, Analizator nr 1

1. Poz. 1, 3: Czy Zamawiający dopuści analizator moczu i osadu w wersji kompaktowej (hybrydowej – w jednej obudowie)?

Hybrydowa budowa analizatora pozwala na spore oszczędności w zużyciu stosowanych odczynników z racji choćby potrzeby mycia tylko jednego układu dozującego próbkę i do analizatora moczu i do osadu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. poz. 9: Czy Zamawiający dopuści analizator z pamięcią 100.000 wyników pacjenta i kontroli jakości?

Odp. Tak.

3. poz. 10: Czy Zamawiający dopuści jeden czytnik kodów kreskowych w przypadku analizatora moczu i osadu w wersji kompaktowej?

Odp. Tak.

4. Poz. 19: Czy Zamawiający dopuści inne konfekcjonowanie pasków z zachowaniem ich stabilności na pokładzie zapewniającej uzyskiwanie powtarzalnych i wiarygodnych wyników?

Odp. Tak.

5. Poz. 21, 29: Czy Zamawiający dopuści analizator z menu w j. angielskim z uwagi na planowane wpięcie analizatora do systemu laboratoryjnego w którym wyniki i tak będą opisywane i raportowane w j. polskim. Oprogramowanie oferowanego analizatora jest obecnie w procesie tłumaczenia i zostanie w krótkim czasie zaktualizowane

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Poz. 27: Czy Zamawiający dopuści analizator z oznaczaniem osadu moczu techniką obrazowania cyfrowego wykorzystujący metodę cytometrii przepływowej pozwalający na wykonywanie min 600 zdjęć dla próbki w czasie jej pomiaru

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Analizator nr 2

1. Poz. 3, 4: Czy Zamawiający dopuści analizator z pamięcią wyników pacjenta razem z wynikami kontroli jakości 2000 wyników ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Poz. 10: Czy Zamawiający dopuści analizator z czułością dla glukozy 50mg/dl?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT


płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl