

wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 19.02.2024
EZ/350/125/2023/... 145.....

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne
Dotyczy: 125/2023 **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sterylnego**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.), udziela odpowiedzi na pytania:

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści pałeczki o długości 150mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza pałeczek o długości 150mm.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści pałeczki w rozmiarze 2,5mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza pałeczki w rozmiarze 2,5mm.

PYTANIE

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ilości na opakowania handlowe po 100 sztuk.

PYTANIE

dot. formularza cenowego – Pakiet nr 48

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie 48 sterylnego jednorazowego złącza o wytrzymałości ciśnieniowej do 375 PSI i długości 150 cm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie i wymaga przedstawienia złączy o parametrach zgodnie z SWZ. Zamawiający od wielu lat stosuje złącza o takich parametrach i uważa że są one optymalne.

PYTANIE

dot. formularza cenowego – Pakiet nr 48

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie w pakiecie 48 od wymogu przedstawienia oświadczenia producenta lub autoryzowanego serwisu wstrzykiwaczy Medrad o kompatybilności oferowanych złączy z posiadanym przez Zamawiającego aparatem kontrastu Medrad Vistron CT i dopuszczenie możliwości złożenia oświadczenia potwierdzającego pełną kompatybilność oferowanych złączy z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem podpisanego przez Wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Poza tym, Zamawiający ma możliwość dokonania oceny kompatybilności na podstawie złożonych próbek.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie i wymaga przedstawienia takiego oświadczenia, gdyż jest to najlepszą gwarancją że złącza będą kompatybilne z posiadanym urządzeniem i nie spowodują usterek w działaniu.

PYTANIE

dot. formularza cenowego – Pakiet nr 48


Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek do maksymalnie 3 sztuk. Taka ilość w zupełności wystarczy by sprawdzić działanie i kompatybilność oferowanych złączy oraz nie obciąża nadmiernie kosztami Wykonawcy. Dodatkowo, wymaganie aż 6 sztuk próbek jest bezzasadne, ponieważ jakość nie stanowi kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, więc testowanie próbek nie ma wpływu na ilość punktów przyznanych poszczególnym ofertom.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie i wymaga przedłożenia 6 próbek do przetestowania, co spowodowane jest specyfiką pracowni i różnorodnością protokołów badania i podawania środków kontrastujących u pacjentów onkologicznych. Stąd konieczność przetestowania więcej niż 3 sztuk złączy.

Z poważaniem,

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych


mgr inż. Magdalena Kraszevska

□ Sporządził: Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia - Sylwia Krzywiak tel. 61/88 50 643, ...644.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider