



**INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

**„ Dostawa środków opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych, smoczków i żelu znieczulającego”.**

**Pytanie 1, pakiet 36, poz 2, 3, 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2, 3 oraz 4 z pakietu numer 36, w celu umożliwienia przygotowania korzystnej dla Zamawiającego oferty?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 2, pakiet 36 poz. 4,**

Czy Zamawiający, ze względu na zmianę rejestracji produktu, wyrazi zgodę na dopuszczenie wyrobu medycznego klasy IIB, samobuforującego się roztworu wodnego kwasu podchlorawego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Stabilny przez 90 dni od otwarcia. Wielkość opakowania 100g

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 3, pakiet 47 poz. 5, 6, 7,**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5, 6 oraz 7 z pakietu numer 47, w celu umożliwienia przygotowania korzystnej dla Zamawiającego oferty?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 4, pakiet 47, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pięciowarstwowego wodoodpornego opatrunku z obramowaniem w kształcie umożliwiającym zaopatrzenie kości pięty. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku. Posiadający superabsorbent, warstwę kontaktową z miękkiego silikonu Safetac na całej wielkości opatrunku oraz warstwę rozpraszającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek dedykowany na piętę i łokieć, w prewencji i terapii odleżyn z małym i dużym wysiękiem. Wielkość opatrunku 22cm x 23cm.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 5, pakiet 47, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści pięciowarstwowy wodoodporny opatrunek piankowy z obramowaniem w kształcie umożliwiającym zaopatrzenie kości krzyżowej. Posiadający superabsorbent, warstwę kontaktową z miękkiego silikonu Safetac na całej wielkości opatrunku oraz warstwę rozpraszającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek w kształcie serca, stosowany w prewencji i terapii odleżyn z małym i dużym wysiękiem- głównie na kości krzyżowej. Wielkość opatrunku 16cm x 20cm.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie 6, pakiet 47, poz.7**

Czy Zamawiający dopuści pięciowarstwowy opatrunek z obramowaniem i superabsorbentem z włóknami poliakrylanu, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku. Posiadający warstwę kontaktową z miękkiego



silikonu Safetac na całej wielkości opatrunku, uszczelniającą brzegi rany, minimalizującą ryzyko maceracji oraz pozwalającą na atraumatyczną zmianę opatrunku. Posiadający wodoodporną warstwę wierzchnią ze znacznikami nasycenia oraz warstwę rozprzewadającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Umożliwiający użycie go w miejscach wymagających pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, szyja, kolano, łokieć), dzięki zastosowanej technologii Flex. Możliwość pozostawienia na ranie do siedmiu dni. Rozmiar opatrunku 15cm x15cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7, pakiet 49, poz.1**

Proszę o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 9 x 11 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 8, pakiet 49, poz.1**

Proszę o dopuszczenie opatrunku bez dodatkowej metki do opisywania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9, pakiet 49, poz.1**

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania cewników w rozmiarze 80 mm x 95 mm. Posiada wyraźne wycięcie wzdłuż środka zakończone owalnie i transparentne okno do obserwacji miejsca wkłucia o wymiarze 44 mm x 51 mm (+/-2 mm). Wysoce przepuszczalny dla wilgoci MVTR 2700 g /m<sup>2</sup> /24 h według EN 13726-2 :2002 . Opatrunek pokryty dwoma rodzajami kleju mocującego tj. klejem akrylowym na części włókninowej oraz klejem uretanowym na części transparentnej.

Opatrunek posiada dodatkowe cztery taśmy zabezpieczające w kształcie „U” o wymiarach 23 mm x 47,5 mm  
Opakowanie 30 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10,**

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 11, pakiet 48,**

Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści proszek hemostatyczny pochodzenia roślinnego składający się z absorbujących cząstek polimeru modyfikowanego i aplikatora. Przeznaczony do użycia jako wchłaniający środek hemostatyczny, wspomagający w kontroli krwawień podczas zabiegów chirurgicznych lub po urazach; uzyskany z oczyszczonej skrobi roślinnej, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego, składający się z cząsteczek wchłaniających płyn z krwi, powoduje wysokie stężenie płytek krwi, czerwonych krwinek i białek koagulacyjnych. Po użyciu tworzy się lepka macierz żelowa, działająca jak bariera powstrzymująca dalsze krwawienie; preparat całkowicie wchłaniający w ciągu kilku dni, w zależności od ilości użytego materiału. Opakowanie zbiorcze 5 szt. , 1 g, Dł aplikatora 9 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12, pakiet 48,**

Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści Proszek hemostatyczny pochodzenia roślinnego składający się z absorbujących cząstek polimeru modyfikowanego i aplikatora. Przeznaczony do użycia jako wchłaniający środek hemostatyczny, wspomagający w kontroli krwawień podczas zabiegów chirurgicznych lub po urazach; uzyskany z oczyszczonej skrobi roślinnej, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego, składający się z cząsteczek wchłaniających płyn z krwi, powoduje wysokie stężenie płytek krwi, czerwonych krwinek i białek koagulacyjnych. Po użyciu tworzy się lepka macierz żelowa, działająca jak bariera powstrzymująca dalsze krwawienie; preparat całkowicie wchłaniający w ciągu kilku dni, w zależności od ilości użytego materiału. Opakowanie zbiorcze 5 szt., 3 g Dł aplikatora 9 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

### **Pytanie 13, pakiet 48,**

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania proszku hemostatycznego pochodzenia roślinnego składający się z absorbujących cząstek polimeru modyfikowanego i aplikatora. Przeznaczony do użycia jako wchłaniający środek hemostatyczny, wspomagający w kontroli krwawień podczas zabiegów chirurgicznych lub po urazach; uzyskany z oczyszczonej skrobi roślinnej, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego, składający się z cząsteczek wchłaniających płyn z krwi, powoduje wysokie stężenie płytek krwi, czerwonych krwinek i białek koagulacyjnych. Po użyciu tworzy się lepka macierz żelowa, działająca jak bariera powstrzymująca dalsze krwawienie; preparat całkowicie wchłaniający w ciągu kilku dni, w zależności od ilości użytego materiału o poj 3 g razem z aplikatorem o dł 38 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT  
ds. Zamówień Publicznych  
Małgorzata Cierpka