



Puck, dn. 04.03.2024 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego do zabiegów artroskopowych, znak ZP/4/2024

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści wstrzykiwany syntetyczny substytut kostny do wypełniania ubytków kości gąbczastej - podstawowy składnik hydroksyapatyt (fosforan wapnia - 38%) oraz 62% części wagowych wody o wysokim stopniu czystości H ₂ O. Biokompatybilny, bioresorbowalny, elastyczny, bioindukcyjny, w postaci pasty powstający ze zmieszania składników. Całość preparatu umieszczona w kaniuli/strzykawce do bezpośredniego użycia. Nie wymaga mieszania. Pasta posiada krystaliczną strukturę, która przypomina strukturę naturalnej kości. Produkt sterylny. Dostępne pojemności: 2.5cc, 5cc, 10cc	Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu i podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.
2.	Pakiet 13 Czy Zamawiający miał na myśli Klej tkankowy – zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek? Składnik 1: koncentrat białek klejących, liofilizowany [fibrynogen ludzki 91mg/ml], do rozpuszczenia w roztworze aprotyny [3000KIU/ml]. Składnik 2: Trombina 500 j.m/ml. liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia 40µmol/ml. 4 m	Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.

Data wyk.: 04.03.2024 r.