

ZATWIERDZAM
ZASTĘPCA DYREKTORA
Aresztu Śledczego w Olsztynie
mjr Grzegorz Ślusarczyk

Olsztyn, dn. 27 maja 2022 r.

Dotyczy : zapytania ofertowego na zakup unitu stomatologicznego

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści unit stomatologiczny wyposażony w bezcieniową lampę zabiegową w technologii LED o maksymalnym natężeniu światła minimum 30.000 LUX?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** wyposażenia unitu stomatologicznego w bezcieniową lampę zabiegową w technologii LED o maksymalnym natężeniu światła minimum 30.000 LUX.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuści unit stomatologiczny wyposażony w sterowanie fotelem dostępne z oparcia pleców fotela stomatologicznego oraz sterownika nożnego zamiast sterowania ze stolika lekarza?

Odpowiedź:

Zamawiający **podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia i nie dopuszcza** wyposażenia unitu stomatologicznego w sterowanie fotelem z oparcia pleców fotela stomatologicznego oraz sterownika nożnego

ZASTĘPCA DYREKTORA
Aresztu Śledczego w Olsztynie
mjr Grzegorz Ślusarczyk