

Konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice

Pabianice, dn. 26.04.2024 r.

Nr sprawy 20/ZP/TP1/D/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. **Zakup łóżka bariatrycznego z podnośnikiem, wózków transportowych z funkcją stołu zabiegowego oraz wózków kąpielowych w ramach Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych, pod nazwą „SOR i pracowni diagnostyczne na miarę XXI – Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.”** – znak sprawy 20/ZP/TP1/D/24.

Zamawiający, **Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.**, informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej zwaną ustawą Pzp zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ). W związku z powyższym zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:
/zachowano oryginalną pisownię pytań/

1. Ad. 19. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: zamiast ruchomego segmentu miednicy – materac ze żłobieniami dopasowującymi się do ruchów segmentu pleców, niwelujący ryzyko zsunęcia się pacjenta i pościeli, a dzięki temu rozwiązaniu uzyskuje się wyższą jakość zdjęć (mniej zaciemnień)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, ale nie wymaga i tym samym nie wprowadza zmian do treści SWZ.

2. Ad.20. Czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie 0-90 sprzężona z dopasowaniem się specjalnie żłobionego materaca do ruchu leża, w celu niwelowania ryzyka zsunęcia się pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, ale nie wymaga i tym samym nie wprowadza zmian do treści SWZ.

Wyjaśnienia zostały udzielone zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert . W związku z tym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. Kierownik Działu Zamówień Publicznych