

numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

Wejherowo, dnia 18.06.2020 r.

D.25C/250/273/2020

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNYCH DO SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: D25C/251/N/17-26rj/20, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zad 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: przebadane na min. 5 substancji wg EN 16523, zgodne z Normą EN ISO 374 -1 (Typ B) - posiadające badania na przenikalność substancji chemicznych minimum 3 substancje w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 z minimum 2 substancjami na poziomie 6, zgodne z normą ASTM D6978, przebadane na min. 12 cytostatyków, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zad 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: kolor niebieski – kontrastujący z krwią, rozmiar S-XL, grubość na palcach 0,16mm+0,02, nie posiadające informacji na opakowaniu z poziomami ochrony dla alkoholi – potwierdzone jednak raportem w wynikami badań, zgodne z normą ASTM D 6978 lub równoważną na przenikanie cytostatyków przez rękawice (czas ochrony >240 min dla co najmniej : dokсорubicyna, cyklofosfamid, etopozyd, 5-FU), pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie parametrów rękawic. Zamawiający wyraża zgodę aby informacja o poziomach ochrony dla min. 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych była potwierdzona za pomocą raportu, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.11 SIWZ, bez informacji na opakowaniu.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zad 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących właściwościach: teksturowane na całych palcach, zgodne z normą ASTM D 6978 lub równoważną na przenikanie cytostatyków przez rękawice (czas ochrony >240 min dla co najmniej : 5-FU, dekarbazyna, dokсорubicyna, cyklofosfamid, etopozyd, cisplatyna), długość rękawicy min 290mm, nie spełniające normy EN 388, wytrzymałość na zrywanie przed starzeniem (N) min. 9, opakowanie a'100, rozmiar S-XL, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zad 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:



Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający w Zadaniu 2 wymaga wyceny rękawic za opakowanie.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 rękawic chirurgicznych sterylnych ginekologicznych o poziomie AQL $\leq 1,5$,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic chirurgicznych sterylnych ginekologicznych o poziomie AQL $\leq 1,5$, spełniających pozostałe parametry określone w SIWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 4 rękawic do zabiegów ortopedycznych o grubości na palcu min. 0,34 mm z mankietem rolowanym z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2

Dotyczy pozycji 1 i 2 : W związku z nowym projektem opakowań wynikającym z dostosowania do nowych wymogów MDR (nowa regulacja europejska dotycząca wyrobów medycznych) oraz regulacji europejskiej o środkach ochrony osobistej PPE EU Reg. 2016/245, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu informacji fabrycznie umieszczonej na opakowaniu o spełnieniu normy EN 374-3 lub równoważnej z poziomami ochrony dla min. 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych i dopuszczenie możliwości potwierdzenia tych wymogów za pomocą raportu z wynikami badań.

Odpowiedź Zamawiającego:

dla poz. 1 - Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ nie wymaga informacji fabrycznie umieszczonej na opakowaniu o spełnieniu normy EN 374-3 lub równoważnej z poziomami ochrony dla min. 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych;

dla poz. 2 - Zamawiający wyraża zgodę aby informacja o poziomach ochrony dla min. 2 alkoholi stosowanych w środkach dezynfekcyjnych była potwierdzona za pomocą raportu, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.11 SIWZ, bez informacji na opakowaniu.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 rękawic przebadanych na min. 18 substancji chemicznych według normy EN 374-3 oraz wg nowszej normy EN 16523-1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ..

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 rękawic posiadających badania na przenikalność min. 12 cytostatyków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.


10. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 rękawic posiadających badania przenikalność substancji chemicznych – min. 3 substancje na w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 na poziomi 4-6 z degradacją nie większą niż +/- 55%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

11. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice sterylne lateksowe do zabiegów chirurgicznych i do przygotowywania cytostatyków

- Lateksowe
- Bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową
- Sterylne – sterylizowane radiacyjnie - informacja na opakowaniu jednostkowym
- Rozmiar od 6,0-9,0
- Na opakowaniu jednostkowym oznakowane znakiem CE
- Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu mierzona pojedynczo 0,22mm
- Zgodne z Normą EN 455
- Zgodne z Normą ASTM F 1671
- Zgodne z Normą EN ISO 374 -1 (Typ B) - posiadające badania na przenikalność substancji chemicznych minimum 3 substancje w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 na poziomie 6 z degradacją nie większą niż $\pm 30\%$
- Posiadające badania zgodnie z normą EN 16523-1:2015 na przenikalność dla min 9 cytostatyków
- Współczynnik AQL po zapakowaniu 0,65
- Rolowany mankiet
- Zawartość protein lateksowych < 10 ug/g (wg EN 455-3 metoda Lowry) potwierdzona badaniami producenta
- Elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu
- Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń
- Rękawice pakowane parami w odporną na wilgoć saszetkę foliową. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic, wyposażone w system ułatwiający otwieranie saszetek

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice sterylne lateksowe do zabiegów chirurgicznych i do przygotowywania cytostatyków


- Lateksowe
- Bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową
- Sterylne – informacja na opakowaniu jednostkowym
- Rozmiar od 6,0 - 9,0
- Na opakowaniu jednostkowym oznakowane znakiem CE
- Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu mierzona pojedynczo 0,23-0,24mm
- Zgodne z Normą EN 455
- Zgodne z Normą ASTM F 1671
- Zgodne z Normą EN 374 - posiadające badania na przenikalność min. 3 substancji chemicznych wykonanych zgodnie z normą EN 374-3
- Zgodne z normą ASTM D6978 posiadające badania na przenikalność dla min 9 cytostatyków
- Współczynnik AQL po zapakowaniu 0,65



Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słyczińskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

- Rolowany mankiet
- Zawartość protein lateksowych < 10 ug/g potwierdzona badaniami producenta
- Elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu
- Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń
- Rękawice pakowane parami w odporną na wilgoć saszetkę. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic, wyposażone w system ułatwiający otwieranie saszetek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice sterylne lateksowe do zabiegów chirurgicznych i do przygotowywania cytostatyków

- Lateksowe
- Bezpudrowe z wewnętrzną warstwą poliuretanową i silikonowaną
- Sterylne – sterylizowane radiacyjnie - informacja na opakowaniu jednostkowym
- Rozmiar od 5,5-9,0
- Na opakowaniu jednostkowym oznakowane znakiem CE
- Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu mierzona pojedynczo 0,23mm
- Zgodne z Normą EN 455
- Zgodne z Normą ASTM F 1671
- Zgodne z Normą EN 374 - posiadające badania na przenikalność substancji chemicznych minimum 6 substancji wykonanych zgodnie z normą EN 374-3
- Zgodne z normą ASTM D6978 lub równoważną posiadające badania na przenikalność dla min. 9 cytostatyków
- Współczynnik AQL po zapakowaniu 1,0
- Rolowany mankiet z opaską samoprzylepną
- Zawartość protein lateksowych < 30 ug/g, potwierdzone kartą danych technicznych
- Elastyczne, odporne na rozciąganie, łatwe w nakładaniu
- Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń
- Rękawice pakowane parami w odporną na wilgoć saszetkę foliową. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic, wyposażone w system ułatwiający otwieranie saszetek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia raportu z badań wystawionego przez niezależne laboratorium w zamian za raport z badań wykonany przez producenta. To na producencie spoczywa odpowiedzialność przeprowadzania badań na zgodność z normą EN 455 -1,2,3,4 oraz wykonuje te badania do każdej serii wyprodukowanych rękawic.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia raportu z badań wystawionego przez niezależne laboratorium w zamian za kartę danych technicznych wystawioną przez producenta.


Odpowiedź Zamawiającego:



Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne sterylne - neoprenowe dla osób z problemami skórnymi

- Rozmiar od 6,0-9,0
- Pakowane parami w papier, a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę
- Bezląteksowe od strony dłoni wewnętrzna warstwa polimerowa
- Współczynnik AQL po zapakowaniu 0,65
- Anatomiczny kształt
- Bezpudrowe
- Wewnątrz polimeryzowane
- Kolor antyrefleksyjny
- Elastyczne
- Grubość rękawicy na palcu 0,20-0,21mm
- Odporne na rozciąganie, rozerwanie
- Zgodne z normą ASTM F 1671
- Długość palców proporcjonalna do długości i szerokości rękawicy
- Sterylizowane radiacyjnie - informacja na opakowaniu
- Mankiet rolowany wzmocniony
- Podczas zakładania rękawice wykazują się wysoką wytrzymałością

Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne sterylne – lateksowe dla osób z problemami skórnymi

- Rozmiar od 5,5-9,0
- Pakowane parami w papier, a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę
- Bezląteksowe od strony dłoni wewnętrzna pokrywana poliuretanem i nawilżana – pokryta środkiem Hydrasoft
- Współczynnik AQL po zapakowaniu 1,0
- Anatomiczny kształt
- Bezpudrowe
- Wewnątrz pokrywana poliuretanem i nawilżana – pokryta środkiem Hydrasoft
- Kolor antyrefleksyjny
- Elastyczne
- Grubość rękawicy na palcu 0,19mm
- Odporne na rozciąganie, rozerwanie
- Zgodne z normą ASTM F 1671
- Długość palców proporcjonalna do długości i szerokości rękawicy
- Sterylizowane radiacyjnie - informacja na opakowaniu
- Mankiet rolowany wzmocniony z taśmą adhezyjną
- Podczas zakładania rękawice wykazują się wysoką wytrzymałością

Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słyczniewego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne sterylne - poliizoprenowe dla osób z problemami skórnymi

- Rozmiar od 6,0-9,0
- Pakowane parami w papier, a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę
- Bezlateksowe od strony dłoni wewnętrzna warstwa chlorowana i polimeryzowana
- Współczynnik AQL po zapakowaniu 0,65
- Anatomiczny kształt
- Bezpudrowe
- Wewnątrz chlorowana i polimeryzowana
- Kolor antyrefleksyjny
- Elastyczne
- Grubość rękawicy na palcu 0,24-0,26mm
- Odporne na rozciąganie, rozerwanie
- Zgodne z normą ASTM F 1671
- Długość palców proporcjonalna do długości i szerokości rękawicy
- Sterylizowane radiacyjnie - informacja na opakowaniu
- Mankiet rolowany wzmocniony
- Podczas zakładania rękawice wykazują się wysoką wytrzymałością

Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych ginekologicznych o niższym lepszym poziomie AQL 0,65

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie rękawic chirurgicznych sterylnych ginekologicznych o poziomie AQL 0,65, spełniających pozostałe parametry określone w SIWZ.

20. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania rękawic o grubości rękawicy na palcu: 0,33mm, długość min 295 mm, powierzchnia wewnętrzna poliuretanowa i silikonowana, zawartość protein poniżej 30µg/g, poziom AQL 1.0, wytrzymałość przed minimum 27 N i po starzeniu minimum 24N, zgodne z normą EN 374. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne sterylne – lateksowe bezpudrowe do zabiegów ortopedycznych o rolowanym wzmocnionym mankiecie, zapewniającym stabilne przyleganie i utrzymywanie się rękawiczki na mankiecie



Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słyczińskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

fartucha, grubości rękawicy na palcu: 0,33-0,34mm, wytrzymałość przed starzeniem minimum 25 N i po starzeniu minimum 20N, zgodne z normą EN 374. Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

22. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne sterylne - lateksowe bezpudrowe, pakowane podwójnie do zabiegów ortopedycznych

- Lateksowe
- Bezpudrowe
- Sterylne
- Opakowanie zawierające 2 pary rękawic - wewnętrzne i zewnętrzne, w dwóch różnych kolorach (rękawica na spód zielona). Nieskładane na pół
- Rozmiary 6,0 - 9,0
- Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
- zewnętrzna rękawica teksturowana, wewnętrzna gładka
- Mankiety rolowane zapewniające stabilne przyleganie i utrzymywanie się rękawiczki na mankiecie fartucha
- Rękawica wewnętrzna i rękawica zewnętrzna posiadają polimeryzowaną powłokę wewnętrzną ułatwiającą zakładanie
- Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń, palce proste lub zagięte
- Oznakowanie rękawic odpowiednio: L,P lub L,R
- Zgodne z normą EN 455-1-2-3-4
- Zgodne z normą EN 420
- Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. I
- Grubość pojedynczej ścianki rękawicy na palcu – rękawica zewnętrzna 0,21-0,22mm i rękawica wewnętrzna 0,21-0,22mm
- Długość min 285mm dla obu rękawic
- Zawartość protein poniżej 20µg/g dla obu rękawic
- Poziom AQL 0,65
- Wytrzymałość przed i po starzeniu minimum 12N dla obu rękawic
- Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671
- Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Znak CE, Nazwa rękawic, rozmiar, data produkcji / seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rodzaj sterylizacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:


Rękawice chirurgiczne bezpudrowe poliizoprenowe, sterylne

- Syntetyczne
- Sterylne
- Poliizoprenowe
- Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
- mikroteksturowane
- Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń
- Rozmiary 6,0-9,0

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

Ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11,+ 48 58 57 27 220/223/331
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

- Z dodatkową wewnętrzną powłoką chlorowaną oraz polimeryzowaną ułatwiającą zakładanie
- Zgodne z normą EN 455-1-2-3
- Zgodne z normą EN 420
- Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III EN ISO 374-1 (Typ B)
- Grubość rękawicy na palcu 0,27-0,28mm mierzona pojedynczo
- Poziom AQL 0,65
- Wytrzymałość na zrywanie przed starzeniem (N) min 12 N
- Przebadane na przenikanie substancji zgodnie z normą EN 16523-1
- Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 16523-1
- Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub równoważną
- Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Znak CE, Nazwa rękawic, rozmiar, data produkcji / seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rodzaj sterylizacji
- Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

24. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

- Syntetyczne
- Sterylne
- neoprenowe
- Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
- Teksturowane
- Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń
- Rozmiary 6,0-9,0
- Z dodatkową wewnętrzną powłoką polimerową ułatwiającą zakładanie
- Zgodne z normą EN 455-1-2-3
- Zgodne z normą EN 420
- Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III
- Grubość rękawicy na palcu 0,20-0,21mm mierzona pojedynczo
- Poziom AQL 0,65
- Wytrzymałość na zrywanie przed starzeniem (N) min 16 N
- Przebadane na przenikanie substancji zgodnie z normą EN 374-3
- Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978
- Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671
- Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Znak CE, Nazwa rękawic, rozmiar, data produkcji / seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rodzaj sterylizacji
- Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. Zapytanie Wykonawcy:


Pakiet 1, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, poliizoprenowe, sterylne

- Rozmiar od 6,0-9,0
- Wewnątrz chlorowane i polimeryzowane

Szpitalę Pomorskie Sp. z o.o.



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

- Pakowane parami w papier a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę
- Współczynnik AQL po zapakowaniu 0,65
- Przeznaczone dla osób uczulonych na lateks
- Anatomiczny kształt z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni chwytnej palca wskazującego
- Bezpułdrowe
- Elastyczne
- Odporne na rozciąganie
- Łatwe w nakładaniu
- Zgodne z normą EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN 16523-1 oraz ASTM F 1671
- Długość palców proporcjonalna do długości i szerokości rękawicy
- Sterylizowane radiacyjnie
- Mankiet rolowany wzmocniony, doskonale przylegający do fartucha operatora
- Przeznaczone do stosowania przy inwazyjnych zabiegach chirurgicznych
- Odporne na działanie cytostatyków
- Podczas zakładania rękawice wykazują się wysoką wytrzymałością przy nakładaniu właściwego rozmiaru na rękę

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne bezpułdrowe, neoprenowe, sterylne

- Rozmiar od 6,0-9,0
- Wewnątrz polimeryzowane
- Pakowane parami w papier a następnie w szczelną odporną na wilgoć saszetkę
- Współczynnik AQL po zapakowaniu 0,65
- Przeznaczone dla osób uczulonych na lateks
- Anatomiczny kształt z kciukiem skierowanym w stronę powierzchni chwytnej palca wskazującego
- Bezpułdrowe
- Elastyczne
- Odporne na rozciąganie
- Łatwe w nakładaniu
- Zgodne z normą 374-3 oraz ASTM F 1671
- Długość palców proporcjonalna do długości i szerokości rękawicy
- Sterylizowane radiacyjnie
- Mankiet rolowany wzmocniony, doskonale przylegający do fartucha operatora
- Przeznaczone do stosowania przy inwazyjnych zabiegach chirurgicznych
- Odporne na działanie cytostatyków
- Podczas zakładania rękawice wykazują się wysoką wytrzymałością przy nakładaniu właściwego rozmiaru na rękę

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:


Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe bezpułdrowe, produkowane bez użycia akceleratorów, sterylne



Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańca Słyczninowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

- Syntetyczne
- Sterylne
- Poliizoprenowe, bez akceleratorów
- Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
- mikroteksturowane
- Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń
- Rozmiary 6,0-9,0
- Z dodatkową wewnętrzną powłoką chlorowaną i polimeryzowaną ułatwiającą zakładanie
- Zgodne z normą EN 455-1-2-3
- Zgodne z normą EN 420
- Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III EN ISO 374-1 (Typ B) lub równoważna
- Grubość rękawicy na palcu 0,27-0,28mm mierzona pojedynczo
- Długość dla każdego rozmiaru 295-305 mm zależna od rozmiaru
- Poziom AQL 0,65
- Wytrzymałość na zrywanie przed starzeniem (N) min 12 N
- Przebadane na przenikanie substancji zgodnie z normą EN 16523-1
- Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 16523-1
- Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671
- Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Znak CE, Nazwa rękawic, rozmiar, data produkcji / seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rodzaj sterylizacji
- Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

28. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice chirurgiczne neoprenowe bezpydrowe, produkowane bez użycia akceleratorów, sterylne

- Syntetyczne
- Sterylne
- neoprenowe, bez akceleratorów
- Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
- Teksturowane
- Kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń
- Rozmiary 6,0-9,0
- Z dodatkową wewnętrzną powłoką polimerową ułatwiającą zakładanie
- Zgodne z normą EN 455-1-2-3
- Zgodne z normą EN 420
- Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III
- Grubość rękawicy na palcu 0,20-0,21mm mierzona pojedynczo
- Długość dla każdego rozmiaru min. 300mm
- Poziom AQL 0,65
- Wytrzymałość na zrywanie przed starzeniem (N) min 16 N
- Przebadane na przenikanie substancji zgodnie z normą EN 374-3
- Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978
- Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671



Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańca Słyczińskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

- Oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorczego: Znak CE, Nazwa rękawic, rozmiar, data produkcji / seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rodzaj sterylizacji
- Rękawice pakowane w pary. Opakowanie gwarantujące aseptyczne pobranie rękawic

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych, sterylnych w rozmiarach 6,0-9,0, zarejestrowanych jako wyrób medyczny w klasie IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodnie z normą EN 374 oraz przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, o grubości na palcu 0,20-0,21mm mierzonej pojedynczo, z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

30. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 1, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych do mikrochirurgii, sterylnych w rozmiarach 6,0-9,0, z wewnętrzną warstwą polimerową ułatwiającą zakładanie, o grubości na palcu 0,18-0,19mm pojedyncza ścianka, długości min 285mm, zawartości protein poniżej 20µg/g, o poziomie AQL 0,65, z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

31. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 2, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczno - medyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne

- Rozmiar XS, S, M, L, XL

- Współczynnik AQL 1,0 – informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu

- Oznakowane na opakowaniu jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III

- Grubość na palcach 0,12 mm

- Pasujące na lewą i prawą dłoń

- Przylegające do dłoni

- Wytrzymałe na rozciąganie, elastyczne

- Łatwe w nakładaniu

- Zgodne z normą EN 455 – informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu

- rękawice posiadają badania na przenikanie min. 18 różnych substancji chemicznych, w tym 10 substancji na najwyższym 6 poziomie ochrony, a 7 z nich z degradacją nie większą niż $\pm 30\%$ – badania wykonane zgodnie z normą EN ISO 374-1 & EN 16523-1

- Rękawice zgodne z normą EN ISO 374-1 (typ B), EN 374-2, 4, 5

- Zgodne z normą ASTM F 1671 – informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu

- Zgodne z normą ASTM D6978 posiadające badania na przenikalność dla min 15 cytostatyków

- Zgodne z normą EN 420 – informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu

- Mankiet rolowany, długość min. 240mm

- Mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców


- Palce proporcjonalne do długości i szerokości rękawicy

- Pakowane po max 200 sztuk

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słyczińskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

- Kolor w odcieniach niebieskiego, inny niż czarny
- Podczas zakładania rękawice wykazują się wysoką wytrzymałością przy nakładaniu właściwego rozmiaru na rękę

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 2, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczno - medyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne o przedłużonym mankiecie

- Rozmiar XS-XL
- Bezpudrowe
- Współczynnik AQL ≤ 1.0 – informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu
- Oznakowane fabrycznie na opakowaniu jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III, EN 374-1 (Typ B)
- Grubość na palcach $0,09 \pm 0,01$
- Pasujące na lewą i prawą dłoń
- Przylegające do dłoni – widoczna tekstura na końcach palców
- Wytrzymałe na rozciąganie, rozerwanie, elastyczne
- Zgodne z normą EN 455 – informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu
- Zgodne z normą EN 16523-1, posiadające badania na przenikalność co najmniej 4 różnych substancji chemicznych, (z wyłączeniem cytostatyków), w tym 3 substancje z czasem ochrony na minimum 4 poziomie ochrony
- Informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu o spełnieniu normy EN ISO 374-1 oraz EN 16523-1 z poziomami ochrony dla substancji chemicznych - informacja potwierdzona raportem z wynikami badań
- Zgodne z normą ASTM F 1671, informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu, posiadające badania na przenikalność dla wirusów
- Zgodne z normą ASTM D 6978 na przenikanie cytostatyków przez rękawice na 15 cytostatyków (w tym 13 cytostatyków z brakiem przebicia do 240min m.in.: doksorubicyna, cyklofosamid, etopozyd, taksol, 5-FU)
- Zgodne z normą EN 420 lub równoważną – informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu
- Zrolowany, długi mankiet, długość mankietu min. 260mm
- Palce proporcjonalne do długości i szerokości rękawicy
- Pakowane po 100 sztuk
- Kolor jasny - lawendowy
- Podczas zakładania rękawice wykazują się wysoką wytrzymałością przy nakładaniu właściwego rozmiaru na rękę

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

33. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 2, poz. 2

W związku z tym, iż pragniemy zaoferować rękawice przebadane na cytostatyki i substancje chemiczne, jednak inne niż alkohole zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przebadania rękawic na min. 2 alkohole stosowane w dezynfekcji oraz co za tym idzie odstąpienie od wymogu dostarczenia raportu z badań na te substancje w zamian za dołączenie raportu z badań jednostki niezależnej na przenikalność substancji chemicznych oraz cytostatyków.


Odpowiedź Zamawiającego:



Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słycznikowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

34. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 2, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice nitrylowe do sterylizacji i mycia narzędzi

- Nitrylowe, niesterylne, bezpydrowe
- Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń
- Kolor niebieski
- Powierzchnia zewnętrzna mikrotekstura + tekstura na końcach palców
- Mankiet rolowany
- Zgodne z normą ASTM D 6978 na przenikanie cytostatyków przez rękawice dla 15 cytostatyków w tym dla 13 substancji cytostatycznych wykazuje brak przebicia do 240 min, m.in.: 5-FU, dekarbazyne, doksorubicyna, cyklofosfamid, etopozyd, taksol, cisplatyna
- Zgodne z normą ASTM F 1671
- Zgodne z normą EN 455, EN ISO 374 – 1, 2, 4, 5 i EN 16523-1, EN 420
- Środek ochrony indywidualnej - kategoria III
- Wyrób medyczny klasy I
- Grubość rękawicy na palcu: 0,14 mm
- Długość rękawic min. 300mm
- Poziom AQL 1.0
- Wytrzymałość na zrywanie przed starzeniem (N) min. 10N
- Opakowanie 100 sztuk, wraz z przeliczeniem ilości opakowań
- Rozmiary XS - XL

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Pakiet 2, poz. 3

Mając na uwadze, iż zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym PPER 2016/425/UE zniesiony został obowiązek badania rękawic na odporność mechaniczną zgodnie z normą EN 388, prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania rękawic przebadanych zgodnie z nowym rozporządzeniem Zamawiający odstępuje od zgodności rękawic z normą EN 388

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

36. Zapytanie Wykonawcy:

Wszystkie pakiety, dot. wszystkie produkty zarejestrowane jako środek ochrony kat. III

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE zastępującego dyrektywę 89/686/EWG oraz ustaleniem okresu przejściowego, prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic spełniających normy EN 374 – 1 (z wył. pkt. 5.3.2), 2, 3 (zgodnie z dyrektywą) lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1 (zgodnie z rozporządzeniem).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Wszystkie pakiety, dot. wszystkie produkty zarejestrowane jako środek ochrony kat. III

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słyczińskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, pragniemy zwrócić uwagę, iż rękawice muszą posiadać zgodność ALBO z normą EN 374 (dyrektywa), a co z tym związane powinny być przebadane zgodnie z normą EN 374-3, ALBO z normą EN ISO 374 (rozporządzenie) – tj. przebadane zgodnie z normą EN 16523-1.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż we wszystkich pozycjach rękawic, w których Zamawiający opisał wymóg przebadania rękawic na substancje chemiczne - należy posiadać zgodność z jedną z wyżej wymienionych norm (nie oboma jednocześnie).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

38. Zapytanie Wykonawcy:

do wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 3 ust. 4 projektu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Zapytanie Wykonawcy:

do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1.2. i 1.3 (tiret pierwszy) projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikające z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

40. Zapytanie Wykonawcy:

do wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację projektu umowy w zakresie postanowień dotyczących kar umownych w ten sposób że w § 6 projektu umowy:

a. Kara umowna za opóźnienie w dostawie naliczana będzie od wartości zamówionego a niedostarczonego towaru.

b. Wykreśleniu ulega ust.1 lit. d)

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

41. Zapytanie Wykonawcy:

do wzoru umowy

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Słyczińskiego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172.650.500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 poprzez wykreślenie z jego treści możliwości kumulacji kar umownych przewidzianych projektem umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecnictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

**42. Zapytanie Wykonawcy:
do wzoru umowy**

Wnosimy o dodanie do § 6 projektu umowy ust. 6 o treści: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 30 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 30 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.” UZASADNIENIE: Wykonawca podkreśla, że stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj.:

- art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019 poz. 118, ze zm.), w brzmieniu „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.”;

- art. 490 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm.), w brzmieniu: „Jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia.”;

- kontrahent nie może bezpodstawnie wstrzymywać realizacji płatności i dodatkowo zobowiązywać drugą stronę do realizowania kolejnych dostaw bez wynagrodzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

**43. Zapytanie Wykonawcy:
do wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez określenie iż zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmianą stawki podatku VAT następować będzie automatycznie w dniu wejścia w życie zmienionych przepisów. Zaś zmiana taka do swojej ważności nie wymaga aneksu w formie pisemnej. UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tej zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 2 Projektu Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, będzie odnosić się wyłącznie do części

numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.”

44. Zapytanie Wykonawcy:

do wzoru umowy

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 8 ust. 9 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Zapytanie Wykonawcy:

do wzoru umowy

Wnosimy o dookreślenie „niezwłocznego terminu” przewidzianego w § 10 ust. 2 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Zapytanie Wykonawcy:

do wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie § 14 ust. 1 z projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2 poz. 1


Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) grubość na placu 0,08 mm – 0,10 mm;

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstańca Słyczninowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200, + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



numer sprawy: D25C/251/N/17-26rj/20

- b) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:
- wodorotlenek sodu 40% na poziomie 6
 - formaldehyd 37% na poziomie 6
 - nadtlenek wodoru 30% na poziomie 2;
- c) gładkie z teksturą na końcach palców;

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji (z odstępniem od dostarczenia dozowników) i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

48. Zapytanie Wykonawcy:

WZÓR UMOWY

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPowiednim ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**



mgr *Monika Klause*

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

