



Politechnika Warszawska

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nr pisma: CEZAMAT/ZP30/2024/2/TD

Warszawa, 07.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę urządzenia do osadzania cienkich warstw metodą PVD”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1 :

„Zamawiający specyfikuje w punkcie 4 system dostarczania gazów wykorzystujący MFC, filtry itp.

Czy możemy prosić o wyjaśnienie zastosowania tego rozwiązania?

Pozostałe parametry urządzenia nie wskazują na konieczność użycia takiej opcji (np. procesy reaktywne).

Jeśli linie gazowe mają służyć do wentylowania komory, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego rozwiązania składającego się z zespołu zaworu zapowietrzającego?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami punktu 4 w przypadku konieczności zastosowania MFC, kontroler powinien spełniać wymienione parametry. Jeśli takiej konieczności nie ma, można zastosować odpowiednie zawory, np. zespołu zaworu zapowietrzającego.

Pytanie nr 2 :

„ Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy w paragrafie 5 ?

W punkcie 2 – wykasowanie zdania „ Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji w sprawie udzielenia zaliczki. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zaliczki”

Oraz wykasowanie punktu 4 „zamawiający rozpatrzy wniosek Wykonawcy o udzielenie zaliczki na poczet dostawy aparatury w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zgoda lub odmowa wyrażania zgody na udzielenie zaliczki zostanie udzielona na piśmie”.

Czy zamawiający może zmienić zapisy umowy tak, aby wynikało z nich, że jeśli Wykonawca spełni wszystkie wymagania przetargowe oraz udzieli gwarancji bankowej (lub innego zabezpieczenia) to otrzyma zaliczkę w wysokości 50% wartości urządzenia?

Uzasadnienie: W przypadku urządzeń o takie wartości zaliczka na poczet wybudowania urządzenia jest wymagana przez prawie wszystkich producentów. Odmowa mimo spełnienia pozostałych wymogów przetargowych będzie powodowała wycofanie się naszej firmy z procedury i podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający „może” udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Oznacza to, że udzielenie zaliczki jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.

Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. Intencją Zamawiającego jest udzielenie zaliczki po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w umowie, dlatego też Zamawiający przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp.

Dyrektor
Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT
/-/

Mariusz Wielec