

Tarnów, dnia 10.07.2020r.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.MJ.46. 2505 /2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę: dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki Zakres nr 1 do 48 dla Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W odpowiedzi na pytania z dnia 03/07/2020 Zamawiający wyjaśnia:

Zakres nr 1 -- CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników diagnostycznych o następujących parametrach: -d -dostępne rozmiary od 5F - 6F, - światło wewnętrzne cewnika: dla 5F -0,047” ; dla 6F -0,056”, - cewnik zbrojony podwójnym opłotem dając stabilne podparcie, prowadzenie oraz optymalną kontrolę obrotów 1:1, - miękka atraumatyczna końcówka zwiększająca widoczność w skopi, - szeroki wybór kształtów i rozmiarów -dostępne opcje z otworami bocznymi, - dostępne długości - 100 cm ,110 cm, 125 cm (w zależności od typu krzywizny), - innowacyjna technologia polegająca na domieszce polimeru InSlide™ zwiększa poślizg, redukuje opory tarcia - poprawiając dostarczalność cewnika przez cały czas trwania zabiegu, - dostępne wszystkie kształty i krzywizny (min: JL; JR; AL.; AR ; MPA; MPB; NOTO; 3DRC; PIG;) 26 typów krzywizn dla każdej średnicy, - dostępne krzywizny uniwersalne pozwalające na kaniulację prawej i lewej tętnicy wieńcowej bez konieczności wymiany cewnika : 8 typów krzywizn uniwersalnych dla każdej średnicy, - pamięć kształtu, - wysoka odporność na zagięcia i załamania, - ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulacje cewnikiem, - zachowuje niezmiennie światło na całej swojej długości , - wartość maksymalnego ciśnienia przepływu w cewniku -1200 psi

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres nr 3 - INTRODUKTOR NACZYNIOWY Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie introduktorów naczyniowych o następujących parametrach: - rozmiar od 5F do 11F, - dostępne długości introduktorów: 10 cm i 23 cm, oraz spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Zakres nr 7 - CEWNIK PROWADZĄCY DO PCI także z dostępu promieniowego Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie Cewnika Prowadzącego do PCI także z dostępu promieniowego w zakresie średnic od 5F do 8F oraz spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Zakres nr 10 - CEWNIK BALONOWY DO KRĘTYCH I MAŁYCH NACZYŃ Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika balonowego do krętych i małych naczyń o następujących parametrach: - profilu balonu 0,024” przy średnicy 3.0 mm, - długości użytkowej 142 cm, -

średnicy balonu od 1,25 mm do 4,00 mm, - ciśnieniu nominalnym oraz RBP = 12 atm dla cewnika 1,25 mm oraz spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Zakres nr 16 - CEWNIK BALONOWY DO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA RESTENOZY UWALNIAJĄCY LEK ANTYMIOTYCZNY Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników diagnostycznych o następujących parametrach: - typ: "rapid exchange", - balon półpodatny, - balon składany trzypunktowo, - ciśnienie nominalne 7 atm, - ciśnienie RBP 15 -17 atm, - długość użytkowa 145 cm, - średnica shaftu: proksymalny - 2,0F; dystalny - 2,5F, - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F, - czynny lek: Paklitaxel 3 ug/mm² na powierzchni balonika, - czas uwalniania leku od 30 do 60 s, - lek uwalniany z powłoki FreePac złożonej z cząsteczek mocznika, - cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,014", - wymagane średnice balonu od 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 2,75; 4,0 mm., - wymagane długości 14,20,30,40 mm

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Zakres nr 18 - STENT WIĘNCOWY uwalniający zotarolimus z polimeru do stentowania dużych naczyń Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentu wieńcowego uwalniającego zotarolimus z polimeru do stentowania dużych naczyń o następujących parametrach: - profil stentu 0,042" przy 3.0 mm, - ciśnieniu RBP 18 atm (dla średnic od 2,00 do 4,0 mm) i 16 atm (dla średnic od 4,5 do 5,0 mm), - shaft proksymalny -2.1 F, - profil natarcia 0,019", oraz spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Zakres nr 33 - Cewnik do usuwania skrzeplin Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika do usuwania skrzeplin z końcówką o profilu przejścia 0,024" oraz spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Zakres nr 44 - CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika przedłużającego do cewnika prowadzącego o średnicach 5F i 6F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F i 6F oraz spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu zamówienia należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

[Handwritten signature]