



**POGOTOWIE RATUNKOWE  
WE WROCŁAWIU**  
ul. Ziębicka 34-38 50-507  
Wrocław



**UNIA  
EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO  
Narodowa  
Strategia  
Spójności**

<a href="mailto:sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl">sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl</a>	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
<a href="http://www.pogotowie-ratunkowe.pl">www.pogotowie-ratunkowe.pl</a>	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142 KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 29.08.2023 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/16/2023**

### **INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1**

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

**„Zakup krzeseł kardiologicznych z systemem płozowym dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”**

(2023/BZP 00360231/01 z dnia 2023-08-21)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 t.j.) - dalej ustawa Pzp., przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności krzeselko posiadające 4 kółka jezdne, w tym dwa przednie o średnicy min. 10 cm skrętne w zakresie 360 stopni, 2 tylne o średnicy 12 cm wyposażone w hamulce.

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane krzeselko posiadało dopuszczenie do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi) co bezpośrednio przekłada się na dłuższą eksploatację krzeselka szczególnie narażonego na częstą dezynfekcję i czyszczenie w trakcie codziennego użytkowania.

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie wymaga takiego parametru.

#### **Pytanie nr 3:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzeselko kardiologiczne firmy Medirool model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, siedzisko i oparcie szybko demontowane
- Nośność krzeselka 180 kg
- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
- Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm

- Przednie koła skrętne
- Hamulec na kołach przednich,
- Tylne uchwyty regulowany na 3 poziomach
- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesła
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednym poziomie
- 3 pasy bezpieczeństwa
- Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesła
- Waga bez akcesoriów ok 13 kg

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach OPZ.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 30 do 60 dni? Aktualnie wymagany termin dostawy może być zbyt krótki na wykonanie zamówienia.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią **integralną część SWZ**.

Anna Koniec  
Zastępca Dyrektora ds.  
Administracyjno- organizacyjnych

.....  
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)