



**UNIWERSYTET MEDYCZNY**  
**IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**  
**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

L. dz. DZP- 203/23

Poznań, dnia 11.04.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy –  
platforma zakupowa**

**Dotyczy: PN-13/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 10 części**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Do Części VIII: Pytanie 1 Dotyczy Części VIII, poz. 456 tj. 435767-25G (DEUTERIUM OXIDE, 99 ATOM % D) Produkt z poz. 456 jest dostępny w naszej sprzedaży do wyczerpania zapasów, następnie zostanie wycofany. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tej pozycji z Części VIII?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla pozycję 456 435767-25G (DEUTERIUM OXIDE, 99 ATOM % D) z części VIII. (zaktualizowany OPZ dla części VIII w załączniku).

**Pytanie 2**

**Dotyczy załącznika 3a, ustęp 9 – część 6**

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na bieżąco o wszelkich promocjach, ofertach specjalnych, rabatach, zniżkach sezonowych itp. dotyczących cen odczynników umożliwiając Zamawiającym ich nabycie za cenę niższą niż określona w załączniku nr 1 do umowy“

Wnosimy aby Zamawiający uznał upublicznianie informacji o promocjach na stronie internetowej producenta za spełnienie wymogu przez Wykonawcę.

Nie mamy technicznych ani osobowych możliwości informowania Zamawiającego o promocjach.

Promocje są organizowane przez producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna upublicznianie informacji o promocjach na stronie internetowej producenta za spełnienie wymogu przez Wykonawcę.

**Pytanie 3**

**Dotyczy wzoru umowy, § 1, ustęp 5 – część 6**

Zamawiający zapisał:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu odczynników nieujętych w formularzu ofertowym, a ujętych w ogólnodostępnym katalogu/cenniku umieszczonym na stronie internetowej, do których dystrybucji Wykonawca jest uprawniony. W przypadku braku tego katalogu/cennika na stronie internetowej– w katalogu/cenniku w formie

elektronicznej, sporządzonym przez Wykonawcę w arkuszu kalkulacyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej Wykonawcy, bądź dołączonym do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zaktualizowanego katalogu (cennika) za każdym razem, kiedy wprowadzi do sprzedaży nowe produkty lub wycofa produkty ze sprzedaży, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w wypadku o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt. 1)-4).“

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu odczynników nieujętych w formularzu ofertowym, a ujętych w ogólnodostępnym katalogu/cenniku umieszczonym na stronie internetowej, do których dystrybucji Wykonawca jest uprawniony. W przypadku braku tego katalogu/cennika na stronie internetowej– w katalogu/cenniku w formie elektronicznej, sporządzonym przez Wykonawcę w arkuszu kalkulacyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej Wykonawcy, bądź dołączonym do umowy. ~~Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zaktualizowanego katalogu (cennika) za każdym razem, kiedy wprowadzi do sprzedaży nowe produkty lub wycofa produkty ze sprzedaży, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w wypadku o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt. 1)-4).~~“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy posiada bardzo szerokie portfolio produktów liczące setki tysięcy pozycji. Nie ma możliwości technicznych uaktualniania katalogu w przypadku wycofania produktu bądź wprowadzenia na rynek. Na stronie internetowej producenta Zamawiający ma możliwość zapoznania się obowiązującą ofertą 7 dni w tygodniu / 24 h na dobę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia bez zmian § 1, ustęp 5 – część 6, zaproponowana treść § 5 ust. 4 jest już w umowie.

**Pytanie 4**

**Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 8 – część 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 10 dni roboczych do 21 dni a dla produktów typu custom do 56 dni?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent odczynników wymienionych w części 6 deklaruje czas dostawy do 21 dni dla produktów gotowych a produktów typu custom do 56 dni. Zamawiający gwarantuje sobie prawo zamawiania odczynników spoza listy postępowania, z katalogu producenta. Dlatego też musimy uwzględnić i produkty typu custom w treści umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany reklamacji do 21 dni roboczych dla produktów gotowych, a dla produktów typu custom do 56 dni roboczych.

**Pytanie 5**

**Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 10 – część 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 10 dni roboczych do 21 dni a dla produktów typu custom do 56 dni?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent odczynników wymienionych w części 6 deklaruje czas dostawy do 21 dni produktów gotowych a produktów typu custom do 56 dni. Zamawiający gwarantuje sobie prawo zamawiania odczynników spoza listy postępowania, z katalogu producenta. Dlatego też musimy uwzględnić i produkty typu custom w treści umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji do 21 dni dla produktów gotowych, a produktów typu custom do 56 dni roboczych.

## **Pytanie 6**

### **Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 12 – część 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 10 dni roboczych do 21 dni roboczych a dla produktów typu custom do 56 dni?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż nasze odczynniki są produkowane oraz magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin zda się niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji. Zamawiający gwarantuje sobie prawo zamawiania odczynników spoza listy postępowania, z katalogu producenta. Dlatego też musimy uwzględnić i produkty typu custom w treści umowy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji do 21 dni dla produktów gotowych, a produktów typu custom do 56 dni roboczych.

## **Pytanie 7**

### **Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 14 – część 6**

Zamawiający zapisał:

„Zamawiający wymaga, by oferowane odczynniki były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi umieszczonemu w formularzu ofertowym“

Zwracamy się z prośbą o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Zamawiający wymaga, by oferowane odczynniki były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi umieszczonemu w formularzu ofertowym – **o ile wymóg ten dotyczy**“

Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki wymienione w części 6 służą tylko i wyłącznie do badań naukowych. Prawo nie stawia wobec tej grupy produktów wymogu posiadania dopuszczenia do obrotu na terytorium Polski.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2, ustęp 14 – część 6 : „Zamawiający wymaga, by oferowane odczynniki były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi umieszczonemu w formularzu ofertowym – o ile wymóg ten dotyczy“.

## **Pytanie 8**

### **Dotyczy wzoru umowy, § 3, ustęp 3 i ustęp 5 – część 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:

„Podanie strony internetowej producenta, gdzie producent umieszcza informację o promocjach uznaje się za wypełnienie warunku Zamawiającego. Zamawiający powoła się na nr promocji w zamówieniu jeśli będzie chciał uzyskać cenę promocyjną“.

Prośbę naszą motywujemy tym, iż to producent organizuje promocje a informacje o promocjach pojawiają się na stronie producenta. Nie mamy możliwości bezpośredniego informowania, weryfikowania każdej z trwających promocji ze specyfikacją asortymentową. Warunkiem uzyskania ceny promocyjnej jest powołanie się w zamówieniu na nr promocji. Dział odpowiedzialny za realizację zamówień, nie ma technicznych ani osobowych możliwości weryfikowania każdego z wpływających zamówień z bieżącymi promocjami.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie § 3, ustęp 3 i ustęp 5 – część 6 : „Podanie strony internetowej producenta, gdzie producent umieszcza informację o promocjach uznaje się za wypełnienie warunku Zamawiającego. Zamawiający powoła się na nr promocji w zamówieniu jeśli będzie chciał uzyskać cenę promocyjną“.

### **Pytanie 9**

#### **Dotyczy wzoru umowy, § 3, ustęp 5 – część 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:

„... o ile Zamawiający powoła się na nr promocji w zamówieniu”

Warunkiem uzyskania ceny promocyjnej jest powołanie się w zamówieniu na nr promocji. Dział odpowiedzialny za realizację zamówień, nie ma technicznych ani osobowych możliwości weryfikowania każdego z wpływających zamówień z bieżącymi promocjami

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu § 3, ustęp 5 – część 6: „... o ile Zamawiający powoła się na nr promocji w zamówieniu”.

### **Pytanie 10**

#### **Dotyczy wzoru umowy, § 4, ustęp 1, podpunkt 1) i 2) – część 6:**

Zamawiający zapisał:

- „ 1) za zwłokę w dostawie, realizacji reklamacji lub realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji w wysokości 1% wartości danego asortymentu brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- 2) 15% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy”

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

- „1) za zwłokę w dostawie, realizacji reklamacji lub realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji w wysokości **0,2%** wartości danego asortymentu brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- 2) **1%** wartości niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Ustalenie kary na poziomie 15% wartości niezrealizowanej części umowy nie powinno mieć miejsca w sytuacji gdy Zamawiający gwarantuje realizację na poziomie zaledwie 15% wartości umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia umowy w zakresie kar umownych. Charakter zamawianych odczynników powoduje, że dla zamawiającego istotne jest terminowe dostarczanie zamawianych produktów. Ustalone kary umowne mają zapewnić zamawiającemu prawidłowe wykonanie umowy.

### **Pytanie 11**

#### **Dotyczy wzoru umowy, § 4, ustęp 5 – część 6:**

Zamawiający zapisał:

„Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.”

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.”

Ustalenie pułapu kar poziomie 50% wartości umowy nie powinno mieć miejsca w sytuacji gdy Zamawiający gwarantuje realizację na poziomie zaledwie 15% wartości umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia § 4 ust. 5 umowy.

**Pytanie 12**

**Dotyczy załącznika cenowego, część 6, pozycji 3, FBS, qualified, Brazil 500ML**

Uprzejmie informujemy iż producent wycofuje się z produkcji FBS z kraju pochodzenia Brazylia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie FBS, który spełnia wszystkie warunki, jednak kraj pochodzenia nie jest z góry określony?

FBS może pochodzić z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii, Nowej Zelandii. FBS trzykrotnie filtrowany , Poziom endotoxyn :  $\leq 20$  EU/mL (zazwyczaj  $\leq 10$  EU/mL), poziom hemoglobiny  $\leq 25$  mg/dL. (nr kat. A5256701)

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie FBS, który spełnia wszystkie warunki, jednak jego kraj pochodzenia nie jest z góry określony. FBS może pochodzić z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii, Nowej Zelandii. FBS trzykrotnie filtrowany , Poziom endotoxyn :  $\leq 20$  EU/mL (zazwyczaj  $\leq 10$  EU/mL), poziom hemoglobiny  $\leq 25$  mg/dL.

**Pytanie 13**

**Dotyczy załącznika cenowego, część 6, pozycji 5, FBS, qualified, heat inactivated, Brazil, 500ML**

Uprzejmie informujemy, iż producent wycofuje się z produkcji FBS z kraju pochodzenia Brazylia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie FBS, który spełnia wszystkie warunki, jednak kraj pochodzenia nie jest z góry określony?

FBS może pochodzić z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii, Nowej Zelandii. FBS trzykrotnie filtrowany , inaktywowany, Poziom endotoxyn :  $\leq 20$  EU/mL (zazwyczaj  $\leq 10$  EU/mL), poziom hemoglobiny  $\leq 25$  mg/dL. (nr kat. A5256801)

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie FBS, który spełnia wszystkie warunki, jednak jego kraj pochodzenia nie jest z góry określony FBS może pochodzić z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii, Nowej Zelandii. FBS trzykrotnie filtrowany , Poziom endotoxyn :  $\leq 20$  EU/mL (zazwyczaj  $\leq 10$  EU/mL), poziom hemoglobiny  $\leq 25$  mg/dL.

**Pytanie 14**

**Dotyczy załącznika cenowego, Części 6, pozycji 117, FBS, qualified, Brazil 500ML**

Uprzejmie informujemy, iż producent wycofuje się z produkcji FBS z kraju pochodzenia Brazylia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie FBS, który spełnia wszystkie warunki, jednak kraj pochodzenia nie jest z góry określony?

FBS może pochodzić z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii, Nowej Zelandii. FBS trzykrotnie filtrowany , Poziom endotoxyn :  $\leq 20$  EU/mL (zazwyczaj  $\leq 10$  EU/mL), poziom hemoglobiny  $\leq 25$  mg/dL. (nr kat. A5209401)

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie FBS, który spełnia wszystkie warunki, jednak jego kraj pochodzenia nie jest z góry określony FBS może pochodzić z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii, Nowej Zelandii. FBS trzykrotnie filtrowany , Poziom endotoxyn :  $\leq 20$  EU/mL (zazwyczaj  $\leq 10$  EU/mL), poziom hemoglobiny  $\leq 25$  mg/dL.

**Pytanie 15**

**Dotyczy załącznika cenowego, Części 6, pozycja 229**

Uprzejmie informujemy, iż producent wycofał z produkcji pozycję nr 229.

Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę w/w numeru katalogowego na odczynnik będący alternatywą dla tego produktu tj. odczynnik o numerze katalogowym: 4408399 GeneScan™ 600 LIZ™ Dye Size Standard V2.0?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu alternatywnego dla pozycji 229 w części 6.

**Pytanie 16**

**Dotyczy załącznika cenowego, Części 6, pozycji 222 oraz 224,**

Uprzejmie informujemy, iż producent wycofuje się z produkcji pozycji 222 i 224.

Czy Zamawiający zgodzi się zaakceptować zakup wymienionych produktów do końca 2023 roku? Jeśli nie – prosimy o wykreślenie pozycji 222 oraz 224.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla z części 6 formularza pozycję 222 oraz 224. (zaktualizowany OPZ dla części VI w załączniku).

**Pytanie 17**

Dotyczy: SWZ, gwarantowany poziom realizacji zamówienia

Zamawiający pisze: 5.3. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 15% wartości umowy Wykonawca prosi o zwiększenie gwarantowanego poziomu wykonania umowy na przynajmniej 50-60%. Gwarantowany poziom wykonania umowy jest kryterium cenotwórczym. Biorąc pod uwagę 12 – miesięczny okres ważności umowy przy zachowaniu stałych cen oraz koszty udziału w postępowaniu, złożenie oferty przy tak niskim gwarantowanym poziomie wykonania umowy jest nieekonomiczne dla Wykonawcy i prowadzi do podwyższenia cen produktów. To z kolei jest niekorzystne dla Zamawiającego. Wykonawcy zależy na złożeniu możliwie atrakcyjnej oferty dla Zamawiającego i dlatego prosimy o zwiększenie gwarantowanego poziomu wykonania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie gwarantowanego poziomu wykonania umowy.

**Pytanie 18**

Dotyczy: minimalna wartość dostaw częściowych.

Prosimy o wyrażenie zgody na minimalną wartość dostawy częściowej w wysokości 2400,00 pln netto. Dla dostaw poniżej tej wartości doliczamy koszty transportu w wysokości 142 zł. Część produktów w zadaniu VII ma cenę jednostkową poniżej tej wartości. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić wszystkie koszty , dlatego bez określenia minimalnej wartości zamówień częściowych musimy do cen wszystkich produktów o cenie jednostkowej poniżej 2400,00 pln netto doliczyć koszty transportu. To z kolei jest niekorzystne dla Zamawiającego. Wykonawcy zależy na złożeniu możliwie atrakcyjnej oferty dla Zamawiającego i dlatego prosimy o przychylną odpowiedź na nasze pytanie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnej wartości dostawy częściowej w wysokości 2400,00 pln netto.

**Pytanie 19**

W związku z ogłoszonym postępowaniem na Sukcesywną dostawę odczynników na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z podziałem na 10 części Numer referencyjny: PN-13/23 chciałbym zapytać w ilu transzach planujecie Państwo zamówić odczynniki chemiczne z pakietu Chempur i Stanalb? Informacja ta pomoże nam oszacować koszty logistyczne.

**Odpowiedź:**

Postępowanie dotyczy sukcesywnych dostaw odczynników na potrzeby UMP. Zamawiający nie określa ilości transz, w których odczynniki będą zamawiane. Zamówienia składane będą każdorazowo po złożeniu zapotrzebowań na dany odczynnik przez jednostkę UMP.

**Pytanie 20**

Dotyczy Części VIII, pozycja 118 Produkt o nr kat. A7511 został wycofany w opak. 5G. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tego produktu w opak. 10G? Jeśli nie, to czy Zamawiający wykreśli tę pozycję z formularza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia produkt w części VIII, pozycja 118 BOVINE SERUM ALBUMIN, LYOPHILIZED POWDER na opakowanie 10G, nr kat. A7511-10G.

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,

*Opracowała: Marta Kozłowska*

*nr telefonu: 61 854 60 22*

*e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)*