

LAS-160/1-PN/78-2023.AK

Rybnik, dnia 01.02.2024 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

dostawy opatrunków i materiałów z włókien medycznych

(zamówienie nr LAS-160-PN/78-2023.AK)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 15.01.2024 r., nr 2024/S 10-00026586

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „**Pakiet 27**”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak.nr 27 w poz. 1 i 2 gąbek żelatynowych w rozmiarach :

Poz. 1 - 70mm x 50mm x1 mm

Poz. 2 - 70mmx50mmx10 mm ?”

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 2: „Nawiązując do wyroku KIO z dnia 4 czerwca 2020 r. (KIO 505/20) prosimy o udzielenie rzetelnych i precyzyjnych wyjaśnień na zadane poniżej pytania. Zgodnie z przytoczonym wyrokiem, Zamawiający nie może pozostawić pytań Wykonawcy bez merytorycznej odpowiedzi, np. poprzez udzielenie odpowiedzi „zgodnie z SWZ”, gdyż odpowiedź taka nie rozwiewa wątpliwości Wykonawcy i może prowadzić do złożenia oferty niespełniającej wymagań Zamawiającego

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 31

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnego z obecnie obowiązującą normą EN 13795-1:2019”

Odpowiedź 2: Zamawiający potwierdza, iż wymaga spełniania przez zaoferowany asortyment normy EN 13795-1:2019.

Pytanie 3: „Wzór umowy – kary – Zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar umownych. Wartość kwotowa 200 zł / dzień może okazać się niewspółmierna i rażąco wygórowana w stosunku do złożonego przez Zamawiającego zamówienia, zwłaszcza, że Zamawiający nie podaje minimalnej wartości zamówienia do jakiej się zobowiązuje. W celu miarkowania kar prosimy o zmianę sposobu jej naliczania procentową wartość – np., 0,5% od wartości niezrealizowanego zamówienia.”

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy.

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11


Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 4: „Pakiet 21 poz. 1- 3 – Czy Zamawiający dopuści wycenę kompresów za opakowanie a’2 lub a’3 sztuki z przeliczeniem wymaganych ilości?”

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu, z zaokrągleniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 5: „Pakiet 22 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 230 x 260 cm, z wycięciem U jak na załączony rysunku?”



Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 6: „Pakiet 22 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z przyleonym otworem bez folii?”

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 7: „Pakiet 22 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę 75 x 100 cm?”

Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 8: „Pakiet 22 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze wzmocnienia min. 95g/m2?”

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 9: „Pakiet 22 poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści serwetę 200 x 150 cm?”

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 10: „Pakiet 22 poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z owalnym otworem 6x8 cm?”

Odpowiedź 10: Zamawiający w poz. nr 6 nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 11: „Pakiet 22 poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści wycenę serwet w opakowaniu a² sztuki z przeliczeniem wymaganych ilości?”

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu, z zaokrągleniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 12: „Pakiet 22 poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści wagę podstawową folii PE min. 47g/m²?
Pozostałe zgodnie z SWZ”

Odpowiedź 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 13: „Pakiet 22 poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 35 x 120 cm?”

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.


Pytanie 14: „Pakiet 30 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach o składzie:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Do transportu podwójne opakowania zestawów, w tym, zewnętrzne opakowanie kartonowe
Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta 100 x 100 cm;
- 1 uchwył samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 23 cm;

- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/255 x 200 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25 cm oraz trójkątnym zbiornikiem na płyny wyposażonym w kształtkę (szytwnik), separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka;
- 2 ręczniki 30 x 40 cm;



Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 15: „Zadanie 30 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw :

Skład zestawu:

Podkład wysoko chłonny w rozmiarze 60cm x 90cm – 1 szt.

Zewnętrzną warstwę podkładu stanowi miękka, nieprzepuszczająca folia. Wewnętrzna warstwa wykonana jest z miękkiej włókniny chłonnej na całej powierzchni, natomiast warstwa chłonna zbudowana jest z miękkich warstw celulozy, która nie ulega zbrzyleniu. Podkład nie posiada właściwości uczulających.

Serweta wykonana z włókniny Spunlance 90cm x 100cm – 1 szt.

Serweta wykorzystywana jest do owinięcia noworodka.

Fartuch foliowy - 1 szt.

Fartuch foliowy wykonany z białej folii polietylenowej o gramaturze 25g/m². Fartuch osłania klatkę piersiową, tułów oraz nogi. Zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troczki.

Długości fartucha odpowiadające rozmiarom M, L, XL (długość min. 140 cm).

Fartuch pojedynczo pakowany, posiada atest PZH.

Serweta pod pośladki 113cm x 90cm-1 szt.

Serweta pod pośladki wykonana z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 60g/m². Serweta ma kształt stożka z wkładką modelującą. Część podpośladkowa serwety ma długość 35 cm, bez przylepca. Długość całkowita 113 cm, szerokość 90 cm. Serweta charakteryzuje się wytrzymałością na rozerwanie pod wpływem obciążenia płynem.

Zaciskacz do pępowiny - 1szt.

Jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, plastikowy. Zaciskacz składa się z dwóch szczęk połączonych sprężystym pierścieniem oraz zatrzasku zamykającego. Bezpieczne ząbki umieszczone na wewnętrznych stronach szczęk nie powodują przecięcia pępowiny. Budowa zaciskacza umożliwia łatwe zaciśnięcie go na pępowinie, natomiast zatrzask zamykający uniemożliwia samoczynne otwarcie. Całkowita długość zaciskacza ok. 6 cm (+/- 0,5 cm). Zaciskacz można otworzyć za pomocą rozcinacza typu "bocianek". Produkt pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności na opakowaniu.

Kompres gazowy jałowy 10 x 10cm – 40 szt.

Jałowy kompres gazowy 8 warstwowy 13 nitkowy, wykonany z gazy opatrunkowej bielonej metodą bez chlorową, brzegi kompresów składane do wewnątrz tak aby wykluczyć ryzyko wysnucia się luźnych nitek.

Opakowanie zestawu: folia papier wyposażone w dwie odklejane naklejki do dokumentacji medycznej zawierające nr REF, datę ważności, numer lot, nazwę producenta, nazwę zestawu.

Do transportu podwójne opakowania zestawów, w tym, zewnętrzne opakowanie kartonowe”


Odpowiedź 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 16: „PAKIET 31 – czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach i składzie:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m²
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



”

Odpowiedź 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 17: „Pakiet nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 150 x 200 cm z wycięciem 10 x 65 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Odpowiedź 17: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 18: „Pakiet nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety 75 x 90 cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)?”

Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 19: „Pakiet nr 22 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety 45 x 75 cm wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,6 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Odpowiedź 19: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 20: „Pakiet nr 22 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety 50 x 60 cm z samoprzylepnym otworem 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Odpowiedź 20: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 21: „Pakiet nr 22 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm z folii niepiaskowanej, składanej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację?”

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 22: „Pakiet nr 22 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny?”

Odpowiedź 22: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 23: „Dot. pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w w/w pozycji sterylnej pokrowca na aparaturę o średnicy 50 cm , pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.”

Odpowiedź 23: Zamawiający wskazują, iż pokrowca o takiej średnicy wymaga.

Pytanie 24: „Dot. pakiet 18 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji sterylnego pokrowca na przewody do artroskopii lub laparoskopii o wymiarach 13 x 235 cm lub 18 x 244cm wykonane z mocnej przezroczystej folii PE, teleskopowo złożone z taśmami do mocowania na końcówkach. Folia PE o gramaturze min. 40 g/m² oraz grubości min. 0,04 mm.”

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – w wymiarze 18 x 244 cm. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 25: „Dot. pakiet 20 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zestawu 3 częściowego do pełnego zabezpieczenia aparatu RTG składającej się z 2 worków z gumką i osłony na łuk z 5 klipsami do mocowania.”

Odpowiedź 25: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 26: „Dot. PPU §2 ust.5- załącznik nr 2 do SWZ

W związku z faktem, że na wymaganym dokumencie magazynowym, nie ma możliwości wykazania ceny jednostkowej sprzedaży towaru - może zawierać jedynie cenę jednostkową zakupu, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa - zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zawarcia w dokumencie magazynowym ceny (netto i brutto) towaru będącego przedmiotem dostawy.”

Odpowiedź 26: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 27: „Dot. PPU §5 ust.1- załącznik nr 2 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w §4, ust.6 PPU na następujące:

1.Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru lub jego części w terminie i na warunkach określonych w § 2 ust. 1.”

Odpowiedź 27: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 28: „Dot. PPU §5 - załącznik nr 2 do SWZ

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 5 ust. 6 o następującej treści:

7.Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych.

Odpowiedź 28: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 29: „Dot. pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji sterylnego pokrowca na aparaturę o średnicy 55 cm , pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.”

Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 30: „*Pakiet nr 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maski mocowane za uszy, za pomocą nie uciskających, elastycznych uchwytów, umożliwiających regulację, w rozmiarze L?*”

Odpowiedź 30: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 31: „*Pakiet nr 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompres gazowy oczny w rozmiarze 5x6cm, pakowany po 200 szt. w op. zbiorczym?*”

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, z przeliczeniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 32: „*Pakiet nr 10, poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski gipsowe nawinięte na plastikowy perforowany nośnik z tworzywa sztucznego, o czasie namaczania 5 sekund?*”

Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 33: „*Pakiet nr 14 poz. 2:*

Czy Zamawiający dopuści pieluchy dla dzieci o wadze od 8-14 kg?”

Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 34: „*Pakiet nr 14 poz. 3:*

Czy Zamawiający dopuści pieluchy dla dzieci o wadze powyżej 15 kg?”

Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 35: „*Pakiet nr 14 poz. 3:*

Czy Zamawiający dopuści pieluchy dla dzieci o wadze powyżej 20 kg?”

Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 36: „Pakiet nr 14 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 100 cm -150 cm?”

Odpowiedź 36: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 37: „Pakietu nr 17: *Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pakowania ligniny w dodatkowy karton transportowy?”*

Odpowiedź 37: Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu.

Pytanie 38: „Pakiet nr 24, poz. 5,6: *Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania tupferów pakowanych po 20 szt.?”*

Odpowiedź 38: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 39: „Pakiet nr 24, poz. 7: *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tampon w rozmiarze 3cm x 2,5 cm”*

Odpowiedź 39: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym w kolumnie „Rozmiar” nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 40: „Pakiet nr 31: *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:*

- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna wym. 240 x 150 cm
- 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna wym. 170 x 180 cm
- 2 szt. samoprzylepne serwety operacyjne wym. 75 x 90 cm
- 2 szt. serwetki do wycierania rąk wym. 40 x 20 cm?”

Odpowiedź 40: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 41: „Pakiet nr 33: *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:*

- 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm
- 1 szt. serweta o wym. 180 x 300 cm z otworem samoprzylepnym o wym. 23 x 20 cm i workiem do zbiórki płynów?”

Odpowiedź 41: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 42: „Pakiet nr 34: *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:*

- 1 szt. serweta operacyjna wym. 160 x 150 cm

• 4 szt. samoprzylepna serweta operacyjna wym. 75 x 75 cm?"

Odpowiedź 42: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Uwaga: pytania od nr 43 do nr 45 dot. projektu umowy:

Pytanie 43: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zapisanej w § 5 pkt. 1 do 100 zł za każdy dzień zwłoki?"

Odpowiedź 43: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 44: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zapisanej w § 5 pkt. 2 do 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?"

Odpowiedź 44: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 45: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji dostaw do godziny 14:00?"

Odpowiedź 45: Zamawiający nie wprowadza zmian do projektowanych postanowień umowy.

Uwaga: pytania od nr 46 do nr 49 dotyczą pakietu nr 1

Pytanie 46: „Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących SOI?"

Odpowiedź 46: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym, nie wymaga zaoferowania asortymentu zakwalifikowanego jako SOI.

Pytanie 47: „W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?"

Odpowiedź 47: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym, fartuchy opisane w pakiecie nr 1 nie będą stosowane na bloku operacyjnym .

Pytanie 48: „Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?"

Odpowiedź 48: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym, nie wymaga zaoferowania asortymentu zakwalifikowanego jako SOI.

Pytanie 49: „Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?"

Odpowiedź 49: Fartuchy niesterylne stosowane są np. przez personel medyczny jako ochrona odzieży roboczej podczas procedur higienicznych u pacjenta lub przez odwiedzających.

Pytanie 50: „**Pakiet 2 pozycja 2:**

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, który jest pakowany w opakowanie foliowe?"

Odpowiedź 50: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o sposobie pakowania opisanym w pytaniu.

Pytanie 51: „Pakiet 2 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści:

Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym

Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk”

Odpowiedź 51: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 52: „Pakiet 2 pozycja 4:

Czy zamawiający dopuści:

Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim

Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym

W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m² i wysokości 6 cm

Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk”

Odpowiedź 52: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 53: „Pakiet 1,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

Odpowiedź 53: Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu, z zaokrągleniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 54: „Pakiet 2, poz. 2-4

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.”

Odpowiedź 54: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o sposobie pakowania opisanym w pytaniu.

Pytanie 55: „Pakiet 2, poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia, z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlace, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?”

Odpowiedź 55: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o sposobie pakowania opisanym w pytaniu.

Pytanie 56: „Pakiet 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?”

Odpowiedź 56: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 57: „Pakiet 9, poz. 3-5

Czy zamawiający wymaga wyceny za siatkę opatrunkową za metr bieżący w stanie spoczynku?”

Odpowiedź 57: Zamawiający potwierdza, iż wymaga wyceny za siatkę opatrunkową za metr bieżący w stanie spoczynku.

Pytanie 58: „Pakiet 8, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie II a reg. 7 ?”

Odpowiedź 58: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 59: „Pakiet 8, poz. 3

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg. 7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg. 4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie II a reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?”

Odpowiedź 59: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 3 pakietu nr 8 „Gaza opatrunkowa, bawełniana, niesterylna 17- nitkowa” asortymentu klasy I reg. 4. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 60: „Pakiet 4, poz. 1-4

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.”

Odpowiedź 60: Zamawiający nie przewiduje wydzielenia poszczególnych pozycji z pakietów w trakcie prowadzonej procedury przetargowej ze względu na brak technicznej możliwości wprowadzenia zmian w zakresie liczby pakietów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie 61: „Pakiet 4, poz. 5-10

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?”

Odpowiedź 61: Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu.

Pytanie 62: „*Pakiet 23 Czy zamawiający dopuści serwetę pakowaną indywidualnie?*”

Czy zamawiający dopuści opakowanie bez etykiety samoprzylepnej, posiadający standardowa etykietę?”

Odpowiedź 62: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 63: „*Pakiet 21, poz. 4-9 Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?”*”

Odpowiedź 63: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 64: „*Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?”*”

Odpowiedź 64: Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu, z zaokrągleniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 65: „*Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarach L i XL?”*”

Odpowiedź 65: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 66: „*Pakiet 1, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L gdyż z doświadczenia wiemy, że jest to rozmiar najczęściej używany dla osoby noszącej rozmiar XL, a dla osób noszących rozmiary mniejsze nie jest zbyt luźny?”*”

Odpowiedź 66: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 67: „*Pakiet 1, poz. 1 - W związku pojawiającymi się zapytaniem Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny.*”

Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.”

Odpowiedź 67: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym, nie wymaga zaoferowania asortymentu zakwalifikowanego jako SOI.

Pytanie 68: „*Pakiet 2, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści czepek z trokami o długości min. 18,5cm?”*”

Odpowiedź 68: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 69: „*Pakiet 2, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2 z taśmą wokół całej głowy pochłaniającej pot o szerokości 4cm, wiązany na troki?”*”

Odpowiedź 69: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu,

przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 70: „*Pakiet 2, poz. 4 - Czy Zamawiający czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m², denko: polipropylen 25g/m², wkładka chłonna pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m² o szerokości 6,5 cm, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm?*”

Odpowiedź 70: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 71: „*Pakiet 4, poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5szt z przeliczeniem ilości?*”

Odpowiedź 71: Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu, z zaokrągleniem ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w celu porównywalności ofert.

Pytanie 72: „*Pakiet 5, poz. 3-9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu aby przylepce były pakowane a'1 szt. I dopuści przylepce pakowane zbiorczo w kartonik:*

- dla poz. 3 i 6 po 24 szt.;
- dla poz. 4, 7 i 9 po 12 szt.;
- dla poz. 5, 8 po 6 szt

Z przeliczenia podanych ilości bądź z podaniem ceny za sztukę w celu łatwiejszego porównania ofert? Wymóg pakowania każdego plastra w osobny kartonik kilkukrotnie zwiększa wartość pozycji, generuje sporo odpadów oraz zawęża krąg wykonawców.”

Odpowiedź 72: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 73: „*Pakiet 5, poz. 6-9 - Czy Zamawiający dopuści przylepce nawinięte na rolkę?*”

Odpowiedź 73: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 74: „*Pakiet 5, poz. 12-13 - Czy Zamawiający plaster na tkaninie bawełnianej?*”

Odpowiedź 74: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 75: „*Pakiet 5, poz. 12-13 - Czy Zamawiający plaster na włókninie?*”

Odpowiedź 75: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w

formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 76: „*Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kompres oczny włókninowy z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, jałowy, nieprzylepny, owalny w rozmiarze 5,5 cm x 7,5 cm?*”

Odpowiedź 76: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu opisanego w pytaniu.

Pytanie 77: „*Pakiet 8 - Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową zarejestrowaną klasie IIa reguła 7?*”

Odpowiedź 77: Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 78: „*Pakiet 10 - Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień typu krzyżak z wypustkami, ułatwiający wyciskanie i modelowanie, pakowane a'1 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, czas aktywacji około 5s.*?”

Odpowiedź 78: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 79: „*Pakiet 12, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład o lepszej chłonności -1600ml, spełniający pozostałe parametry opisane w SWZ?*”

Odpowiedź 79: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 80: „*Pakiet 15 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej (1-warstwowej) o gramaturze 25g/m²?*”

Odpowiedź 80: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.


Pytanie 81: „*Pakiet 16, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści watę białoną?*”

Odpowiedź 81: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 82: „*Pakiet 18, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylne pokrowce z folii PE o grubości 0,035mm, gramatura 35g/m²?*”

Odpowiedź 82: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 83: „**Pakiet 19, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na adaptory uchwytów do lamp chirurgicznych z kołnierze ochronny, zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera.



”

Odpowiedź 83: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 84: „**Pakiet 20, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt. taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm?”

Odpowiedź 84: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 85: „**Pakiet 21, poz. 1-3** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’3 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?”

Odpowiedź 85: Zamawiający dopuszcza sposób wyceny opisany w pytaniu.

Pytanie 86: „**Pakiet 22, poz. 2** – Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru otworu.”

Odpowiedź 86: Zamawiający oczekuje serwety z otworem o wymiarach 6-8 cm.

Pytanie 87: „**Pakiet 22, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem bez folii?”

Odpowiedź 87: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrze opisanym w pytaniu.

Pytanie 88: „**Pakiet 22, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o wymiarach 6 x 8 cm?”

Odpowiedź 88: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 89: „**Pakiet 22, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7 cm?”

Odpowiedź 89: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 90: „**Pakiet 22, poz. 3** – Czy Zamawiający dopuści serwetę trzywarstwową (włóknina + folia + włóknina) o łącznej gramaturze 75g/m²?”

Odpowiedź 90: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w

formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 91: „*Pakiet 22, poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści serwety z chłonnej włókniny spunlace, spełniające pozostałe wymagania?*”

Odpowiedź 91: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 92: „*Pakiet 22, poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie stolika Mayo wykonaną z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 50g/m² z włókninową warstwą chłonną o gramaturze 37g/m² (łącznie 87g/m²)?*”

Odpowiedź 92: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 93: „*Pakiet 24, poz. 3-6 – Czy Zamawiający dopuści tupfery z nitką TRG?*”

Odpowiedź 93: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 94: „*Pakiet 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu z warstwą klejącą z jodyną 2%, 20% rozciągliwość. Folia wyposażona w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii. Wyrób medyczny klasy III.*”

Odpowiedź 94: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z SWZ i opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 95: „*Pakiet 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze powierzchni lepnej 50 x 84 cm?*”

Odpowiedź 95: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrze opisanym w pytaniu.

Pytanie 96: „*Pakiet 29, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z miską 500ml transparentną, zamiast białej?*”

Odpowiedź 96: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 97: „*Pakiet 29, 30, 32 - Czy w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami, Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie deklaracji zgodności?*”

Odpowiedź 97: Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentów innych niż pierwotnie opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 98: „*Pakiet 30, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji ginekologicznych z serwetą główną wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 50g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie SM o gramaturze 80g/m²?*”

Odpowiedź 98: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 99: „*Pakiet 30, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji ginekologicznych z serwetą główną wzmocnioną o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny? Pozostałe parametry zgodne.*”

Odpowiedź 99: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 100: „*Pakiet 30, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji ginekologicznych z ręcznikami z włókniny spunlace, zamiast celulozowymi?*”

Odpowiedź 100: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 101: „*Pakiet 30, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą do okrycia noworodka o wymiarach 80cm x 90cm?*”

Odpowiedź 101: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 102: „*Pakiet 31, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetami samoprzylepnymi o wymiarach 150 x 180? (w miejsce serwety 170 x 175 cm) Pozostałe parametry zgodne.*”

Odpowiedź 102: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

Pytanie 103: „**Pakiet 32, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie, zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajdują się miska nerkowata 12cm x 18cm oraz pojemnik 120ml w ramach blistra oraz mogące służyć jako pojemnik na odpady powstałe podczas zabiegu:

- 1 Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa
- 1 Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm
- 4 Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 6 Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 1 Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock
- 1 Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm
- 1 Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- 1 Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- 1 Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
- 1 Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
- 1 Pojemnik okrągły poj. 120ml?”

Odpowiedź 103: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 104: „**Pakiet 32, poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej, zamiast 20-nitkowej?”

Odpowiedź 104: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 105: „**Pakiet 32, poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą dwuwarstwową (włóknina PP + folia PE) o wymiarach 120cm x 90cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 10cm?”

Odpowiedź 105: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 106: „**Pakiet 32, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję długości kleszczyków plastikowych typu korcang +/- 1 cm?”

Odpowiedź 106: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w

formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 107: „*Pakiet 32, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z fartuchem chirurgicznym z tylnymi połami zachodzącymi na siebie?*”

Odpowiedź 107: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 108: „*Pakiet 32, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w wymiarach opatrunku z folii poliuretanowej z ramką +/- 1 cm?*”

Odpowiedź 108: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 109: „*Pakiet 32, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z narzędziem do mycia pola operacyjnego o długości 14 cm?*”

Odpowiedź 109: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 110: „*Pakiet 32, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 30cm x 30cm?*”

Odpowiedź 110: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 111: „*Pakiet 32, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:*

- 6 Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 Pęseta chirurgiczna 1x2 zębki metalowa 14cm
- 1 Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- 1 Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm
- 1 Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock
- 1 Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 6cm
- 1 Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa (włóknina PP + Folia PE)?”

Odpowiedź 111: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego

w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 112: „*Pakiet 32, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z igłami oraz strzykawką bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję odpadów powstałych podczas zabiegu?*”

Odpowiedź 112: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 113: „*Dot. zgodności z normą EN 13795 1-2-3 – Czy Zamawiający wymaga, aby materiał obłożenia i serwet chirurgicznych spełniał aktualną normę EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne? Część 2 wskazanej normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 część normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.*”

Odpowiedź 113: Zamawiający potwierdza, iż wymaga spełniania przez zaoferowany asortyment normy EN 13795-1:2019.

uwaga: pytania od nr 114 do 116 dotyczą pakietu nr 25 poz. 1 oraz 2

Pytanie 114: „*Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.*”

Odpowiedź 114: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 115: „*Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych z nieprzylepnymi paskami z obu stron o szerokości powyżej 4cm z każdej strony, które ułatwiają aplikacje na pacjencie?*”

Odpowiedź 115: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 116: „*Z uwagi na fakt, że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową (lepną) i całkowitą (użytkowa powiększona o paski ułatwiające aplikację) prosimy o potwierdzenie, że podane w SWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej) folii?*”

Odpowiedź 116: Zamawiający potwierdza, iż podane rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej) folii.

uwaga: pytania od nr 117 do 119 dotyczą pakietu nr 26

Pytanie 117: „*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µm o powierzchni lepnej 60x80 cm. Pozostałe zgodne z SWZ.*”

Odpowiedź 117: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrze opisanym w pytaniu.

Pytanie 118: „*Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia skuteczności środka bójczego Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych pakowanych w folię aluminiową, sterylizowanych radiacyjnie.*”

Odpowiedź 118: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 119: „*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych klasyfikowanych jako klasa III*”

Odpowiedź 119: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym.

uwaga: pytania od nr 120 do 122 dotyczą pakietu nr 31

Pytanie 120: „*Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw posiadał min. 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.*”

Odpowiedź 120: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 121: „*Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.*”

Odpowiedź 121: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 122: „*Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku sterylizacji radiacyjnej.*”

Odpowiedź 122: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym.

uwaga: pytania od nr 123 do 124 dotyczą pakietu nr 19

Pytanie 123: „*Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zawierał 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej?*”

Odpowiedź 123: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 124: „*Prosimy o dopuszczenie sterylnej osłony na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy kołnierza 115 mm i głębokości 130 mm z otworem o średnicy 15 mm.*”

Odpowiedź 124: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 125: „PAKIET NR 9

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej z dwiema zapinkami. Pozostałe parametry opaski bez zmian.”

Odpowiedź 125: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 126: „PAKIET NR 10

Poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o zawartości masy gipsowej min. 89% i czasie wiązania 2-4 min.? Pozostałe parametry opasek gipsowych bez zmian.”

Odpowiedź 126: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 127: „PAKIET NR 22, 31, 32, 34

Dotyczy wymogu zgodności z normą EN 13795 1-3 - *Czy Zamawiający oczekuje obłożeń zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?*

Część 2 wskazanej przez Zamawiającego normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 część normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019.”

Odpowiedź 127: Zamawiający potwierdza, iż wymaga spełnienia przez zaoferowany asortyment normy EN 13795-1:2019.

uwaga: pytania od nr 128 do 130 dotyczą pakietu nr 22

Pytanie 128: *„Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety spełniającej wymagania SWZ, jednakże z wycięciem „U” w rozmiarze 10 x 60 cm?”*

Odpowiedź 128: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 129: *„Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z 2 warstwowego laminatu PP/PE, z samoprzylepnym otworem bez folii, o średnicy 7cm lub 10cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.”*

Odpowiedź 129: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrze opisanym w pytaniu.

Pytanie 130: *„Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia stolika Mayo spełniającej wymagania SWZ, jednakże w rozmiarze 80 x 145 cm?”*

Odpowiedź 130: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 131: „PAKIET NR 23 *Poz. 1 – czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane serwety jako produkt gotowy, poddane były procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego? Produkt z gazy poddany procesowi prania wstępnego charakteryzuje się szybszym wchłanianiem cieczy o około 30 % oraz o 10 % większą chłonnością w stosunku do tożsamego produktu, który nie był poddany temu procesowi.”*

Odpowiedź 131: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza wymienionymi w SWZ i formularzu cenowym.

Pytanie 132: „**PAKIET NR 28** Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku piankowego spełniającego wymagania SWZ, jednakże w rozmiarze 10 x 30 cm lub opatrunku piankowego nieprzylepnego w rozmiarze zgodnym z SWZ lub też opatrunku piankowego z warstwą hydrożelu, przylepnego, w rozmiarze 20 x 20 cm (warstwa chłonna 14 x 14 cm)?”

Odpowiedź 132: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu - opatrunku piankowego z warstwą hydrożelu, przylepnego, w rozmiarze 20 x 20 cm (warstwa chłonna 14 x 14 cm). W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

uwaga: pytania od nr 133 do 135 dotyczą pakietu nr 32

Pytanie 133: „Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do dożylnego wkłucia centralnego, w którym serweta z otworem jest serwetą dwuczęściową, z regulowaną wielkością przylepnego otworu. Rozmiar serwety zgodny z wymaganiami SWZ. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.”

Odpowiedź 133: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 134: „Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do dożylnego wkłucia centralnego (dużego), w którego składzie jest ostrze -skalpel nr 11, maska chirurgiczna z trokami i opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 10 x 15cm. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

Odpowiedź 134: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 135: „Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów, w którym serwety wykonane są z laminatu 2 warstwowego (PP/PE) o gramaturze min. 36 g/m2 oraz w którym metalowe nożyczki ostro/ostre mają długość 11,4 cm. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.”

Odpowiedź 135: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu opisanego w powyższym pytaniu, przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 136: „**Pakiet nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów niesterylnych w rozmiarach M-XXL. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

Odpowiedź 136: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 137: „Pakiet nr 31

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu podstawowego o składzie i parametrach jak poniżej:

Wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O.

Skład:

- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm – stanowiąca owinięcie zestawu
- 1 serweta przylepna 150x240cm
- 1 serweta przylepna 170x180cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą znak CE, informacje w języku polskim oraz 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające: nazwę producenta i dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, zgodny z normami MDD 93/42, EN 13795-1. Serwety oznaczone piktogramami kierunku rozkładania.”

Odpowiedź 137: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

uwaga: pytania od nr 138 do 143 dotyczą pakietu nr 14

Pytanie 138: „Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dzieci 7-11 kg?”

Odpowiedź 138: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 139: „Pakiet nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dzieci 10-14 kg?”

Odpowiedź 139: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o parametrach opisanych w pytaniu.

Pytanie 140: „Pakiet nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dzieci 15-30 kg?”

Odpowiedź 140: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym

wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 141: „Pakiet nr 14 poz. 7”

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.”

Odpowiedź 141: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 142: „Pakiet nr 14 poz. 7”

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm) i chłonności 2 772 g?”

Odpowiedź 142: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pytanie 143: „Pakiet nr 14 poz. 7”

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, nie zawierające lateksu, posiadające min. jeden ściągacz taliowy, wielowarstwowy wkład chłonny z superabsorbentem, podwójne przylepcorzepy umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie, hydrofobowe falbanki boczne, "dzienne", rozmiar XL (obwód od 110-130 do 160-170 cm), chłonność nie mniej niż 2580g?”

Odpowiedź 143: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jak również asortymentu o parametrach opisanego w powyższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje także termin składania ofert ustalony **do dnia 12.02.2024 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.