



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w pracowni endoskopowej*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 11

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w formularzu cenowym jednostki miary opakowania czy sztuki?

Poniżej zamieszczamy poszczególne pozycje w jaki sposób są pakowane:

- Poz. 1 - 1 opakowanie = 5 sztuk
- Poz. 2 – 1 opakowanie = 5 sztuk
- Poz. 3 – 1 opakowanie = 5 sztuk
- Poz. 4 – 1 opakowanie = 5 sztuk
- Poz. 5 - 1 opakowanie = 1 sztuka
- Poz. 6 – 1 opakowanie = 1 sztuka
- Poz. 7 – 1 opakowanie = 1 sztuka
- Poz. 8 – 1 opakowanie = 10 sztuk
- Poz. 9 – 1 opakowanie = 10 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy w Formularzu asortymentowo-cenowym Załącznik nr 1.11 kolumna nr 5 – Jednostka miary, wpisując w wierszach 1-9 „szt.”. W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Pakiet nr 11.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści koszyk jednorazowego użytku? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 5 kosza do ekstrakcji kamieni jednorazowego użytku. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kosz do ekstrakcji kamieni, jednorazowego użytku, ø kosza 20 mm, długość 260 cm, ø kanał roboczy 2,0 mm, półskrętny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 6 kosza do ekstrakcji kamieni o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej; rozwarcie łyżeczek 6,5mm, objętość łyżeczek 1,628 mm³; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą gazową?



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczytce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem bez igły; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej; rozwarcie łyżeczek 5,5 mm, objętość łyżeczek 1,21 mm³; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1600 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą gazową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy standardowy ustnik z gumką tekstylną która jest bezpieczna również dla alergików; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx30mm, wykonany z polipropylenu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści uniwersalną jednorazową szczoteczkę dwustronną do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych końcówka zapobiegająca zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2300mm, średnica cewnika 1,7 mm, średnica szczoteczek 5 i 10 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) , 16mm(długość ramienia 9,5 mm) , zagięcie ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Możliwość usunięcia zaaplikowanego już klipsa?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, łyżeczki o długości 3,21mm, rozwarciu 5mm. łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600 mm. Średnica narzędzia 1,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami



głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86 mm, rozwarciu 8 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 2300mm. Średnica narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr. katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych – kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86 mm, rozwarciu 8 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kleszcze endoskopowe typu Jumbo - Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, łyżeczki o długości 5,27mm, rozwarciu 9 mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm. Średnica narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,3 dla średnic: 10 i 15 mm oraz drut o średnicy 0,41 mm dla średnic: 25 i 32 mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętle do polipektomii, owalne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu. Średnica pętli 10,15mm (z drutu plecionego o śr. 0,3 mm) i 25,32mm (z drutu plecionego o śr. 0,41 mm) średnica osłonki 2.4 mm, długość robocza 230 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii owalne obrotowe -Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna. Cięcie bez koagulacji, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnic: 10.15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki



2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, sterylne pętle do polipektomii owalne, wykonane z drutu monofilamentnego (średnica drutu tnącego 0.3 mm) , średnica pętli 10, 15, 30mm; średnica osłonki 2.4 mm; narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość robocza 2300 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek zęb szczura o rozwarciu 17mm, aligator o rozwarciu. Wersja obrotowa: zęb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów. Średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 250 cm oraz 230 cm . Średnice szczoteczek: 6/6; 5/10 mm; w niebieskiej osłonce?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów. Średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 250 cm oraz 230 cm. Średnice szczoteczek: 6/6; 5/10 mm; długość szczoteczek 20/20 mm, 20/30 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów dwustronna. Średnica włosia 5/10 mm, długość 20/30mm ,długość całkowita szczoteczki 15,6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 16

Zestaw składający się z: jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów. Średnica włosia 6/6 mm, długość robocza 230 cm. Średnica osłonki 1.8 mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/12 mm, długość robocza 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści Pułapka na polipy usunięte podczas endoskopowej polipektomii, pięciokomorowa jednorazowego użytku

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści pętle z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 25x42mm lub 35x51,5mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.4 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze szarym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy kosz do ekstrakcji złożeń z portem bocznym do przepłukiwań . Średnica osłonki 3,2 mm, średnica otwartego kosza 20, 25, 30 mm , długość robocza 230 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe przewodniki endoskopowe. Nitinolowe rdzeń zabezpieczający przed zgięciem i załamaniem przewodnika. Dwukolorowa powłoka dla lepszej wizualizacji w obrazie endoskopowym. Hydrofilna końcówka. Średnica 00,25mm, 0035 mm Długość robocza 450 cm. Długość końcówki 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne z możliwością biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 6,7mm, pojemność łyżeczek 7,7mm³; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą ETO.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne z możliwością do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 4,5 mm, pojemność łyżeczek 2,7 mm³; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1800mm, maksymalna średnica



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

części wprowadzonej do endoskopu 1,8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą ETO.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 4

Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych 2 główki śr.5/10 mm, dł.20/40mm końcówka zapobiegająca zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2300mm pasuje do kanałów endoskopów o średnicy 2,0mm-4,20mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem popychającym 8,5 Fr, 10 Fr i 11,5 Fr.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 zestawów z cewnikiem popychającym 8,5 Fr, 10 Fr i 11,5 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ..

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

inż. Monika Wojteczowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl



Załącznik nr 1.11

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Endoskopowej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/ZP-290/2022

.....
Nazwa (firma) Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 11

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	numer katalogowy	jedn. miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Papilotom AXS, trzy kanałowy, mikro końcówka, CWT, długość cięcia 20 mm, prowadnica 035, Ø kanału roboczego 2.8 mm			szt.	10					
2	Papilotom AXS, trzy kanałowy, mikro końcówka – monofilamentowa, izolowana cięciwa, ProCut, długość cięcia 15/15 mm proksymalna izolowana, prowadnica 035, Ø kanału roboczego 2,8 mm			szt.	10					
3	Prowadnica GPS Wire, z końcówką hydrofilną, prosta, Nitinol, izolowana, zielono-biała, średnica 035, długość 450 mm			szt.	50					
4	Kosz do ekstrakcji kamieni, typu twist n CATCH, sferyczny zakres obrotu 130 °, krótka i długa prowadnica, Ø kosza 35 mm, długość 200 cm, prowadnica 035 ≥ 200 cm, Ø kanał roboczy 3,2 mm.			szt.	50					
5	Kosz do ekstrakcji kamieni, wielokrotnego użytku, typu twist n CATCH, sferyczny zakres obrotu 130 °, Ø kosza 35 mm, długość 200 cm, Ø kanał roboczy 2.8 mm.			szt.	50					
6	Kosz do ekstrakcji kamieni, wielokrotnego użytku, typu twist n CATCH, sferyczny zakres obrotu 130 °, Ø kosza 15 mm, długość 200 cm, Ø kanał roboczy 2,0 mm.			szt.	50					

7	Zestaw Flamingo – obejmuje, 1 Flamingo dla sondy 15 Fr PEG, długość cięcia 6/10 mm- długości 30 cm – prowadnica Ø35.2 kanatowy, CWT, obrotowy. 1 kleszcze do usuwania ciał obcych – długość 230 mm, zęby aligatora/ szczura. 1 prowadnica , końcówka hydrofilna długość 120 cm					3							
						szt.							
8	Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, tyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm, objętość miseczki 1.628 mm ³					500							
						szt.							
9	Uszczelka na kanał biopsyjny					50							
						szt.							