



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-93/23

Tarnów, 2024-01-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000 EURO) na dostawę zatapiarki 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający zaakceptują poniższe parametry techniczne zatapiarki?

Zatapiarka	
1.	Urządzenie fabrycznie nowe z 2023, CE, IVD,
2.	Centrum do zatapiania tkanek w parafinie składający się z trzech zintegrowanych działających niezależnych modułów: moduł zatapiający, moduł grzewczy, moduł chłodzący
3.	Urządzenie sterowane mikroprocesorowo
4.	Automatyczne programowanie tygodniowe czasu pracy urządzenia
5.	Automatycznie włączanie i wyłączanie temperatury zbiornika na parafinę jak i powierzchni roboczej
6.	Powierzchnia robocza i zbiornik na parafinę są regulowane oddzielnie przez dwa różne sterowniki
7.	Panel sterowania dystrybutora parafiny wskazuje temperaturę parafiny oraz temperaturę płyty roboczej
8.	Dioda ostrzegawcza na panelu sterowania informuje o temperaturze płyty roboczej powyżej +45°C, zabezpieczając przed przegrzaniem
9.	Zbiornik na parafinę 3,5 litra
10.	Lampa LED zimnego światła z przełącznikiem uwidaczniająca drobny materiał biopsyjny
11.	Taca pod płytą roboczą do zbierania nadmiaru parafiny o pojemności 2 litrów
12.	Punkt Peltiera – ø 40 mm
13.	Temperatura zbiornika na parafinę regulowana w zakresie +30°C do +70°C
14.	Temperatura płyty roboczej regulowana w zakresie od +30°C do max +70°C
15.	Przepływ parafiny uruchamiany ręcznie lub za pomocą pedała nożnego
16.	Miejsce na podgrzewane pincety szt 6
17.	Gniazda do podłączenia pincet elektrycznych – max 2 sztuki
18.	Lupa 4 dioptrie
19.	Pinceta elektrycznie podgrzewana z końcówką 1 mm
20.	Stemple o kwadratowej podstawie do dociskania próbek 3 sztuki o rozmiarach 19x19 mm, 13x13 mm i 7x7 mm
21.	Komora wstępnego podgrzewania dla foremek od +30°C do +70°C.
22.	Zbiornik do przechowywania materiału z niezależną regulacją temperatury od +30°C do +75°C.
23.	Panel sterowania wskazuje bieżącą temperaturę komory wstępnego podgrzewania i zbiornika do przechowywania materiału.
24.	Moduł sterowania zimnej płyty z regulacją temperatury od +15 °C do -15 °C
25.	Płyta chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej, zewnętrzna krawędź podgrzewana, aby uniknąć kondensacji



26.	Bezramkowa płyta chłodząca ułatwiająca czyszczenie urządzenia
27.	Pojemność przestrzeni chłodzącej na 80 bloczków
28.	Pedał nożny do dystrybucji parafiny
29.	Foremki do zatapiania szt 40
30.	Wymiary zatapiarki parfinowej: Szerokość: do 1080 mm Wysokość: do 300 mm Głębokość: do 570 mm
31.	Waga: 62 kg
32.	Dostarczona zatapiarka jest kompletna i pracuje zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów.
33.	Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone są w cenę oferty.
34.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia
35.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
36.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym
37.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych
38.	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy

2. **Dotyczy pkt. 24.15 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Prosimy o modyfikację zapisów punkcie 24.15 podpunkt: a, b, c, d w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
3. **Dotyczy pkt. 24 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.



4. **Dotyczy SWZ** – Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?
5. **Dotyczy pkt. 24 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy z uwagi na fakt, iż Zamawiający zamawia produkt robiony pod niego na wymiar zgadza się na zrezygnowanie z urządzenia zastępczego, gdyby aktualnie Wykonawca nie posiadał na magazynie produktu o identycznych wymiarach/parametrach, ponieważ może okazać się, iż produkt tylko o wymiarach podanych przez Zamawiającego nie rodzi problemów pod kątem instalacji.
6. **Dotyczy pkt. 24.11 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punkt 24.11. -projektu umowy w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękopmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.
7. **Dotyczy pkt. 24.15 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 24.15- projektu umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto.
8. **Dotyczy pkt. 24.15 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację punktu 24.15- projektu umowy w następujący sposób:
24.15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
 - c) 5 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - d) 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękopmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękopmi,
9. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 5** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o pojemności parafiny 5,5 litra.
10. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 7** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenie, którego każdy moduł posiada niezależny wyświetlacz cyfrowy z odporną na zalanie klawiaturą membranową wyświetlający na bieżąco parametry pracy takie jak nastawy i wskazania temperatur, czas itp.?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 8** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w dwa demontowalne podgrzewana uchwyty na 8 pincet łącznie.
12. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 13** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w jedną wbudowaną, wysuwaną szufladę w module zatapiający do usuwania nadmiaru parafiny.
13. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 14** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w duży zimny punkt do wstępnego ustawiania próbki o temperaturze około -5 stopni Celjusza.
14. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 15** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w przycisk dozowania parafiny o zwalidowanym położeniu bez możliwości regulacji jego położenia. Proponowany przycisk pozwala na pracę z różnymi wymiarami wanienek.
15. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 21** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w wbudowany timer pozwalający na możliwość programowani dni tygodnia w których urządzenie samodzielnie włącza/wyłącza pracę bez programowani dni świątecznych.



16. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 22** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia w którym każdy z trzech modułów posiada oddzielne, niezależne od reszty, sterowanie nastawami pracy.
17. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 23** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia bez czerwonej diody sygnalizującej proces podgrzewania. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż proces odbywa się bez udziału operatora, a temperatury na bieżąco wskazywane są na ekranie.
18. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 24** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia bez zielonej diody sygnalizującej osiągnięcie temperatury. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż proces odbywa się bez udziału operatora, a temperatury na bieżąco wskazywane są na ekranie.
19. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 25** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w moduł grzewczy, który jest wyposażony w dwie komory do przechowywania kasetek w ciekłej parafinie oraz do wygrzewania foremek do zatapiania jak niżej:
 - pojemnik na kasetki: 255x265x55 (szerokość x głębokość x wysokość / mm)
 - komory na foremki: 260x220x70 (szerokość x głębokość x wysokość / mm)
20. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 30** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w oświetlenie z regulacją kąta padania światła oraz stałym, zwalidowanym poziomie natężenia.
21. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 31** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o poniższych wymiarach:
 - Wymiary modułu zatapiającego : 450 x 600 x 290 mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm)
 - Wymiary modułu podgrzewającego: 300 x 600 x 290 mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm)
 - Wymiary modułu chłodzącego: 400 x 600 x 290 mm (szerokość x głębokość x wysokość / mm)

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga zaoferowania zatapiarki spełniającej parametry określone w Załączniku Nr 5 do SWZ z uwzględnieniem odpowiedzi w Ad.9, Ad.17 i Ad.18.

Ad.2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ.

Ad.3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24 SWZ.

Ad.4

Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.13.13.2 SWZ w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania Zamawiający wymaga złożenia materiałów informacyjnych (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 9, 7 i 18 Załącznika Nr 5 do SWZ. Zamawiający informuje, iż nie postawił wymogu w zakresie podmiotu wystawiającego ww. materiały informacyjne.

Ad.5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24 SWZ.

Ad.6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.11 SWZ.

Ad.7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ.

Ad.8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.15 SWZ.

Ad.9

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie zatapiarki posiadającej komorę na parafinę o pojemności 5,5 litra.

Ad.10 – Ad.16

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Ad.17

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie zatapiarki, która nie posiada czerwonej diody na panelu sterownia sygnalizującej proces podgrzewania.

Ad.18

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie zatapiarki, która nie posiada zielonej diody na panelu sterownia sygnalizującej osiągnięcie nastawy temperatury.

Ad.19 - Ad.21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta