



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II /Pytania i Odpowiedzi/

Numer referencyjny postępowania: DZP-291-3737/2021

L. dz. DZP-291-3737-749/2021

Kraków, 11.10.2021 r.

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-3737/2021 pn. „*Dostawa wraz z instalacją aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie*”, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie i odpowiedź dotyczy Zadania częściowego nr 1 tj. „*Dostawa wraz z instalacją Zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt*”.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z panelem sterowania dużym kolorowym dotykowym ekranem umieszczonym na wysokości wzroku i pojemności zamrażarki dokładnie 549 litrów przy spełnieniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający **dopuszcza** zamrażarkę z panelem sterowania dużym kolorowym dotykowym ekranem umieszczonym na wysokości wzroku i pojemności zamrażarki dokładnie 549 litrów przy spełnieniu pozostałych wymaganych parametrów.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

KANCLERZ
-/ mgr Tomasz Szanser

.....
(podpis)