

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 13.12.2023 r.

Sprawa ZO/20/2023

Wykonawcy wszyscy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Zakup i dostawę łóżka ginekologicznego z opcją porodu dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Oddziału Ginekologii i Położnictwa**”, ogłoszonego za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 11.12.2023 r. informujemy:

Prosimy o wyjaśnienia:

Dotyczy: załącznik nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2024?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: § 2 ust. 3 projektu Umowy

2. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zgodnie z poniższą propozycją:

Serwis gwarancyjny zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia wady oraz zapewni usunięcie wady w terminie 7 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia w przypadku konieczności wykonania napraw bez użycia części lub 14 dni roboczych w przypadku napraw wymagających sprowadzenia części z zagranicy. W przypadku przekroczenia terminu 14 dni roboczych, konieczność zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach.

Powyższa propozycja wynika z faktu, iż terminy wskazane w projekcie umowy są terminami nierealnymi, niemożliwymi do zrealizowania przez serwis wykonawcy. Mając na uwadze krótkie terminy, a także brak unormowania godzin zgłaszania awarii sprzętu przez Zamawiającego, istnieje ryzyko nałożenia na wykonawcę nadmiernego obciążenia wynikającego z zobowiązania. Ze względu na to, że klientami wykonawcy są ośrodki ochrony zdrowia, które są placówkami użyteczności publicznej, serwis sprzętu będącego w ich posiadaniu bezwzględnie wymaga uprzedniego uzgodnienia terminu przyjazdu (m. in. przez konieczność relokacji pacjenta do udostępnienia serwisantowi wyrobu). Zmiana planów serwisantów jest zarówno trudna logistycznie, jak i obciążona wysokim ryzykiem niedotrzymania bieżących zobowiązań wykonawcy. Brak wprowadzenia zmiany w zakresie proponowanym przez wykonawcę znacznie wpłynie na koszt całkowity oferty, gdyż wykonawca będzie obowiązany do skalkulowania w cenie oferty wysokości ewentualnych rekompensat czy kar umownych, które mogą wynikać z obecnego sformułowania zapisów umowy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec