



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) www. szpital.kutno.pl  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 12.11.2021 r.

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT W PAKIECIE Nr 55

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

Nr postępowania: ZP/8/21

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 55 w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w tym Pakiecie.

### Uzasadnienie:

W dniu 04.11.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 55 złożonej przez firmę ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pod Borem 18, 41 - 808 Zabrze. W dniu 08.11.2021 r. firma Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl złożyła wniosek o dokonanie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie Nr 55, zarzucając Zamawiającemu, iż dokonał wyboru oferty nie spełniającej wymagań postawionych przez Zamawiającego w SWZ.

W piśmie Wykonawca wskazał, iż numer katalogowy wpisany w ofercie firmy ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., w formularzu asortymentowo-cenowym nie pokrywa się z numerem wskazanym w materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienia wymagań oraz zaferowany przyrząd nie posiada zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki, Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Pakiecie Nr 55 wymagał: *„Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym, bez filtra cząsteczkowego, z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki, posiadający zatyczkę zatrzaskową – opakowanie folia/papier. Stała osłona portu do przyłączenia strzykawki nawet przy otwartej zatyczce.”* Firma Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. w Pakiecie Nr 55 zaferowała zestaw składający się z przyrządu do pobierania leków CPHZ oraz portu bezigłowego PB-T zamontowanego na przyrządzie, odgrywającego rolę zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki.

Zamawiający w Wyjaśnieniach Nr 1 do SWZ z dnia 29.07.2021 r., w odpowiedzi na pytanie Nr 110 nie dopuścił zaferowania zestawu w postaci przyrządu do pobierania leków wraz z portem bezigłowym zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu oraz nie dopuścił przyrządu bez zastawki zabezpieczającej – zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 111.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę: ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. w zakresie Pakietu Nr 55 oraz powtórzeniu czynności badania i oceny złożonych ofert w tym Pakiecie.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
Artur Gur

### Do wiadomości:

Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_kutno](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno)  
w dniu 12.11.2021r.