



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCLAWIU
53-439 WROCLAW UL. GRABISZYŃSKA 105



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. *Gx | 1415 | 2021*

Wrocław 19.10.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ - sprawa BZP 3810.62.2021. JU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ.

GRUPA 1

Pakiet 1 - Czy zamawiający dopuści szwy o czasie wchłaniania 60-90dni, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, pozycje 2-3 - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o standardowej grubości bez katalogowego opisu „cienka”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga ja w SWZ.

Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania ok. 20-30% po 14 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga ja w SWZ.

Pakiet 2, pozycja 1 – 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowani nici o długości 70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm lub 26mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ja w SWZ.

Pakiet 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o czasie wchłaniania 90 – 120 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ja w SWZ.

Pakiet 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici powlekanych silikonem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga ja w SWZ.


Główna Księgowa
Centrum
Maria Biegalska