



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-39/24

Tarnów, 07-05-2024

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy sprzętu laboratoryjnego.**

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1** - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek mikrotomowych do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie, długość 80 mm, grubość 0,25 mm, kąt ostrza 35 stopni, wykonane ze stali nierdzewnej o niskim stopniu kompresji z dwoma otworami mocującymi - otwory mocujące wewnątrz żyłki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów). W związku z wymogiem jakościowym oraz dostarczeniem próbek dopuszczenie takie rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na powiększenie konkurencji przy zachowaniu najwyższej jakości, a tym samym maksymalizacji stosunku ceny do jakości.
- Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2** – Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek do kriostatu wykonanych ze stali nierdzewnej, reszta parametrów bez zmian. W związku z wymogiem jakościowym oraz dostarczeniem próbek dopuszczenie takie rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na powiększenie konkurencji przy zachowaniu najwyższej jakości, a tym samym maksymalizacji stosunku ceny do jakości.
- Dotyczy pkt.22 SWZ - Projektowane postanowienia umowy** - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto”. W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 1.**

**Ad.2**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 2.**

**Ad. 3**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do pkt 22 SWZ. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

