

DEZ/1200/2024

Jelenia Góra 05.08.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w ramach programu profilaktyki zdrowotnej „Za życiem” na lata 2022-2026
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/32/07/2024**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

Czy zamawiający zgodzi się w pakiecie nr 1 „Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego” na zaproponowanie laktatora gdzie głośność jego pracy może wynosić max. 55dB.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisów SWZ: Zamawiający przewiduje składanie ofert na poszczególne części, ale w SWZ mowa jest o trzech pakietach, natomiast w załączniku nr 1 są cztery pozycje, które sugerują odrębne pakiety. Prosimy o jednoznaczne określenie pakietów i ich zawartości

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia składa się z trzech pakietów:

- **Pakiet Nr 1 -Laktator elektryczny do użytku szpitalnego -16 szt.,**
- **Pakiet Nr 2 – Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych zapewniających całodzienną kontrolę temperatury – w ramach pakietu Nr 2 Zamawiający zamawia 2 urządzenia: 1 chłodziarko- zamrażarkę oraz 1 chłodziarkę**
- **Pakiet Nr 3 – Lodówki przenośne – 1 szt.**

Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SWZ zmienił numerację dotyczącą poszczególnych pakietów–w załączeniu poprawiony Załącznik Nr 1 do SWZ.

Było:

1.	Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego	szt.	16
2.	Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Chłodziarko-zamrażarka)	szt.	1
3.	Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Laboratoryjna, chłodziarka)	szt.	1
4.	Przenośne lodówki	szt.	1

Jest:

1.	Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego	szt.	16
2.1.	Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Chłodziarko-zamrażarka)	szt.	1
2.2.	Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (Laboratoryjna, chłodziarka)	szt.	1
3.	Przenośne lodówki	szt.	1

Pytanie Nr 2

W paragrafie, punkt 1, podpunkt f projektu umowy - załącznik Nr 3b do SWZ Zamawiający zawarł zapis:

"posiada deklarację zgodności, certyfikat CE i spełnia wymagania przewidziane ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.)". Uprzejmie prosimy o wykreślenie części zapisu i jego zmianę na: "posiada deklarację zgodności, tj. certyfikat CE".

Prosimy również o wykreślenie części zapisu z SWZ punkt 3 - opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 3

Prosimy zatem o wykreślenie zapisu w obecnym brzmieniu: "Przedmiot zamówienia musi posiadać zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego. Wykonawca zapewnia również, że przedmiot umowy spełnia wymogi określone w ustawie o wyrobach medycznych. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji dostarczanych dokumentów pod względem legalności i zgodności z rzeczywistym stanem prawnym." i zastąpienie go zapisem: "Przedmiot zamówienia musi posiadać zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji dostarczanych dokumentów pod względem legalności i zgodności z rzeczywistym stanem prawnym.".

Tym samym prosimy dopuszczenie urządzeń (lodówek do przechowywania odciągniętego mleka i lodówek przenośnych), które nie są wyrobami medycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie urządzeń, które nie są wyrobami medycznymi. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Zamawiający przy pakiecie Nr 3 -Lodówki przenośne w opisie przedmiotu zamówienia – Zał. Nr 1 do SWZ nie wymagał, aby lodówka przenośna była wyrobem medycznym. Poprawiono opis w SWZ dot. podanego kodu CPV.

ZESTAW NR 3

Pytanie Nr 1

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał nie tylko separację mediów zabezpieczającą przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora (1.2 specyfikacji), ale taką, która wypełnia ostatnie covidowe zalecenia ministerstwa zdrowia dla sprzętu laktacyjnego służącego odciąganiu pokarmu dla zdrowych wcześniaków, pozwalającą na prowadzenie dezynfekcji termicznej po każdorazowym użyciu we wszystkich rodzajach końcówek osobistych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora”

przez zwrot: „*separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora, a dodatkowo pozwalająca na prowadzenie dezynfekcji termicznej po każdorazowym użyciu przy każdym rodzaju końcówek osobistych zgodnie z zaleceniami MZ*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 2

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, nie był sterowany przez zewnętrzną kartę z chipem – punkt 1.3?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „możliwość sterowania przez kartę z chipem”

przez zwrot: „*laktator sterowany mikroprocesorem*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 3

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, miał zapisane programy w wewnętrznym, zintegrowanym mikroprocesorze – punkt 1.4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „Program odciągania pokarmu zapisywany na karcie magnetycznej”

przez zwrot: „*Program odciągania pokarmu zapisany w mikroprocesorze*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 4

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał kolorowy wyświetlacz LCD z komunikacją zrozumiałą dla wszystkich użytkowników, opartą na symbolach graficznych i kolorach czyli na języku międzynarodowym – punkt 1.5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

Zastąpienie zwrotu: „komunikacja w języku polskim”

przez zwrot: „łatwa do zrozumienia komunikacja”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 5

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, posiadał więcej niż 3 różne fazy pracy w trybie stymulacji i więcej niż 2 różne fazy pracy w trybie odciągania zasadniczego – pkt 1.6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

usunięcie zwrotu: „3 różne fazy pracy w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy w trybie utrzymania”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 6

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia, miał płynną regulację rytmu i podciśnienia w panelu dotykowym – punkt 1.8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

usunięcie zwrotu: „za pomocą jednego pokrętła.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 7

Czy zamawiający dopuszcza, aby laktator będący przedmiotem zamówienia miał parametr głośności do 45 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Dodatkowo zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o rozważenie dokonania zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

usunięcie zwrotu: „do 44 dB”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW NR 4

Pytanie Nr 1

Pakiet nr 3 Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury - (laboratoryjna chłodziarka) – 1szt.
Czy Zamawiający dopuści lodówkę o pojemności 140 litrów netto / 150 litrów brutto i o wymiarach zewnętrznych 600×650×805 (mm), wewnętrznych 500×510×570 (mm) (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyt drzwi wkomponowany w ramę drzwi, tj. bez wystających elementów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści masę netto/brutto 53/60 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści poziom szumu 42dB (A)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo – cenowym.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz