

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

wraz z odpowiedziami Zamawiającego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: 17/P/2020

Nazwa zadania: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 7 części.****Wykonawca w niniejszym postępowaniu zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:**

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości 83,6 cm, spełniającą wszystkie pozostałe kryteria?
2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wysokości 81 cm, spełniającą wszystkie pozostałe kryteria?
3. Czy Zamawiający pisząc: *"system półek i stelaży wewnętrznych"* ma na myśli wyposażenie wnętrza w stelaże (racki) umożliwiające przechowywanie pudełek? Jeśli tak, to jakiej wysokości mają być pudełka - 50, 70 czy 100 mm? Czy stelaże mają wypełniać całą komorę?
4. Co Zamawiający ma na myśli pisząc: "Urządzenie z aktualnym, ważnym w okresie gwarancji certyfikatem kalibracji urządzenia w temperaturze -80C"? Czy chodzi o świadectwo walidacji temperaturowej? Jeśli tak, to czy świadectwo ma być wystawione przez laboratorium akredytowane PCA czy wystarczy, aby użyte do walidacji czujniki były wzorcowane w PCA?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający informuje, że stelaże i półki muszą być rozmieszczone w całej objętości komory do przechowywania pudełek o wysokości 50 mm.
4. Zamawiający informuje, że chodzi o świadectwo walidacji temperaturowej. Wystarczające by czujniki użyte do walidacji były skalibrowane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Do świadectwa z walidacji powinna być dołączona kopia dokumentu poświadczająca, że użyte mierniki miały ważną kalibrację.

Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie stanowią istotnych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące czasu, miejsca i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM

DIREKTOR

mgr inż. Tomasz Dziel

.....
Kierownik Zamawiającego