



Warszawa, dnia 02.04.2024 r.

Numer postępowania: IMOL/ZP/3/2024

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

**„Sprzedaż i dostarczenie wirówek wraz z wyposażeniem”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej przesyłam pytania do ww postępowania z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

**dotyczy - wirówka z chłodzeniem****Wniosek nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści poziom hałasu &lt;65 dB?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuści poziomu hałasu &lt;65 dB.

**Wniosek nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: wys. x szer x głęb [mm] : 380 x 443 x 695 (mm)?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuści urządzenia o wskazanych wymiarach.

**Wniosek nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści wysokość z otwartą pokrywą 768 (mm) ?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający nie dopuści wskazanej wysokości urządzenia (z otwartą pokrywą).

**Wniosek nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z możliwością zastosowania oryginalnych rotorów Producenta wirówki (wymaganych w pkt. 6) tj: wirnik horyzontalny titracyjny (max 8 MTP lub 2 DWP), komplet z 2 zawieszkami 13286 (max RPM/RCF: 4 500rpm/2 604xg) , Wirnik horyzontalny titracyjny (max 6 MTP lub 2 DWP), komplet z 2 zawieszkami 13307 (max RPM/RCF: 3 000rpm/1 036xg), Wirnik kątowy 12 x 8 x 0,2ml PCR, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąt 45°) (max RPM/RCF:14 000rpm/20 817xg)?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający nie dopuści wirówki z możliwością zastosowania wymienionych we wniosku rotorów, bez uwzględnienia rotorów wymienionych w Załączniku nr 1b do SWZ.

**Wniosek nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści na wyposażeniu wirówki wirnik kątowy z hermetycznie uszczelnioną pokrywą o pojemności 24 x 1,5/2 ml spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, iż dopuści wirnik kątowy o parametrach wskazanych we wniosku.

**dotyczy - wirówka bez chłodzenia****Wniosek nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści poziom hałasu <65 dB ?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuści poziomemu hałasowi <65 dB.

**Wniosek nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: wys. x szer x głęb [mm]: 380 x 443 x 545 (mm) ?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuści urządzenia o wskazanych wymiarach.

**Wniosek nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści wysokość z otwartą pokrywą 768 (mm) ?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający nie dopuści wskazanej wysokości urządzenia (z otwartą pokrywą).

**Wniosek nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z możliwością zastosowania oryginalnych rotorów Producenta wirówki (wymaganych w pkt. 6) tj: wirnik horyzontalny titracyjny (max 8 MTP lub 2 DWP), komplet z 2 zawieszkami 13286 (max RPM/RCF: 4 500rpm/2 604xg) , Wirnik horyzontalny titracyjny (max 6 MTP lub 2 DWP), komplet z 2 zawieszkami 13307 (max RPM/RCF: 3 000rpm/1 036xg), Wirnik kątowy 12 x 8 x 0,2ml PCR, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (kąt 45°) (max RPM/RCF:14 000rpm/20 817xg) ?

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający nie dopuści wirówki z możliwością zastosowania wymienionych we wniosku rotorów, bez uwzględnienia rotorów wymienionych w Załączniku nr 1a do SWZ.

Z-ca Dyrektora Ds. Administracji  
Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów  
i Maszyn Molekularnych PAN  
**Radosław Jodzis**