



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) www. szpital.kutno.pl  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 17.05.2023 r.

## WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego**”

Nr postępowania: **ZP/11/23**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy Pakietu Nr 30** - Mam pytanie w sprawie postępowania jak w tytule dotyczące pakietu nr. 30
  - Jaki często mają być wykonywane przeglądy  
**Zamawiający wymaga wykonania przeglądu raz w roku zgodnie z terminem podanym w Pakiecie nr 30 w Formularzu asortymentowo - cenowym – Załącznik Nr 2 do SWZ.**
  - jakiej produkcji i z czego składa się ta stacja uzdatniania  
**Producentem stacji jest firma AMI, model B-14A-PT, montażu dokonała firma AMED. Stacja składa się z: osmozer, zbiornik wody, hydrofor, pompy, lampa, zmiękczac, membrana, filtr piaskowy, filtr węglowy, filtr oddechowy, zbiornik solanki.**
  - wymianę jakich elementów oferent ma przewidzieć w cenie  
**W ofercie na przegląd należy przewidzieć wymianę: węgla aktywowanego w kolumnie, filtra sznurkowego, podsypkę filtracyjno – żwirową. Po przeglądzie należy dokonać badania wody i wpisać w protokół.**
- Dotyczy pakietu nr 6d.** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę sprawnego sprzętu zastępczego na czas naprawy? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta Zoll posiadającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych może potrwać nawet do 12 tygodni.  
**Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę sprawnego sprzętu zastępczego na czas naprawy.**
- Dotyczy projektu umowy** - Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu:  
„W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.”  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**
- Dotyczy Pakietu Nr 14b i 14c** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie niżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o podanie nr seryjnych poszczególnych sprzętów.

### Pakiet 14 b Łóżka

Lp	Nr paszportu	Nazwa urządzenia	Typ sprzętu/model	Producent	Nr seryjny /fabryczny	Rok produkcji
2	17	Łóżko	Latera Acute	LINET	20150039463	2015
3	319	Łóżko porodowe	AVE	Borcad	2736	2016

## Pakiet 14 c Materace przeciwdleżynowe

Lp	Nr paszportu	Nazwa urządzenia	Typ sprzętu/model	Producent	Nr seryjny /fabryczny	Rok produkcji
2	16	Materac przeciwdleżynowy	Precioso	Precioso	20140099230	2015

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu – dotyczy Pakietu Nr 14b i 14c**

- 5. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy** - Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu: „W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 6. Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, Projekt umowy** - Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**
- 7. Dotyczy Pakietu Nr 16 i 20d** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 16 i 20d wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?  
**Zgodnie z zapisami SWZ – część 4 ust. 4 i 18.**
- 8. Dotyczy Pakietu Nr 16 i 20d** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 16 i 20d wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?  
**Zgodnie z zapisami SWZ – część 4 ust. 4 i 5.**
- 9. Dotyczy Pakietu Nr 16 i 20d** - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 16 i 20d wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?  
**Zamawiający wymaga sprawdzenia i aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji.**
- 10. Dotyczy Pakietu 16 i 20d** - Ponieważ zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu, uprawnienia Wynikające ze świadectwa SEP nie są wymagane do wykonania przeglądu/konserwacji/napraw urządzeń, to czy Zamawiający zezwoli na usunięcie tego zapisu dla Pakietów 16 i 20d?  
**Zgodnie z zapisami SWZ – część 4 ust. 5.**
- 11. Zgodnie z zaleceniami producenta ogrzewaczy WarmTouch co 2000 przepracowanych godzin należy wymienić filtr HEPA. Czy Zamawiający wymaga, aby ceny filtrów zostały uwzględnione w wycenie?**  
**Zamawiający wymaga, aby ceny filtrów zostały uwzględnione w wycenie.**

**12. Dotyczy Pakietów Nr: 4a, 4b, 4c, 22, 28** - Prosimy o padanie terminów wykonania przeglądów technicznych w pakietach 4a, 4b, 4c, 22, 28.

*Terminy wykonania przeglądów technicznych w pakietach 4a, 4b, 4c, 22, 28 zostały podane w Formularzu asortymentowo – cenowym – Załącznik Nr 2 do SWZ.*

**13. Dotyczy pakietu nr 34** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycje 1 do odrębnego pakietu, Celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.

*Zamawiający nie wyraża zgody.*

**14. Dot. wzoru umowy §15 ust. 1 pkt. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za nieterminowe rozpoczęcie przeglądu do 0,5%?

*Zamawiający nie wyraża zgody.*

**15. Dot. zapisów WZ rozdz. 3 pkt 17, Umowy § 6** - Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o usunięcie lub zmianę zapisu w w/w punktach SWZ i Umowy dotyczącego wymogu zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prowadzonego postępowania, gdyż prace te mogą także realizować osoby, które są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako zasób własny firmy.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: **„Zamawiający informuje, że Wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, rozumianych jak zasób własny firmy.”**

Uzasadniając -z aktualnego brzmienia w/w zapisów SWZ i Umowy wynika, że Wykonawca, przy wykonywaniu czynności w zakresie prowadzonego postępowania, musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę.

W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, które mają bezpośrednio wykonywać usługi serwisowania, znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy PZP „Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).” Oznacza to, że zamieszczenie w SWZ i Umowie tego wymogu jest obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: „zatrudnienie na podstawie stosunku pracy dotyczy osób, które wykonują wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zaś zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem. Przy czym o tym, czy strony istotnie nawiązały umowę o pracę, nie decyduje formalne zawarcie (podpisanie) umowy nazwanej umową o pracę oraz przedłożenie innych związanych z tym dokumentów, lecz faktyczne i rzeczywiste realizowanie na jej podstawie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy (tak m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. III AUa 235/16).

Innymi słowy, elementami decydującymi o tym, czy dane czynności można zakwalifikować jako wykonywane w ramach umowy o pracę są (występujące łącznie): osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie przełożonemu nadzorującemu wykonywane prace, wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym przez pracodawcę i w czasie wskazanym przez pracodawcę.

Zatem, w przypadku ustalenia, że w łączącym strony stosunku prawnym występowały elementy obce stosunkowi pracy (np. osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, brak podporządkowania), nie jest możliwa jego kwalifikacja do stosunku pracy.

Wykonywanie czynności z zakresu serwisu sprzętu i urządzeń medycznych nie odpowiada definicji stosunku pracy ponieważ:

- serwisantów cechuje wysoki stopień samodzielności i niezależności (brak podporządkowania - podstawowego elementu stosunku pracy);

- od osób wykonujących te usługi oczekuje się osiągnięcia określonego rezultatu, a nie wyłącznie starannego działania przy wykonywaniu powierzonych czynności;  
- czas wykonywania czynności wynika z okoliczności umowy z Zamawiającym oraz dyspozycyjności serwisanta (czas nie jest określany przez wykonawcę, praca nie jest świadczona w sposób ciągły - brak podstawowej cechy stosunku pracy). Czas, w jakim pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, określa szczegółowo art. 129. § 1. Kodeksu pracy. Zgodnie z zapisanymi w nim przepisami przeciętny czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Przeprowadzenie prac serwisowych u Zamawiającego, to świadczenie pracy przez serwisanta najwyżej kilka razy w okresie zawartej umowy, a nie praca codzienna przez 5 dni w tygodniu, czyli bez określonych ram czasowych.

W związku z powyższym, pracę wykonywaną przez serwisantów sprzętu i urządzeń medycznych należałoby porównać raczej do pracy wykonywanej np.: przez prawników, doradców (czyli bez określonych ram czasowych), a nie do pracy np.: osób sprzątających, które wykonują pracę w określonych ramach czasowych co do dnia i godziny. Dodatkowo pracownik świadczący pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, jako zasób własny pracodawcy, jest tak samo traktowany jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę.

Z powyższego wynika, że wykonanie usług określonych przez Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu, będzie zawierało elementy obce stosunkowi pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

**Mając na uwadze treść pisma Zamawiający informuje, iż dotychczasowa kwalifikacja czynności przez Zamawiającego jest prawidłowa. To Zamawiający ocenia i na tej podstawie określa we właściwych dokumentach dot. zamówienia jakie czynności związane z realizacją zamówienia powinny być realizowane na podstawie stosunku pracy, stosownie do treści art. 95 par. 1 ustawy PZP. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający uznał, iż taki wymóg powinien dotyczyć osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów aparatury medycznej. To z kolei kwestionuje w swoim pytaniu Wykonawca wskazując, iż w jego ocenie jest to wymóg nieuprawniony z powodów wskazanych w treści pisma. W przedmiotowej sprawie brak jest jasnych przesłanek, które nakazywałyby przyjęcie stanowiska Wykonawcy, gdyż charakter takich czynności ma znamiona wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, a już na pewno takie znamiona może mieć.**

**Zamawiający jest uprawniony do przyjęcia stanowiska, iż wykonywanie czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów aparatury medycznej polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, a sposób zatrudnienia serwisantów przez Wykonawcę nie stanowi reguły przyjętej dla osób wykonujących takie czynności tylko jest przyjętym przez Wykonawcę modelem prowadzenia w tym zakresie działalności gospodarczej. Wykonawca chcąc przystąpić do postępowania może osoby wykonujące czynności serwisowe, w zakresie dotyczącym przedmiotowego postępowania, zatrudnić na podstawie umowy o pracę, co będzie w takim przypadku równoznaczne ze spełnieniem ww. wymogu.**

**Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że przyjmuje się, iż wymóg dotyczący zatrudnienia na podstawie art. 22 par. 1 Kodeksu pracy nie dotyczy Wykonawców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i określone czynności będą wykonywać osobiście, jak również wspólników spółek osobowych, którzy jednocześnie świadczą usługi osobiście w toku realizacji przedmiotu zamówienia (tak w wyr. KIO z 22.10.2019r. KIO 1988/19, wyrok KIO z 24.11.2016 r., KIO 2101/16). Takie osoby mogą samodzielnie złożyć ofertę.**

**16. Dotyczy Umowy § 7** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie Umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

**ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ I DODAJE DO § 7 PROJEKTU UMOWY KOLEJNY UST. 11:**  
**„11. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: [nzozkss@szpital.kutno.pl](mailto:nzozkss@szpital.kutno.pl), ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy: .....”**

**17. Dotyczy zapisów umowy § 15** - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 15 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**18. Dotyczy pakietu nr 3a – Aparaty do znieczulenia** - Czy Zmawiający odstąpi od wymogu wymiany czujników analizy gazów w przeglądach aparatów Leon w czerwcu 2023 roku, z uwagi na to, iż czujniki analizy gazów zostały wymienione w marcu br. ?

*Zmawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu wymiany czujników analizy gazów w przeglądach aparatów Leon w czerwcu 2023 roku.*

**19. Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy, § 4 pkt 10 - Dotyczy pakietu nr 3a – Aparaty do znieczulenia**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu skalkulowania kosztu dojazdu oraz kosztu zabrania aparatury i sprzętu medycznego w cenie roboczogodziny. Skalkulowanie dojazdu w cenie roboczogodziny nie jest korzystne dla samego Zamawiającego ponieważ w przypadku naprawy wymagającej więcej niż 1 roboczogodzina bądź naprawy dwóch aparatów w jednym terminie Zamawiający zapłaci koszt dojazdu kilkakrotnie.

*Zmawiający nie wyraża zgody.*

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania