



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22 | NIP 725-10-19-093 | REGON 000288774
Tel. 42 677 68 34 | Fax 42 678 11 76

www.barlicki.pl

numer sprawy 45/TP/ZP/D/2024

Łódź, dnia . 20.05.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania nr numer sprawy: 45/TP/ZP/D/2024, na: „Dostawę materiałów zużywalnych do analizatorów parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatów dla USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. ”

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczącymi SWZ: na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania, które wpłynęły w dniu 17.05. 2024 :

1.

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY, §4A DZIERŻAWA, punkt 3, podpunkt

podłączenie do systemu informatycznego szpitala istniejącego w laboratorium.

Wg. Pkt. 3 **podłączenie do systemu informatycznego szpitala istniejącego w laboratorium**, Zamawiający wymaga "podłączenia do systemu informatycznego szpitala będącego w laboratorium".

Pragniemy zwrócić uwagę, że podłączenie analizatorów zlokalizowanych na OAiIT do systemu LIS zdaje się godzić w ideę badań POCT i efektywność ich wykorzystania w warunkach Oddziału. Oznaczałoby to bowiem konieczność rejestracji każdej próbki w LIS przed jej oznaczeniem, tak jak ma to miejsce w przypadku próbek kierowanych do laboratorium.

Czy zatem zapis ten należy rozumieć jako nadanie Laboratorium możliwości nadzoru analizatorów zgodnie i w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z Października 2023r dotyczącego badań POCT, poprzez zapewnienie dla tych analizatorów systemu nadzoru POCT oraz ich włączenie do tego systemu i nadanie Laboratorium uprawnień nadzoru?

Odpowiedź: W chwili obecnej Zamawiający nie wymaga integracji aparatów GEM 5000 z istniejącym systemem laboratoryjnym i informatycznym szpitala.

2. Dotyczy Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z O F E R T Y - pkt 14 Potwierdzamy spełnianie wymaganego warunku, aby dostarczony towar miał, co najmniej **roczny okres** ważności od dnia dostawy do USK Nr 1 im. N. Barlickiego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu, którego termin ważności wynosił będzie min. 5 m-cy od daty produkcji.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

Anna Pietrzyk

Kierownik Działu Zamówień Publicznych