

Warszawa, 23.05.2024 r.

**Zamawiający:**

**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji**

**ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa**

**Nr postępowania: WZ.304.2024**

**Dotyczy: Dostawa aparatury do badań środowiskowych**

**ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA**

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55, (dalej: Zamawiający) informuje, iż od Wykonawcy w dniu 22.05.2024 r. wpłynęły pytania dotyczące Zaproszenia do złożenia ofert. Zgodnie z § 10 ust 2 Zasad organizacji udzielania zamówień i dokonywania zakupów w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, wprowadzonymi Zarządzeniem nr 5/2024 Dyrektora Instytutu, Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udzielone na nie odpowiedzi.

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy pkt. 2 opisu technicznego zamówienia: Czy Zamawiający dopuści czujniki temperatury do badań w komorach klimatycznych o zakresie pracy w temperaturze od -90°C do +250°C, klasa ochrony IP68, długość przewodów co najmniej 25 m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza czujników temperatury do badań w komorach klimatycznych o zakresie pracy w temperaturze od -90°C do +250°C, klasa ochrony IP68, długość przewodów co najmniej 25 m.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy pkt. 3 opisu technicznego zamówienia: Czy Zamawiający dopuści czujniki wilgotności o zakresie pracy w temperaturze od -40°C do +80°C, wilgotności względna od 5% do 98%, dokładność 1,3% RH, długość przewodów co najmniej 25 m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza czujników wilgotności o zakresie pracy w temperaturze od -40°C do +80°C, wilgotności względna od 5% do 98%, dokładność 1,3% RH, długość przewodów co najmniej 25 m.

Odpowiedź na zadane pytania stanowi integralną treść zaproszenia do złożenia oferty.

**Z up. Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych  
dr Łukasz Socha**