

E.ZP.261.27.2021

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę środków ochrony indywidualnej.**

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści ubrania w rozmiarach S - XXXL?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Pytanie 2:

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga myjki podfoliowanej wewnętrznie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjki podfoliowanej wewnętrznie. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego myjka ma być wykonana z chłonnego materiału celulozowo-foliowego, zaprojektowana tak, aby skóra dłoni nie miała bezpośredniego kontaktu z nieczystościami, ze szczelnymi brzegami gwarantującymi niewlewanie się wody do wnętrza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. dopuści wycenę rękawic o opisie:

„Rękawice nitrylowe zabiegowe, kolor niebieski, bezpudrowe, niesterylne, rozmiar: XS, S, M, L, XL, teksturowane na palcach, zapewniające dobre przewodnictwo bodźców dotykowych, elastyczne, rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany, zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się, AQL $\leq 1,5$. Grubość rękawicy w strefie palców: min. 0,09 mm, w części dłoniowej: min. 0,06mm, mankiet min. 0,04mm. Długość min. 240mm, siła zerwania przed starzeniem i po starzeniu min. 6,0 N. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przebadane na przenikanie wirusów (ISO 16604-met.B). Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim oraz znak CE, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu. Zgodne z normą EN - 455 1,2,3,4 i normą ASTM F 1671-13, EN 420:2010, EN 374-1:2017, EN 374-4, EN 374-5. Przebadane na kontakt z cytostatykami.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania rękawic o proponowanym opisie. Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic, które w całości spełnią opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ, m.in. dotyczący zgodności przedmiotu zamówienia z normą PN-EN 16523-1 oraz antyalergiczności.

Pytanie 4:

Pakiet nr 4, Myjki do mycia chorych

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.

REKAWICA DO MYCIA PACJENTA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

- Biała, jednorazowa,
- Rękawica sucha do higieny osobistej,
- Materiał odporny na zarysowania i silne wycieranie,
- Nie zsuwa się z ręki,
- Miękka i przyjemna,
- Waga: ok. 80g/m².
- Szerokość: 15 cm
- Długość: 22,5 cm
- Kolor: biały
- Materiał: 20% wiskoza, 80% poliester
- Opakowanie jednostkowe: 1000 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania myjek do mycia chorych wykonanych z materiału 20% wiskoza, 80% poliester oraz w opakowaniu jednostkowym 1000 szt.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjek do mycia chorych o pozostałych parametrach wskazanych w pytaniu.

Pytanie 5:

Pakiet nr 4, Myjki do mycia chorych

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.

Myjka do mycia chorych jednorazowa niejako wykonana z chłonnego materiału wykonanego z 20% wiskoza, 80% poliester, w formie umożliwiającej wsunięcie dłoni do wewnątrz, zaprojektowana tak, aby skóra dłoni nie miała bezpośredniego kontaktu z nieczystościami, ze szczelnymi brzegami gwarantującymi nie wlewanie się wody do wewnątrz, nie powodująca otarć naskórka. Wytrzymała i nie rozwarstwiająca się. Wymiary: nie mniej niż 15 x 20 cm. Opakowanie – max. 50 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania myjek do mycia chorych wykonanych z materiału 20% wiskoza, 80% poliester. Pozostałe parametry są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym SWZ.

Pytanie 6:

Kary umowne § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści umowy w § 8 na:

W przypadku opóźnień w terminach dostaw podanych w umowie z winy Wykonawcy i niezgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto każdej części opóźnionej lub niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. Kary będą naliczane do czasu realizacji prawidłowej dostawy lub wymiany towaru lub do czasu nabycia zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 7:

Kary umowne § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści umowy w § 8 na:

W przypadku, gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 8:

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar S, M, L, XL, XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Pytanie 9:

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 50 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach po 50 sztuk.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Pytanie 10:

Pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga myjki nasączonej mydłem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania myjek nasączonych mydłem.

Pytanie 11:

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice Myjka w formie rękawicy o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Rozmiar i wyprofilowany kształt powoduje łatwe użycie w różnych sytuacjach: w szpitalu, na oddziale intensywnej opieki medycznej, w domu opieki. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom. Produkt wykonany z dwóch warstw włókien: molton 120g nasączona jednostronnie mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5 oraz molton 100g (bez mydła). Mydło uaktywnia się po zwilżeniu wodą. Myjka połączona metodą ultradźwiękową .

Wyrób jest hypoalergiczny, nie zawiera lateksu ani formaldehydu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania myjek o proponowanym opisie.

Pytanie 12:

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice z materiału molton- folia PE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia wykonanego z materiału molton-folia PE.

Pytanie 13:

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści maski mocowane za pomocą gumek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania masek mocowanych za pomocą gumek.

Pytanie 14:

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści Ochraniacze włókninowe na obuwie, nieprzemakalne. Wysokie, wiązane na troki. Rozmiar uniwersalny.

Materiał: włóknina PP + PE Gramatura: 40 g

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania włókninowych ochraniaczy na obuwie.

Pytanie 15:

Zadanie 1

Pyt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, diagnostycznych i ochronnych, bezpudrowych, jednorazowych. Pasujących na prawą i lewą dłoń. Mankiet rolowany. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,07 mm, grubość na dłoni min. 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 min. 6N. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5 oraz leków toksycznych zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym Oxaliplatyna i Gemzar). Ochrona przed Carmustine min. 20 min. ochrona przed Thiotepa min. 50 min. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywnością, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Zgodność z EN 420, EN ISO 374-1, EN 455 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzeniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic o proponowanych parametrach, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymagań zawartych w SWZ.

Pytanie 16:

Zadanie 1

Pyt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych nitrylowych. Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna - polimer butadienowy, wewnętrzna chlorowana. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankieta. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzeniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic o proponowanych parametrach, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymagań zawartych w SWZ.

Pytanie 17:

Zadanie 1

Pyt. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rękawic z otworem wyposażonym w folie zabezpieczającą przed kontaminacją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie 18:

Zadanie 2

Pyt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych niejałowych do wysokiego ryzyka z przedłużonym mankietem min. 400 mm z informacją na opakowaniu, całkowita tekstura na całej części dłoniowej, AQL 1,5, grubość na palcu 0,23 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych przez co najmniej 30 minut zgodnie z normą ASTM F739-12 dla min. 18 związków chemicznych, w tym 4- rzędowe środki czyszczące, 96% kwas siarkowy, izopropanol 70 %, aldehydy. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań, w tym Karmustyny i Thiotepa z czasem przenikania >40 min, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Spełniające normę EN 388 o odporności mechanicznej – minimum 2 parametry na co najmniej 1 poziomie. Rozmiary XS-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania rękawic o grubość na palcu 0,23 mm. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic posiadających pozostałe parametry wskazane w pytaniu, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymagań zawartych w SWZ.

Pytanie 19:

Zadanie 3

Pyt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych w rozmiarach XS-XXL, pakowanych po 50szt., spełniających pozostałe parametry SWZ

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje ubrań z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru bezpośrednio na ubraniu, w postaci metki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia pakowanych po 50 sztuk.

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ) wymaga zaoferowania ubrań z wszytą metką określającą rozmiar.

Pytanie 20:

Zadanie 5

Pyt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP3 o wielowarstwowej budowie, z zaworem wydechowym. Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole do 30 x NDS. Maską posiada kompaktowy, anatomiczny kształt i przyjemny w dotyku delikatny materiał. Wyposażona w zawór wydechowy, zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa, uszczelkę nosową, taśmy nagłowia i zapinki taśm nagłowia do regulacji długości. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji $\geq 99\%$), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425, Certyfikat wydany przez CIOP PIB. Pakowana w torebkę foliową po 10 szt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania półmaski o proponowanym opisie, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymagań zawartych w SWZ.

Pytanie 21:

Zadanie 6

Pyt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej odpornej na spryskanie wykonanej z min. czterech warstw włókien, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,8%, odporność na spryskanie 21 kPa. Ciśnienie różnicowe <36 Pa. Maski typu IIR zgodnie z EN 14683.. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maski o proponowanych parametrach, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SWZ.

Pytanie 22:

Zadanie 7

Pyt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych, długich ochraniaczy na buty, środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązanie powyżej kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN 14126:2003+AC:2004, spełniają normę EN ISO 13688:2013-12. Ochraniacze wykonane z laminowanej polietylenem włókniny polipropylenowej z antypoślizgową podeszwą. Długość podeszwy 33cm Wysokość ochraniaczy ok. 40 cm Grubość 0,35mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania ochraniaczy o proponowanym opisie.

Pytanie 23:

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie jednorazowe wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ubrań wykonanych z włókniny typu SMS. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Pytanie 24:

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie jednorazowe występujące w rozmiarze od S do XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Pytanie 25:

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie jednorazowe występujące w rozmiarze od S do XXXL?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Pytanie 26:

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a=50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-4 do SWZ), wymaga myjek w opakowaniu max. 50 sztuk, w związku z czym dopuszcza opakowanie 50 sztuk. Wyceny należy dokonać zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. 4.6 SWZ.

Pytanie 27:

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania ochraniaczy na obuwiu o proponowanym opisie. Zamawiający wymaga zaoferowania ochraniaczy na obuwiu wykonanych wyłącznie z polietylenu.

Pytanie 28:

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ochraniaczy na obuwiu o proponowanym opisie.

Pytanie 29:

Pakiet 1 poz. 1

Proszę o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania rękawic pakowanych po 200 sztuk.

Pytanie 30:

Pakiet 1 poz. 1

Proszę o dopuszczenie rękawic bez potwierdzenia ochrony przed przenikaniem cytostatyków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania rękawic bez potwierdzenia ochrony przed przenikaniem cytostatyków.

Pytanie 31:

Pakiet 3 poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrania z włókniny SMMS

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ubrań jednorazowych z włókniny SMMS. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Pytanie 32:

Pakiet 3 poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrania o gramaturze 35g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1-3 do SWZ), wymaga zaoferowania ubrań o gramaturze min. 25 g/m². Zatem dopuszcza możliwość zaoferowania ubrań o gramaturze 35 g/m².

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Pytanie 33:

Pakiet 3 poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrania w rozm. S-XXL

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Pytanie 34:

Pakiet 6

Proszę o dopuszczenie:

Maska medyczna

- jednorazowego użytku

- hypoalergiczna (nie powodująca uczuleń i podrażnień), nie zawiera włókien szklanych oraz metali ciężkich

- wykonana z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m² +25 g/m² +25 g/m²- pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe Pa/cm² < 40 Pa/cm²

- oddychalność dla masek typu II zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

- z wkładką modelującą na nos, posiada w części środkowej zakładkę umożliwiającą dopasowanie do twarzy

- bezzapachowa

- wyprodukowana z zachowaniem czystości bakteryjnej, zgodnie z normą EN 14683:2019+AC:2019 Annex D I EN ISO 11737-1:2018

- zakładana na gumkę

- wymiary 17,5 cm x 9,5 cm

- dostępna w kolorach: niebieski

- pakowana w kartonik w formie podajnika

- opakowanie 50 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówienia maski o proponowanym opisie.

Pytanie 35:

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści następujący produkt:

Myjka w formie rękawicy do mycia i/lub osuszania ciała pacjenta. Sucha myjka bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy, bez impregnacji mydłem, wykonana z tkaniny bawełnianej drapanej dwustronnie (70g/m²), pokrytej od wewnątrz folią PE (25g/m²). Wymiary 23 cm x 16 cm (+/- 1cm), waga pojedynczej myjki 6,8 g, grubość pojedynczej myjki - 1 mm, w kolorze białym.

50 szt. w opakowaniu jednostkowym / 20 opakowań w kartonie zbiorczym / karton 1 000 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania myjek do mycia chorych wykonanych z bawełny.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjek do mycia chorych o pozostałych parametrach wskazanych w pytaniu.

Pytanie 36:

Pakiet 3

czy zamawiający dopuści ubranie, z koszulą która posiada dekolt z półokrągłym wycięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania bluzy posiadającej dekolt z półokrągłym wycięciem.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 05.10.2021 r.

Pytanie 37:

Pakiet 4

czy zamawiający zamiast myjki dopuści gąbki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania gąbki zamiast myjki.

Pytanie 38:

Pakiet 4

Czy zamawiający dopuści jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-noochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu o proponowanym opisie.

Pytanie 39:

Pakiet 6

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw (po 25 g/m2 każda): włókniny polipropylenowej, warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania maski o proponowanym opisie. Zamawiający wymaga maski typu II R.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.