



Szp/FZ – 73/672/2021

Wrocław, dnia 08.12.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*dostawa aparatury medycznej*”

### INFORMACJA NR 7

Pytanie nr 1 - zadania nr 3 dot. Pkt 53

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring umożliwiające prezentację parametru PPV zamiast SPV?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 2 - zadania nr 3 dot. Pkt 54

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring bez możliwości rozbudowy o moduł do pomiaru ciągłego tcpO2/tcpCO2 we krwi włosniczkowej metoda nieinwazyjną? Istnieje natomiast możliwość rozbudowy o komunikację z urządzeniem zewnętrznym umożliwiającym taki pomiar.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie nr 3 - zadania nr 3

Czy zamawiający dopuści zakres pomiaru tętna od 30 do 240 ud/min

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz  
(5)

Z-ca Kierownika Działu  
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

