



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 31.08.2023 r.

Do wszystkich
Uczestników postępowania
Znak sprawy – PN-63/2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2023/S 156-499183 z dnia 16.08.2023 r.**

Znak sprawy – PN-63/2023 – dostawę pierwszego wyposażenia dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ - UMOWA PN 63/2023 (wzór dla pakietu 2,3) §5 pkt.8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu usunięcia uszkodzeń w ppkt 1) z 7 na 14 dni i w ppkt) 2 z 14 na 21 dni ?

UZASADNIENIE

Standardowe terminy naprawy urządzeń medycznych wynoszą 14 dni roboczych w przypadku produktów Polskiej produkcji i 21 dni roboczych w przypadku produktów produkcji Zagranicznej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu usunięcia uszkodzeń do 14 dni roboczych w przypadku produkcji polskiej i 21 dni roboczych w przypadku produkcji zagranicznej, pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy.

Pytanie 2

Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ - UMOWA PN 63/2023 (wzór dla pakietu 2,3) §5 pkt. 9

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego punktu z umowy ?

UZASADNIENIE

Jako firma nie prowadzimy wypożyczalni takich urządzeń ani sprzedaży produktów medycznych używanych.

Podtrzymanie tego zapisu może spowodować znaczne ograniczenie liczby wykonawców mogących zrealizować zamówienie. Oczekiwanie dostępności sprzętu zastępczego w tak krótkim terminie powoduje konieczność posiadania urządzenia zastępczego co w przypadku tak specjalistycznej aparatury jest trudne do zapewnienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ. Projekt umowy przewiduje sytuację, w której dostarczenie sprzętu zamiennego jest niemożliwe.