

Gdynia, dnia 08 lipca 2020 r.

## Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Sukcesywne dostawy asortymentu jednorazowego użytku do zabiegów urologicznych oraz osprzętu do spirometru, nr D25M/251/N/14-33rj/20**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1** dot. zadania nr 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 1 poz. 2 pistoletów do biopsji z igłą w rozmiarach: 14G, 16G, 18G; Długości : 10cm, 15cm, 20cm, 25cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2** dot. zadania nr 1 poz. 1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie jednorazowego, sterylnego pistoletu do biopsji gruboigłowej o wymiarach 16G/10, 11, 15, 20 cm oraz 18G/10, 11, 15, 20, 25 cm, (pozostałe parametry zgodne z SIWZ), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3** dot. zadania nr 1 poz. 2

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie jednorazowego pistoletu do biopsji gruboigłowej działającej jako automat i półautomat. Igła wyposażona jest w dwa niezależne przyciski spustowe z przodu i z tyłu aparatu. Aparat posiada możliwość uwolnienia pełnego automatu albo półautomatu. Długość biopatu 20 mm, długość strzału 22 mm, skalowanie co centymetr, dobra widoczność w USG, długości 11, 16, 20 i 25 cm, (pozostałe parametry zgodne z SIWZ), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 4** dot. zadania nr 2 poz. 1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów sterowalny, skalowany co 5 cm, bez linijki pozycjonującej, o wymiarach 4,7F/26 cm oraz 6F/26 i 28 cm, popychaczem o dł.125 cm,





(pozostałe parametry zgodne z SIWZ), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5** dot. zadania nr 2 poz. 2

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie koszyka nitinolowego o śr. koszyka 11-15 mm, (pozostałe parametry

zgodne z SIWZ), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 6** dot. zadania nr 2 poz. 5

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie cewnika Dufour 3-drożnego z balonem o poj. 40-80 ml, (pozostałe parametry zgodne z SIWZ), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 7** dot. zadania nr 2 poz. 6

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie cewnika Dufour z balonem o poj. 50-80 ml, (pozostałe parametry zgodne z SIWZ), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8** dot. zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w zad 2 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania moczowodów, sterowalny z możliwością zastosowania do 12 m-cy, poliuretanowy cewnik typu „JJ” skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą; otwarty jednostronnie; rozmiar: 4,8F, 6F długość 26 cm, 28 cm popychacz z funkcją odłączania cewnika - przewodnik z ruchomym rdzeniem; pokryty PTFE długość 100cm - zacisk . Rozmiar do wyboru Zamawiającego ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9** dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w zad 2 poz. 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Koszyk ze stali nierdzewnej 4-drutowy do ekstrakcji złożeń z moczowodu - z główką, z rozbieralną rękojeścią; z koszulką poliamidową zwiększającą poślizg rdzenia koszyka; średnica 2,5 F, długość 115 cm; średnica koszyka 12 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 10** dot. zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli z zad 2 poz. 2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.





**Pytanie nr 11** dot. zadania nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający w zad 2 poz. 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Igła punkcyjna typu Chiba 17,5G/20cm; echogeniczna końcówka, skalowana z ogranicznikiem głębokości wkłucia ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 12** dot. zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający w zad 2 poz. 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik typu DUFOR 3-drożny o rozmiarze 16, 18, 20, 22, 24 Fr, wykonany z PCV do wyboru Zamawiającego, balon o pojemności 75ml ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 13** dot. zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający w zad 2 poz. 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik typu DUFOR 3-drożny o rozmiarze 18, 20, 22, 24 Fr, wykonany z półsztywnego silikonu do wyboru Zamawiającego, balon o pojemności 50-80ml ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14** dot. załącznika nr 5 do SIWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1 ppkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,25% ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15** dot. załącznika nr 5 do SIWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1 ppkt. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,25% ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 16** dot. załącznika nr 5 do SIWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1 ppkt. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17** dot. załącznika nr 5 do SIWZ *Projekt umowy* § 6 ust. 1 ppkt. d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 100zł na 50zł ?

**Odpowiedź:**


Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18** dot. zadania nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości jednorazowych, sterylnych pistoletów do biopsji grubo-igłowej stercza, nerek i jąder zapewniających biopłaty bardzo dobrej jakości, odcięte nie poszarpane. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: 16G dł. 10 cm, 15 cm, 20 cm i 18G dł. 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.



**Pytanie nr 19** dot. zadania nr 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości jednorazowych, sterylnych pistoletów posiadający igłę o wzmożonej echogeniczności na całej długości igły w USG. Pistolet posiadający 2 spusty – jeden z tyłu pistoletu, a drugi na boku rękojeści. Igła skalowana co 1 cm, penetracja tkanek ok. 20 mm, dł. wycinka 17 mm.

Rozmiary: 14G o długości 10 cm, 15 cm, 20 cm, 16G o długości 10 cm, 15 cm, 20 cm oraz 18G o długości 10 cm, 15 cm, 20 cm i 25 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20** dot. zadania nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości zestawu do szynowania moczowodów, sterowalny z możliwością zastosowania do 12 m-cy, poliuretanowy cewnik typu „JJ” skalowany co 5 cm z linią pozycjonującą; otwarty jednostronnie; rozmiar: 4,7F, 5F, 6F długość 26 cm, 28 cm popychacz z funkcją odłączania cewnika - przewodnik z ruchomym rdzeniem; pokryty PTFE długość 150 cm - zacisk. Rozmiar do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 21** dot. zadania nr 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości koszyka nitinolowego 4-drutowego do ekstrakcji złożeń z moczowodu - bez główki; z rozbieralną rękojeścią; z koszulką poliamidową zwiększającą poślizg rdzenia koszyka; możliwość sterowania koszykiem w przypadku zawinięcia się rdzenia; średnica 1.8F -2,5 F, długość 90-120 cm; średnica koszyka 11-12 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 22** dot. zadania nr 2 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości cewnika typu DUFOR 3-drożny o rozmiarze 18, 20, 22, 24 Fr, wykonany z półsztywnego lateksu do wyboru Zamawiającego. Balon o pojemności 50 ml dla rozmiaru 18 Fr, 60 ml dla rozmiaru 20 Fr, 70 ml dla rozmiaru 22 Fr oraz 80 ml dla rozmiaru 24 Fr.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 23** dot. zadania nr 2 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości cewnika typu DUFOR 3-drożny o rozmiarze 18, 20, 22, 24 Fr, wykonany z półsztywnego lateksu do wyboru Zamawiającego. Balon o pojemności 50 ml dla rozmiaru 18 Fr, 60 ml dla rozmiaru 20 Fr, 70 ml dla rozmiaru 22 Fr oraz 80 ml dla rozmiaru 24 Fr.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 24** dot. zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów ze stentem wykonanym z dwuwarstwowego materiału; skalowanym co 5cm w rozmiarze 4.8F, 6F; zestaw ze sterowalnym popychaczem?





**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 25** dot. zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przewodników Lunderquista o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 26** dot. zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie cewników Dufour w rozmiarze 18-26F z balonem w zależności od średnicy od 50 do 80ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 27** dot. zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie silikonowych cewników Dufour w rozmiarze 18-24F z balonem w zależności od średnicy od 50 do 70ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 28** dot. zadania nr 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy pistolet do biopsji z igłą o wzmożonej echogeniczności na całej długości igły w USG ma posiadać igłę wykonaną z materiału Echonox, reszta parametrów zgodna z SIWZ?


**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pistolet do biopsji posiadający igłę o wzmożonej echogeniczności na całej długości igły w USG wykonaną z materiału Echonox, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem  
Przewodniczący  
Komisji Przetargowej  
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR  
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I IT

  
mgr Beata Martyn-Mrozowska

