



**DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU**
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



telefon centralny: (+1) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295
strona internetowa: www.dcchp.pl
e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. *DN/1259/2020*

Wrocław, 22.09.2020 r.

Dotyczy: korekty odpowiedzi na pytania - sprawa BZP.3810.46.2020.TP.

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.), Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SIWZ:

Część VII (korekta)

Pytanie nr 1 ad pakiet nr 3 lp. 1

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści 15" kardiomonitor z nowoczesnym aktywnym chłodzeniem cichym wentylatorem?

Odp: Zamawiający dopuszcza kardiomonytory o przekątnej ekranu 15" z rozdzielczością 1024x768 (odp na pyt nr 3 z dnia 08.09.2020).Zamawiający nie dopuszcza chłodzenia cichym wentylatorem.

Pytanie nr 2 ad pakiet nr 1 lp. 9

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy spełnia ujęte w punkcie 9 wymagania Zamawiającego łączna pamięć do 2000 godzin trendów graficznych (z próbkowaniem 1s, 5s, 10s, 30s, 1 min, 5 min, 10 min) wszystkich mierzonych parametrów wraz z odpowiadającymi im parametrami w zaznaczonym czasie ujętymi w formie tabelarycznej oraz pamięcią do 12000 pomiarów NIBP wraz z wykresem trendu NIBP?

Pytanie zadane po terminie (zamawiający pozostawia bez odpowiedzi).

W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ulega zmianie:

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia 30.09.2020 r. do godziny 09:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2020 r. o godzinie 10:00.

Dyrektor Centrum

Marcin Marmyła